

Vysvetlenie č. 1

(Časť predmetu zákazky: Časť č. 1)

Otázka č. 1 Heimlichov manéver

Opis predmetu zákazky pri položkách 1A1 a 2A6 zhodne uvádza:

„...IV prístup s možnosťou podania tekutín, torakocentéza a drenáž hrudníka, odsávanie dýchacích ciest, katetrizácia močových ciest, obštrukcia dýchacích ciest a Heimlichov manéver...”

Žiadame o vysvetlenie, či táto požiadavka predpokladá fyzické vykonanie brušných stlačení (abdominal thrust) priamo na tele simulátora, alebo ide o zvládnutie postupu na úrovni scenára/rozhodovania bez fyzického zásahu do figuríny.

Dôvod otázky: vysokoúrovňové ALS/pacientske simulátory majú v hrudníku umiestnenú elektroniku a mechanizmy potrebné na simuláciu dýchania, pulzu, defibrilácie a spätnej väzby KPR. V dostupných produktových listoch žiadneho výrobcu vysoko-fidelitných simulátorov (napr. Laerdal SimMan Essential, SimMan ALS a porovnateľné produkty) nie je fyzické vykonávanie Heimlichovho manévra uvedené ako podporovaná funkcia. Presne z tohto dôvodu existujú na trhu samostatné, jednoduché torzá určené výhradne na nácvik tejto techniky - výrobca Laerdal napríklad svoj produkt Choking Charlie v katalógu popisuje takto:

„Choking Charlie is an adult torso designed specifically for training students in the performance of the Heimlich Abdominal Thrust Maneuver.”

Rovnaký typ produktu je v tejto istej zákazke žiadaný aj samostatne, pod položkami 1A11 (Torzo pre nácvik prvej pomoci pri dusení) a 2A18 (Simulátor dusenia - dospelý).

Žiadame o potvrdenie, že požiadavka pri položkách 1A1 a 2A6 je splnená kombináciou vysokoúrovňového simulátora (rozpoznanie stavu, rozhodovací scenár) so samostatným torzom na fyzický nácvik techniky, špecifikovaným v tej istej zákazke pod položkami 1A11/2A18, a že sa nevyžaduje, aby jeden konkrétny produkt fyzicky zvládal obe funkcie súčasne. V opačnom prípade žiadame o informáciu, ktorý konkrétny komerčne dostupný produkt túto kombináciu funkcií spĺňa - takýto produkt sme na trhu nenašli.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že pri high-fidelity simulátoroch (položky 1A1 a 2A6) nevyžaduje fyzické vykonávanie Heimlichovho manévru priamo na tele týchto figurín. Táto požiadavka sa do opisu predmetných položiek dostala administratívnym nedopatrením (kopírovaním položiek). Verejný obstarávateľ si plne uvedomuje, že vysokofidelitné (high-fidelity) figuríny nemôžu z konštrukčných dôvodov spĺňať tieto mechanické nároky.

Nácvik samotného fyzického vykonávania Heimlichovho manévru (brušných stlačení) bude realizovaný výhradne na samostatných torzách, ktoré sú presne určené na tento typ tréningu a ktoré sú predmetom obstarávania pod samostatnými položkami 1A11 (Torzo pre nácvik prvej pomoci pri dusení) a 2A18 (Simulátor dusenia - dospelý).

Pri položkách 1A1 a 2A6 je požiadavka zameraná na nácvik na úrovni riadenia scenára a rozhodovacieho procesu (rozpoznanie stavu a klinické rozhodovanie) bez potreby fyzického mechanického zásahu do figuríny.

Otázka č. 2 Figurína novorodenca (položka 2A15) - akceptovanie dojčenského modelu

Opis predmetu zákazky pri položke 2A15 (KPR BLS figurína novorodenec) uvádza:

„Realistická figurína zodpovedajúca veľkosťou telíčku novorodenca (0-28 dní veku) a pohyblivými končatinami umožňujúcimi manipuláciu je určená na výučbu a praktický nácvik základnej neodkladnej resuscitácie (BLS) u novorodencov... Spätná väzba - základná vizuálna spätná väzba (napr. kliknutie pri správnej hĺbke kompresie), možnosť pripojenia k vyhodnocovaciemu systému (cez tablet, ktorý je súčasťou balenia)... Obsahom balenia sú taktiež minimálne 4 ks náhradných pľúc, alebo ventilačných vložiek a prepravná taška.“

Žiadame o vyjadrenie, či bude obstarávateľ pre túto položku akceptovať namiesto figuríny striktne rozmerovo nejasne zodpovedajúcej novorodencovi (0-28 dní) všeobecný dojčenský BLS model o veľkosti 3 mesačného dojčťa o veľkosti do 65 cm a s váhou do 2 kg, pokiaľ tento model funkčne lepšie spĺňa ostatné technické požiadavky opisu (spätná väzba, náhradné diely).

Ďakujeme za vysvetlenie uvedených bodov v lehote podľa bodu 10.2 súťažných podkladov.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude pre položku 2A15 akceptovať rozmerovo presne určenú figurínu do veľkosti 65 cm s váhou do 2 kg, ktorá predstavuje všeobecný dojčenský BLS model. Tento model musí plne spĺňať všetky ostatné technické a funkčné požiadavky definované v opise predmetu zákazky (vrátane spätnej väzby s pripojením na vyhodnocovací systém cez tablet a požadovaného príslušenstva).