

Vysvetlenie č. 12

(Časť predmetu zákazky: Časť č. 4)

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v položke č. 1A36 Sonografické sondy Uvádza parametre , že zariadenie musí obsahovať duálnu sondu alebo dve samostatné sondy s nasledujúcimi parametrami:

a) Konvexná (abdominálna) sonda, frekvenčný rozsah: min. 2 – 6 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 30 cm, počet elementov: min. 192, zorné pole: min. 70° Použitie: abdominálne, pôrodnické, gynekologické, pľúcne, FAST vyšetrenia

b) Lineárna sonda, frekvenčný rozsah: min. 3 – 13 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 7 cm počet elementov: min. 192

Chceme požiadať verejného obstarávateľa pre túto položku akceptovať Sonografické sondy s nasledovnými parametrami:

a) Konvexná (abdominálna) sonda, frekvenčný rozsah: min. 2 – 5 MHz

b) Lineárna sonda, frekvenčný rozsah: min. 3 – 12 MHz

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku uchádzača a s cieľom podpory širokej hospodárskej súťaže a zabezpečenia nediskriminačného prostredia akceptuje navrhované parametre sonografických sond v položke č. 1A36. Verejný obstarávateľ primerane upravuje technickú špecifikáciu predmetnej položky nasledovne:

a) Konvexná (abdominálna) sonda: frekvenčný rozsah sa upravuje na min. 2 – 5 MHz (ostatné parametre zostávajú nezmenené: zobrazovacia hĺbka: min. 30 cm, počet elementov: min. 192, zorné pole: min. 70°)

b) Lineárna sonda: frekvenčný rozsah sa upravuje na min. 3 – 12 MHz (ostatné parametre zostávajú nezmenené: zobrazovacia hĺbka: min. 7 cm, počet elementov: min. 192).

Táto úprava technickej špecifikácie platí pre všetkých potenciálnych uchádzačov. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na túto zmenu zverejní upravenú technickú špecifikáciu pre časť 4 (resp. príslušnú prílohu súťažných podkladov) na IS Josephine.