

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

DOTAZ A ODPOVĚĎ NA DOTAZ

v rámci zavedeného dynamického nákupního systému evidenční č. uvedené ve VVZ: Z2024-008193
evidenční číslo zakázky zadávané v DNS: DNS2024001 - 012

Zakázka zadávaná v DNS – Dodávky rukavic kategorie II. - Rukavice vyšetřovací nitrilové - zesílené

Vážení dodavatelé,

dne 23. 10. 2026 obdržel zadavatel od jednoho z účastníků zařazených do kategorie 2 DNS dotaz týkající se technické specifikace poptávaných zdravotnických prostředků.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je u požadovaných rukavic stanovena minimální délka ≥ 240 mm a současně požadavek na sílu 9 N.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda s ohledem na požadovanou mechanickou odolnost rukavic a bezpečnost jejich použití zvažoval stanovení větší minimální délky rukavic.

Delší rukavice, například o délce 280 mm, mohou v závislosti na konkrétním způsobu použití poskytovat větší rozsah ochrany předloktí. Nepřehodnotí zadavatel parametr a bude požadovat zadavatel s ohledem na zamýšlený účel použití za vhodné minimální délku rukavic 280 mm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že požadavek na střední na střední hodnotu délky rukavice ≥ 240 mm zůstává beze změny. Zadavatel nebude technický parametr měnit na minimální hodnotu 280 mm. Námi stanovený požadavek ≥ 240 mm umožňuje nabídnout i delší rukavice, pokud splňují všechny ostatní stanovené parametry.

Toto Vysvětlení ZD č. 1 zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona uveřejňuje v elektronickém nástroji JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com/cs/>, ve kterém je DNS administrováno.

Lhůta pro podání nabídek a vzorků zůstává nezměněna.

Ing. Pavla
Mocková

Digitálně podepsal
Ing. Pavla Mocková
Datum: 2026.10.26
14:58:23 +01'00'

Ing. Pavla Mocková
administrátorka zadávacího řízení
odborná referentka Oddělení veřejných zakázek a dotací KNL, a.s.