



Bratislava, 7.10.2020
Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Vo verejnom obstarávaní ku výzve č. 4 „Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu“ zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ (ďalej len „DNS“) vyhláseného v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2020/S 122-298838 zo dňa 26.06.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod značkou 23030-MUT, bola doručená žiadosť o vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky s nasledovnou otázkou:

Otázka č. 1

Radi by sme sa informovali ako postupovať v prípade pochybností súladu ponúkaného produktu s opisom predmetu zákazky. Je možné pri predložení ponuky uviesť jedno kritérium, ohľadom ktorého máme pochybnosti a posúdenie, či predmet zákazky spĺňa všetky kritéria by bol ponechaný na Vás? Konkrétne ide o „nastaviteľné,, upínacie remienka v súvislosti so skladacím respirátorom. Nastaviteľné ramienka „na pracku,, sú obvykle súčasťou respirátorov vypuklého typu a nie skladacieho typu, čo by zároveň vylúčilo možnosť predložiť ponuku na skladací typ. Ak však posudzujeme nastaviteľnosť upínacích remienok z hľadiska ich elastickejši, je možné ich natiahnuť (gumičkový typ upínacích remienok). Bolo by to dostatočné?

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj gumičkový typ upínacích ramienok, samozrejme za dodržania všetkých ostatných požiadaviek (certifikácia a pod.)

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania