

Odpoveď na žiadosť o nápravu zo dňa 27.11.2020

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**

SÍDLO: **Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica**

NÁZOV ZÁKAZKY: **Mamograf s priamou digitalizáciou**

ČÍSLO ZÁKAZKY Z VESTNÍKA UVO: 43717-MST

Záujemca zaslal dňa 27.11.2020 prostredníctvom systému JOSEPHINE realizátorovi verejného obstarávania nasledovnú požiadavku v žiadosti o nápravu:

„Váženy verejný obstarávateľ, dovoľte nám reagovať na technickú špecifikáciu vo veci verejnej súťaže na predmet zákazky „Mamograf s priamou digitalizáciou“ („Verejná súťaž“) vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania oznámením č. 43717 - MST zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 249/2020 dňa 25.11.2020 (“Oznámenie“).

V časti Mamografický prístroj so stereotaxiou požadujete:

Materiál prídavnej filtrácie aspoň dva z uvedených filtrov (Mo alebo Rh alebo Ag)

Prídavná filtrácia je prispôsobená materiálu anódy, a preto sú v našom zariadení na filtráciu používané ródium a hliník, čo spĺňa funkciu očakávanú od prídavnej filtrácie.

Z tohto dôvodu žiadame o doplnenie materiálu hliník. Ponechanie zverejnenej technickej špecifikácie by takto v kombinácii s ostatnými požiadavkami technickej špecifikácie poukazovalo len na jedného možného dodávateľa, čím by sa porušili zásady transparentného verejného obstarávania. Pozmenenie parametru umožní účasť aj iným svetovým výrobcami mamografických zariadení.

Predmetný parameter navrhujeme zmeniť nasledovne:

Materiál prídavnej filtrácie aspoň dva z uvedených filtrov (Mo alebo Rh alebo Ag alebo Al)“

Ako odpoveď uvádzame nasledovné:

Návrh na zmenu znenia predmetného parametra v technickej špecifikácii neprijímame.

Odôvodnenie:

Technický parameter - *Materiál prídavnej filtrácie aspoň dva z uvedených filtrov (Mo alebo Rh alebo Ag)* je v súlade s požiadavkami na zobrazovací systém na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie – skriningová mamografia uvedených vo Vestníku MZ SR 2019 čiastka 24-34 zo dňa 19.6.2019.

V Pov.Bystrici 1.12.2020