

Oprava a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica**

SÍDLO: **Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica**

NÁZOV ZÁKAZKY: **Mamograf s priamou digitalizáciou**

ČÍSLO ZÁKAZKY Z VESTNÍKA UVO: 43717-MST

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že v záujme obstarat' čo najhospodárnejším spôsobom kvalitnú technológiu pre moderné digitálne mamografické pracoviská mení v časti Technická špecifikácia súťažných podkladov parameter „**Materiál prídavnej filtrácie**“ nasledovne:

z

Materiál prídavnej filtrácie - aspoň dva z uvedených filtrov (Mo alebo Rh alebo Ag)

na

Dvojitá filtrácia - áno

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že vyššie uvedená zmena je zapracovaná do znenia súťažných podkladov, časť – Mamografické prístroje – technická špecifikácia – úprava zo dňa 8.12.2020, ktoré sú aktualizované a zverejnené

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9744/summary>.

V Pov.Bystrici 8.12.2020