



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
A-I/ /2021

Vybavuje/Linka
Máčkova /4304491

Považská Bystrica
11.01.2021

Vec: **OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE**

V súvislosti so zaslanou žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladoch verejnej súťaže na predmet zákazky „Mamograf s priamou digitalizáciou“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo VVO č. 249/2020 dňa 25.11.2020 pod č.43717-MST, ktorá bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dňa 8.12.2020 Vám zasielame nasledujúce oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti:

Žiadosť o vysvetlenie sa týka predmetu zákazky „Mamograf s priamou digitalizáciou“.

Žiadateľ vo svojej žiadosti o vysvetlenie žiada, cit. :

Otázka č.1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj dodanie zariadenia s teplotnou kapacitou anódy RTG žiariča 160KHU pri dodržaní celkovej kapacity RTG žiariča min. 2,4MHU?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ **trvá** na technickom parametre „Teplotná kapacita anódy röntgénky – min. 300kHU.“

Otázka č.2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie zariadenia s biopsiou s min.uhľom +/- 10 stupňov?

Odpoveď

Nie je potrebné definovať uhol pri biopsii nakoľko v tomto bode ide o to, aby sa dal mamografický prístroj rozšíriť o tomobiopsiu, tomosytézu alebo kontrast, bez toho, aby bolo potrebné meniť SW prístroja.

Otázka č. 3

Bude verejný obstarávateľ súhlasiť s odstránením požiadavky uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie t.j.



„Dodávateľ predloží potvrdenie výrobcu resp. poskytovateľa existujúcich tele-rádiologických služieb (ICZ Slovakia a.s. a TATRAMED s.r.o.), ktoré má obstarávateľ už obstarané, o schopnosti dodávaného zariadenia posielat' vyšetrenia vykonané obstarávanou DICOM modalitou do iného zdravotníckeho zariadenia v pôvodnej DICOM kvalite, štandardnej rýchlosti a podľa stupňa internetového prepojenia koncového používateľa a spĺňajúce ustanovenia Zákona č. 18/2018 7. z. o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov.“

Odpoveď

Verejný obstarávateľ žiadosti **v y h o v u j e** a uvedenú požiadavku z technickej špecifikácie odstráni.

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že vyššie uvedená zmena je zapracovaná do znenia súťažných podkladov, časť – Mamografické prístroje – technická špecifikácia – úprava zo dňa 11.01.2020, ktoré sú aktualizované a zverejnené

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9744/summary>.