



V Trenčíne, dňa 22.12.2020

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3,4

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-114)
Typ zákazky a postup:	Digitálny pevný RTG prístroj
Vyhlásené a publikované	Vo Vestníku VO č. 266/2020 zo dňa 18.12.2020 pod. č. 45184 - WYT

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcu.

Otázka 3-1

V súvislosti s vyhláseným verejným obstarávaním by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie na dole nižšie uvedenú otázku týkajúcu sa technického parametra RTG prístroja.

V dokumente „FNTN-2020-04-PZ-Pevny RTG-SP-p2-Opis-aktualizacia-1-21.12.2020“ , je definovaná potreba detektorov. Konkrétne sú spomínané v položke 3 kde je definovaná potreba dvoch detektorov a to jeden do vertigrafu a druhý do stola. Ich rozmery sú definované v položke 6 ako minimálne 33 x 42 cm v stole a min. 42x42 cm vo vertikálnom statíve. Neskôr v dokumente v časti III. Doplnková výbava pre RTG prístroje je spomínaný ďalší detektor v položke 36 Mobilný bezdrôtový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 35 x 43 cm s držiakom a ochranným krytom s integrovanou antirozptylovou mriežkou pre detektor. A ako posledný je v položke 37 Mobilný bezdrôtový detektor pre vyšetovanie novorodencov s rozmermi 24 x 30 cm (tolerancia ± 2 cm s citlivosťou na minimalizáciu dávky pre novorodeneckého pacienta.

Chceme sa opýtať či tomu správne rozumieme, že predmetom obstarávania sú spolu štyri kusy detektorov, alebo len tri a to detektor v stole 33x42cm, vo vertikálnom statíve 42x42cm a jeden prenosný detský detektor 24x30?

Odpoveď 3-1:

Áno, verejný obstarávateľ požaduje spolu 4 (štyri) kusy detektorov.



Otázka 4-1

V súvislosti s vyhláseným verejným obstarávaním by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie na dole nižšie uvedenú otázku týkajúcu sa technického parametra RTG prístroja.

V dokumente „FNTN-2020-04-PZ-Pevny RTG-SP-p2-Opis-aktualizacia-1-21.12.2020“ , je požadovaná III. Doplnková výbava pre RTG prístroje položka 36 Mobilný bezdrôtový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 35 x 43 cm.

Vzhľadom na to, že hodnotu rozmeru uvádzate na celé čísla v cm, budete akceptovať matematické zaokrúhľovanie? Napr. rozmery ponúknutého detektora sú 42,6 teda po zaokrúhlení je možné uviesť 43 cm, a tým vyhovuje danej požiadavke.

Odpoveď 4-1:

Áno, takúto odchýlku (zaokrúhľovanie) v rámci technického parametra „rozmer aktívnej plochy detektora“ bude verejný obstarávateľ akceptovať.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa