



V Trenčíne, dňa 22.02.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

### Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>USG prístroj pre intenzívnu medicínu a anestéziu</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 01.02.2021, pod č. 2021/S 021-049204 a vo Vestníku VO č. 31/2021 dňa 02.02.2021 pod sp.zn.č. 8523-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

#### Otázka 1-1

1.) V technickej špecifikácii v položke č.2 sa uvádza: „hladký rezistentný povrch z tvrdeného skla na dezinfekčné prípravky – áno“

Otázka č.1: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či sa táto požiadavka vzťahuje na displej USG prístroja?

#### Odpoveď 1-1:

Požiadavka sa vzťahuje na ovládanie prístroja, t.j. bez klasickej klávesnice, čiže dotykovými prvkami. Verejný obstarávateľ dňa 18.2.2021 uverejnil upravenú technickú špecifikáciu SP, kde vypustil požiadavku tvrdého skla „2. hladký rezistentný povrch odolný na dezinfekčné prípravky“

Nakoľko je prístroj určený na vyšetovanie v podmienkach OAIM/intenzívnej medicíny v prostredí často kontaminovanom rôznymi multirezistentnými nemocničnými patogénmi, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ dôsledne trvá na ovládaní prístroja bez klasickej klávesnice, tzn. verejný obstarávateľ trvá na technickom parametre ovládania dotykovými prvkami. Klávesnica je prípustná výhradne dotyková a nie s klasickými tlačítkami. Pri kontaminácii klávesnice s klasickými tlačítkami nie je možné efektívne a dôkladne dezinfikovať v priestoroch medzi tlačítkami a zdôvodnenie, že je prekryiteľná nie je postačujúce, nakoľko ovládanie prístroja sa musí používať v prostredí bez prekrytia klávesnice a tým je logicky ľahko kontaminovateľná a obtiažne dezinfikovateľná jednoduchým utretím/postrekom tekutými dezinfekčnými prípravkami.

#### Otázka 1-2

2.) V technickej špecifikácii v položke č. 3 sa uvádza: „vodeodolné prevedenie – áno“



Otázkač.2: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie zariadenia s priehľadným krytím ovládacieho panela ako alternatívu vodeodolného prevedenia.

### **Odpoveď 1-2:**

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke v technickej špecifikácii o vodeodolnosti prístroja. Vodeodolné prevedenie je myslené v zmysle protekcie (ochrany) zatečenia vody a tekutej dezinfekcie pri čistení a tým ev. poškodenia prístroja. Pri kontaminácii klávesnice s klasickými tlačítkami nie je možné efektívne a dôkladne dezinfikovať v priestoroch medzi tlačítkami a zdôvodnenie, že je prekryteľná nie je postačujúce, nakoľko ovládanie prístroja sa musí používať v prostredí bez prekrytia klávesnice a tým je logicky ľahko kontaminovateľná a obtiažne dezinfikovateľná jednoduchým utretím/postrekom tekutými dezinfekčnými prípravkami.

### **Otázka 1-3**

3.) V technickej špecifikácii v položke č 4 sa uvádza: „odolnosť proti pádu – áno“

Verejný obstarávateľ požaduje odolnosť voči pádu, ale bližšie nedefinuje, čo sa tým ma na mysli. Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje USG prístroj určený na jednoduchý transport so stojanom a kolieskami, domnievame sa, že tým je zabezpečená dostatočná odolnosť voči pádu.

Otázka č.3: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie zariadenia s jednoduchým transportným vozíkom na splnenie požiadavky odolnosti voči pádu?

### **Odpoveď 1-3:**

Podľa verejného obstarávateľa nie je zadanie „transportný vozík“ výstižné vyjadrenie pre zabezpečenie prístroja, ktorý bude odolný voči otrasom, prípadnému pádu. Verejný obstarávateľ požaduje reálnu odolnosť voči nárazom a otrasom, nakoľko dochádza k častej preprave prístroja medzi operačnými sálami a oddeleniami. Prístroj nebude etablovaný na jednom fixnom mieste použitia, ale bude často presúvaný ako napríklad cez prahy, výťahy a pod. Tieto okolnosti musí prístroj stolerovať.

### **Otázka 1-4**

4.) V technickej špecifikácii v položke č. 7 sa uvádza: „Display s vysokým rozlíšením full HD – áno“

Otázka č.4: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie zariadenia s displejom s rozlíšením HD, ktorý má dostatočné parametre pre využitie v rámci klinickej praxe?

### **Odpoveď 1-4:**

Nie, verejný obstarávateľ nebude akceptovať prístroj bez displeja s vysokým rozlíšením full HD, nakoľko sa bude využívať aj na operačných sálach v rámci jemnej identifikácie nervových a cievnych štruktúr.

### **Otázka 1-5**

5.) V technickej špecifikácii v položke č. 8 sa uvádza: „Display výškovo nastaviteľný – áno“ Nami ponúkané zariadenie disponuje riešením, kde je nastavenie výšky displeja zabezpečené pomocou zmeny výšky na transportnom vozíku.

Otázka č.5: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie zariadenia s takou možnosťou nastavenia výšky displeja?



### Odpoveď 1-5:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať takéto riešenie.

### **Otázka 1-6**

V technickej špecifikácii v položke č. 22 sa uvádza: „3. monokryštalická sektorová kardiologická sonda, min. frekvenčný rozsah 1-5 MHz-áno“

Otázka č.6: Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie sondy s frekvenčným rozsahom 1,3 – 4,4 MHz?

### Odpoveď 1-6:

Áno verejný obstarávateľ bude akceptovať dodanie sondy s týmto frekvenčným rozsahom.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 2\_UPRAVA\_FNTN-2021-05-ŠF-NZ- USG pre OAIM-SP-p2-TŠ