



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Trenčín
	FN/R/2021/R447	Ing. Michal Plesník 0326566838 michal.plesnik@fntn.sk	18.2.2021

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Echokardiografický USG systém
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2021, pod č. 2021/S 022-052046 a vo Vestníku VO č. 34/2021 dňa 03.02.2021 pod sp.zn.č. 9373-MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

Predmet

Dňa 11.02.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručili verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti viacerým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. **Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tie položky Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktoré boli na základe žiadosti o nápravu upravené:**

Bod 1 Technickej špecifikácie: „*Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne (4DTEE) zobrazenie, objemové 2D zobrazovanie v reálnom čase ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania – áno*“

Návrh žiadateľa: Požadujete 4DTEE a objemové 2D zobrazenie, pričom ostatné parametre a parametre sond sú pre 2D zobrazenie, teda s parametrami požadovaných sond v bodoch 25, 26 nie je možné splniť požiadavku bodu č. 1. Požadujeme zmeniť znenie tohto bodu na „Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického



pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne zobrazenie, 2D zobrazovanie v reálnom čase ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania“.

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Odôvodnenie vybavenia návrhov žiadateľa k jednotlivým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky:

1)

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa. Verejný obstarávateľ rozhodol o úprave tohto bodu v rámci technickej špecifikácie aj v súvislosti so žiadosťou o vysvetlenie a vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 16.2.2021. Upravená technická špecifikácia bola dňa 16.2.2021 zverejnená v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu. Požiadavka teda znie nasledovne

„1. Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne (2DTEE) zobrazenie, objemové 2D zobrazovanie v reálnom čase ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania“

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že doručení žiadosť o nápravu v bode 1 Technickej špecifikácie súťažných podkladov **akceptuje**.

S pozdravom,

Ing. Tomáš Janík, MBA
Riaditeľ FN Trenčín