

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**Predmet zákazky:**

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého  
novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

Verejný obstarávateľ zastúpený :

V Martine, dňa 15.2.2021

.....

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v platnom znení potvrdzuje:

.....  
ING. MONIKA KLOBUŠICKÁ  
VEDÚCA ODBORU VEREJNÉHO  
OBSTARÁVANIA

.....  
ĽUDMILA BALKOVÁ  
VEDÚCA ODDELENIA VEREJNÉHO  
OBSTARÁVANIA

MARTIN, JANUÁR 2021  
(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

## **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I.

Všeobecné informácie

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

Časť III.

Príprava a predkladanie ponúk

Časť IV.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Časť V.

Uzavretie zmluvy

B. Zábezpeka

C. Opis predmetu zákazky

D. Spôsob určenia ceny

E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky

F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

### **A. Pokyny na vypracovanie ponuky**

**MARTIN, JANUÁR 2021**

**(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)**

## **A. Pokyny na vypracovanie ponuky**

### **Časť I.**

#### **Všeobecné informácie**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Zmluva
6. Miesto a termín realizácie a dodania predmetu zákazky
7. Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky
8. Oprávnený uchádzač
9. Podmienky verejnej súťaže

### **Časť II.**

#### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
11. Registrácia
12. Vysvetlenie

### **Časť III.**

#### **Príprava a predkladanie ponúk**

13. Vyhotovenie ponuky
14. Jazyk ponuky
15. Variantné riešenie
16. Zábezpeka
17. Mena a ceny uvádzané v ponuke
18. Obsah ponuky
19. Platnosť ponuky
20. Náklady na ponuku
21. Predloženie ponuky
22. Lehota na predkladanie ponúk
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

### **Časť IV.**

#### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

24. Otváranie ponúk
25. Preskúmanie ponúk
26. Vyhodnocovanie ponúk
27. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
28. Podmienky elektronickej aukcie
29. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

### **Časť V.**

#### **Uzavretie zmluvy**

31. Uzavretie zmluvy
32. Záverečné ustanovenia

# Časť I.

## Všeobecné informácie

### 1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: **Univerzitná nemocnica Martin**  
Adresa organizácie: Kollárova 2, 036 59 Martin  
Krajina: Slovenská republika  
Zastúpená: Radou riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

IČO: 00365327  
URL: <http://www.unm.sk>  
Kontaktná osoba: Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická  
tel.: +421 43 4203126, +421 43 4203597  
fax: +421 43 4131620  
e-mail: [balkova@unm.sk](mailto:balkova@unm.sk), [klobusicka@unm.sk](mailto:klobusicka@unm.sk)  
Profil verejného obstarávateľa: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/1000>  
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO: <https://josephine.proebiz.com/>

### 2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Predmetom zákazky je „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“. Predmet zákazky je rozdelený do 11 samostatných ucelených častí.

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania ( CPV ):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 33100000-1

Doplňujúce predmety:

Hlavný slovník:

33192100-3, 33152000-0, 33157400-9, 33195110-7, 33162100-4, 33158500-7, 38000000-5, 33120000-7, 38310000-1, 51410000-9, 80511000-9, 60000000-8

2.3

2.3.1 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky celkom špecifikovaného v častiach č.1 – č.11 je 402 187,10 € bez DPH.

2.3.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky pre jednotlivé časti je nasledovná:

Časť č.1 38 349,90 € bez DPH

Časť č.2 21 000,00 € bez DPH

Časť č.3 31 500,00 € bez DPH

Časť č.4 189 349,20 € bez DPH

Časť č.5 46 340,00 € bez DPH

Časť č.6 18 900,00 € bez DPH

Časť č.7 1 650,00 € bez DPH

Časť č.8 29 000,00 € bez DPH

Časť č.9 8 810,00 € bez DPH

Časť č.10 11 298,00 € bez DPH

Časť č.11 5 990,00 € bez DPH

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. *Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

### **3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

3.1 Predmet zákazky je rozdelený do jedenástich ucelených častí v zmysle časti C. *Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť

a l e b o jednu ponuku na viacero ucelených častí

a l e b o jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 – č. 11).

3.2 Čiastkové plnenie jednotlivých častí sa nepripúšťa.

### **4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov UNM. V prípade pridelenia kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR, bude predmet zákazky financovaný z kapitálových výdavkov.

4.2 Verejný obstarávateľ vykoná platby na základe vystavených faktúr od dodávateľa podľa skutočne dodaného tovaru na základe dodacieho listu, v súlade s uzatvorenou kúpnu zmluvou na dodanie tovaru (pre každú časť samostatne). Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

4.3 Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní od jej vystavenia.

### **5 ZMLUVA**

5.1 Výsledkom *verejnej súťaže* bude kúpna zmluva pre každú časť samostatne uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Súčasťou zmluvy bude neoddeliteľná Príloha č.1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny, vypracovaná podľa časti C. *Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov a podľa časti D. *Spôsob určenia ceny* týchto súťažných podkladov a Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov.

5.2 Vymedzenie základného obsahu zmluvných podmienok, realizácie a dodania požadovaného predmetu zákazky tvorí časť E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky*.

### **6 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE A DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

6.1 Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky: Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

6.2 Termín realizácie a dodania predmetu zákazky: **max. do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.**

## **7 OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE A DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

7.1 Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

## **8 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ**

8.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina týchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar.

8.2 Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.

8.3 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

## **9 PODMIENKY VEREJNEJ SÚŤAŽE**

9.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. že zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.

## **Časť II.**

### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

## **10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI / UCHÁDZAČMI**

10.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

10.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

10.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

10.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome,
- Microsoft Edge.

10.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

10.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

10.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odoslať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

10.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danom obstarávaní.

10.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke <https://www.uvo.gov.sk/>... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

10.10 **Verejný obstarávateľ výrazne odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom Josephine.** Manuál sa nachádza na základnej stránke <https://josephine.proebiz.com> vpravo hore.



## 11 REGISTRÁCIA

11.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

11.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

11.2.1 v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

11.2.2 nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

11.2.3 vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

11.2.4 vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

11.2.5 počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

11.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

## 12 VYSVETLENIE

12.1 Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania je: <https://www.uvo.gov.sk/> a <https://josephine.proebiz.com>.

12.2 V prípade potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10. a 11. požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

12.3 V prípade, že verejný obstarávateľ obdrží dostatočne vopred žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 12.2, verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne všetkým záujemcom, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúka súčasne verejný obstarávateľ zverejní

vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE.

12.4 Za dostatočne včas doručení požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE najneskôr do **09.03.2021 do 15,30 hod.**

## **Časť III. Príprava a predkladanie ponúk**

### **13 VYHOTOVENIE PONUKY**

13.1 Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

13.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

13.3 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

13.4 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v týchto súťažných podkladoch.

13.5 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

13.6 V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje predložiť konkrétne doklady/dokumenty ako originálne doklady/dokumenty alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov), je potrebné tieto doklady/dokumenty alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.

13.7 Dokumenty v ponuke vystavené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov.

13.8 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 21.5 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. *(Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.)*

Tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zaslať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

13.9 Celá ponuka nesmie obsahovať žiadne zmeny a doplnky okrem tých, ktoré sú v súlade s pokynmi vydanými verejným obstarávateľom.

## **14 JAZYK PONUKY**

14.1 Ponuka, návrh a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (ak nie je uvedené inak).

14.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

## **15 VARIANTNÉ RIEŠENIE**

15.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení v ponukách.

15.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

## **16 ZÁBEZPEKA**

16.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje v zmysle časti B. *Zábezpeka* týchto súťažných podkladov.

## **17 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE**

17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v € (eurách) – pre každú ponúknutú časť samostatne. Ceny uvedené v ponukách, vyčíslené v inej mene ako je €, budú prepočítané kurzom uvedenej meny, platným ku dňu zverejnenia zákazky v Úradnom vestníku EÚ. Platný kurz na prepočet uvedenej meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom Národnej banky Slovenska v uvedený deň.

17.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu pre každú ponúknutú časť osobitne uvedie v požadovanom zložení podľa časti D. *Spôsob určenia ceny* v € bez DPH, sadzbu DPH v % a vyčíslenú hodnotu v € s DPH.

17.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v požadovanom zložení v €. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

17.5 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä:

- dopravné náklady – náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, rozbalenie, kontrolu, poistenie a iné výdavky spojené s dopravou;
- uskutočnenie a dohľad nad inštaláciou a uvedením do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja;
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s dodávkou (návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, potrebná technická servisná dokumentácia, ...);
- zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu;
- 2 ročná záruka;
- povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj;
- ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

## 18 OBSAH PONUKY

18.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku v elektronickej podobe podľa bodu 13. *Vyhotovenie ponuky* týchto súťažných podkladov. Predložená ponuka musí obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

### **Ponuka musí obsahovať:**

18.2 **Identifikačné údaje uchádzača:** obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt, právna forma, označenie registra, číslo zápisu, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu – IBAN, **kontaktná osoba pre elektronickej aukcie**, telefónne číslo, číslo faxu, **e-mail, na ktorý bude zaslaná výzva do elektronickej aukcie** (v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny – *je možné použiť Prílohu č.2a/1 týchto súťažných podkladov*;

18.2.1 **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:** meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny (uvedené predkladá uchádzač v prípade, že ponuku nevypracoval sám) – *je možné použiť Prílohu č.2a/2 týchto súťažných podkladov*;

**18.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;** citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov; pod týmto vyhlásením sa bude rozumieť, že uchádzač bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami verejného obstarávania určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre zabezpečenie predmetu zákazky podľa časti E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* a časti C. *Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov, akékoľvek sú jeho vlastné podmienky dodania predmetu zákazky; toto vyhlásenie nemá za následok obmedzenie práva uchádzača na podanie žiadosti o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní – *je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov*;

**18.4 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke;** citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov – *je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov*;

**18.5 Čestné vyhlásenie uchádzača, že predkladá len jednu ponuku – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;**

**18.6 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov;**

**18.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač dáva písomný súhlas** k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov – *je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov*;

**18.8 Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača;** pod týmto vyhlásením sa bude rozumieť, že uchádzač nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia vo verejnom obstarávaní, neposkytol a neposkytne akejkol'vek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním, bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, poskytne verejnemu obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie, oboznámi sa s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese:



<https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html> – je možné použiť Prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov;

**18.9 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. *Opis predmetu zákazky*(v rámci jednotlivých ucelených častí t.j. časť č.1, č.2, .... , č.11) - verejný obstarávateľ požaduje uvedenie podrobného popisu ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov– je možné použiť Prílohu č.4 týchto súťažných podkladov;

**18.10 Doklad o zložení zábezpeky** – podľa časti B. *Zábezpeka* súťažných podkladov;

**18.11 Kúpnu zmluvu s požadovanými prílohami** podľa E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* (pre každú časť samostatne), podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia. V návrhu kúpnej zmluvy bude uvedená cena.

**18.12 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti týchto súťažných podkladov, príp. s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.**

18.12.1 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

18.12.1.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.

18.12.1.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

18.12.2 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti – osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

Uvedené platí v prípade nevyužitia § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom – je možné použiť Prílohy č.2c a 2d týchto súťažných podkladov;

**18.13 Jednotný európsky dokument** podľa bodu 18.13.1 – 18.13.6 týchto súťažných podkladov v prípade, že uchádzač nepredloží doklady pre splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži za podmienok v bode 18.12, ale využije ustanovenie § 39 zákona o verejnom obstarávaní;

18.13.1 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

18.13.2 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa bodu 18.13.1 aj o tejto osobe.

18.13.3 Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

18.13.4 Jednotný európsky dokument musí byť vyhotovený v jazyku predkladanej ponuky. Ak sa skupina dodávateľov zúčastňuje na postupe verejného obstarávania spoločne, musí predložiť samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v častiach II až IV. Štandardného formulára jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

***Jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.***

V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) má uchádzač možnosť využiť pri predkladaní JED-u vnútroštátne služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34484>). Uchádzač má zároveň možnosť postupovať podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (<https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html>).

Na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> a v profile verejného obstarávateľa na stránke <https://www.uvo.gov.sk/> budú zverejnené :

- vygenerovaná elektronická verzia formulára „JED-výzva“ s prílohami .pdf a .xml (online formulár je možné vyplniť prostredníctvom modulu JED prístupného vo verejnej zóne na stránke ÚVO),
- JED vo formáte .doc umožňujúci jeho priame vyplňanie (informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa poskytnuté verejným obstarávateľom si uchádzač do vzoru prenesie sám).

Uložený vyplnený formulár JED vo formáte .xml *alebo* naskenový JED podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie *alebo* JED spracovaný s využitím vnútroštátnej služby JED pre obstarávanie *bude tvoriť súčasť predkladaných dokumentov tvoriacich ponuku.*

18.13.5 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

18.13.6 Verejný obstarávateľ **umožňuje** hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu **oddiel a: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti** bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

**18.14 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa G. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia** (pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne)

18.14.1 Uchádzač svoj návrh na plnenie verejným obstarávateľom stanoveného kritéria vyplní vo forme položkového elektronického formulára v systéme JOSEPHINE, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v týchto súťažných podkladoch a zároveň predloží na samostatnom liste – v samostatnej tabuľke (v zmysle Prílohy č.1 týchto súťažných podkladov) podľa **G. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia**

18.14.2 Údaje uvedené v tabuľke Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a vo formulári musia byť totožné s údajmi zapracovanými do predloženej kalkulácie zmluvnej ceny podľa **D. Spôsob určenia ceny** a v súlade s podmienkami podľa **E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky**

18.14.3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č.1 súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny dodávateľov alebo osobu/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov.

18.14.4 Kópia návrhu uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk bude prílohou **Zápisnice z otvárania ponúk**.

Uchádzačom navrhovaná cena – pre každú ponúknutú časť samostatne za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre - cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“)

18.15 V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

18.16 V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

18.17 V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny – lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

## **19 PLATNOSŤ PONUKY**

19.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do **31.10.2021**.



19.2 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revízných postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk dostatočne vopred formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

19.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa.

## **20 NÁKLADY NA PONUKU**

20.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

## **21 PREDLOŽENIE PONUKY**

21.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka uchádzača musí byť predložená podľa bodu 13. *Vyhotovenie ponuky týchto súťažných podkladov.*

21.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku (platí pre každú časť predmetu zákazky osobitne). Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov (platí vo vzťahu k jednotlivým častiam predmetu zákazky).

21.3 Uchádzač predkladá ponuku elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com>, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. Ak bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.).

21.4 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

21.5 Ponuka sa predkladá elektronicke s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže – názvom zákazky „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“. Ponuka musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 18. týchto súťažných podkladov.

21.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

## **22 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK**

22.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **25.03.2021 o 10,00 hod.** miestneho času.

22.2. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak

- a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
- b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

## **23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY**

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk.

23.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

## **Časť IV.**

### **Otváranie a vyhodnocovanie ponúk**

#### **24 OTVÁRANIE PONÚK**

24.1 **Otváranie ponúk** sa uskutoční elektronicky dňa **26.03.2021 o 9,00 hod.** na adrese: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.

24.1.1 Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ sprístupní elektronické ponuky prostredníctvom systému JOSEPHINE a otvorí obálky s bankovou zárukou a s dokladom o poistení záruky.

24.2 **Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné** z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

24.3 Komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa otvorí ponuky v poradí, v akom boli predložené. Pred otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení ponúk, vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

24.4 Z dôvodu, že verejný obstarávateľ použije na zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní, neposiela uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 21.3 a 22.1 zápisnicu z otvárania ponúk.

**24.5 Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.**

24.6 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní.

## **25 PRESKÚMANIE PONÚK**

25.1 Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu ponúk, komisia preskúma či predložená ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne či ponuka:

25.1.1 obsahuje náležitosti určené v bode 18.,

25.1.2 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

25.2 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú z verejného obstarávania vylúčené.

## **26 VYHODNOCOVANIE PONÚK**

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzači. Komisia posúdi zloženie zábezpeky.

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 26.1 a 26.2, bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vyplývajúceho najmä z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

26.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

26.5 Komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom počas vyhodnotenia ponúk bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému

JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme JOSEPHINE tak, že k správe priloží naskenovaný list s vysvetlením ponuky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie (odporúčaný formát je „PDF“).

26.6 Ak sa pri zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, komisia požiada uchádzača písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

26.6.1 hospodárnosti výrobných postupov,

26.6.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru,

26.6.3 osobitosti tovaru navrhovaného uchádzačom,

26.6.4 dodržania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,

26.6.5 dodržania povinností voči subdodávateľom,

26.6.6 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.7 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o

a) 15 % nižšiu ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

b) 10 % nižšiu ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

26.8 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.4 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak:

26.8.1 uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

26.8.2 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

26.8.3 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.4 do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

26.8.4 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.4,

26.8.5 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

26.8.6 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 26.6,

26.8.7 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

26.8.8 uchádzač sa pokúsil neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.9 Ak uchádzač bude odôvodňovať mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

26.10 Komisia opraví zrejme chyby v písaní alebo počítaní aj v súvislosti s návrhmi na plnenie kritérií v zmysle časti *D. Spôsob určenia ceny* týchto súťažných podkladov.

26.10.1 O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača.

26.10.2 Komisia vylúči ponuku uchádzača z verejného obstarávania ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu.

26.11 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:

26.11.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,

26.11.2 lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.12 Z tých ponúk uchádzačov, ktoré splnili podmienky určené verejným obstarávateľom a neboli vylúčené z verejného obstarávania podľa bodu 25 a 26 verejný obstarávateľ určí v rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk (časť *G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia*) poradie ponúk uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých cien za dodanie predmetu zákazky v € s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov (platí pre každú časť samostatne).

26.13 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii.

## **27 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK**

27.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky v € s DPH – pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne, t.j. cena, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúknuté plnenie predmetu zákazky v zmysle časti *D. Spôsob určenia ceny* súťažných podkladov, na základe čoho bude určené aj poradie uchádzačov v elektronickej aukcii.

## **28 PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (EAUKCIE)**

### **28.1 Všeobecné informácie**

28.1.1 **Elektronická aukcia** (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

28.1.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

28.1.3 **Vyhlasovateľ eAukcie** (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Univerzitná nemocnica Martin, bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.

28.1.4 **Predmet eAukcie** je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

28.1.5 **Administrátor** vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.



28.1.6 **Elektronická aukčná sieň** (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

28.1.7 **Pripravné kolo** je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).

28.1.8 **Aukčné kolo** (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

## 28.2 **Priebeh**

28.2.1 **Názov eAukcie:** „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“.

Ponuky uchádzačov v eAukcii budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny – **ceny za celý predmet zákazky v € s DPH** v zmysle časti D. *Spôsob určenia ceny súťažných podkladov*– pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne.

Prvok, ktorého hodnota je predmetom ponuky uchádzača v eAukcii je cena za celý predmet zákazky v € bez DPH v zmysle časti C. *Opis predmetu zákazky súťažných podkladov*.

Predmet zákazky je rozdelený na časti č. 1 – č. 11.

*Na všetky časti predmetu zákazky bude uskutočnená jedna eAukcia, ktorej podmienky platia pre všetky časti rovnako.* Všetky časti predmetu zákazky budú hodnotené súčasne.

28.2.2 Cena za celý predmet zákazky bude vyjadrená v € bez DPH. K prepäťu ceny bez DPH na cenu s DPH bude dochádzať automaticky a to pre násobením ceny uchádzača a sadzby DPH pokiaľ je uchádzač platiteľom DPH a rovnako bude prepočet automaticky zaokrúhlený na dve desatinné miesta. Uchádzač vypočíta cenu za celý predmet zákazky v € bez DPH pre násobením jednotkovej ceny v € bez DPH počtom kusov stanovených v danej časti.

28.2.3 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov (pre každú časť samostatne) porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za jednotlivé časti predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v elektronickej podobe, vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky na predmet zákazky danej časti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien za celý predmet zákazky v € bez DPH v eAukcii. Tieto ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH systém elektronickej aukcie automaticky prepočíta na cenu za celý predmet zákazky v € s DPH. U platcov DPH to bude celková cena s DPH, u uchádzačov mimo územia Slovenskej republiky to bude celková cena s DPH, u neplatcov DPH to bude celková konečná cena, v ktorej nebude započítaná DPH.

Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

28.2.4 eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.

28.2.5 V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cenových ponúk, pravidiel predlžovania Aukčného kola, lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

28.2.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými, elektronicky predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.

28.2.7 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia (v tých častiach predmetu zákazky, kde podali ponuku):

- ich cena za celý predmet zákazky v € bez DPH – pre každú časť osobitne,
- ich celková ponuková cena v € s DPH – pre každú časť osobitne,
- najnižšia celková ponuková cena v € s DPH – pre každú časť osobitne,
- ich priebežné umiestnenie (poradie) – pre každú časť osobitne.

Predmetom úpravy v eAukcii bude prvok – celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH, ktorého hodnota je predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, pričom sa bude automaticky prepočítavať celková ponuková cena v € s DPH. Uchádzači budú upravovať ceny predmetu zákazky smerom nadol.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu – cenu za celý predmet zákazky v € s DPH za danú časť predmetu zákazky (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste danej časti predmetu zákazky). Uchádzač bude o takto vzniknutej situácii informovaný.

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie v danej časti.

28.2.8 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,01 % z aktuálnej ceny predmetu zákazky daného uchádzača.

28.2.9 Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 % . Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej jednotkovej cene predmetu zákazky daného uchádzača.

28.2.10

Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 30 min.

eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote **30 min.**, žiadne nové ceny v žiadnej časti predmetu zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných **dvoch minútach** trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie **dve minúty** (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu,

sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

28.2.11 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny v € s DPH za danú časť predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením.

28.2.12 Technické požiadavky pre prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javascripty.

28.2.13 Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.

28.2.14 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na internet, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

**28.3 eAukcia sa definitívne ukončí po obdržaní oznámenia: „eAukcia bola ukončená. Ďakujeme za účasť. Prosíme o zaslanie Protokolu o účasti vo výberovom konaní.“**

Po ukončení Aukčného kola uchádzači zašlú verejnemu obstarávateľovi potvrdené Protokoly o účasti vo výberovom konaní (prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE). Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená vo Výzve na účasť v eAukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do eAukčnej siene prihlásiť. Uchádzači si počas tejto lehoty môžu pre vlastnú informáciu vytlačiť protokoly z priebehu eAukcie a histórie e-aukčného prípadu.

## **28.4 Celkové vyhodnotenie ponúk**

28.4.1 Po skončení eAukcie systém PROEBIZ TENDERBOX identifikuje úspešného uchádzača pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami úvodného úplného vyhodnotenia a v súlade s výsledkami eAukcie.

28.4.2 Ak sa po skončení eAukcie ponuka úspešného uchádzača bude javiť ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, komisia písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bude postupovať v zmysle bodu 26.8 a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.



## **29 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI**

29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk (vrátane vyhodnotenia ponúk formou elektronickej aukcie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí splňal podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

29.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:

29.2.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,

29.2.2 finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní,

29.2.3 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na jej preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

29.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

29.3.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,

29.3.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,

29.3.3 týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

29.3.4 Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

29.4 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

29.5 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa bodu 29.4 druhej vety.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na bod 29.4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.

29.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 29.2 sa bude posudzovať v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti – z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch v časti *F. Podmienky účasti...* týchto súťažných podkladov a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a pri skupine dodávateľov z dokladov predložených spôsobom podľa bodu 29.3.

29.7 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, tak, že k správe priloží naskenovaný list s vysvetlením predložených dokladov podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie (odporúčaný formát je „PDF“), a v prípade doplnenia predložených dokladov zároveň priloží požadované doklady.

29.8 Verejný obstarávateľ:

- a) pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú,
- b) pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) zákona o verejnom obstarávaní písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
- c) písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.

29.9.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak

- a) nesplnil podmienky účasti,
- b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,
- d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
- e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

- f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
- h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- i) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- j) nepredložil po písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
- k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
- l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa §34 ods.1 písm. c) alebo písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

29.9.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

29.10.1 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g) a odseku 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

29.10.2 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 29.10.1 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

29.10.3 Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 29.10.1 druhej vety predložené uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.

29.11 V prípade, že uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom, uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí predloží verejnemu obstarávateľovi v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti prostredníctvom komunikačného rozhrania systému

JOSEPHINE všetky doklady podľa *F. Podmienky účasti...* a v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na splnenie podmienok účasti a to nasledujúcim spôsobom:

29.11.1 uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi všetky doklady, ktoré predtým nahradil jednotným európskym dokumentom, a ku ktorým verejný obstarávateľ nemá prístup priamo a bezodplatne v elektronických databázach, príp. ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné,

29.11.2 predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v jednotnom európskom dokumente,

29.11.3 doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v časti *F. Podmienky účasti...* týchto súťažných podkladov a dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti.

### **30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

30.1 Po vyhodnotení ponúk formou eAukcie a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 29 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača verejný obstarávateľ bezodkladne písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

30.2 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a skutočnosť, že jeho ponuku prijíma. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy s prílohami v štyroch vyhotoveniach. Zmluva s prílohami musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne.

30.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a skutočnosť, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

## **Časť V. Uzavretie zmluvy**

### **31 UZAVRETIE ZMLUVY**

31.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov na predloženie zmluvy/zmlúv vrátane príloh (pre každú časť samostatne), ktorá bude doplnená o konečné ceny, ktoré boli výsledkom elektronickej aukcie.

V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa, IČO), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný

rozsah). V prípade, že úspešný uchádzač v čase uzavretia zmluvy/zmlúv nepredpokladá pri plnení predmetu zákazky využitie subdodávateľa, doplní do príslušnej časti xxx.

Zmluva/zmluvy bude podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží zmluvu/zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Uzavretá zmluva/zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

31.3 Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uplatnenia revízných postupov zo strany uchádzačov verejný obstarávateľ bude postupovať pri uzatvorení zmluvy podľa ustanovení § 56 ods. 3 – 5 zákona o verejnom obstarávaní.

31.4 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:

- a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi,
- b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.

31.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní.

31.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 31.5, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

31.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

31.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť



uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní.

31.9 Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania je považovaná za povinne zverejňovanú zmluvu, vzhľadom na to, že sa jedná o písomnú zmluvu, ktorú uzaviera povinná osoba v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona v centrálnom registri zmlúv sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená ministerstvom. Na účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv sa vzťahujú ustanovenia § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenia zmlúv, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

31.10 Verejný obstarávateľ bezodkladne po uzavretí zmlúv uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní, zmluvu.

## **32 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

32.1 Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

### **Generálna klauzula:**

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**B. Zábezpeka**

**MARTIN, JANUÁR 2021**

**(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)**

### 1 Zábezpeka

1.1 Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky.

1.2 Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:

1.2.1	pre časť č. 1 vo výške	380,- EUR	slovom tristoosemdesiat eur
1.2.2	pre časť č. 2 vo výške	210,- EUR	slovom dvestodesať eur
1.2.3	pre časť č. 3 vo výške	310,- EUR	slovom tristodesať eur
1.2.4	pre časť č. 4 vo výške	1 890,- EUR	slovom jedentisícosemstodevät'desiat eur
1.2.5	pre časť č. 5 vo výške	460,- EUR	slovom štyristošesť'desiat eur
1.2.6	pre časť č. 6 vo výške	190,- EUR	slovom jednostodevät'desiat eur
1.2.7	pre časť č. 7 vo výške	20,- EUR	slovom dvadsať eur
1.2.8	pre časť č. 8 vo výške	290,- EUR	slovom dvestodevät'desiat eur
1.2.9	pre časť č. 9 vo výške	90,- EUR	slovom devät'desiat eur
1.2.10	pre časť č. 10 vo výške	110,- EUR	slovom jednostodesať eur
1.2.11	pre časť č. 11 vo výške	60,- EUR	slovom šesť'desiat eur

1.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:

- 1.3.1 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo
- 1.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
- 1.3.3 poistením záruky za uchádzača.

1.4 Podmienky zloženia zábezpeky.

1.4.1 **Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa:**

1.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, s uvedením variabilného symbolu: 102021. Do správy pre klienta uviesť názov uchádzača.

**- Platobná inštrukcia – SEPA prevody cez Európsky platobný systém STEP2 potrebná pre úhradu zábezpeky:**

(údaje potrebné pre vykonanie SEPA prevodu v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje)

Banka príjemcu: Štátna pokladnica  
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX  
Číslo účtu príjemcu IBAN: SK33 8180 0000 0070 0028 1422

Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin  
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovakia  
Kód krajiny: SK  
Účel prevodu: VS-102021



**- Platobná inštrukcia – korešpondenčné bankovníctvo - SWIFT:**

(údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT – povinné údaje)

Banka príjemcu: Štátna pokladnica  
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia  
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia  
BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX (SUBASKBX)  
Číslo účtu príjemcu: SK33 8180 0000 0070 0028 1422

Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin  
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovakia  
Kód krajiny: SK  
Účel prevodu: VS-102021

1.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. **25.03.2021**. Lehota platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

1.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 1.4.1.1 a 1.4.1.2 bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

**1.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:**

1.4.2.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

Doba platnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas lehoty viazanosti ponúk, t.j. najmenej do **31.10.2021**. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 173 zákona o verejnom obstarávaní, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.

1.4.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

1.4.2.3 Záručnú listinu, ktorú bude vydávať príslušná inštitúcia v elektronickej podobe, uchádzač predloží ako originál vydaný v elektronickej podobe do informačného systému JOSEPHINE.

1.4.2.4 Záručnú listinu, ktorú nebude vydávať príslušná inštitúcia v elektronickej podobe, uchádzač predloží v naskenovanej podobe do informačného systému JOSEPHINE, a zároveň originál (a úradný preklad ak sa vyžaduje) musí byť doručený na expedíciu – podateľňu listinne v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenej názvom súťaže a identifikačnými údajmi uchádzača. Ak záručná listina nebude súčasťou elektronickej ponuky alebo nebude doručená listinne na expedíciu –

podateľňu v lehote na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s princípom proporcionality. V prípade ak záručná listina nebude súčasťou elektronickej ponuky a zároveň nebude originál listiny doručený na expedíciu – podateľňu v lehote na predkladanie ponúk, t.j. uchádzač nepreukáže zloženie bankovej záruky v súlade s týmito súťažnými podkladmi, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4.2.5 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 1.4.2.1 až 1.4.2.4, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

1.4.2.6 V prípade, že uchádzač zloží zábezpeku formou bankovej záruky a verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti ponúk podľa bodu 19. časti A. súťažných podkladov a banková záruka je vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehotu viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi záručnú listinu vystavenú bankou s predĺženou dobou platnosti a účinnosti bankovej záruky (predĺženie pôvodnej bankovej záruky).

Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk.

### 1.4.3 Poistenie záruky za uchádzača:

1.4.3.1 V prípade poistenia záruky vystavuje záručnú listinu poisťovňa, podmienky zloženia záruky sa použijú ustanovenia uvedené v bode 1.4.2 primerane.

## 1.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:

1.5.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa

1.5.1.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

1.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

1.5.1.3 uzavretia zmluvy.

1.5.2 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa:

1.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 1.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi ak ich banka poskytuje a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka vrátane prislúchajúcich úrokov úrokmi ak ich banka poskytuje.

1.5.3 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo poistenia záruky za uchádzača:

1.5.3.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky alebo poistenia záruky, táto zanikne uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 19.1 časti A. *Pokyny na vypracovanie ponuky* súťažných podkladov, na ktorú bola vystavená resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa ostatných ustanovení bodu 19. časti A. súťažných podkladov, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky alebo poistenia záruky počas doby jej platnosti,

1.5.3.2 odvolaním bankovej záruky alebo poistenia záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa.

1.5.4 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.

1.6 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 1.3.

1.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

1.7.1 odstúpi od svojej ponuky alebo

1.7.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**C. Opis predmetu zákazky**

**MARTIN, JANUÁR 2021**

**(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)**

## C. Opis predmetu zákazky

### 1.

Predmetom zákazky je dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou (prístroje zadané v bode 2. časti č.1, č.2,č.3, .... č.11), vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Neonatologickej kliniky UNM.

Predmet zákazky je rozdelený do jedenástich samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 – č. 11). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

### 2.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

#### Časť č.1

##### **Vyhrievané lôžko - 3 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

Pol. č.	Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota
	<b>Vyhrievané lôžko pre novorodencov – 3ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Novorodenecké vyhrievacie lôžko pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s centrálnym ovládacím panelom, automatickou a manuálnou reguláciou teploty a integrovanou NAWI kompatibilnou váhou. V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí lôžko disponovať predhrievacím automatickým režimom bez alarmov pre jeho vyhrievanie.
	<b>Podrobný technický popis</b>
	Vyhrievacie lôžko pre novorodencov vhodné pre intenzívnu starostlivosť ako aj pre stabilizáciu a podporu adaptácie novorodenca na pôrodnom sále
	Možnosť bezproblémového tímového prístupu k novorodencovi na lôžku z 3 strán
	Prevádzkový režim manuálnym nastavovaním vyhrievacieho výkonu výhrevného telesa
	Prevádzkový režim automatickým riadením vyhrievacieho výkonu výhrevného telesa z teploty novorodenca „SKIN“, vrátane kožnej sondy
	Prevádzkový režim časovo neobmedzeného automatického „predhrievania“ bez rušivých alarmov; pohotovostný režim vyhrievaného lôžka

	Apgar časomera a KPR (kardio-pulmonárna resuscitácia) časovač, oba integrované na centrálnom ovládacom paneli
	Pasívne vyhrievaný (teplonevodivý) antidekubitný matrac s minimálnym rozmerom 66 x 48 cm
	Zásuvka pre RTG kazetu integrovaná pod matracom s vyznačením polohy RTG kazety na lôžku
	Plynulé nastavovanie sklonu matraca (Trendelenburg / anti-Trendelenburg) min. do $\pm 12$ st. s indikáciou vodorovnej polohy
	Centrálny ovládací panel s veľkými dobre čitateľnými údajmi, ovládanie pomocou piktogramov alebo v SJ
	Integrované vyšetrovacie svetlo
	Prídavné bodové studené vyšetrovacie svetlo s bezdotykovým ovládaním
	Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI
	Polica na príslušenstvo umiestnená v strede pod ovládacím panelom (s možnosťou jej variabilného umiestnenia)
	Odklopný predný a oba bočné panely lôžka s funkciou automatického bezhlučného sklápania po odistení pre zaistenie voľných rúk personálu pri manipulácii s novorodencom a minimalizáciu hluku
	Pojazdný podvozok s nastaviteľnou výškou pomocou elektromotora s ovládaním po oboch stranách podvozku
	Priestranná skrinka na príslušenstvo umiestnená pod lôžkom
	Dvojité brzdené kolieska pre jednoduchší transport aj na horšom povrchu
	Manipulačné rúčky na zadnej strane lôžka pre jeho pohodlný transport
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	Vyhrievacie lôžko podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	Novorodenecká Venturi odsávačka <i>resp. ekvivalent</i> s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojku a držiaka
	Ohybný držiak ventilačných hadíc
	Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva
	Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo
	Manipulačné rúčky na zadnej strane lôžka pre jeho pohodlný presun
	Polica na príslušenstvo, min. 1 ks
	Kožná teplotná sonda

## Časť č. 2

### **Vyhrievaná postieľka – 10 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Vyhrievaná postieľka – 10 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Novorodenecká vyhrievaná postieľka s výškovo nastaviteľným stojanom a integrovanou vyhrievacou podložkou pre zabezpečenie termostability novorodenca
	<b>Podrobný technický popis</b>
	konštrukcia vhodná pre umiestnenie postieľky nad posteľ matky
	výškovo nastaviteľný podvozok v rozsahu min. 60 – 85 cm
	brzdené kolieska podvozku, min. 2 ks
	nastavenie sklonu lôžka min. v rozsahu $\pm 12^\circ$
	košík na príslušenstvo
	vyhrievacia podložka na celej ploche matraca
	automatická regulácia teploty podložky s nastavením v rozsahu min. od 30 do 38 °C
	riadiaca jednotka zobrazujúca aktuálnu teplotu podložky a prípadné poruchy a alarmy
	možnosť použitia podložiek s rôznymi veľkosťami
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	vyhrievaná postieľka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	antidekubitný matrac
	riadiaca jednotka vyhrievacej podložky
	vyhrievacia podložka na celej ploche matraca
	držiak riadiacej jednotky vyhrievacej jednotky

## Časť č. 3

### **Kompletný transportný systém - 1 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Kompletný transportný systém pre novorodencov – 1ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre :</i>
	Kompletne vybavená modulárna mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti (transportný inkubátor a transportný ventilátor) vhodná pre všetky požiadavky transportu novorodencov. Systém so stabilným termoneutrálnym prostredím s možnosťou ventilačnej podpory novorodenca počas transportu

	(invazívnej aj neinvazívnej) a odsávania. Celý systém musí tvoriť jeden celok na kolapsibilnom podvozku kompatibilnom so systémami vo vozidlách MIJ.
	<b>Podrobný technický popis – transportný inkubátor</b>
	dvojité veko transportného inkubátora s predným a bočným výklopným panelom, oba panely výklopné nadol
	lôžko transportného inkubátora výsuvné cez bočný výklopný panel pre pohodlnú intubáciu novorodenca počas transportu
	prídavný certifikovaný systém pre bezpečnú a efektívnu fixáciu novorodenca počas transportu v transportnom inkubátore pre novorodencov od 500g do 5 kg
	riadenie teploty v inkubátore z teploty prostredia v inkubátore (AIR režim)
	monitorovanie kožnej teploty novorodenca
	kožná teplotná sonda
	integrovateľný infúzný stojan
	možnosť pasívneho zvlhčovania vnútorného prostredia priestoru inkubátora
	interný akumulátor pre nezávislý chod inkubátora aspoň po dobu 60 min. s nabíjačkou a indikátorom miery nabitia na prednom ovládacom paneli
	prídavný interný akumulátor pre zdvojnásobenie nezávislého chodu inkubátora
	možnosť napájania inkubátora z rozdielnych napätí - 12V D.C., 24V D.C., 220V A.C. s automatickým rozpoznávaním a prepnutím na príslušné napätie
	horná odklopná polica na príslušenstvo s popruhmi pre jeho upevnenie
	priestor pod inkubátorom pre dve tlakové fľaše (kyslík, vzduch) na stlačený plyn s úchytkami
	vstupný konektor pre dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora s O prietokomerom
	systém pre automatické prepínanie medzi zdrojmi stlačeného plynu bez prerušenia ventilácie podľa aktuálnej potreby - tlakové fľaše na inkubátore / tlakové fľaše vo vozidle MIJ / centrálny rozvod v nemocnici
	integrované vyšetrovacie svetlo
	systém automatických alarmov
	<b>Podrobný technický popis – transportný ventilátor</b>
	novorodenecký transportný ventilátor vyššej triedy určený pre novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
	možnosť nezávislého nastavenia inspiračného a expiračného prietoku v rozsahu minimálne od 2 do 15 lit./min.
	konvenčné ventilačné režimy: CPAP so záložnou ventiláciou a s automatickým zvýšením prietok v prípade potreby (tzv. "demandflow"), IPPV (CMV) / IMV / TCPL
	pacientom ovládané synchronizované ventilačné režimy: SIMV, PTV (AC)
	adaptívny synchronizovaný ventilačný režim PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%



	adaptívny synchronizovaný ventilačný režim SIMV + PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%
	možnosť objemovo garantovanej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku okolo ET kanyly pre každý ventilačný režim
	možnosť objemovo limitovanej ventilácie kombinovanej s každým ventilačným režimom
	manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime
	neinvasívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach
	automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách počas neinvasívnej ventilácie s možnosťou nastavenia jej úrovne
	vysokoprietoková O <sub>2</sub> terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanyl
	manuálna ventilačná podpora SLI (SustainedLungInflation) v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek.
	kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu na preoxygénáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygénácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO <sub>2</sub> po 2 minútach
	objemový (prietokový) triger s nastaviteľnou citlivosťou a s kompenzáciou úniku okolo ET kanyly; prietokový senzor pri pacientovi
	záložný tlakový triger
	možnosť doplnenia ventilátora o triger pre bi-fázickú neinvasívnu ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvasívny ventilačný režim
	proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)
	možnosť rozšírenia o integrovaný modul SpO <sub>2</sub> pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca - systém automatickej regulácie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO <sub>2</sub> novorodenca
	integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe
	znázornenie dychových kriviek a slučiek
	monitoring ventilačných parametrov - tlaky (PEEP, Mean, PIP), únik, dychový objem, minútový objem, frekvencia, dynamická kompliance, C <sub>20</sub> /C, O <sub>2</sub> koncentrácia
	napájanie ventilátora z elektrickej siete transportného systému
	integrovaný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie
	softvér v slovenskom alebo českom jazyku
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>

	transportný inkubátor minimálne podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie s integrovaným podrámom pre uchytenie na mobilný podvozok
	transportný ventilátor minimálne podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie s integrovaným držiakom pre uchytenie na mobilný podvozok
	integrovaný automatický transportný zvlhčovač dýchacích plynov pre zvlhčenie dýchacieho plynu počas transportu
	samosklápací podvozok kompatibilný so systémom inštalovaným v transportnom vozidle
	elektrická odsávačka so sacím výkonom min. 12 lit. / min. s podtlakom min. 750 mbar

#### **Časť č. 4**

##### **Neinvazívny ventilátor – 10 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Neinvazívny ventilátor pre novorodencov – 10 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre :</i>
	Novorodenecký ventilátor najvyššej triedy s neinvazívnymi ventilačnými režimami, určený pre neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov od pôrodnej hmotnosti 500g vrátane komplexného monitoringu ventilačných parametrov a pľúcnych funkcií. Súčasťou ventilátora musí byť automatická regulácia FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> . Vrátane automatického zvlhčovača dýchacích plynov.
	<b>Podrobný technický popis – ventilátor</b>
	novorodenecký ventilátor na pozitívny tlak v dýchacích cestách určený pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
	nastavenie koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne (FiO <sub>2</sub> ) v rozsahu od 21% do 100%
	kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu na preoxygénáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygénácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO <sub>2</sub> po 2 minútach
	proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)
	neinvazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach
	automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách (úniku okolo nazálneho aplikátora) počas neinvazívnej ventilácie

	možnosť variabilného nastavenia miery kompenzácie poklesu tlaku v dýchacích cestách (minimálne na 3 úrovne), resp. jej deaktivácia
	variabilný prietok dýchacieho plynu, ktorý sa automaticky prispôbuje zmenám a udržiava stabilný tlak v dýchacích cestách
	možnosť nastavenia druhej (vyššej) úrovne nazálneho CPAP s nastaviteľným časom a frekvenciou (BiPAP / DuoPAP / nAPRV)
	trigger pre bi-fázickú neinvazívnu ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvazívny ventilačný režim
	manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime
	neinvazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow
	neinvazívna "bi-level" nazálna ventilačná podpora BiPAP / DuoPAP / nAPRV štandardom Infant Flow
	vysokoprietoková O2 terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl
	manuálna ventilačná podpora SLI (SustainedLungInflation) v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek.
	automatická kalibrácia kyslíkového senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta
	fixácia nazálnych aplikátorov musí byť riešená pomocou čelenky alebo ekvivalentu s dokonalým prístupom k temenu hlavičky novorodenca
	nozdrilky a masky pre nazálne aplikátory musia byť k dispozícii minimálne v piatich veľkostiach
	integrovateľný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe
	integrovateľný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie
	integrovateľný modul SpO2 pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca - systém automatickej regulácie FiO2 dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO2 novorodenca
	softvér v slovenskom alebo českom jazyku
	<b>Podrobný technický popis – automatický zvlhčovač dýchacích plynov</b>
	možnosť nastavenia zvlhčovača v režime invazívnej alebo neinvazívnej ventilácie (preddefinované režimy prevádzky)
	možnosť užívateľského nastavenia vyhrievania dýchacieho plynu
	možnosť aktivácie terapeutической pauzy, tzv. "standby" režim pri zachovaní aktuálne nastavených parametrov
	možnosť nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu
	možnosť nastavenia úrovne vyhrievania expiračnej vetvy
	automatická detekcia úrovne vody vo zvlhčovacej komore
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	novorodenecký ventilátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej

	vyššie
	prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami
	automatický zvlhčovač dýchacích plynov v technickej špecifikácii popísanej vyššie s teplotnou sondou a adaptéromi pre pripojenie dýchacieho okruhu pre neinvazívnu ventiláciu
	mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač s košíkom na príslušenstvo
	kábel pre pripojenie prietokového senzora, minimálne 1 ks
	prietokový senzor, minimálne 1 ks
	držiak ventilačných hadíc, nastaviteľný

### **Časť č. 5**

#### **Aplikátor kyslíka – 7 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Aplikátor kyslíka – 7 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Systém podávania vysoko prietokovej kyslíkovej respiračnej terapie pomocou nazálneho aplikátora
	Integrovaný zmiešavač kyslík / vzduch, hygienicky bezpečný systém ohrievania a zvlhčovania dýchacieho plynu bez priameho dotyku vody s dýchacím plynom zabezpečujúci jeho optimálnu úpravu na fyziologické hodnoty
	<b>Podrobný technický popis</b>
	neinvazívna respiračná podpora zvlhčeným a zohriatym dýchacím plynom s vysokým prietokom
	vhodná pre všetky kategórie pacientov - novorodenci, deti, dospelí
	aplikácia cez nazálne kyslíkové okuliare
	nastavenie teploty dýchacieho plynu minimálne v rozsahu od 33 do 43°C
	nastavenie frakcie kyslíka v dýchacom plyne v rozsahu od 0,21 do 1,00
	nastavenie prietoku dýchacieho plynu minimálne v rozsahu od 1 do 40 lit./min.
	relatívna vlhkosť dýchacieho plynu minimálne 95%
	záložný interný akumulátor
	prevádzka na záložný interný akumulátor minimálne po dobu 10 min.
	integrovateľný zmiešavač kyslík / vzduch
	integrovateľný monitor koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne
	integrovateľný elektronický prietokomer dýchacieho plynu s digitálnym zobrazením aktuálneho prietoku
	integrovateľný monitor dodávaného prietoku
	hygienicky bezpečný zvlhčovací systém bez priameho kontaktu dýchacieho

	plynu s vodou
	integrovaný monitor teploty dýchacieho plynu
	automatický alarm vysokej alebo nízkej teploty dýchacieho plynu
	možnosť NO terapie
	možnosť nebulizácie medikamentov do dýchacieho okruhu
	možnosť pripojenia dýchacej hadice na tracheostomickú masku
	držiak pre upevnenie prístroja na tyč
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	aplikátor kyslíka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	výškovo nastaviteľný mobilný podvozok s brzdenými kolieskami a s košíkom na príslušenstvo
	prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeho vzduchu
	prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeho kyslíka

### Časť č. 6

#### **Tkanivový oxymeter – 2ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Tkanivový oxymeter – 2 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Monitor pre meranie absolútnych hodnôt saturácie kyslíka v tkanivách
	<b>Podrobný technický popis</b>
	4 vlnové dĺžky infračerveného žiarenia
	umožňuje meranie i bez pulzu (brucho, končatiny)
	najvyššia úroveň presnosti meraní max. 4% 1SD
	jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie s dotykovým displejom
	rozšírené možnosti získavania a ukladania dát
	monitorovanie absolútneho nasýtenia tkaniva kyslíkom (%StO <sub>2</sub> ) v rozsahu 0 – 99%
	interval aktualizácie po 2 sekundách
	interný akumulátor pre prevádzku bez vonkajšieho zdroja el. energie po dobu min. 30 min.
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	tkanivový oxymeter podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	senzor pre novorodencov, min. 20 ks

### Časť č.7

#### **Prenosná odsávačka – 3 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Prenosná odsávačka – 3ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Prenosná elektrická odsávačka a nastaviteľnou silou sania, nádobou na sekrety s ochranou proti presatiu a bakteriálnym filtrom.
	<b>Podrobný technický popis</b>
	prenosný ľahký prístroj s hmotnosťou do 2 kg
	sací výkon min. 24 lit. / min.
	sací podtlak min. do 600mbar
	integrovateľný akumulátor, zabezpečujúci prevádzku prístroja bez vonkajšieho zdroja min. 60 minút
	manometer aktuálneho podtlaku
	indikátor stavu nabitia akumulátor
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	prenosná elektrická odsávačka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	nádobu na sekrety s ochranou proti presatiu s objemom min. 500 ml a bakteriálnym filtrom
	univerzálny nabíjací adaptér
	transportný vak na prístroj a na nádobu na sekrety
	náhradný bakteriálny filter, min. 2 ks

### Časť č. 8

#### **Fototerapeutický systém – 10 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Fototerapeutický systém – 10 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Fototerapeutický systém pre liečbu novorodeneckej hyperbilirubinémie. Vysokointenzívne fototerapeutické svetlo na báze LED technológie s vlnovou dĺžkou v rozpätí 450 – 470 nm s možnosťou kontinuálneho nastavenia intenzity svetla a merania aktuálnej intenzity pri novorodencovi.

	<b>Podrobný technický popis</b>
	svetelný zdroj na báze LED technológie emitujúci studené svetlo
	intenzívne fototerapeutické svetlo s vlnovou dĺžkou v terapeutickom rozpätí od 450 do 470 nm
	plynule nastaviteľná intenzita v rozpätí maximálne do 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ vo vzdialenosti 30 cm
	možnosť prepnutia na biele vyšetrovacie svetlo bez nutnosti vypnutia fototerapie
	červené bodové svetlo pre určenie ideálnej polohy novorodenca pod fototerapiou
	kontinuálne monitorovanie aktuálnej hodnoty intenzity fototerapie v $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ na úrovni novorodenca - integrovaný merač intenzity fototerapie (so zobrazením aktuálnej hodnoty intenzity fototerapie na ovládacom displeji fototerapie)
	programovateľná časomiera fototerapie
	možnosť aktivácie terapeutической pauzy (so súčasným zastavením časomiere, pokiaľ je aktivovaná)
	integrovaný monitor kožnej teploty novorodenca s alarmami vysokej, resp. nízkej hodnoty
	praktický mobilný podvozok s brzdými kolieskami umožňujúci vertikálne a horizontálne nastavenie fototerapeutickej lampy ako aj jej sklon
	vertikálne nastavenie min. v rozpätí od 130 do 170 cm
	možnosť jednoduchej demontáže fototerapeutickej lampy zo stojana (bez použitia náradia) a jej umiestnenia na kryte inkubátora
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	fototerapeutický systém podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	výškovo nastaviteľný mobilný podvozok s brzdými kolieskami
	integrovaný merač intenzity fototerapie

### **Časť č. 9**

#### **Laminárny box – 1 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Laminárny box – 1ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Box pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou
	<b>Podrobný technický popis</b>



	biohazard, 2 HEPA filtre podľa normy EN 12469
	ochrana produktu, obsluhy a prostredia
	účinnosť filtrácie 99.999% pre častice 0.3µm
	jednoduchý a prehľadný ovládací panel s LCD displejom na zobrazenie prevádzkových parametrov (stav filtrov, rýchlosť prúdenia, počítadlo prevádzkových hodín), jasne viditeľný aj z pozície obsluhy zo sedu
	osvetlenie boxu >1200 lux - denné svetlo
	voliteľne programovateľné UV svetlo s časovačom 1min až 24 hod.
	ochranná vzduchová bariéra
	úsporný „stand-by“ režim s automatickým vypnutím osvetlenia
	inovatívna technológia nových motorov znamená až 60% úsporu elektrickej energie oproti bežným boxom
	auto-kalibrácia prevádzkových parametrov
	plénium - kontaminovaný priestor s negatívnym tlakom pre max. bezpečnosť
	ergonomické prevedenie so sklonom okna 10° na zvýšenie komfortu a zníženie únavy obsluhy
	opierka rúk (2) - komfortná práca + zachovanie laminarity prúdenia
	priestranná pracovná plocha
	neruzová pracovná plocha pozostávajúca zo 4 vyberateľných dielov za účelom ľahkého čistenia a autoklávovania
	za účelom zníženia rizika krížovej kontaminácie je možné spustiť okno do spodnej polohy pre potrebu čistenia a dekontaminácie
	elektrické zásuvky (2) na zadnej stene pracovného priestoru
	všetky komponenty a HEPA filtre sú prístupné z prednej časti boxu = min. prerušenie prevádzky v prípade údržby alebo servisu
	vnútorné steny bez ostrých rohov pre jednoduché čistenie a eliminovanie vzniku kontaminácie
	veľmi tichá prevádzka <55dB(A)
	široké možnosti voliteľného príslušenstva
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	laminárny box podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	integrovateľný UV-žiarič s časovačom
	ergonomický podstavec

### **Časť č. 10**

#### **Prístroj na skrining sluchu novorodencov - 2 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
----------------	--

	<b>Prístroj na skrining sluchu novorodencov – 2 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Prístroj na skrining sluchu novorodencov metódou TEOAE s možnosťou rozšírenia o skrining metódou binaurálne AABR. Prístroj musí byť pripravený na automatickú komunikáciu s centrálnou databázou skriningu sluchu.
	<b>Podrobný technický popis</b>
	prístroj s vyšetrovacou metódou TEOAE, vhodný na skrining sluchu novorodencov bez nutnosti akéhokoľvek spotrebného materiálu
	ľahký, kompaktný prenosný prístroj s vlastným akumulátorom pre prevádzku min. 10 hodín
	algoritmus vyhodnocovania vyšetrenia na báze binominálnej štatistiky pre optimálnu presnosť, vysokú špecifickosť a senzitivitu
	system pre potlačanie artefaktov pre rozlišovanie externého hluku a akustickej odozvy pacienta
	plne modulárny systém, ktorý umožňuje jednoduché rozšírenie o metódu vyšetrenia DPOAE a AABR
	možnosť rozšírenia o metódu Binaural ABR (simultánne obojstranné vyšetrenie metódou AABR)
	možnosť vyšetrovania metódou AABR (Binaural AABR) pomocou slúchadiel
	možnosť rýchleho vyšetrenia (bez priradenia výsledku k menu pacienta) ako aj vyšetrenia s priradením výsledkov k menu pacienta
	automatická kalibrácia pred každým vyšetrením
	nelineárny stimulačný protokol
	automatická kontinuálna detekcia impedancie elektród pri vyšetrení metódou AABR
	prístroj musí umožňovať pripojenie k tlačiarňi resp. PC pre ďalšie spracovanie nameraných hodnôt
	jednoduché ovládanie s lokalizovaným softvérom do slovenského, resp. českého jazyka
	online nápoveda s navigáciou (Návod na použitie) priamo v prístroji
	veľký farebný dotykový displej s intuitívnym ovládaním s uhlopriečkou min. 8,5 cm
	interná pamäť prístroja musí umožňovať uloženie minimálne 1000 meraní
	súčasťou prístroja musí byť softvér (pre platformu Windows) pre spracovanie a archiváciu nameraných dát s kapacitou min. 1000 pacientov
	možnosť automatickej inštalácie najnovšieho firmvéru prístroja
	možnosť jednoduchého doplnenia / rozšírenia prístroja o opcii pre automatickú komunikáciu s centrálnou databázou skriningu sluchu v SR
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>
	prístroj na skrining sluchu novorodencov podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	testovacia sonda pre metódu TEOAE s integrovaným svetlom pre

	osvetlenie zvukovodu
	sada opakovateľne použiteľných násadcov rôznej veľkosti pre vyšetrovaciu sondu
	prenosný kufrík na prístroj s príslušenstvom
	nabíjací kábel s adaptérom pre nabíjanie zo zdroja 220V / 50 Hz
	kábel pre pripojenie prístroja k tlačiarne

## **Časť č. 11**

### **Digitálna váha - 5 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>
	<b>Digitálna váha – 5 ks</b>
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>
	Presná elektronická digitálna váha určená pre váženie novorodenca s možnosťou bezdrôtového prenosu dát do PC a so systémom eliminácie artefaktov pri nekludnom dieťati.
	<b>Podrobný technický popis</b>
	- viacúčelová digitálna neonatálna váha
	- stanovené meradlo triedy III
	- vrátane prvotného overenia
	- nosnosť min. do 15 kg
	- citlivosť min. 2g (do 5 kg)
	- citlivosť min. 5g (nad 5 kg)
	- systém pre elimináciu artefaktov pri pohyboch novorodenca
	- funkcia "TARE"
	- funkcia "HOLD" (fixácia nameranej hodnoty)
	- možnosť prepínania rozsahu váženia
	- integrovaný meter v rozsahu min. 0 - 50 cm
	- podsvietený displej s krytom pre ochranu novorodenca
	- integrovaný akumulátor a nabíjacím adaptérom
	- integrovaná bezdrôtová technológia pre možnosť odosielanie dát do bezdrôtovej tlačiarne
	- možnosť pripojenia na PC pre archiváciu dát a sledovanie trendov
	- automatické vypnutie pri nečinnosti
	- hmotnosť max. 7,5 kg
	- jednoduché čistenie a dezinfekcia povrchu váhy
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>

	digitálna neonatálna váha podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie
	elektrický adaptér pre pripojenie váhy do el. siete

**Podrobné technicko-medicínske parametre ponúkaného predmetu zákazky (časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11) žiadame uviesť v Prílohe č.4 súťažných podkladov – Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11) a Prílohe č.1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny návrhu zmluvných podmienok kúpnej zmluvy.**

### **3.**

#### **Hodnotenie splnenia špecifikácie:**

Uchádzač vo svojej ponuke ku požiadavkám na technicko-medicínske parametre uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru s uvedením **obchodného názvu, resp. typového označenia** v zmysle Prílohy č.4 súťažných podkladov – Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, pričom dodrží poradie v akom sú uvedené jednotlivé položky!

**Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky (časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11).**

**V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v tomto opise, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.**

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**D. Spôsob určenia ceny**

**MARTIN, JANUÁR 2021**

**(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)**

## D. Spôsob určenia ceny

1. Cena za dodávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a bude vyjadrená v eurách (€).

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu pre každú ponúknutú časť uvedie v zložení (v zmysle časti C. *Opis predmetu zákazky*):

2.1 navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky v € bez DPH (podľa časti C. *Opis predmetu zákazky* – Časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11)

2.2 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v € bez DPH - tieto ceny budú aj predmetom elektronickej aukcie (podľa časti C. *Opis predmetu zákazky* – Časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11)

2.3 sadzba DPH v %

2.4 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v € s DPH (podľa časti C. *Opis predmetu zákazky* – Časť č.1, č.2, č.3, ..., č.11)

**Cenu za celý predmet zákazky v € bez DPH žiadame vypočítať ako súčin jednotkových cien v € bez DPH a množstva.**

**Cenu za celý predmet zákazky v € s DPH žiadame vypočítať z ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH upravenú o DPH.**

**V e-aukcii systém automaticky prepočíta nové ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH na cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.**

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v požadovanom zložení v €. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

4. Ak uchádzač má miesto sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH, ale pri hodnotení komisia k jeho cenám pripočíta DPH (prenesenie daňovej povinnosti). Celková cena bez DPH navýšená o DPH bude predmetom vyhodnotenia z dôvodu, že v prípade úspešnosti tohto uchádzača by bola prenesená daňová povinnosť na verejného obstarávateľa ako na osobu povinnú zaplatiť daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. DPH sa vyčíslí v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

5. Ceny uvedené v návrhu zmluvy žiadame zaokrúhliť na dve desatinné miesta nasledovným spôsobom:

*napr. 1,155 zaokrúhliť na 1,16 - 0,484 zaokrúhliť na 0,48*

6. Uchádzač navrhovanú cenu za celý predmet zákazky v € s DPH za požadovaný predmet zákazky (pre každú ponúknutú časť samostatne) vloží do systému JOSEPHINE a vyplní položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenému v týchto súťažných podkladoch.

7. Cena uvedená v návrhu zmluvy za predmet zákazky v zmysle časti C. *Opis predmetu zákazky* a časti E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane DPH v súlade s platnými

právnymi predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj, obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.



Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**E. Obchodné podmienky realizácie a dodania  
predmetu zákazky**

MARTIN, JANUÁR 2021

(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)

## **E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky**

1. Uchádzač predloží vo svojej ponuke návrh kúpnej zmluvy (pre každú ponúknutú časť samostatne) v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky. Súčasťou zmluvy budú aj požadované prílohy.

Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

2. Ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj naskenované splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.

3. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky minimálne podmienky a štruktúru podľa tejto časti súťažných podkladov. Text návrhu zmluvy a jej prílohy nesmú obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti. V prípade, že bude návrh obsahovať takúto časť, ponuka bude zo zadávania verejnej súťaže vylúčená.

4. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

5. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah).

V prípade, že úspešný uchádzač v čase uzavretia zmluvy nepredpokladá pri plnení predmetu zákazky využitie subdodávateľa, doplní do príslušnej časti xxx.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu zmluvy predložené uchádzačom budú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.

**Uchádzač doplní do kúpnej zmluvy v bode 2.1 a 4.2 číslo a názov ponúkanej časti predmetu zákazky – časť č.1, č.2, č.3, ... č.11 v zmysle C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov**

- napr. v prípade predloženia ponuky do časti č.1 uchádzač doplní do zmluvy „Časť č.1 – Vyhrievané lôžko – 3 ks“

Podmienky a štruktúra zmluvy:

**I. „VZOR NÁVRHU“**

**Uchádzač doplní bod 1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 4.4, 6.2, 6.4 a 6.5 do predloženej Kúpnej zmluvy:**

**KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....**

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

**Čl. 1**

**Zmluvné strany**

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2,036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000281377/8180  
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0028 1377  
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: .....  
Sídlo: .....  
V zastúpení: .....  
IČO: .....  
DIČ: .....  
IČ DPH: .....  
Bankové spojenie: .....  
Číslo účtu: .....  
IBAN: .....  
BIC/SWIFT: .....

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu ....., oddiel ....., vložka č. ....  
Uviesť údaj, či predávajúci je alebo nie je platcom DPH.  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Čl. II** **Predmet zmluvy**

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

**Časť č.1 –Vyhrievané lôžko – 3 ks** ..... (uchádzač doplní názov predmetu zmluvy) - (uchádzač uvedené údaje doplní podľa časti do ktorej predkladá ponuku)

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“). - (prílohu vypracuje uchádzač podľa vlastnej ponuky, parametre ponúknutého prístroja musia spĺňať minimálne technické parametre uvedené v príslušnej časti C. Opis predmetu zákazky)

2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

## **Čl. III** **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do ..... (doplní uchádzač max. do 8 týždňov) týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle Čl. IX tejto zmluvy, v mieste dodania.

3.3. Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci protokolárne v súlade s Čl. IX tejto zmluvy.

3.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

3.6 Lehota plnenia začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, t.j. odo dňa účinnosti zmluvy.

#### Čl. IV Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa“

**- časť č.1 - „Vyhrievané lôžko – 3 ks“ .**

*(uchádzač uvedené údaje doplní podľa časti do ktorej predkladá ponuku)*

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	.....
Sadzba DPH v %	.....
Výška DPH v €	.....
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	.....

(slovom..... €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

*Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.*

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy v súlade s čl. II.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v sume podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po dopravení predmetu zmluvy do miesta dodania v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, inštalácii a uskutočnení ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II tejto zmluvy, pričom faktúra bude splatná do 60 dní od jej vystavenia.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku predmetu zmluvy najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania predmetu zmluvy.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem.

Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy v súlade s čl. IX tejto zmluvy. Záručná doba je v trvaní ..... mesiacov (*doplní uchádzač minimálne 24 mesiacov*).

Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy.

Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: ..... alebo na e-mail: ..... Zodpovedný pracovník predávajúceho je ..... Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom servisným technikom ..... (*uchádzač doplní meno servisného technika v súlade s osvedčením – certifikátom o odbornom vyškolení, predloženým vo verejnej súťaži*) odborne vyškoleným na predmet zmluvy.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do ..... (*doplní uchádzač maximálne 24 hodín*) hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.



6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dodávku náhradných dielov pre predmet zmluvy po dobu 8 rokov po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

a) Vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

b) V prípade realizačnej neschopnosti predávajúceho vo výške 5% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy.

Splnením záväzku predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti predávajúceho, ktorých plnenie je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie o zmluvnej pokute zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,

8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,

8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy, pričom na realizačnú neschopnosť sa považuje najmä nie však výlučne neschopnosť predávajúceho realizovať dodanie predmetu zmluvy,

8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,

8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,

8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej

vyľúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmiernom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmiernom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.13 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. IX**

### **Odobzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou na základe preberacieho protokolu za podmienok uvedených v tomto článku.

9.2 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíše zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.3 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI** **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V ....., dňa: .....

**Za UNM:**

**Zapredávajúceho:**

Meno: .....

Funkcia: .....

Podpis: .....

Podpis: .....

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

- špecifikácia parametrov predmetu zmluvy v zmysle *C. Opis predmetu zákazky* a prílohy č.4 súťažných podkladov
- kalkulácia zmluvnej ceny v zmysle *D. Spôsob určenia ceny*



## Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:

### Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: .....

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: .....

IČO, resp. dátum narodenia: .....

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: .....

- meno a priezvisko: .....

- adresa pobytu: .....

- dátum narodenia: .....

- funkcia: .....

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

.....

.....

.....

*Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom túto skutočnosť uvedie. Ak úspešný uchádzač predpokladá pri plnení predmetu zmluvy viac subdodávateľov, použije odsek toľkokrát, koľko subdodávateľov predpokladá.*

### Subdodávateľ – iná osoba v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 (osoba využitá pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti):

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: .....

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: .....

IČO, resp. dátum narodenia: .....

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: .....

- meno a priezvisko: .....

- adresa pobytu: .....

- dátum narodenia: .....

- funkcia: .....

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

.....

.....

.....

*Ak úspešný uchádzač nevyužil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti inej osoby túto skutočnosť uvedie. Ak úspešný uchádzač využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti viac iných osôb, použije odsek toľkokrát, koľko iných osôb využil.*

Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známi žiadni ďalší subdodávateľia v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení okrem vyššie uvedených.

V ....., dňa: .....

### Za predávajúceho:

Meno: .....

Funkcia: .....

Podpis: .....

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti**

MARTIN, JANUÁR 2021

(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)

## **F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti**

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

### **1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA**

**Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:**

**1.1 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.**

1.2 Keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, uchádzač alebo záujemca **preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov** podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - **doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace**. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti;

- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - **doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace**;

- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - **doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace**;

- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - **doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace**;

- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar - **doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;**

- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - **doloženým čestným vyhlásením;**

- § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, **ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;**

- § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, **ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.**

*Podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa preukázania osobného postavenia uchádzača v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO sa vzťahujú na uchádzačov predkladajúcich ponuky na predmet zákazky zadefinovaný v častiach č.1 - č.11 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.*

1.3 V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia dokladmi sa vyžaduje predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (pokiaľ nie je uvedené inak).

1.4 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

1.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.6 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

1.6.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov

1.6.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

1.7 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti – osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

## **2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA**

**Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:**

### **2.1§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní**

*Minimálna požadovaná úroveň štandardov:*

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že

- a) uchádzač nebol v nepovolenom debete,
- b) uchádzač plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
- c) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- d) na peňažné prostriedky na jeho bežnom účte nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie príkazom pohľadávky z účtu v banke).

Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie posledných šesť mesiacov (01.08.2020 – 31.01.2021), resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu.

K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie.

*Podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa preukázania finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o VO sa vzťahujú na uchádzačov predkladajúcich ponuky na predmet zákazky zadaný v častiach č.1 - č.11 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.*

2.2 Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne overené kópie (pokiaľ nie je uvedené inak).

2.3 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona

o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

2.6 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

2.6.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov

2.6.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

### **3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI**

**Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa:**

#### **3.1.1 § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní:**

Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.

*Minimálna požadovaná úroveň štandardov:*

Uchádzač predloží opis zdravotníckej techniky (podľa toho do ktorej časti predmetu zákazky uchádzač predkladá ponuku) s uvedením podrobných technicko-medicínskych parametrov ponúkaného prístroja v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa, pričom pravosť uvedených parametrov musí byť overená priložením datasheetu, prospektového materiálu alebo návodu na obsluhu s vyznačením konkrétnych parametrov resp. potvrdením výrobcu prístroja. Požadované je potrebné predložiť za každú ponúknutú časť samostatne (časť č.1, č.2, ... č.11).

*Podmienky účasti uchádzačov týkajúce sa preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o VO sa vzťahujú na uchádzačov predkladajúcich ponuky na predmet zákazky zadefinovaný v častiach č.1 - č.11 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.*

#### **3.1.2 § 34 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní**

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.



*Minimálna požadovaná úroveň štandardov:*

Uchádzač predloží osvedčenie – certifikát o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkaný prístroj, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis vydaný výrobcom ponúkaného prístroja.

*Podmienka účasti uchádzačov týkajúca sa preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 o VO sa vzťahuje na uchádzačov predkladajúcich ponuky na predmet zákazky zadefinovaný v častiach č.1 - č.10 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.*

3.2 Doklady na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je treba predložiť ako originály alebo ich úradne overené kópie (pokiaľ nie je uvedené inak).

3.3 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

3.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. **V prípade, ak uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť vlastnými zamestnancami, pri predkladaní dokladov túto skutočnosť uvedie.**

3.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

3.6 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný

3.6.1 originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých naskenovaných dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov;

3.6.2 v prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).



Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže predložiť rovnocenný doklad podľa právnych predpisov vydaných v štáte sídla uchádzača.

#### **4. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ JE MOŽNÉ PREUKÁZAŤ AJ JEDNOTNÝM EURÓPSKYM DOKUMENTOM**

Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 3 časti F. *Podmienky účasti...* predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ **umožňuje** hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu *oddiel a: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti* bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

*Jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.*

V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) má uchádzač možnosť využiť pri predkladaní JED-u vnútroštátne služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34484>). Uchádzač má zároveň možnosť postupovať podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (<https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html>).

Na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> a v profile verejného obstarávateľa na stránke <https://www.uvo.gov.sk/>... budú zverejnené :

- vygenerovaná elektronická verzia formulára „JED-výzva“ s prílohami .pdf a .xml (online formulár je možné vyplniť prostredníctvom modulu JED prístupného vo verejnej zóne na stránke ÚVO),
- JED vo formáte .doc umožňujúci jeho priame vyplňanie (informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa poskytnuté verejným obstarávateľom si uchádzač do vzoru prenesie sám).

Uložený vyplnený formulár JED vo formáte .xml *alebo* naskenový JED podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie *alebo* JED spracovaný s využitím vnútroštátnej služby JED pre obstarávanie *bude tvoriť súčasť predkladaných dokumentov tvoriacich ponuku.*

Verejný obstarávateľ:

**Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

Názov zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**

**TOVARY**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
a spôsob ich uplatnenia**

MARTIN, JANUÁR 2021

(MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV)

## G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk v častiach č.1, č.2, .... a č.11 :

**najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH - pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne**

1.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Hodnotená bude ponúknutá cena za celý predmet zákazky v € s DPH pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne v rozsahu definovanom v časti C. *Opis predmetu zákazky* a v zmysle časti D. *Spôsob určenia ceny* súťažných podkladov, ktorou sa rozumie ponúknutá cena za celý predmet zákazky vrátane DPH pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj, obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:

2.1 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých ponuky splnili podmienky určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch „Výzvou na účasť v elektronickej aukcii“, vyzvaní na predloženie nových cien za celý predmet zákazky v € bez DPH v zmysle časti D. *Spôsob určenia ceny* súťažných podkladov upravených smerom nadol.

Podľa výšky navrhutej ceny za celý predmet zákazky v €s DPH sa určí úspešný a neúspešný uchádzač – pre každú ponúknutú časť predmetu zákazky osobitne. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

2.2 V prípade, že ponuka úspešného uchádzača alebo uchádzačov (na základe výsledkov eAukcie) bude v zmysle bodu 28.4.2 časti A. súťažných podkladov vylúčená alebo ak úspešný uchádzač alebo uchádzači budú vylúčení z dôvodu nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v zmysle časti F. *Podmienky účasti...* týchto súťažných podkladov a v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti(v prípade ak uchádzač alebo uchádzači preukazovali splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť pri uzatvorení zmluvy – verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní a môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí.

2.3 Každému uchádzačovi na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia elektronickej aukcie a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 29 časti A. súťažných podkladov bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.

**Ďalšie informácie:**

***Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že elektronickú aukciu nepoužije v prípade:***

- ak ani jedna ponuka nebude spĺňať podmienky určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

***Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu:***

- ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.

**Uchádzač svoj návrh na plnenie verejným obstarávateľom stanoveného kritéria vyplní vo forme položkového elektronického formulára v systéme JOSEPHINE, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v Prílohe č.1 týchto súťažných podkladov a zároveň predloží vo svojej ponuke vyplnenú Prílohu č.1 súťažných podkladov Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – pre každú ponúknutú časť samostatne.**

Príloha č.1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

**Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

Časť č.: ..... (doplňte)

Názov časti: ..... (doplňte)

Kritérium č.	Názov kritéria	Návrh
	<b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b>	
	<b>Sadzba DPH</b>	
<b>1.</b>	<b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>	

Obchodné meno uchádzača: .....

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: .....

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: .....

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:.....

V ....., dňa.....

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Identifikačné údaje uchádzača**

Obchodné meno:	
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:	
Právna forma:	
Označenie registra:	
Číslo zápisu:	
Štatutárny zástupca:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu – IBAN:	
Kontaktná osoba:	
- telefónne číslo:	
- fax:	
- e-mail:	

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:**

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky**

Meno a priezvisko:	
Obchodné meno alebo názov :	
Adresa pobytu:	
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:	
IČO, ak bolo pridelené:	
- telefónne číslo: - e-mail:	

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu



Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača**

Uchádzač ....., čestne vyhlasujeme, že:

- a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
- b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
- c) vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku (*v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi ponuka môže obsahovať ponuku na jednu ucelenú časť alebo na viacej ucelených častí alebo na celý predmet zákazky*);
- d) nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;
- e) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

## Príloha č. 2c súťažných podkladov: **Vzor textu bankovej informácie**

V nadväznosti na časť *F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti*, je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť ..... je naším klientom od .....
- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas
- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 01.08.2020 – 31.01.2021) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).
- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržiava (nedodržiava) splátkový kalendár“)
- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 01.08.2020 – 31.01.2021) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie príkazom pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie – banky**

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Čestné vyhlásenie**

Uchádzač ....., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovanych bankách: ..... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .....(*doplniť názov uchádzača*), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- b) sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
- e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html> .

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

**Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa**

**Časť č.1**

**Vyhrievané lôžko - 3 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Vyhrievané lôžko pre novorodencov – 3ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Novorodenecké vyhrievacie lôžko pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s centrálnym ovládacím panelom, automatickou a manuálnou reguláciou teploty a integrovanou NAWI kompatibilnou váhou. V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí lôžko disponovať predhrievacím automatickým režimom bez alarmov pre jeho vyhriatie.	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	Vyhrievacie lôžko pre novorodencov vhodné pre intenzívnu starostlivosť ako aj pre stabilizáciu a podporu adaptácie novorodenca na pôrodnom sále	
	Možnosť bezproblémového tímového prístupu k novorodencovi na lôžku z 3 strán	
	Prevádzkový režim manuálnym nastavovaním vyhrievacieho výkonu	

	výhrevného telesa	
	Prevádzkový režim automatickým riadením vyhrievacieho výkonu výhrevného telesa z teploty novorodenca „SKIN“, vrátane kožnej sondy	
	Prevádzkový režim časovo neobmedzeného automatického „predhrievania“ bez rušivých alarmov; pohotovostný režim vyhriateho lôžka	
	Apgar časomiera a KPR (kardio-pulmonárna resuscitácia) časovač, oba integrované na centrálnom ovládacom paneli	
	Pasívne vyhrievaný (teplonevodivý) antidekubitný matrac s minimálnym rozmerom 66 x 48 cm	
	Zásuvka pre RTG kazetu integrovaná pod matracom s vyznačením polohy RTG kazety na lôžku	
	Plynulé nastavovanie sklonu matraca (Trendelenburg / anti-Trendelenburg) min. do $\pm 12$ st. s indikáciou vodorovnej polohy	
	Centrálny ovládací panel s veľkými dobre čitateľnými údajmi, ovládanie pomocou piktogramov alebo v SJ	
	Integrované vyšetrovacie svetlo	
	Prídavné bodové studené vyšetrovacie svetlo s bezdotykovým ovládaním	
	Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI	
	Polica na príslušenstvo umiestnená v strede pod ovládacím panelom (s možnosťou jej variabilného umiestnenia)	
	Odklopný predný a oba bočné panely lôžka s funkciou automatického bezhlučného sklápania po odistení pre zaistenie voľných rúk personálu pri manipulácii s novorodencom a minimalizáciu hluku	
	Pojazdný podvozok s nastaviteľnou výškou pomocou elektromotora s ovládaním po oboch stranách	

	podvozku	
	Priestranná skrinka na príslušenstvo umiestnená pod lôžkom	
	Dvojité brzdené kolieska pre jednoduchší transport aj na horšom povrchu	
	Manipulačné rúčky na zadnej strane lôžka pre jeho pohodlný transport	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	Vyhrievacie lôžko podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	Novorodenecká Venturi odsávačka <i>resp. ekvivalent</i> s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojkou a držiaka	
	Ohybný držiak ventilačných hadíc	
	Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva	
	Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo	
	Manipulačné rúčky na zadnej strane lôžka pre jeho pohodlný presun	
	Polica na príslušenstvo, min. 1 ks	
	Kožná teplotná sonda	

## Časť č. 2

### **Vyhrievaná postieľka – 10 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Vyhrievaná postieľka – 10 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Novorodenecká vyhrievaná postieľka s výškovo nastaviteľným stojanom a integrovanou vyhrievacou podložkou pre zabezpečenie termostability novorodenca	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	konštrukcia vhodná pre umiestnenie	



	postelky nad posteľ matky	
	výškovo nastaviteľný podvozok v rozsahu min. 60 – 85 cm	
	brzdené kolieska podvozku, min. 2 ks	
	nastavenie sklonu lôžka min. v rozsahu $\pm 12^\circ$	
	košík na príslušenstvo	
	vyhrievacia podložka na celej ploche matraca	
	automatická regulácia teploty podložky s nastavením v rozsahu min. od 30 do 38 °C	
	riadiaca jednotka zobrazujúca aktuálnu teplotu podložky a prípadné poruchy a alarmy	
	možnosť použitia podložiek s rôznymi veľkosťami	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	vyhrievaná postelka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	antidekubitný matrac	
	riadiaca jednotka vyhrievacej podložky	
	vyhrievacia podložka na celej ploche matraca	
	držiak riadiacej jednotky vyhrievacej jednotky	

### Časť č. 3

#### **Kompletný transportný systém - 1 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medický parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Kompletný transportný systém pre novorodencov – 1ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medické parametre :</i>	
	Kompletne vybavená modulárna mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti (transportný inkubátor a	

	transportný ventilátor) vhodná pre všetky požiadavky transportu novorodencov. Systém so stabilným termoneutrálnym prostredím s možnosťou ventilačnej podpory novorodenca počas transportu (invazívnej aj neinvazívnej) a odsávania. Celý systém musí tvoriť jeden celok na kolapsibilnom podvozku kompatibilnom so systémami vo vozidlách MIJ.	
	<b>Podrobný technický popis – transportný inkubátor</b>	
	dvojité veko transportného inkubátora s predným a bočným výklopným panelom, oba panely výklopné nadol	
	lôžko transportného inkubátora výsuvné cez bočný výklopný panel pre pohodlnú intubáciu novorodenca počas transportu	
	prídavný certifikovaný systém pre bezpečnú a efektívnu fixáciu novorodenca počas transportu v transportnom inkubátore pre novorodencov od 500g do 5 kg	
	riadenie teploty v inkubátore z teploty prostredia v inkubátore (AIR režim)	
	monitorovanie kožnej teploty novorodenca	
	kožná teplotná sonda	
	integrovaný infúzny stojan	
	možnosť pasívneho zvlhčovania vnútorného prostredia priestoru inkubátora	
	interný akumulátor pre nezávislý chod inkubátora aspoň po dobu 60 min. s nabíjačkou a indikátorom miery nabitia na prednom ovládacom paneli	
	prídavný interný akumulátor pre zdvojnásobenie nezávislého chodu inkubátora	
	možnosť napájania inkubátora z rozdielnych napätí - 12V D.C., 24V	

	D.C., 220V A.C. s automatickým rozpoznáním a prepnutím na príslušné napätie	
	horná odklopná polica na príslušenstvo s popruhmi pre jeho upevnenie	
	priestor pod inkubátorom pre dve tlakové fľaše (kyslík, vzduch) na stlačený plyn s úchytkami	
	vstupný konektor pre dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora s O prietokomerom	
	system pre automatické prepínanie medzi zdrojmi stlačeného plynu bez prerušenia ventilácie podľa aktuálnej potreby - tlakové fľaše na inkubátore / tlakové fľaše vo vozidle MIJ / centrálny rozvod v nemocnici	
	integrované vyšetrovacie svetlo	
	system automatických alarmov	
	<b>Podrobný technický popis – transportný ventilátor</b>	
	novorodenecký transportný ventilátor vyššej triedy určený pre novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou	
	možnosť nezávislého nastavenia inspiračného a expiračného prietoku v rozsahu minimálne od 2 do 15 lit./min.	
	konvenčné ventilačné režimy: CPAP so záložnou ventiláciou a s automatickým zvýšením prietok v prípade potreby (tzv. "demandflow"), IPPV (CMV) / IMV / TCPL	
	pacientom ovládané synchronizované ventilačné režimy: SIMV, PTV (AC)	
	adaptívny synchronizovaný ventilačný režim PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%	
	adaptívny synchronizovaný ventilačný režim SIMV + PSV s	

	možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%	
	možnosť objemovo garantovanej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku okolo ET kanyly pre každý ventilačný režim	
	možnosť objemovo limitovanej ventilácie kombinovanej s každým ventilačným režimom	
	manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime	
	nenivazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach	
	automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách počas neinvazívnej ventilácie s možnosťou nastavenia jej úrovne	
	vysokoprietoková O <sub>2</sub> terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl	
	manuálna ventilačná podpora SLI (SustainedLungInflation) v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek.	
	kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu na preoxygénáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygénácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO <sub>2</sub> po 2 minútach	
	objemový (prietokový) trigger s nastaviteľnou citlivosťou a s kompenzáciou úniku okolo ET kanyly; prietokový senzor pri pacientovi	
	záložný tlakový trigger	
	možnosť doplnenia ventilátora o trigger pre bi-fázickú neinvazívnu	

	ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvazívny ventilačný režim	
	proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)	
	možnosť rozšírenia o integrovaný modul SpO2 pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca - systém automatickej regulácie FiO2 dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO2 novorodenca	
	integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe	
	znázornenie dychových kriviek a slučiek	
	monitoring ventilačných parametrov - tlaky (PEEP, Mean, PIP), únik, dychový objem, minútový objem, frekvencia, dynamická kompliance, C20/C, O2 koncentrácia	
	napájanie ventilátora z elektrickej siete transportného systému	
	integrovaný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie	
	softvér v slovenskom alebo českom jazyku	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	transportný inkubátor minimálne podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie s integrovaným podrámom pre uchytenie na mobilný podvozok	
	transportný ventilátor minimálne podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie s integrovaným držiakom pre uchytenie na mobilný podvozok	
	integrovaný automatický transportný zvlhčovač dýchacích plynov pre zvlhčenie dýchacieho plynu počas transportu	
	samosklápací podvozok kompatibilný so systémom	

	inštalovaným v transportnom vozidle	
	elektrická odsávačka so sacím výkonom min. 12 lit. / min. s podtlakom min. 750 mbar	

#### **Časť č. 4**

##### **Neinvazívny ventilátor – 10 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medický parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Neinvazívny ventilátor pre novorodencov – 10 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medické parametre :</i>	
	Novorodenecký ventilátor najvyššej triedy s neinvazívnymi ventilačnými režimami, určený pre neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov od pôrodnej hmotnosti 500g vrátane komplexného monitoringu ventilačných parametrov a pľúcnych funkcií. Súčasťou ventilátora musí byť automatická regulácia FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> . Vrátane automatického zvlhčovača dýchacích plynov.	
	<b>Podrobný technický popis - ventilátor</b>	
	novorodenecký ventilátor na pozitívny tlak v dýchacích cestách určený pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou	
	nastavenie koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne (FiO <sub>2</sub> ) v rozsahu od 21% do 100%	
	kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu na preoxygénáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygénácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO <sub>2</sub> po 2 minútach	

	proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)	
	nenivazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach	
	automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách (úniku okolo nazálneho aplikátora) počas neinvazívnej ventilácie	
	možnosť variabilného nastavenia miery kompenzácie poklesu tlaku v dýchacích cestách (minimálne na 3 úrovne), resp. jej deaktivácia	
	variabilný prietok dýchacieho plynu, ktorý sa automaticky prispôbuje zmenám a udržiava stabilný tlak v dýchacích cestách	
	možnosť nastavenia druhej (vyššej) úrovne nazálneho CPAP s nastaviteľným časom a frekvenciou (BiPAP / DuoPAP / nAPRV)	
	trigger pre bi-fázickú neinvazívnu ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvazívny ventilačný režim	
	manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime	
	nenivazívna nazálna ventilačná podpora nCPAP štandardom Infant Flow	
	nenivazívna "bi-level" nazálna ventilačná podpora BiPAP / DuoPAP / nAPRV štandardom Infant Flow	
	vysokoprietoková O <sub>2</sub> terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl	
	manuálna ventilačná podpora SLI (SustainedLungInflation) v rozsahu minimálne od 2 do 10 sek.	
	automatická kalibrácia kyslíkového	



	senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta	
	fixácia nazálnych aplikátorov musí byť riešená pomocou čelenky alebo ekvivalentu s dokonalým prístupom k temenu hlavičky novorodenca	
	nozdrilky a masky pre nazálne aplikátory musia byť k dispozícii minimálne v piatich veľkostiach	
	integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe	
	integrovaný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie	
	integrovaný modul SpO2 pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca - systém automatickej regulácie FiO2 dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO2 novorodenca	
	softvér v slovenskom alebo českom jazyku	
	<b>Podrobný technický popis – automatický zvlhčovač dýchacích plynov</b>	
	možnosť nastavenia zvlhčovača v režime invazívnej alebo neinvazívnej ventilácie (preddefinované režimy prevádzky)	
	možnosť užívateľského nastavenia vyhrievania dýchacieho plynu	
	možnosť aktivácie terapeutickkej pauzy, tzv. "standby" režim pri zachovaní aktuálne nastavených parametrov	
	možnosť nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu	
	možnosť nastavenia úrovne vyhrievania expiračnej vetvy	
	automatická detekcia úrovne vody vo zvlhčovacej komore	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	

	novorodenecký ventilátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami	
	automatický zvlhčovač dýchacích plynov v technickej špecifikácii popísanej vyššie s teplotnou sondou a adaptéromi pre pripojenie dýchacieho okruhu pre neinvazívnu ventiláciu	
	mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač s košíkom na príslušenstvo	
	kábel pre pripojenie prietokového senzora, minimálne 1 ks	
	prietokový senzor, minimálne 1 ks	
	držiak ventilačných hadíc, nastaviteľný	

### **Časť č. 5**

#### **Aplikátor kyslíka – 7 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Aplikátor kyslíka – 7 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Systém podávania vysoko prietokovej kyslíkovej respiračnej terapie pomocou nazálneho aplikátora	
	Integrovaný zmiešavač kyslík / vzduch, hygienicky bezpečný systém ohrievania a zvlhčovania dýchacieho plynu bez priameho dotyku vody s dýchacím plynom zabezpečujúci jeho optimálnu úpravu na fyziologické hodnoty	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	neinvazívna respiračná podpora zvlhčeným a zohriatym dýchacím plynom s vysokým prietokom	
	vhodná pre všetky kategórie	

	pacientov - novorodenci, deti, dospelí	
	aplikácia cez nazálne kyslíkové okuliare	
	nastavenie teploty dýchacieho plynu minimálne v rozsahu od 33 do 43°C	
	nastavenie frakcie kyslíka v dýchacom plyne v rozsahu od 0,21 do 1,00	
	nastavenie prietoku dýchacieho plynu minimálne v rozsahu od 1 do 40 lit./min.	
	relatívna vlhkosť dýchacieho plynu minimálne 95%	
	záložný interný akumulátor	
	prevádzka na záložný interný akumulátor minimálne po dobu 10 min.	
	integrovateľný zmiešavač kyslík / vzduch	
	integrovateľný monitor koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne	
	integrovateľný elektronický prietokomer dýchacieho plynu s digitálnym zobrazením aktuálneho prietoku	
	integrovateľný monitor dodávaného prietoku	
	hygienicky bezpečný zvlhčovací systém bez priameho kontaktu dýchacieho plynu s vodou	
	integrovateľný monitor teploty dýchacieho plynu	
	automatický alarm vysokej alebo nízkej teploty dýchacieho plynu	
	možnosť NO terapie	
	možnosť nebulizácie medikamentov do dýchacieho okruhu	
	možnosť pripojenia dýchacej hadice na tracheostomickú masku	
	držiak pre upevnenie prístroja na tyč	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	aplikátor kyslíka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej	

	vyššie	
	výškovo nastaviteľný mobilný podvozok s brzdenými kolieskami a s košíkom na príslušenstvo	
	prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeho vzduchu	
	prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeho kyslíka	

### **Časť č. 6**

#### **Tkanivový oxymeter – 2ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Tkanivový oxymeter – 2 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Monitor pre meranie absolútnych hodnôt saturácie kyslíka v tkanivách	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	4 vlnové dĺžky infračerveného žiarenia	
	umožňuje meranie i bez pulzu (brucho, končatiny)	
	najvyššia úroveň presnosti meraní max. 4% 1SD	
	jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie s dotykovým displejom	
	rozšírené možnosti získavania a ukladania dát	
	monitorovanie absolútneho nasýtenia tkaniva kyslíkom (%StO <sub>2</sub> ) v rozsahu 0 – 99%	
	interval aktualizácie po 2 sekundách	
	interný akumulátor pre prevádzku bez vonkajšieho zdroja el. energie po dobu min. 30 min.	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	

	tkanivový oxymeter podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	senzor pre novorodencov, min. 20 ks	

### Časť č.7

#### **Prenosná odsávačka – 3 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medický parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Prenosná odsávačka – 3ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medické parametre:</i>	
	Prenosná elektrická odsávačka a nastaviteľnou silou sania, nádobou na sekréty s ochranou proti presatiu a bakteriálnym filtrom.	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	prenosný ľahký prístroj s hmotnosťou do 2 kg	
	sací výkon min. 24 lit. / min.	
	sací podtlak min. do 600mbar	
	integrovateľný akumulátor, zabezpečujúci prevádzku prístroja bez vonkajšieho zdroja min. 60 minút	
	manometer aktuálneho podtlaku	
	indikátor stavu nabitia akumulátor	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	prenosná elektrická odsávačka podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	nádoba na sekréty s ochranou proti presatiu s objemom min. 500 ml a bakteriálnym filtrom	
	univerzálny nabíjací adaptér	
	transportný vak na prístroj a na nádobu na sekréty	
	náhradný bakteriálny filter, min. 2 ks	

## Časť č. 8

### Fototerapeutický systém – 10 ks

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

Pol. č.	Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:
	<b>Fototerapeutický systém – 10 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Fototerapeutický systém pre liečbu novorodeneckej hyperbilirubinémie. Vysokointenzívne fototerapeutické svetlo na báze LED technológie s vlnovou dĺžkou v rozpätí 450 – 470 nm s možnosťou kontinuálneho nastavenia intenzity svetla a merania aktuálnej intenzity pri novorodencovi.	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	svetelný zdroj na báze LED technológie emitujúci studené svetlo	
	intenzívne fototerapeutické svetlo s vlnovou dĺžkou v terapeutickom rozpätí od 450 do 470 nm	
	plynule nastaviteľná intenzita v rozpätí maximálne do 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ vo vzdialenosti 30 cm	
	možnosť prepnutia na biele vyšetrovacie svetlo bez nutnosti vypnutia fototerapie	
	červené bodové svetlo pre určenie ideálnej polohy novorodenca pod fototerapiou	
	kontinuálne monitorovanie aktuálnej hodnoty intenzity fototerapie v $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ na úrovni novorodenca - integrovaný merač intenzity fototerapie (so zobrazením aktuálnej hodnoty intenzity fototerapie na ovládacom displeji fototerapie)	
	programovateľná časomiera fototerapie	
	možnosť aktivácie terapeutickej	

	pauzy (so súčasným zastavením časomier, pokiaľ je aktivovaná)	
	integrovaný monitor kožnej teploty novorodenca s alarmami vysokej, resp. nízkej hodnoty	
	praktický mobilný podvozok s brzdými kolieskami umožňujúci vertikálne a horizontálne nastavenie fototerapeutickej lampy ako aj jej sklon	
	vertikálne nastavenie min. v rozpätí od 130 do 170 cm	
	možnosť jednoduchej demontáže fototerapeutickej lampy zo stojana (bez použitia náradia) a jej umiestnenia na kryte inkubátora	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	fototerapeutický systém podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	výškovo nastaviteľný mobilný podvozok s brzdými kolieskami	
	integrovaný merač intenzity fototerapie	

### Časť č. 9

#### **Laminárny box – 1 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medický parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Laminárny box – 1ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medické parametre:</i>	
	Box pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	biohazard, 2 HEPA filtre podľa normy EN 12469	
	ochrana produktu, obsluhy a	



	prostredia	
	účinnosť filtrácie 99.999% pre častice 0.3µm	
	jednoduchý a prehľadný ovládací panel s LCD displejom na zobrazenie prevádzkových parametrov (stav filtrov, rýchlosť prúdenia, počítadlo prevádzkových hodín), jasne viditeľný aj z pozície obsluhy zo sedu	
	osvetlenie boxu >1200 lux - denné svetlo	
	voliteľne programovateľné UV svetlo s časovačom 1min až 24 hod.	
	ochranná vzduchová bariéra	
	úsporný „stand-by“ režim s automatickým vypnutím osvetlenia	
	inovatívna technológia nových motorov znamená až 60% úsporu elektrickej energie oproti bežným boxom	
	auto-kalibrácia prevádzkových parametrov	
	plénium - kontaminovaný priestor s negatívnym tlakom pre max. bezpečnosť	
	ergonomické prevedenie so sklonom okna 10° na zvýšenie komfortu a zníženie únavy obsluhy	
	opierka rúk (2) - komfortná práca + zachovanie laminarity prúdenia	
	priestranná pracovná plocha	
	nerezová pracovná plocha pozostávajúca zo 4 vyberateľných dielov za účelom ľahkého čistenia a autoklávovania	
	za účelom zníženia rizika krížovej kontaminácie je možné spustiť okno do spodnej polohy pre potrebu čistenia a dekontaminácie	
	elektrické zásuvky (2) na zadnej stene pracovného priestoru	
	všetky komponenty a HEPA filtre sú prístupné z prednej časti boxu = min. prerušenie prevádzky v prípade údržby alebo servisu	

	vnútorné steny bez ostrých rohov pre jednoduché čistenie a eliminovanie vzniku kontaminácie	
	veľmi tichá prevádzka <55dB(A)	
	široké možnosti voliteľného príslušenstva	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	laminárny box podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	integrovateľný UV-žiarič s časovačom	
	ergonomický podstavec	

### Časť č. 10

#### **Prístroj na skríning sluchu novorodencov - 2 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Prístroj na skríning sluchu novorodencov – 2 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Prístroj na skríning sluchu novorodencov metódou TEOAE s možnosťou rozšírenia o skríning metódou binaurálne AABR. Prístroj musí byť pripravený na automatickú komunikáciu s centrálnou databázou skríningu sluchu.	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	prístroj s vyšetrovacou metódou TEOAE, vhodný na skríning sluchu novorodencov bez nutnosti akéhokoľvek spotrebného materiálu	
	ľahký, kompaktný prenosný prístroj s vlastným akumulátorom pre prevádzku min. 10 hodín	
	algoritmus vyhodnocovania vyšetrenia na báze binominálnej štatistiky pre optimálnu presnosť, vysokú špecificitu a senzitivitu	

	system pre potláčanie artefaktov pre rozlišovanie externého hluku a akustickej odozvy pacienta	
	plne modulárny systém, ktorý umožňuje jednoduché rozšírenie o metódu vyšetrenia DPOAE a AABR	
	možnosť rozšírenia o metódu Binaural ABR (simultánne obojstranné vyšetrenie metódou AABR)	
	možnosť vyšetrenia metódou AABR (Binaural AABR) pomocou slúchadiel	
	možnosť rýchleho vyšetrenia (bez priradenia výsledku k menu pacienta) ako aj vyšetrenia s priradením výsledkov k menu pacienta	
	automatická kalibrácia pred každým vyšetrením	
	nelineárny stimulačný protokol	
	automatická kontinuálna detekcia impedancie elektród pri vyšetrení metódou AABR	
	prístroj musí umožňovať pripojenie k tlačiarni resp. PC pre ďalšie spracovanie nameraných hodnôt	
	jednoduché ovládanie s lokalizovaným softvérom do slovenského, resp. českého jazyka	
	online nápoveda s navigáciou (Návod na použitie) priamo v prístroji	
	veľký farebný dotykový displej s intuitívnym ovládaním s uhlopriečkou min. 8,5 cm	
	interná pamäť prístroja musí umožňovať uloženie minimálne 1000 meraní	
	súčasťou prístroja musí byť softvér (pre platformu Windows) pre spracovanie a archiváciu nameraných dát s kapacitou min. 1000 pacientov	
	možnosť automatickej inštalácie najnovšieho firmvéru prístroja	
	možnosť jednoduchého doplnenia /	

	rozšírenia prístroja o opcii pre automatickú komunikáciu s centrálnou databázou skríningu sluchu v SR	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	prístroj na skríning sluchu novorodencov podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	testovacia sonda pre metódu TEOAE s integrovaným svetlom pre osvetlenie zvukovodu	
	sada opakovateľne použiteľných násadcov rôznej veľkosti pre vyšetrovaciu sondu	
	prenosný kufrík na prístroj s príslušenstvom	
	nabíjací kábel s adaptérom pre nabíjanie zo zdroja 220V / 50 Hz	
	kábel pre pripojenie prístroja k tlačiarňami	

## **Časť č. 11**

### **Digitálna váha - 5 ks**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované prístroje

<b>Pol. č.</b>	<b>Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:</b>
	<b>Digitálna váha – 5 ks</b>	
	<i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>	
	Presná elektronická digitálna váha určená pre váženie novorodenca s možnosťou bezdrôtového prenosu dát do PC a so systémom eliminácie artefaktov pri nekludnom dieťati.	
	<b>Podrobný technický popis</b>	
	- viacúčelová digitálna neonatálna váha	
	- stanovené meradlo triedy III	
	- vrátane prvotného overenia	
	- nosnosť min. do 15 kg	

	- citlivosť min. 2g (do 5 kg)	
	- citlivosť min. 5g (nad 5 kg)	
	- systém pre elimináciu artefaktov pri pohyboch novorodenca	
	- funkcia "TARE"	
	- funkcia "HOLD" (fixácia nameranej hodnoty)	
	- možnosť prepínania rozsahu váženia	
	- integrovaný meter v rozsahu min. 0 - 50 cm	
	- podsvietený displej s krytom pre ochranu novorodenca	
	- integrovaný akumulátor a nabíjacím adaptérom	
	- integrovaná bezdrôtová technológia pre možnosť odosielanie dát do bezdrôtovej tlačiarne	
	- možnosť pripojenia na PC pre archiváciu dát a sledovanie trendov	
	- automatické vypnutie pri nečinnosti	
	- hmotnosť max. 7,5 kg	
	- jednoduché čistenie a dezinfekcia povrchu váhy	
	<b>Minimálna požadovaná zostava</b>	
	digitálna neonatálna váha podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	
	elektrický adaptér pre pripojenie váhy do el. siete	