

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

**MG - Slovakia s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá**  
IČO: 48027073, IČ DPH: SK2024182809

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Identifikačné údaje uchádzača**

Obchodné meno:	MG - Slovakia s.r.o.
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:	Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá
Právna forma:	s.r.o.
Označenie registra:	Okresný súd Trenčín
Číslo zápisu:	31208/R
Štatutárny zástupca:	Marek Soviš
IČO:	48027073
DIČ:	2024182809
IČ DPH:	SK2024182809
Bankové spojenie:	
Číslo účtu – IBAN:	
Kontaktná osoba:	Marek Soviš
- telefónne číslo:	
- fax:	-
- e-mail:	

V Starej Turej, dňa 07.03.2021

.....  
Marek Soviš – konateľ spoločnosti

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

**MG - Slovakia s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá**  
IČO: 48027073, IČ DPH: SK2024182809

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin


**Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača**

Uchádzač MG - Slovakia s.r.o. v zastúpení Marek Soviš – konateľ spoločnosti, čestne vyhlasujeme, že:

- a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
- b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
- c) vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku;
- d) nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;
- e) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V Starej Turej, dňa 07.03.2021



.....  
Marek Soviš – konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

**MG - Slovakia s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá**  
IČO: 48027073, IČ DPH: SK2024182809

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2  
036 59 Martin

**Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My, MG-Slovakia s.r.o v zastúpení Marek Soviš – konateľ spoločnosti, čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- b) sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
- e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>.

V Starej Turej, dňa 07.03.2021

.....  
Marek Soviš – konateľ spoločnosti

## Detail pohybu

IBAN: [redacted]

Názov účtu: **MG - Slovakia s.r.o.**



### Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platha (debet)
Účet:	[redacted]
SWIFT kód banky:	SPSRSKBAXX
Prijemca/Platiteľ:	[redacted]
Dátum spracovania:	08.03.2021
Dátum zúčtovania:	08.03.2021
Suma:	2000,00 EUR
Referencia platiteľa:	[redacted]
Informácia pre príjemcu:	MG-Slovakia s.r.o. / zabezpeka laparoskopicka veza pre URL
Popis transakcie:	[redacted]
Referencia banky platiteľa:	[redacted]
Identifikačný kód platiteľa:	[redacted]
Identifikačný kód príjemcu:	[redacted]
Pôvodná suma:	2000,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking
Detail výpisu:	Detail nie je k dispozícii.

---

IB - 07.03.2021 13:58:27, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 00686930, DIČ: 2020408522

Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Podmienky a štruktúra zmluvy:

**I. „VZOR NÁVRHU“**

**Uchádzač doplní bod 1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 4.4, 6.2, 6.4 a 6.5 do predloženej Kúpnej zmluvy:**

**KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....**

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

**Čl. 1**

**Zmluvné strany**

- 1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2,036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX  
(ďalej len kupujúci)

- 1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: MG-Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá  
V zastúpení: Marek Soviš, konateľ spoločnosti  
IČO: 48027073  
DIČ: 2024182809  
IČ DPH: SK2024182809  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31208/R  
Predávajúci je platcom DPH.

(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivito  
„zmluvná strana“

**1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

## Čl. II

### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovný nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar:

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky – časť č. 1 Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku** – Laparoskopická zostava Endocam Logic 4K s príslušenstvom v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „zariadenie“).

2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

## Čl. III

### Termín a miesto dodania

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Urologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle čl. IX tejto zmluvy, v mieste dodania.

3.3 Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci protokolárne v súlade s čl. IX tejto zmluvy.

3.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

3.6 Lehota plnenia začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, t.j. odo dňa účinnosti zmluvy.

## Čl. IV

### Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže zákazky s názvom „Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky“ – časť1. Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku - Laparoskopická zostava Endocam Logic 4K s príslušenstvom.

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	243 799,99
Sadzba DPH v %	20
Výška DPH v €	48 760
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	292 559,99

(slovom dvestodevät'desiatdvatisícpäťstopädesiatdeväť € a deväť'desiatdeväť eurocentov)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia.

*Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.*

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## Čl. V

### Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy v súlade s čl. II.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)

b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,

- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v sume podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po dopravení predmetu zmluvy do miesta dodania v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, inštalácii a uskutočnení ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II tejto zmluvy. Suma faktúry bude uhradená v 24 rovnomerných splátkach po dobu 24 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy do užívania, pričom splatnosť jednotlivých splátok je vždy posledný deň každého mesiaca od prevzatia predmetu zmluvy do užívania. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku predmetu zmluvy najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania predmetu zmluvy.

## Čl. VI

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy v súlade s čl. IX tejto zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov.

Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy.

Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [redacted] alebo na e-mail: [redacted]

Zodpovedný pracovník predávajúceho je Alena Šramotová.

Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom servisným technikom Ing. Marcelom Sovišom odborne vyškoleným na predmet zmluvy.



6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude zariadenie v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny zariadenia za každý deň počnúc 31-vým dňom zariadenia mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dodávku náhradných dielov pre predmet zmluvy po dobu 8 rokov po uplynutí záručnej doby.

## Čl. VII

### Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy.

## Čl. VIII

### Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

a) Vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý deň omeškania a to od prvého dňa omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim.

Za prvý deň sa považuje, deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

b) V prípade realizačnej neschopnosti predávajúceho vo výške 5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy.

Splnením záväzku predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti predávajúceho, ktorých plnenie je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie o zmluvnej pokute zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,

8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,

8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy, pričom za realizačnú neschopnosť sa považuje najmä nie však výlučne neschopnosť predávajúceho realizovať dodanie predmetu zmluvy,

8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,

8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,

8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom

registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.13 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou na základe preberacieho protokolu za podmienok uvedených v tomto článku.

9.2 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu zariadenia podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodávke predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.3 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## Čl. X

### Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## Čl. XI

### Záverečné ustanovenia

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č. 2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Starej Turej, dňa: 7.3.2021

**Za UNM:**

**Za predávajúceho:**


Meno: Marek Soviš

Funkcia: konateľ

Podpis: .....

Podpis: .....

Podpis: .....



**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Časť č.1:**

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku**

- požaduje sa dodať nové zariadenia

<b>Č.</b>	<b>Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: Laparoskopická zostava Endocam Logic 4K s príslušenstvom</b>
1.	UHD Urologicko - laparoskopická modulovaná operačná zostava (4K alebo 3D) s univerzálnym odsávacím zariadením pre všetky typy elektrokoagulačných jednotiek - 1 ks	Áno, 4K
2.	určené na chirurgickú liečbu onkologických ochorení dolných a horných močových ciest formou laparoskopického prístupu u dospelých a detí	Áno
<b>3.</b>	<b>Všeobecné vlastnosti:</b>	
3.1	intuitívne a jednoduché ovládanie	Áno
3.2	napájanie 100-240 VAC; 50/60 Hz	Áno
<b>4.</b>	<b>Procesor:</b>	<b>Endocam Logic 4K Camera Controller</b>
4.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K
4.2	medicínsky A-Test	Áno
4.3	digitálny ZOOM min. 2,0x	Áno, 2,25x
4.4	rozlíšenie kamery minimálne 3840x2160 pixelov	Áno, 3840 x 2160 pixelov
4.5	funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	Áno
4.6	ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kamerovej snímacej hlavici	Áno
4.7	jednoduché nastavenie programovateľných ovládačov funkcií (najlepšie na dotykovom displeji kamery)	Áno
4.8	možnosť používateľského prednastavenia kamery	Áno
<b>5.</b>	<b>Kamerová snímacia hlavica:</b>	<b>Endocam Logic 4K Camera Head</b>
5.1	ovládacie tlačidlá na hlavici	
5.2	automatické zaostrovanie snímaného obrazu 1 ovládacím tlačidlom, v prípade	Áno, jednoduché manuálne zaostrovanie snímaného obrazu

	manuálneho zaostrovania min. jednoduché ovládanie zaostrovania snímaného obrazu (bude predmetom kritériálneho hodnotenia)	
5.3	d'alsie ovládacie tlačidlá je možné obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery	Áno
<b>6.</b>	<b>Záznamové zariadenie</b> (samostatný prístroj alebo integrované v kamerovej jednotke):	
6.1	dokumentačné a streamovacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií	Áno
6.2	súčasťou 64 GB USB kľúč	Áno
<b>7.</b>	<b>Xenonový alebo LED svetelný zdroj:</b>	<b>Endolight LED 2.2</b>
7.1	vysoko výkonný LED zdroj alebo xenónová lampa	Áno, LED
7.2	medicínsky A-Test	Áno
7.3	max. výkon lampy 300 W	Áno, 300W
7.4	možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	Áno
7.5	v prípade nefunkčnosti xenonovej lampy automatické prepnutie na náhradnú lampu (neplatí pre LED zdroj)	-
7.6	možnosť sledovania ukazovateľa životnosti v prípade xenónovej lampy na ovládacom paneli (neplatí pre LED zdroj)	-
7.7	možnosť vyšetrenie v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom	Áno
7.8	automatická úprava intenzity osvetlenia v spolupráci s procesorom	Áno
7.9	možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	Áno
<b>8.</b>	<b>Monitor 1:</b>	<b>Endoskopický monitor Sony LMD</b>
8.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K
8.2	rozlíšenie min.3840x2160 pixelov	Áno, 4096 x 2160 pixelov
8.3	uhlopriečka monitora min. 31"	Áno, 31"
8.4	medicínsky A-Test	Áno
<b>9.</b>	<b>Monitor 2:</b>	<b>Endoskopický monitor Sony LMD</b>
9.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K
9.2	rozlíšenie min.3840x2160 pixelov	Áno, 3840 x 2160 pixelov
9.3	uhlopriečka monitora min. 55"	Áno, 55"
9.4	medicínsky A-Test	Áno
9.5	ergonomický stojan pre hlavný 55" monitor	Áno
<b>10.</b>	<b>Insuflátor – 2ks:</b>	
<b>10.1</b>	<b>Insuflátor 1 – 1ks:</b>	<b>Insuflátor Highflow 45</b>
10.1.1	min. výkon 40 litrov/minútu	Áno, 45 litrov/minútu

10.1.2	možnosť digitálneho zobrazenia nastavených hodnôt	Áno
10.1.3	možnosť digitálneho zobrazenia objemu plynu použitého počas výkonu	Áno
10.1.4	možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	Áno
10.1.5	možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	Áno
10.1.6	insuflačná hadica	Áno
10.1.7	set hadíc na evakuáciu dymu	Áno
10.1.8	ohrievacia jednotka pre ohrev CO2 na telesnú teplotu	Áno
<b>10.2</b>	<b>Insuflátor 2 – 1ks:</b>	<b>Airseal IFS</b>
10.2.1	Insuflátor s odsávaním, ktorý umožní automatické odsávanie dymu pri aktivácii akejkoľvek elektrochirurgickej jednotky (vrátane LigaSure, ktorý klinika vlastní)	Áno
10.2.2	min. výkon 40 litrov/minútu	Áno, 40 litrov/ minútu
10.2.3	možnosť digitálneho zobrazenia nastavených hodnôt	Áno
10.2.4	možnosť digitálneho zobrazenie objemu plynu použitého počas výkonu	Áno
10.2.5	možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	Áno
10.2.6	možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	Áno
10.2.7	insuflačná hadica	Áno
10.2.8	set hadíc na evakuáciu dymu	Áno
10.2.9	ohrievacia jednotka pre ohrev CO2 na telesnú teplotu	Áno
<b>11.</b>	<b>Elektrochirurgická jednotka:</b>	<b>ARC 350</b>
11.1	min. výkon: 300 W	Áno, 350 W
11.2	min. 2 režimy pre monopolárny rez	Áno
11.3	min. 4 režimy pre monopolárnu koaguláciu	Áno
11.4	min. 2 režimy pre bipolárny rez	Áno
11.5	min. 5 režimov pre bipolárnu koaguláciu	Áno
11.6	režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	Áno
11.7	režim monopolárnej transuretrálnej resekcie	Áno
11.8	režim bipolárnej transuretrálnej resekcie	Áno
11.9	ovládanie nastavení dotykovým displejom	Áno
11.10	konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov	Áno
11.11	možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií alebo aj ultrazvukového noža po rozšírení jednotky	Áno
11.12	vrátane min. 50 ks patientskych lepiacich neutrálnych elektród	Áno



11.13	nožný spínač pre monopolár/bipolár 1ks	Áno
11.14	nožný spínač pre bipolár 1ks	Áno
<b>12.</b>	<b>Generátor, ultrazvukový skalpel (súčasťou dodávky):</b>	<b>SCDA ultrazvukový disekčný systém</b>
12.1	s duálnou technológiou –ultrazvuk-pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta alebo štandardný ultrazvukový skalpel resp. bezdrátový ultrazvukový disekčný systém	Áno, bezdrátový ultrazvukový disekčný systém
12.2	ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja alebo pomocou tlačítok na ovládacej konzole resp. bezdrátové ovládanie	Áno, bezdrátové ovládanie
12.3	automatické rozpoznanie inštrumentov	Áno
12.4	ovládanie ručné alebo nožné	Áno
12.5	koagulácia ciev min. do 5mm	Áno do 5 mm
12.6	automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov	Áno
12.7	prevodník:	
12.7.1	kompletne izolované a vodotesné – umožňujú ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie	Áno
12.7.2	životnosť min. 95 cyklov	Áno, 200 cyklov
12.8	inštrumenty:	
12.8.1	nožnice v 5mm prevedení a dĺžke min. 43cm – 1 bal. (min. 5 ks)	Áno, 5mm prevedení a dĺžke 43 cm (5 ks v bal)
<b>13.</b>	<b>Irigačné/odsávacie zariadenie:</b>	<b>Fluid Control URO/LAP pump</b>
13.1	rolerový systém	Áno
13.2	rozsah prietoku irigácie min. 0,1-1,8 l/min	Áno, 0,1-1,8 l/min
13.3	rozsah tlaku irigácie min. 15-150 mmHg	Áno, 0-300 mmHg
13.4	max. kapacita odsávania 2l/min	Áno, 2 l/min
13.5	irigačné hadice min.2ks	Áno
<b>14.</b>	<b>Stojan pre laparoskopickú zostavu:</b>	<b>Riwomobil</b>
14.1	pohyblivé, nastaviteľné rameno pre 31“ monitor	Áno
14.2	súčasťou stojana integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom	Áno
14.3	centrálne vypínania pripojených zariadení na stojane	Áno
<b>15.</b>	<b>Inštrumentárium:</b>	
15.1	optika s priemerom 10mm a 30° uhlom zobrazenia - 2ks	Áno

15.2	optika s priemerom max. 5,5 mm a 30° uhlom zobrazenia - 2ks	Áno
15.3	svetlovodný kábel dĺžka minimálne 3m - 4ks	Áno
15.4	sterilizačný kontajner pre optiky - 4ks	Áno
15.5	držiak pre sukčný tubus - 1ks	Áno
15.6	sukčné tubusy minim. v 2 rozmeroch - 2ks	Áno
16.	Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty laparoskopической veže (4., 5., 7., 10.1, 11., 15.) boli od jedného výrobcu (bude predmetom kritériálneho hodnotenia)	4., 5., 7., 10.1, 15. – výrobca Richard Wolf 11. – výrobca Bowa-electronic

Kalkulácia zmluvnej ceny:

Kód	Endoskopická kamera Endocam Logic 4K	Ks	Cena v € bez DPH/ks	Cena spolu v € bez DPH
55253011	Endocam Logic 4K - kamerový kontrolér	1	21 915,00 €	21 915,00 €
85525942	Endocam Logic 4K - kamerová hlava	1	31 592,00 €	31 592,00 €
85261504	Riwo Zoom objektív, 13 mm-29 mm	1	3 843,00 €	3 843,00 €
	<b>Endoskopický monitor</b>			
LMD-X310MD	4K Medicínsky monitor 31" s pohyblivým ramenom	1	24 445,00 €	24 445,00 €
LMD-X550NB	4K medicínsky monitor 55"	1	23 545,00 €	23 545,00 €
	<b>Insuflátor Highflow 45</b>			
22350311	Insuflátor Highflow 45 s príslušenstvom	1	9 999,99 €	9 999,99 €
	<b>Inteligentný prietokový systém Airseal IFS</b>			
AS-IFS2	Insuflátor Airseal IFS	1	26 500,00 €	26 500,00 €
	<b>Elektrochirurgická jednotka</b>			
900-351	ARC 350 s príslušenstvom s možnosťou bipolárnej resekcie v urológii	1	20 000,00 €	20 000,00 €
	<b>SCDA ultrazvukový disekčný systém</b>			
SCGAA	SCDA s príslušenstvom	1	18 400,00 €	18 400,00 €
	<b>Svetelný zdroj Endolight LED 2.2</b>			
51640011	Endolight LED 2.2	1	9 150,00 €	9 150,00 €
806550301	Svetlovodivý kábel 5 mm, dĺžka 3.0 m	4	415,00 €	1 660,00 €
	<b>Sacio-irigačná pumpa Fluid Control Lap,Uro</b>			
22250011	Fluid Control URO/LAP	1	9 100,00 €	9 100,00 €
8171223	Irigačný hadicový set	2	279,00 €	558,00 €
8385901	Multifunkčná sacio-irigačná rúčka	1	2 076,00 €	2 076,00 €
8385902	Tesniaci uzáver sacio-irigačnej rúčky	1	43,00 €	43,00 €
8383911	Sacio-irigačný tubus, 5 mm	1	115,00 €	115,00 €
8385.951	Sacio-irigačný tubus, 10 mm	1	120,00 €	120,00 €
817123	Irigačná hadička k sacio-irigačnej rúčke	1	60,00 €	60,00 €
8171402	Odsávací hadička k sacio-irigačnej rúčke	1	60,00 €	60,00 €
8170981	Sekrečná nádoba, 3 l	1	706,00 €	706,00 €
Riwomobil	<b>Pojazdný videovozík Riwomobil + stojan pre hlavný 4K medicínsky 55" monitor</b>	1	8 860,00 €	8 860,00 €
	<b>Optika Panoview Ultra</b>			

8935462	Laparoskopická optika 4K Panoview Ultra,ø 5 mm 30°	2	3 590,00 €	7 180,00 €
8934462	Laparoskopická optika 4K Panoview Ultra,ø 10 mm 30°	2	3 590,00 €	7 180,00 €
38021111	Sterilizačný košík na optiku Využitie možnosti 24 mesačných splátok	4	198,00 € 15 900,00 €	792,00 € 15 900,00 €

## Príloha č. 2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:

### Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: Surgitech s. r. o.  
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Pri suchom mlyne 58,  
841 04 Bratislava  
50197975

IČO, resp. dátum narodenia:  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:  
- meno a priezvisko: Ing. Peter Šumichrast  
- adresa pobytu: [redacted]

- dátum narodenia:  
- funkcia: konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):  
Elektrochirurgia ARC 350 s príslušenstvom  
8,20%  
20 000€ bez DPH

### Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: MEDITRADE spol. s r. o.  
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Levočská 1/2101,  
851 01 Bratislava  
17312001

IČO, resp. dátum narodenia:  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:  
- meno a priezvisko: Ing. Pavel Bohdal  
- adresa pobytu: [redacted]

- dátum narodenia:  
- funkcia: konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):  
Prietokový insuflačný systém Airseal IFS  
10,87%  
26 500€ bez DPH

### Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: TIMED, s. r. o.  
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Trnavská cesta 112  
821 01 Bratislava  
00602175

IČO, resp. dátum narodenia:  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:  
- meno a priezvisko: Ing. Mária Kylianová  
- adresa pobytu: [redacted]

- dátum narodenia:  
- funkcia: konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):  
SCDA ultrazvukový disekčný systém s príslušenstvom  
7,55%  
18 400€ bez DPH

**Subdodávateľ – iná osoba v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 (osoba využitá pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti):**

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: Surgitech s. r. o.  
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Pri suchom mlyne 58,  
841 04 Bratislava  
50197975

IČO, resp. dátum narodenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

- meno a priezvisko:

Ing. Peter Šumichrast

- adresa pobytu:

- dátum narodenia:

- funkcia:

konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

Elektrochirurgia ARC 350 s príslušenstvom

8,20%

20 000€ bez DPH

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: MEDITRADE spol. s r. o.

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Levočská 1/2101,  
851 01 Bratislava  
17312001

IČO, resp. dátum narodenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

- meno a priezvisko:

Ing. Pavel Bohdal

- adresa pobytu:

- dátum narodenia:

- funkcia:

konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

Prietokový insuflačný systém Airseal IFS

10,87%

26 500€ bez DPH

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko: TIMED, s. r. o.

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: Trnavská cesta 112  
821 01 Bratislava  
00602175

IČO, resp. dátum narodenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

- meno a priezvisko:

Ing. Mária Kylianová

- adresa pobytu:

- dátum narodenia:

- funkcia:

konateľ

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

SCDA ultrazvukový disekčný systém s príslušenstvom

7,55%

18 400€ bez DPH

Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známi žiadni ďalší subdodávatelia v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení okrem vyššie uvedených.

V Starej Turej , dňa: 7.3.2021

**Za predávajúceho:**

Meno: Marek Soviš

Funkcia: konateľ

Podpis: .....

Príloha č. 1a súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**  
- vzťahuje sa na uchádzačov predkladajúcich ponuky na predmet zákazky zadaný v časti č.1 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ: **Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky**

Časť č.:        č.1

Názov časti: „Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku“

Kritérium č.	Názov kritéria	Návrh
	<b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b>	243 799,99 €
	<b>Sadzba DPH</b>	20%
<b>1.</b>	<b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>	292 599,99 €
<b>2.</b>	<b>Kamerová snímacia hlavica: automatické zaostrovanie snímaného obrazu 1 ovládacím tlačidlom</b>	Jednoduché manuálne zaostrovanie
<b>3.</b>	<b>Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty laparoskopickej veže (4., 5., 7., 10.1, 11., 15.) boli od jedného výrobcu</b>	4., 5., 7., 10.1, 15. – Richard Wolf GmbH 11- Bowa-electronics GmbH & CO. KG

Obchodné meno uchádzača: MG-Slovakia s.r.o.

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: .Marek Soviš

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:.....

V Starej Turej, dňa 07.03.2021

Príloha č.4a súťažných podkladov: **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**

**Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky**

**Časť č.1:**

**Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku**

- požaduje sa dodať nové zariadenia

Č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:
1.	UHD Urologicko - laparoskopická modulovaná operačná zostava (4K alebo 3D) s univerzálnym odsávacím zariadením pre všetky typy elektrokoagulačných jednotiek - 1 ks	Áno, 4K
2.	určené na chirurgickú liečbu onkologických ochorení dolných a horných močových ciest formou laparoskopického prístupu u dospelých a detí	Áno
<b>3.</b>	<b>Všeobecné vlastnosti:</b>	
3.1	intuitívne a jednoduché ovládanie	Áno
3.2	napájanie 100-240 VAC; 50/60 Hz	Áno
<b>4.</b>	<b>Procesor:</b>	<b>Endocam Logic 4K Camera Controller</b>
4.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K
4.2	medicínsky A-Test	Áno
4.3	digitálny ZOOM min. 2,0x	Áno, 2,25x
4.4	rozlíšenie kamery minimálne 3840x2160 pixelov	Áno, 3840 x 2160 pixelov
4.5	funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	Áno
4.6	ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kamerovej snímacej hlavici	Áno
4.7	jednoduché nastavenie programovateľných ovládačov funkcií (najlepšie na dotykovom	Áno



	displeji kamery)	
4.8	možnosť používateľského prednastavenia kamery	Áno
<b>5.</b>	<b>Kamerová snímacia hlavica:</b>	<b>Endocam Logic 4K Camera Head</b>
5.1	ovládacie tlačidlá na hlavici	
5.2	automatické zaostrovanie snímaného obrazu 1 ovládacím tlačidlom, v prípade manuálneho zaostrovania min. jednoduché ovládanie zaostrovania snímaného obrazu (bude predmetom kritériálneho hodnotenia)	Áno, jednoduché manuálne zaostrovanie snímaného obrazu
5.3	ďalšie ovládacie tlačidlá je možné obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery	Áno
<b>6.</b>	<b>Záznamové zariadenie (samostatný prístroj alebo integrované v kamerovej jednotke):</b>	
6.1	dokumentačné a streamovacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií	Áno
6.2	súčasťou 64 GB USB kľúč	Áno
<b>7.</b>	<b>Xenonový alebo LED svetelný zdroj:</b>	<b>Endolight LED 2.2</b>
7.1	vysoko výkonný LED zdroj alebo xenónová lampa	Áno, LED
7.2	medicínsky A-Test	Áno
7.3	max. výkon lampy 300 W	Áno, 300W
7.4	možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	Áno
7.5	v prípade nefunkčnosti xenonovej lampy automatické prepnutie na náhradnú lampu (neplatí pre LED zdroj)	-
7.6	možnosť sledovania ukazovateľa životnosti v prípade xenónovej lampy na ovládacom paneli (neplatí pre LED zdroj)	-
7.7	možnosť vyšetrenie v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom	Áno
7.8	automatická úprava intenzity osvetlenia v spolupráci s procesorom	Áno
7.9	možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	Áno
<b>8.</b>	<b>Monitor 1:</b>	<b>Endoskopický monitor Sony LMD</b>
8.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K
8.2	rozlíšenie min.3840x2160 pixelov	Áno, 4096 x 2160 pixelov
8.3	uhlopriečka monitora min. 31"	Áno, 31"
8.4	medicínsky A-Test	Áno
<b>9.</b>	<b>Monitor 2:</b>	<b>Endoskopický monitor Sony LMD</b>
9.1	4K alebo UHD technológia	Áno, 4K

9.2	rozlíšenie min.3840x2160 pixelov	Áno, 3840 x 2160 pixelov
9.3	uhlopriečka monitora min. 55"	Áno, 55"
9.4	medicínsky A-Test	Áno
9.5	ergonomický stojan pre hlavný 55" monitor	Áno
<b>10.</b>	<b>Insuflátor – 2ks:</b>	
<b>10.1</b>	<b>Insuflátor 1 – 1ks:</b>	<b>Insuflátor Highflow 45</b>
10.1.1	min. výkon 40 litrov/minútu	Áno, 45 litrov/minútu
10.1.2	možnosť digitálneho zobrazenia nastavených hodnôt	Áno
10.1.3	možnosť digitálneho zobrazenia objemu plynu použitého počas výkonu	Áno
10.1.4	možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	Áno
10.1.5	možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	Áno
10.1.6	insuflačná hadica	Áno
10.1.7	set hadíc na evakuáciu dymu	Áno
10.1.8	ohrievacia jednotka pre ohrev CO2 na telesnú teplotu	Áno
<b>10.2</b>	<b>Insuflátor 2 – 1ks:</b>	<b>Airseal IFS</b>
10.2.1	Insuflátor s odsávaním, ktorý umožní automatické odsávanie dymu pri aktivácii akejkoľvek elektrochirurgickej jednotky (vrátane LigaSure, ktorý klinika vlastní)	Áno
10.2.2	min. výkon 40 litrov/minútu	Áno, 40 litrov/ minútu
10.2.3	možnosť digitálneho zobrazenia nastavených hodnôt	Áno
10.2.4	možnosť digitálneho zobrazenie objemu plynu použitého počas výkonu	Áno
10.2.5	možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	Áno
10.2.6	možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	Áno
10.2.7	insuflačná hadica	Áno
10.2.8	set hadíc na evakuáciu dymu	Áno
10.2.9	ohrievacia jednotka pre ohrev CO2 na telesnú teplotu	Áno
<b>11.</b>	<b>Elektrochirurgická jednotka:</b>	<b>ARC 350</b>
11.1	min. výkon: 300 W	Áno, 350 W
11.2	min. 2 režimy pre monopolárny rez	Áno
11.3	min. 4 režimy pre monopolárnu koaguláciu	Áno

11.4	min. 2 režimy pre bipolárny rez	Áno
11.5	min. 5 režimov pre bipolárnu koaguláciu	Áno
11.6	režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	Áno
11.7	režim monopolárnej transuretrálnej resekcie	Áno
11.8	režim bipolárnej transuretrálnej resekcie	Áno
11.9	ovládanie nastavení dotykovým displejom	Áno
11.10	konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov	Áno
11.11	možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií alebo aj ultrazvukového noža po rozšírení jednotky	Áno
11.12	vrátane min. 50 ks patientskych lepiacich neutrálnych elektród	Áno
11.13	nožný spínač pre monopolár/bipolár 1ks	Áno
11.14	nožný spínač pre bipolár 1ks	Áno
<b>12.</b>	<b>Generátor, ultrazvukový skalpel (súčasťou dodávky):</b>	<b>SCDA ultrazvukový disekčný systém</b>
12.1	s duálnou technológiou –ultrazvuk-pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta alebo štandardný ultrazvukový skalpel resp. bezdrátový ultrazvukový disekčný systém	Áno, bezdrátový ultrazvukový disekčný systém
12.2	ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja alebo pomocou tlačítok na ovládacej konzole resp. bezdrátové ovládanie	Áno, bezdrátové ovládanie
12.3	automatické rozpoznanie inštrumentov	Áno
12.4	ovládanie ručné alebo nožné	Áno
12.5	koagulácia ciev min. do 5mm	Áno do 5 mm
12.6	automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov	Áno
12.7	prevodník:	
12.7.1	kompletne izolované a vodotesné – umožňujú ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie	Áno
12.7.2	životnosť min. 95 cyklov	Áno, 200 cyklov
12.8	inštrumenty:	
12.8.1	nožnice v 5mm prevedení a dĺžke min. 43cm – 1 bal. (min. 5 ks)	Áno, 5mm prevedení a dĺžke 43 cm (5 ks v bal)
<b>13.</b>	<b>Irigačné/odsávacie zariadenie:</b>	<b>Fluid Control URO/LAP pump</b>
13.1	rolerový systém	Áno
13.2	rozsah prietoku irigácie min. 0,1-1,8 l/min	Áno, 0,1-1,8 l/min

13.3	rozsah tlaku irigácie min. 15-150 mmHg	Áno, 0-300 mmHg
13.4	max. kapacita odsávania 2l/min	Áno, 2 l/min
13.5	irigačné hadice min.2ks	Áno
<b>14.</b>	<b>Stojan pre laparoskopickú zostavu:</b>	<b>Riwomobil</b>
14.1	pohyblivé, nastaviteľné rameno pre 31“ monitor	Áno
14.2	súčasťou stojana integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom	Áno
14.3	centrálne vypínania pripojených zariadení na stojane	Áno
<b>15.</b>	<b>Inštrumentárium:</b>	
15.1	optika s priemerom 10mm a 30° uhlom zobrazenia - 2ks	Áno
15.2	optika s priemerom max. 5,5 mm a 30° uhlom zobrazenia - 2ks	Áno
15.3	svetlovodný kábel dĺžka minimálne 3m - 4ks	Áno
15.4	sterilizačný kontajner pre optiky - 4ks	Áno
15.5	držiak pre sukčný tubus - 1ks	Áno
15.6	sukčné tubusy minim. v 2 rozmeroch - 2ks	Áno
16.	Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty laparoskopickej veže (4., 5., 7., 10.1, 11., 15.) boli od jedného výrobcu (bude predmetom kritériálneho hodnotenia)	4., 5., 7., 10.1, 15. – výrobca Richard Wolf 11. – výrobca Bowa-electronic