



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Hláčik 048/4325 644	16.02.2021

Vec

Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 – „Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 28 (Injekčné striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom)“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 14.02.2021 k zákazke s predmetom „**Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 28 (Injekčné striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom)**“, vyhlásenej v rámci zriadeného DNS s názvom „Dodávka ochranných pomôcok“ Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie ponuky aj na Striekačku inzulínovú s integrovanou ihlou U100 1 ml 29G, ihla 0,33 x 13 mm?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie ponuky obsahujúcej tovar v súlade s Prílohou č 1 k SP – Opis predmetu zákazky. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že ihla s parametrami 0,33 x 13 mm sa javí ako príliš malá a určená na subkutánnu (podkožnú) aplikáciu napr. inzulínu, nie na intramuskulárnu (svalovú) aplikáciu pandemických vakcín.

S úctou

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa