



V Trenčíne, dňa 02.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	RTG skiagrafický prístroj
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 22.02.2021, pod č. 2021/S 036-089443 a vo Vestníku VO č. 53/2021 dňa 23.02.2021 pod sp.zn.č. 13901-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 2-1

V technickej špecifikácii - RTG skiagrafický prístroj, bod č. 36 " Prenosný bezdrôtový detektor s rozmerom aktívnej plochy detektora min. 35x43 cm s držiakom a....." Vás žiadame o zmenu rozmeru aktívnej plochy na min. 35x42 cm. Podobne bola zadaná podmienka i pre základný detektor umiestnený vo vyšetrovacom stole. Rozmer aktívnej plochy sa vždy odlišuje od štandardného rozmeru v jednotkách milimetrov, čo nemá žiadny vplyv vzhľadom k diagnostickej úrovni snímaného poľa.

Odpoveď 2-1:

Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu a upravuje technickú špecifikáciu v bode č. 36: Prenosný bezdrôtový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 35 x 42 cm s držiakom a ochranným krytom s integrovanou antirozptylovou mriežkou pre detektor minimálne 70 lm/cm.

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 2 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

Príloha: 1_Uprava_FNTN-2021-01-ŠF-NZ-RTG Skiagrafický prístroj-SP-p2-TŠ

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa