

DODATOK č.1
ku Kúpnej zmluve č. 319/2021
*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Čl. 1

Zmluvné strany

Kupujúci: Univerzitná nemocnica Martin
Kolárova 2,036 59 Martin

V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
IČ DPH: SK2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
(ďalej len kupujúci)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: FANG-Dent, s.r.o.
Sídlo: P. Jilemnického 4712, 955 01 Topoľčany
V zastúpení: Ing. Juraj Hlaváč
IČO: 36531979
DIČ: 2020137537
IČ DPH: SK2020137537
Bankové spojenie: VUB Topoľčany
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro., vložka č. 11449/N
(ďalej len predávajúci)

Kupujúci a predávajúci (ďalej len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa
Kúpnu zmluvu č. 319/2021 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu: KaVo ESTETICA E50 Life

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“)
k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení v čl. IV. bod 4.4 nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	112 677,00 €
Sadzba DPH v %	20 %
Výška DPH v €	22 535,40 €
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	135 212,40 €

(slovom stotridsaťpäťtisícdeväťdvanásť, štyridsať €)

Uvedená cena je konečná.

- Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
- Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
- Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane kupujúci a dva predávajúci.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.1 Zmluvy.

V Martine, dňa

Za Kupujúceho:

V Topoľčanoch, dňa 18.15.2021

Za predávajúceho:

PANO

P. Jilemnického 4712
955 01 TOPOĽČANY

Príloha č.1 kúpnej zmluvy: Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Stomatologické súpravy – 5 ks

Č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:
Pol. č.	Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota	
1.	3 ks stomatologických súprav s horným systémom hadíc - min. 6 pozícií na strane lekára	3 ks stomatologických súprav s horným systémom hadíc - 6 pozícií na strane lekára
2.	Kreslo pacienta:	Kreslo pacienta:
3.	možnosť aplikácie min. 2 rôznych opierok hlavy a opierok chrbta	možnosť aplikácie 2 rôznych opierok hlavy a opierok chrbta
4.	možnosť bez opierky rúk alebo s jednou alebo s dvoma opierkami rúk	možnosť bez opierky rúk alebo s jednou alebo s dvoma opierkami rúk
5.	opierka chrbta musí byť sklopiteľná či nastaviteľná v min. rozsahu od 3° do 80°	opierka chrbta musí byť sklopiteľná či nastaviteľná v rozsahu od 3° do 80°
6.	opierka nôh sa pri nastupovaní a pri vystupovaní z kresla musí sklopiť z vodorovnej polohy do polohy zvislej	opierka nôh sa pri nastupovaní a pri vystupovaní z kresla musí sklopiť z vodorovnej polohy do polohy zvislej
7.	nastupovanie a vystupovanie na kreslo zubnej súpravy ako zo stoličky, jednoduché aj pre handicapovaných aj pre starších pacientov	nastupovanie a vystupovanie na kreslo zubnej súpravy ako zo stoličky, jednoduché aj pre handicapovaných aj pre starších pacientov
8.	vertikálny pohyb kresla min. v rozsahu 460-720 mm	vertikálny pohyb v rozsahu 460-720 mm
9.	možnosť výmeny opierky hlavy a chrbta za simulátor pre potreby výučby študentov	možnosť výmeny opierky hlavy a chrbta za simulátor pre potreby výučby študentov
10.	materiál a vyhotovenie kresla a poťahu z ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu	materiál a vyhotovenie kresla a poťahu z ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu
11.	Strana lekára:	Strana lekára:
12.	<u>2x svetelný bezuhlíkový mikromotor s aretáciou mikromotorov:</u>	<u>2x svetelný bezuhlíkový mikromotor s aretáciou mikromotorov:</u>
13.	- otáčky v min. rozsahu 100 - 40 000 ot/min	- otáčky v rozsahu 100 - 40 000 ot/min
14.	- sterilizovateľný	- sterilizovateľný
15.	- hmotnosť max. 69 g	- hmotnosť 69 g

16.	- intenzita osvetlenia min. 25 000 LUX	- intenzita osvetlenia 25 000 LUX
17.	<u>1x svetelná turbínová hadica s rýchlospojkou s aretáciou hadice:</u>	<u>1x svetelná turbínová hadica s rýchlospojkou s aretáciou hadice:</u>
18.	- rýchlospojka na pripojenie nielen turbíny ale min. ďalšie 3 rôzne inštrumenty	- rýchlospojka na pripojenie nielen turbíny ale ďalšie 3 rôzne inštrumenty
19.	- možnosť osvetlenia halogén alebo MULTILED	- možnosť osvetlenia halogén alebo MULTILED
20.	- len s výmenou žiarovky	- len s výmenou žiarovky
21.	- MULTILED osvetlenie intenzity min. 25 000 LUX	- MULTILED osvetlenie intenzity 25 000 LUX
22.	- farebná teplota 5500 K	- farebná teplota 5500 K
23.	<u>1x trojfunkčná striekačka vzduch, voda, vzduch+voda-spray</u>	<u>1x trojfunkčná striekačka vzduch, voda, vzduch+voda-spray</u>
24.	<u>1x svetelný odstraňovač zubného kameňa:</u>	<u>1x svetelný odstraňovač zubného kameňa:</u>
25.	- s min. 3 špičkami v základnom vyhotovení pre odstraňovanie zubného kameňa od výrobcu stomatologickej súpravy	- s 3 špičkami v základnom vyhotovení pre odstraňovanie zubného kameňa od výrobcu stomatologickej súpravy
26.	- možnosť pripojenia min. 17 ks druhov špičiek pre endodonciu, parodontológiu, malú chirurgiu, implantológiu a pre rôzne iné aplikácie od renomovaného výrobcu	- možnosť pripojenia 17 ks druhov špičiek pre endodonciu, parodontológiu, malú chirurgiu, implantológiu a pre rôzne iné aplikácie od renomovaného výrobcu
27.	<u>1x voľná pozícia pre možnosť ďalšieho eventuálneho vybavenia súpravy</u>	<u>1x voľná pozícia pre možnosť ďalšieho eventuálneho vybavenia súpravy</u>
28.	<u>1x príprava na mokré odsávanie</u>	<u>1x príprava na mokré odsávanie</u>
29.	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie odsávacích hadíc od výrobcu súpravy</u>	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie odsávacích hadíc od výrobcu súpravy</u>
30.	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie súpravy a hadíc od výrobcu súpravy</u>	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie súpravy a hadíc od výrobcu súpravy</u>
31.	<u>1x operačné svetlo:</u>	<u>1x operačné svetlo:</u>
32.	- LED technológia	- LED technológia
33.	- chladenie bez ventilátora	- chladenie bez ventilátora
34.	- intenzita svetla v min. rozsahu od 3 000 do 35 000 LUX	- intenzita svetla v rozsahu od 3 000 do 35 000 LUX
35.	Strana asistenta:	Strana asistenta:
36.	<u>1x veľká odsávačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>	<u>1x veľká odsávačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>
37.	<u>1x malá odsliňovačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>	<u>1x malá odsliňovačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>

38.	Software musí byť od výrobcu stomatologickej súpravy	Software musí byť od výrobcu stomatologickej súpravy
39.	2 ks stomatologických súprav s horným systémom hadíc - min. 6 pozícií na strane lekára	2 ks stomatologických súprav s horným systémom hadíc - 6 pozícií na strane lekára
40.	Kreslo pacienta:	Kreslo pacienta:
41.	možnosť aplikácie min. 2 rôznych opierok hlavy a opierok chrbta	možnosť aplikácie rôznych opierok hlavy a opierok chrbta
42.	možnosť bez opierky rúk alebo s jednou alebo s dvoma opierkami rúk	možnosť bez opierky rúk alebo s jednou alebo s dvoma opierkami rúk
43.	opierka chrbta musí byť sklopiteľná či nastaviteľná v min. rozsahu od 3° do 80°	opierka chrbta musí byť sklopiteľná či nastaviteľná v rozsahu od 3° do 80°
44.	opierka nôh sa pri nastupovaní a pri vystupovaní z kresla musí sklopiť z vodorovnej polohy do polohy zvislej	opierka nôh sa pri nastupovaní a pri vystupovaní z kresla musí sklopiť z vodorovnej polohy do polohy zvislej
45.	nastupovanie a vystupovanie na kreslo zubnej súpravy ako zo stoličky, jednoduché aj pre handicapovaných aj pre starších pacientov	nastupovanie a vystupovanie na kreslo zubnej súpravy ako zo stoličky, jednoduché aj pre handicapovaných aj pre starších pacientov
46.	vertikálny pohyb kresla min. v rozsahu 460-720 mm	vertikálny pohyb kresla v rozsahu 460-720 mm
47.	možnosť výmeny opierky hlavy a chrbta za simulátor pre potreby výučby študentov	možnosť výmeny opierky hlavy a chrbta za simulátor pre potreby výučby študentov
48.	materiál a vyhotovenie kresla a poťahu z ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu	materiál a vyhotovenie kresla a poťahu z ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu
49.	Strana lekára:	Strana lekára:
50.	<u>2x svetelný bezuhlíkový mikromotor s aretáciou mikromotorov:</u>	<u>2x svetelný bezuhlíkový mikromotor s aretáciou mikromotorov:</u>
51.	- otáčky v min. rozsahu 100 - 40 000 ot/min	- otáčky v rozsahu 100 - 40 000 ot/min
52.	- sterilizovateľný	- sterilizovateľný
53.	- hmotnosť max. 69 g	- hmotnosť 69 g
54.	- intenzita osvetlenia min. 25 000 LUX	- intenzita osvetlenia 25 000 LUX
55.	<u>1x svetelná turbínová hadica s rýchlospojku s aretáciou hadice:</u>	<u>1x svetelná turbínová hadica s rýchlospojku s aretáciou hadice:</u>
56.	- rýchlospojka na pripojenie nielen turbíny ale min. ďalšie 3 rôzne inštrumenty	- rýchlospojka na pripojenie nielen turbíny ale min. ďalšie 3 rôzne inštrumenty
57.	- možnosť osvetlenia halogén alebo MULTILED	- možnosť osvetlenia halogén alebo MULTILED
58.	- len s výmenou žiarovky	- len s výmenou žiarovky
59.	- MULTILED osvetlenie intenzity min. 25 000 LUX	- MULTILED osvetlenie intenzity 25 000 LUX

60.	- farebná teplota 5500 K	- farebná teplota 5500 K
61.	<u>1x trojfunkčná striekačka vzduch, voda, vzduch+voda-spray</u>	<u>1x trojfunkčná striekačka vzduch, voda, vzduch+voda-spray</u>
62.	<u>1x svetelný odstraňovač zubného kameňa:</u>	<u>1x svetelný odstraňovač zubného kameňa:</u>
63.	- s min. 3 špičkami v základnom vyhotovení pre odstraňovanie zubného kameňa od výrobcu stomatologickej súpravy	- s 3 špičkami v základnom vyhotovení pre odstraňovanie zubného kameňa od výrobcu stomatologickej súpravy
64.	- možnosť pripojenia min. 17 ks druhov špičiek pre endodonciu, parodontológiu, malú chirurgiu, implantológiu a pre rôzne iné aplikácie od renomovaného výrobcu	- možnosť pripojenia 17 ks druhov špičiek pre endodonciu, parodontológiu, malú chirurgiu, implantológiu a pre rôzne iné aplikácie od renomovaného výrobcu
65.	<u>1x voľná pozícia pre možnosť ďalšieho eventuálneho vybavenia súpravy</u>	<u>1x voľná pozícia pre možnosť ďalšieho eventuálneho vybavenia súpravy</u>
66.	<u>1x príprava na suché odsávanie</u>	<u>1x príprava na suché odsávanie</u>
67.	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie odsávacích hadíc od výrobcu súpravy</u>	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie odsávacích hadíc od výrobcu súpravy</u>
68.	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie súpravy a hadíc od výrobcu súpravy</u>	<u>1x možnosť automatickej dezinfekcie súpravy a hadíc od výrobcu súpravy</u>
69.	<u>1x operačné svetlo:</u>	<u>1x operačné svetlo:</u>
70.	- LED technológia	- LED technológia
71.	- chladenie bez ventilátora	- chladenie bez ventilátora
72.	- intenzita svetla v min. rozsahu od 3 000 do 35 000 LUX	- intenzita svetla v rozsahu od 3 000 do 35 000 LUX
73.	Strana asistenta:	Strana asistenta:
74.	<u>1x veľká odsávačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>	<u>1x veľká odsávačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>
75.	<u>1x malá odsliňovačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>	<u>1x malá odsliňovačka s hadicou a filtrom na stomatologickej súprave</u>
76.	Software musí byť od výrobcu stomatologickej súpravy	Software musí byť od výrobcu stomatologickej súpravy
77.	Príslušenstvo pre 5 ks stomatologických súprav:	Príslušenstvo pre 5 ks stomatologických súprav:
78.	3x kompresor so sušičom z toho: <ul style="list-style-type: none"> - 1x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre prevádzku dvoch stomatologických súprav - 2x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre 	3x kompresor so sušičom z toho: <ul style="list-style-type: none"> - 1x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre prevádzku dvoch stomatologických súprav - 2x kompresor so sušičom s výkonom potrebným pre


	prevádzku jednej stomatologickej súpravy	prevádzku jednej stomatologickej súpravy
79.	<u>mokrú kontinuálnu odsávanie pre 3 súpravy s odlučovačom amalgámu s účinnosťou pri nepretržitej prevádzke min.95%</u>	<u>mokrú kontinuálnu odsávanie pre 3 súpravy s odlučovačom amalgámu s účinnosťou pri nepretržitej prevádzke viac ako 95%</u>
80.	<u>suché kontinuálne odsávanie pre 2 súpravy s odlučovačom amalgámu s účinnosťou pri nepretržitej prevádzke min.95%</u>	<u>suché kontinuálne odsávanie pre 2 súpravy s odlučovačom amalgámu s účinnosťou pri nepretržitej prevádzke viac ako 95%</u>

Kalkulácia zmluvnej ceny:

Kritérium č.	Názov kritéria	Návrh
	Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH	112 677,-
	Sadzba DPH	20%
1.	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	135 212.40

V Topolčanoch.....*18.05.2021*

Ing. Juraj Hlaváč, konateľ spoločnosti
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu



Pr. J. Hlaváč
P. J. Hlaváč
955 01 TOPOLČANY

