

1.

Zadávateľ požaduje v technickej špecifikácii prístroja - Defibrilátory vyššej triedy :

„Možnosť merania : komponenty etCO₂,SPO₂,NIBP dvoj hadicovým systémom , respirácie “

Otázka :

Súčasťou vybavenia dodávaných defibrilátorov majú byť moduly na meranie SPO₂, etCO₂ a NIBP dvoj hadicovým systémom + príslušný spotrebný materiál ?

Odpoveď:

Áno