

Všetkým zájemcom

Naša značka: 02/2021

Vybavuje: Ing. Katarína Kupcová

V Košiciach, dňa: 04.06.2021

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3**

Dňa 02.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), výzva v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom „Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce, uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154129-2021:TEXT:SK:HTML&src=0> a vo Vestníku verejného obstarávania [www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431044](http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431044).

**Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):**

Otázka záujemcu:

Chceli by sme Vás požiadať o informáciu k technickej špecifikácii pre časť č. 1 - Nitrilové rukavice. Bude verejný obstarávateľ akceptovať nitrilové rukavice s hrúbkou 1 vrstvy min. 0,05mm, t.j. hrúbka stien meraná dvojito je min. 0,10 mm?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny špecifikácie vo vzťahu k svojim potrebám a účelu obstarávaného tovaru. Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh záujemcu a trvá na splnení parametra „Hrúbka stien meraná dvojito: 0,12 - 0,14 mm.

Odôvodnenie:

Požadovaný tovar bude využívaný na rôzne spektrum diagnosticko-terapeutických a ošetrovateľských intervencií a rukavice svojou hrúbkou stien meranou dvojito min. 0,10 mm uvedenému nezodpovedajú.

S pozdravom

Ing. Katarína Kupcová