

Vysvetlenie 1

Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozlíšenie počtu pixelov prepočítaný na pomer strán zobrazovacieho zariadenia v závislosti od počtu snímacích elektród?

Odpoveď na otázku č. 1

V súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení sa minimálne technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch neodvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby aby tým nedochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov. Takýto odkaz si predmet zákazky nevyžaduje (predmet zákazky možno opísať dostatočne a presne) preto doplnenie technickej špecifikácie o odkaz na ekvivalentné riešenie nie je potrebné. Požiadavka

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
- Zobrazovacie zariadenie: rozlíšenie	pixel	1440 x 900			

bola stanovená tak ako je to štandardne uvádzané pri zobrazovacích zariadeniach.

O tom, či navrhované riešenie uchádzačov zodpovedá požadovanej špecifikácii, rozhodne komisia na hodnotenie ponúk, preto na takto formulovanú otázku nemožno v tejto fáze obstarávacieho procesu dať konkrétnu odpoveď.

Otázka č. 2

Žiadame odstrániť zo špecifikácie

Technické vlastnosti	Hodnota charakteristika	Hodnota parametra
-analýza regiónov pľúc pomocou obrazu stavu. Obraz stavu konfigurovaný ako obraz dýchania alebo minútový obraz. Obraz dýchania predstavujúci regionálnu distribúciu zmien impedancie posledného detekovaného dychu. Obraz dýchania t.j. rozdielový obraz konca inspirácie v porovnaní so začiatkom inspirácie. Obraz dýchania sa automaticky aktualizujúci po každom dychu. Začiatok inspirácie a koniec inspirácie sú indikované ako zvislé farebne odlišené čiary na časových priebehoch vln impedancie.	Ano	

Odpoveď na otázku č. 2

Požiadavka nie je predmetom inštitútu žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Ak práva alebo právom chránené záujmy záujemcu boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže v súlade s § 164 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní podať žiadosť o nápravu. Zároveň uvádzame, že žiadateľ nenavrhuje náhradné riešenie o analýze regiónov pľúc.

Otázka č. 3

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pásmový filter s automatickou alebo manuálnou optimalizáciou frekvenčného obsahu za účelom optimalizácie artefaktov spôsobenou srdcovou aktivitou?

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
-pásmový filter: Používa sa na zobrazenie zmien EIT, ku ktorým dochádza v konkrétnom frekvenčnom rozsahu - napríklad zobrazenie aktivity súvisiacej so srdcom je možné optimalizovať nastavením priepustu v nízkom pásme o 10 menej ako srdcová frekvencia a horného pásma prechodu o 10 viac ako srdcová frekvencia.	Ano	

Odpoveď na otázku č. 3

Technická špecifikácia neudáva druh optimalizácie frekvenčného obsahu pásmového filtra za účelom optimalizácie artefaktov spôsobenou srdcovou aktivitou. Z toho vyplýva, že aj automatická, aj manuálna optimalizácia je akceptovateľná.

Otázka č. 4

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ručné nastavenie chodu frekvencie alebo ekvivalentné riešenie zabezpečené kompatibilitou s normou IEC 60601-1-2?

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
-ručné nastavenie chodu frekvencie: EIT automaticky určuje optimálnu pracovnú frekvenciu. Táto vlastnosť však umožňuje používateľovi udržiavať konštantnú pracovnú frekvenciu, ktorá sa môže vyžadovať v nastaveniach výskumu.	Áno	

Odpoveď na otázku č. 4

O tom, či navrhované riešenie uchádzačov zodpovedá požadovanej špecifikácii, rozhodne komisia na hodnotenie ponúk, preto na takto formulovanú otázku nemožno v tejto fáze obstarávacieho procesu dať konkrétnu odpoveď. Vo všeobecnosti platí, že ak uchádzač v ponuke preukáže vrátane dôkazov, že ním navrhované riešenie spĺňa výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ ponuku vylúčiť nemôže.

Pozn.:

Každý **potenciálny záujemca** vo vzťahu k obsahu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž, ako aj každý záujemca, ktorému verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytol súťažné podklady alebo informatívny dokument, vo vzťahu k ich obsahu, má **právo požiadať** verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, ak má **pochybnosti** o správnom pochopení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž a/alebo súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo informatívneho dokumentu, avšak len za stanovených podmienok.