



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Ing. Michal Plesník

0326566838

michal.plesnik@fntn.sk

Trenčín

25.08.2021

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodnictva
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 09.08.2021, pod č. 2021/S 152-404108 a vo Vestníku VO č. 187/2021 dňa 10.08.2021 pod sp.zn.č. 40684-MST

Predmet

Dňa 19.08.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnemu obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti viacerým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. **Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tie položky Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktoré boli na základe žiadosti o nápravu upravené:**

- Bod 54 technickej špecifikácie "Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD, HL, NT"

Návrh žiadateľa:

- Bod 54 technickej špecifikácie „Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD“



Stanovisko verejného obstarávateľa:

1)

Klinika gynekológie a pôrodnictva FN Trenčín je intermediárnym perinatologickým centrom, a poskytuje vysokokvalifikovanú starostlivosť aj o tehotné s rizikovým a patologickým priebehom tehotenstva. Vzhľadom na uvedené okrem základného vyšetrenia poskytuje aj konziliárne ultrazvukové vyšetrenia vo všetkých fázach tehotenstva. Preto k základným biometrickým parametrom nevyhnutne patrí BPD, HC, AC, FL, HL, NT. Min. meranie NT v I. trimestri k nim patrí - <https://www.ssum.sk/o-nas/odporucania/prenatalne-vysetrenia-a-gynekologia/> , automatické meranie NT je akceptované aj FMF ako medzinárodnou autoritou udeľujúcou certifikáty na meranie NT). K dispozícii je viacero UZV prístrojov, ktoré automatické meranie požadovaných parametrov umožňujú.

Napriek vyššie uvedenému, verejný obstarávateľ **akceptuje** úpravu tohto bodu technickej špecifikácie. Technický parameter po úprave znie: „**Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD**“

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že doručенú žiadosť o nápravu v bode 54 Technickej špecifikácie poskytnutej záujemcom a zverejnenej v rámci systému Josephine dňa 17.8.2021 **akceptuje**.

Upravenú technickú špecifikáciu zverejňuje verejný obstarávateľ v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme Josephine.

S pozdravom,

Ing. Tomáš Janík, MBA
Riaditeľ FN Trenčín

Prílohy:

1. FNTN-2021-07-ŠF-NZ-USG premium pre GPK-SP-p2-TŠ-úprava-2