



V Trenčíne, dňa 17.09.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 17.08.2021, pod č. 2021/S 158-417746 a vo Vestníku VO č. 193/2021 dňa 18.08.2021 pod sp.zn.č. 41188-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 2-1**

v dokumente FNTN-2021-01-NZ-Terapeuticky RTG-SP-p2-Opis sa v bode 41 požaduje prepojenie so súčasným objednávacím systémom oddelenia na rádioterapiu.

Otázka č. 1 :

Pod pojmom súčasný objednávací systém myslí obstarávateľ systém ARIA od firmy Varian?

**Odpoveď 2-1:**

Áno.

**Otázka 2-2**

Základnou podmienkou pre funkčné prepojenie s akýmkoľvek systémom je, aby to daný systém umožňoval. V prípade systému ARIA sa jedná o licencie DICOM MWL/MPPS a HL7 MDM.

Otázka č. 2 :

Poskytne obstarávateľ licencie DICOM MWL/MPPS a HL7 MDM od firmy Varian potrebné pre plne funkčné prepojenie rtg. prístroja so systémom ARIA?

**Odpoveď 2-2:**

Áno. Verejný obstarávateľ poskytne potrebné licencie. Pre zabezpečenie požadovaného prepojenia poskytne licenciu DICOM MWL/MPPS.

**Otázka 2-3**

Bude obstarávateľ akceptovať doplnenie článku I. Predmet zmluvy a predmet prevodu návrhu kúpnej zmluvy o bod 10 v nasledovnom znení :

"10. Súčasťou dodávky tovaru podľa tejto zmluvy nie je dodávka licencií DICOM MWL/MPPS a HL7 MDM od firmy Varian potrebných pre prepojenie terapeutického RTG prístroja so súčasným systémom ARIA , ktoré je povinný zabezpečiť kupujúci."



### Odpoveď 2-3:

Verejný obstarávateľ dopĺňa Článok I. Predmet zmluvy a predmet prevodu v Zmluve o odsek 10 v znení: „10. Súčasťou dodávky tovaru podľa tejto zmluvy nie je dodávka licencie DICOM MWL/MPPS od firmy Varian potrebnej pre prepojenie terapeutického RTG prístroja so súčasným systémom ARIA. Predmetnú licenciu je povinný zabezpečiť kupujúci.“

Verejný obstarávateľ zároveň dáva k dispozícii a v rámci dokumentov v systéme Josephine zverejňuje upravenú Prílohu č. 5 SP – Kúpna zmluva.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 17.09.2021 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy:

1. FNTN-2021-01-NZ-Terapeutický RTG-SP-p5-Zmluva-úprava-2