

Všetkým záujemcom

Vec:

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke Osobné ochranné pracovné pomôcky

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Osobné ochranné pracovné pomôcky“ zverejnenej v systéme Josephine dňa 22.11.2021 pod značkou SZ_DS_OOPP_001.

PRE ČASŤ 3 Ochranný overal**Otázka č. 1:**

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie v časti na „ochranný overal“, o aké overaly má záujem keďže má požiadavku na overaly TYP 5B, 6B a vypustil požiadavku na švy podlepené páskou, avšak naďalej požaduje splnenie normy EN 14605, ktorá opisuje sprejotesné resp. kvapalnotesné spoje a teda pre splnenie normy je potrebné švy podlepené páskou.

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, požiadavky na plošnú hmotnosť 60 g/m², nakoľko sa overaly podľa našich vedomostí a skúseností spĺňajúce všetky požadované normy a kvalitu vyrábajú vo väčšine prípadov z kombinácie materiálov o plošnej váhe 55 g/m² +/- 5%. Máme zato, že úprava umožní zapojenie viacerých účastníkov do verejného obstarávania.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upravuje parameter č.11 a č.14

| | |
|----|--|
| 11 | Materiál: netkaná antistatická tkanina, min. 60 g/m ² , odchýlky plošnej hmotnosti (+/- 3%) |
| 14 | spĺňajúci normy min. EN 14605:2005 + A1:2009 , EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003/ AC:2004 , EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982 - 1: 2004/A1:2010 |

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom parametre s doplnenou uvedenou odchýlkou. Nižšia hodnota uvedeného parametra môže spôsobiť nedostatočnú ochranu personálu pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti.

Otázka č. 2:

V Prílohe č. 3 – Veľkostná tabuľka uvádzate presnú požiadavku dĺžky overalov. Nakoľko na trhu pôsobí viacero výrobcov dodávajúcich tento sortiment do zdravotníckych zariadení, a každý má vo svojom výrobnom programe nastavené parametre produktu, nie je možné aby mali tieto parametre rovnaké. Z tohto dôvodu sa nám javí stanovená dĺžka overalov diskriminačná. Bude obstarávateľ akceptovať aj ponuku na ochranné overaly s uvedenými dĺžkami:

| veľkosť | dĺžka overalu /výška |
|---------|----------------------|
| S | 164- 170 |
| M | 167-176 |
| L | 174-181 |
| XL | 179-187 |
| 2XL | 186-194 |
| 3XL | 194-200 |

Odpoveď 2:

Verejný obstarávateľ dospel k záveru, že pri parametroch ktoré sú nastavené vo veľkostnej tabuľke bude akceptovať výšku overalu s toleranciou +/- 2cm.

Bežne sa uvádza pri oblečení tolerancia +/-2cm. Dĺžku výrobku je možné nastaviť vo výrobe podľa zadania.

Predkladanie a obsah ponuky a kritériá na vyhodnotenie ponúk**Otázka č. 3:**

Pri predložení ponuky v kolónke Ponuky a Žiadosti je potrebné opätovné zadanie ceny. Systém to automaticky zaokrúhľuje na dve desatinné čísla, čo môže spôsobiť cenový rozdiel aj 0,005 €/ ks. Navrhujem: upraviť tabuľku s cenami so zaokrúhlením na tri desatinné čísla.

Odpoveď 3:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v bodoch:

- **č. 7 Prekladanie a obsah ponuky** uvádza požiadavky na vypracovanie ponuky:
„Zaradeným záujemcom navrhovaná cena za jednotlivé položky musí byť uvedená **na 4 desatinné miesta v EUR bez DPH a vložená do systému JOSEPHINE a zároveň celková cena za jednotlivé časti predmetu zákazky musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta v EUR bez DPH**“.

- **č. 21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia**
„Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena bez DPH za príslušnú časť predmetu zákazky zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Celková cena za príslušnú časť predmetu zákazky musí byť uvedená v eurách bez DPH aj s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta“.

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj opis predmetu zákazky pre časť 3 Ochranný overal a Veľkostnú tabuľku pre Ochranný overal

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie