

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 04.02.2022

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálne technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto oznamuje, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať nižšie uvedené **zmeny súťažných podkladov týkajúce sa Špecifikácie Časti V. predmetu zákazky.**

1. ZMENA

Pôvodné požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 1, 2, 3 a 5 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov boli stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
1	Vysoko frekvenčný generátor s frekvenciou	kHz	50		
2	Výkon	kW	31		
3	Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch	kV	40-133		
4		
5	Tepelná kapacita anódy	kHU	300		

Po **zmene** požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 1, 2, 3 a 5 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov sú stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
1	Vysoko frekvenčný generátor	áno			
2	Výkon	kW	30		
3	Rozsah kV bez hodnoty jednotlivých krokov	kV	50 -125		
4		
5	Tepelná kapacita anódy	kHU	120		

Verejný obstarávateľ prikladá aj aktualizované znenie Podrobnej špecifikácie predmetu zákazky_Časť V., ktorá je súčasťou prílohy č. B.1 súťažných podkladov, ktorá zohľadňuje ako vyššie uvedené zmeny, tak aj zmeny predchádzajúce.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné zmeny súťažných podkladov.

S pozdravom



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.

Príloha:

č.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť V._2022_02_04 .