

Identifikačné údaje uchádzača na Časť II predmetu zákazky

Obchodný názov spoločnosti:	MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Armádna 1659/12
PSČ:	911 01
Mesto:	Trenčín
Štát:	Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Jana Panáková, Ing.
Telefón:	0948064409
E-mail:	jp@medkonsult.sk
Internetová adresa:	www.medkonsult.sk
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	31441831
IČ DPH:	SK2020384894
DIČ:	2020384894
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	Peter Filin, Ing.
Telefón:	0948851165
E-mail:	pf@medkonsult.sk

D.

34

Dátum: 25. 3. 2022

Podpis:.....
Ing. Jana Panáková, konateľ

Príloha A.1: Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov

MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o., zastúpený Ing. Jana Panáková, konateľ, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Materiálne technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.1.2022 pod číslom 2034-MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2022/S 010-017947 zo dňa 16.1.2022/ (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
 - x nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
 - ☐ informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
 - ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	datum narodenia		
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
- x samostatne,
- ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indicie protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

V Trenčíne dňa 25.03.2022

spol. s r.o.
2
N
20384894
IČ DPH: SK2020384894
Ing. Jana Panáková, konateľ
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.



Nemocnica Poprad, a.s.

Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458

Celotelový USG prístroj s fúziou MRI - 1 ks

Uchádzač (názov, sídlo, IČO):	MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o., Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín, IČO: 31441831
-------------------------------	--

Ponúkané zariadenie:

Názov výrobcu:	BK Medical
Názov výrobku a typové označenie:	bk3000; 2300-01

Celotelový USG prístroj s fúziou MRI - 1 ks

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter	Uchádzač uvedie áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uvedie presný parameter ponúkaného predmetu plnenia
1	Uhlopriečka obrazovky monitora	min. 19"	áno, 19"
2	Dynamický rozsah	min. 190 dB	áno, > 198 dB
3	Snímková frekvencia na 2D	min. 200 Hz	> 200 Hz
4	Frekvenčný rozsah prístroja	min. 2-20 MHz	áno, 2 - 20 MHz
5	Maximálna zobrazovacia hĺbka	min. 300 mm	áno, 300 mm
6	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	min. 2 - 20 mm	áno, 1 - 20 mm
7	Interný HDD s kapacitou	min. 200 GB	áno, 500 GB
8	Ovládanie pomocou trackballu	áno	áno
9	USB porty	min. 2 ks	áno, 8
10	Ethernetový konektor	áno	áno
11	HDMI/VGA/DVI výstup	áno	áno
12	Počet portov pre zapojenie sond	min. 4	áno, 4
13	Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň	áno	áno
Pracovné režimy			
14	Technológia na potlačenie šumu	áno	áno
15	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu	áno	áno
16	M-mód	áno	áno
17	Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou	áno	áno
18	Energetický doppler	áno	áno
19	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky	áno	áno
20	CW doppler	áno	áno
21	Harmonické zobrazovanie	áno	áno
22	HD zoom	áno	áno
23	Zoom na živom i na zmrazenom obraze	min. 20x	áno, 23 x
24	Vyšetrenie kompresnou elastografiou na konvexnej sonde	áno	áno
25	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov	áno	áno
26	Dual Live zobrazovací mód	áno	áno
27	Simultánne módy zobrazovania	áno	áno
28	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)	áno	áno
29	Elastografia	áno	áno
30	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách	áno	áno
Meranie, software a vyhodnocovanie			
31	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA	áno	áno
32	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát	áno	áno
33	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania	áno	áno
34	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi	áno	áno
35	Programovateľné kalkulácie	áno	áno
36	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)	áno	áno

37	Komunikácia s nemočičným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM	áno	áno
38	Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky	áno	áno
39	Technológia skladania obrazu tzv. compounding	áno	áno
40	Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom	áno	áno
41	Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzaných USG a CT/MR obrazov	áno	áno
Doplnková výbava a príslušenstvo			
Sondy			
42	Lineárna sonda pre vyšetrenie malých častí	áno	áno
43	Konvexná sonda pre vyšetrenie brušnej dutiny	áno	áno
44	Transrektálna sonda s možnosťou fúzie	áno	áno
45	Transperineálna sonda s možnosťou fúzie	áno	áno
Záručný a pozáručný servis prístroja			
46	Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.	áno	áno

SEKURITÄT SLOVAKIA

V Trenčíne, dňa 25. 3. 2022

.....
Ing. Jana Panáková, konateľ
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Príloha č. E.2 súťažných podkladov Návrh zmluvy pre Časť II. až IX.

Uchádzač vyberie alternatívne časti návrhu zmluvy podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku.

bkKÚPNA ZMLUVA č. /

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: **Banická 803/28, 058 45 Poprad**
IČO: **36513458**
DIČ: **2022127657**
IČ DPH: **SK2022127657**
koná: **MUDr. Jozef Tekáč, MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Mgr. Bc. Richard Vojšovič, člen predstavenstva**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
IBAN: **SK10 0200 0000 0021 2701 3051**

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.**
Sídlo: **Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín**
IČO: **31441831**
DIČ: **2020384894**
IČ DPH: **SK2020384894**
Spoločnosť zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro vložka číslo:
1687/R**
V mene spoločnosti koná: **Ing. Jana Panáková, konateľ**
IBAN: **SK37 7500 0000 0000 8430 8773**
SWIFT: **CEKOSKBX**

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie Časť II. predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Materiálne technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 17.1.2022 pod číslom OZN 2043-MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2022/S 010-017947 zo dňa 17.1.2022 (ďalej len „Verejná súťaž“ alebo aj „Verejné obstarávanie“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 90 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „Poskytovateľ NFP“) pre projekt "Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad", kód projektu ITMS2014+: 302020AZB5 (ďalej „Projekt“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené hnuiteľné veci vrátane súvisiacich služieb bližšie definovaných v tejto Zmluve a v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy Zmluvy:

Časť II.

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Celotelový USG prístroj s fúziou MRI	1	bk3000 (2300-01)+bkFusion

1.3.

Časť II.

Súčasťou Predmetu kúpy je:

- 1.3.1. doprava na miesto dodania, t. j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,
 - 1.3.2. vybalenie a likvidácia obalov,
 - 1.3.3. montáž a inštalácia,
 - 1.3.4. uvedenie do prevádzky,
 - 1.3.5. preukázanie funkčnosti a
 - 1.3.6. zaškolenie zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru Predávajúcim.
- 1.4. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
 - 1.4.1. návod na použitie/obsahu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - 1.4.2. záručný list,
 - 1.4.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - 1.4.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty pre jednotlivé tovary tvoriace Predmet kúpy,
 - 1.4.5. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy.
 - 1.5. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy a ďalšie súvisiace služby v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Kúpna cena**“).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 144 000,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

Cena s DPH: 172 800,- EUR

(slovom: jednostosedemdesiatdväťtisícosemsto EUR)

- 2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
 - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku DPH spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov Zmluvy,
 - názov Projektu Ochrana verejného zdravia a posilnenie kapacít v Nemocnici Poprad
- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

Čl. III

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do (8) ôsmich týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t.

j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.

- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, informáciu o poskytnutých súvisiacich službách v zmysle Zmluvy a Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Čl. IV

Záruka, zodpovednosť za vady a služby poskytované počas záruky

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
 - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
 - 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
 - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
 - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9

Časť II.

V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je servisná odozva maximálne do (12) dvanásť hodín od nahlásenia poruchy v zmysle bodu 4.4 vyššie v rámci

pracovných dní a Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah maximálne do (24) dvadsaťštyri hodín od nahlásenia poruchy. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu z miesta dodania a na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania a uviesť do prevádzky náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (zariadenie s rovnakými, prípadne lepšími technickými parametrami) po celú dobu odstraňovania vady (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primeranie uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.

- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
 - bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
 - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.13 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať všetky pravidelné servisné prehliadky a úkony (najmä BTK, kalibrácií, el. revízií) Predmetu kúpy v intervaloch a rozsahu stanovených výrobcom Predmetu kúpy a príslušnými právnymi predpismi.
- 4.14 Predávajúci sa zaväzuje najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku Predmetu kúpy a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd, resp. porúch na Predmete kúpy.
- 4.15 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať profylaktickú kontrolu Predmetu kúpy v dňoch dohodnutých s Kupujúcim. V prípade vady, resp. poruchy na Predmete kúpy vykoná Predávajúci profylaktickú kontrolu v deň odstraňovania vady, resp. poruchy.

Čl. V Zmluvné sankcie

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je

dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VI

Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

Čl. VII

Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho dodania Predmetu kúpy vrátane súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
 - 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
 - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Kupujúci môže taktiež odstúpiť od Zmluvy aj z iných dôvodov uvedených v ust. § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

- 7.7 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.8 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. VIII

Subdodávateľia

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť plnenia v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena alebo doplnenie subdodávateľov je možné len písomnou dohodou Zmluvných strán v súlade s bodom 9.8 Článku IX. Zmluvy.
- 8.4 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.5 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 9.1.1 schválenie verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania, a zároveň
- 9.1.2 zverejnenie tejto Zmluvy v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
- meno: Ing. Jana Panáková, konateľ
tel: 0948064409
e-mail: jp@medkonsult.sk
- 9.3.2 za Kupujúceho:
- meno: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
tel: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
e-mail: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste dodania súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.6.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 9.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- 9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.
- 9.7 V tejto súvislosti sa výkon kontroly môže vzťahovať aj na predávajúceho a prípadne i jeho subdodávateľov.

- 9.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.9 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a zároveň v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.10 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.12 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy
 - Príloha č. 2 Cenová tabuľka
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Poprade, dňa

V Trenčíne, dňa 25.3.2022

Kupujúci:

Predávajúci:

l.

4

Za Nemocnicu Poprad, a.s.
MUDr. Jozef Tekáč, MPH
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

Za MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Ing. Jana Panáková, konateľ

Za Nemocnicu Poprad, a.s.
Mgr. Bc. Richard Vojsovič
člen predstavenstva

Príloha C.1: Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia – Časť II.**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.ň Armádna 1659/12, 911 01 Trenčín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno x	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	EUR s <u>DPH</u>	172 800,-

V Trenčíne dňa 25.03.2022

Medkonsult Slovakia, spol. s r.o.
9/12
ČIN
2020384894
384894

Ing. Jana Panáková, konateľ
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Príloha C.2: Cenová tabuľka

1 CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ II. PREDMETU ZÁKAZKY

č.p.	Názov položky	Množstvo (ks)	Celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena v EUR vrátane DPH
1.	Celotelový USG prístroj s fúziou MRI	1	144 000,-	28 800,-	172 800,-

V Trenčíne, dňa 25.03.2022

A. S. I. O.

384894
94

Ing. Jana Panáková, konateľ
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.

DETAIL PLATBY



Majiteľ účtu	MEDKONSULT SLOVAKIA
Číslo účtu	SK37 7500 0000 0000 8430 8773
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	25.03.2022
Suma	-7 000,00 EUR
Číslo protiúčtu	SK10 0200 0000 0021 2701 3051
Kód banky/BIC	SUBASKBX
Referencia platiteľa	/VS31441831/SS/KS
Účel platby	Medicinske pristroje a zariadenia Cast II
Identifikátor	SBA7AV5156

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

Produktový list BK3000

Product sheet	BK Medical
Model: 2300-01	bk3000
	Parametre
Uhlopriečka monitora	19"
Dynamický rozsah	>198 dB
Snímková frekvencia na 2D	> 200 Hz
Frekvenčný rozsah	2 - 20 MHz
Zobrazovací rozsah prístroja	2 - 300 mm
Počet kanálov	61 440
Monitor typu LED nastaviteľný výškovo, stranovo s vysokou rozlišovacou schopnosťou s uhlopriečkou minimálne	TFT SVGA 1024x1280@60 Hz
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	1 - 20 mm
Váha prístroja	90 kg
Prevádzka na integrovanú batériu	60 min (option)
Nastaviteľný pult obsluhy výškovo	25 cm
Nastaviteľný pult obsluhy stranovo	± 90 degree
Maximálna hlučnosť prístroja	<45 db
Prenosný prístroj	áno
Ovládanie pomocou trackballu	áno
Počet portov pre zapojenie sond	4
Wifi modul	áno
Ethernetový konektor	áno
Počet USB portov	8
HDMI/VGA/DGR výstup	DVI OUT, HDMI, VGA, S-Video, Composite
Možnosť stand-by režimu	áno
Vodeodolná a mechanicky odolná klávesnica s možnosťou povrchovej dezinfekcie	áno
Dĺžka štartu prístroja	30 s
Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň	áno (option)
Interný HDD s kapacitou	500 GB
Technológia skladania obrazu tzv. compounding	áno
Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy	áno
Technológia umožňujúca automatické meranie biometrických rozmerov: CRL, BPD, OFD, HC, AC, HL, FL	áno
Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne "fokusovaný" obraz bez potreby meniť ostriaci bod - tzv. pixel focus	áno
Technológia na potlačenie šumu	áno
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu	áno
M-mód	áno



Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou	02 - 12 KHz
Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku	áno
Výkonový power doppler	áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie: PW krivky, rýchlosti (PRF), uhla	áno
Kontinuálny CW doppler	áno
Harmonické zobrazenie	áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze	áno, 23x
Program pre kontrastné vyšetrenie	áno (option)
Vyšetrenie elastografiou	áno (option)
Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky	áno
Strain elastografia na lineárnych, konvexných a endokavitálnych sondách	áno (option)
Technológia Compounding imaging	áno
Kompenzácia rýchlosti šírenia na usg vlny v rôznych typoch tkaniva	áno
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA	áno
Steering lúčov na lineárnej sonde	áno, 90°
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov	áno
Databáza s vyhľadávaním podľa demografických i diagnostických údajov	áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu	áno
Možnosť úpravy a zmeny uložených snímok a slučiek	áno
Zosilňovanie signálu v čase (TGC)	áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.bmp, *.avi, možnosť uloženia vo formáte DICOM	áno
Programovateľné kalkulácie	áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)	áno
Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča	áno
Rozhranie s nemocničným informačným systémom a PACS, podpora HL7 štandardu	áno
Dual Live zobrazovací mód	áno
Simultaneous Mode (B-mód + dopplerovské zobrazenie)	B+M,B+PW,B+CW,B+C+PW,B+P+PW,2B,B+B Simultaneous, B+(B+C), B+(B+P),B+THI,B+CI, B+E
Post Gain Control	áno



Možnosť rozšíriť o kontinuálne nahrávanie 2D a 3D záznamu na USB disk priamo z USG prístroja bez použitia externých zariadení minimálne vo Full HD kvalite	áno
Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre rektálnu sondu	áno
Možnosť rozšíriť o elastosonografiu v reálnom čase pre lineárnu sondu	áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách	áno
Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu	áno
Resterilizovateľný punkčný adaptér pre transrektálnu sondu	áno
Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu	áno
Intraoperačná neuronavigácia	áno (option)
Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cieľnú biopsiu podľa fúzaných USG a CT/MR obrazov	áno (option)
Možnosť aplikovať kontrastnú látku pri CT/MRI navigovanej biopsii	áno (option)
Automatická korekcia pohybu pacienta pri navigovanej biopsii	áno - súčasť integrovanej fúzie
Technológia umožňujúca zosnímať 3D dáta	áno (option)
Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom	áno - súčasť integrovanej fúzie
Multimodalitná fúzia ultrazukového/CT/MR a kombinácia obrazov v jednom zobrazovacom okne	áno - súčasť integrovanej fúzie
Krokový bioptický mechanizmus multimodalitnej fúzie obrazu pre 2D multifrekvenčnú biplane transrektálnu sondu	áno (option)
Definovanie bioptického cieľa s využitím min. 2 rôznych údajov (Perfusion, Diffusion a T2)	áno - súčasť integrovanej fúzie
Plánovanie pre najvhodnejší prístup pre skenovanie zacielenie	áno - súčasť integrovanej fúzie
Aplikačná príručka počas intervenčných postupov	áno
Držiak pre uchytanie navigačného senzora pri navigácii biopsie pre konvexnú a transrektálnu sondu	áno (option)
Mobilný vozík pre uchytanie navigačného vysielača s nastavením výšky a náklonu	áno - súčasť integrovanej fúzie
Možnosť rozšírenia o integrovaný transperineálny prístup navigovanej biopsie	áno (option)
Diaľkové ovládanie	áno (option)



Legal Manufacturer BK Medical ApS, Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark
Notified Body: DNV Product Assurance AS Notified Body Identification Number: 2460
Compliance Procedure: Annex II except §4 (Class IIa, Class IIb), Annex II including §4 (Class III), Annex II + VII (Class Is)
Certificates: DNV EC Certificate 10000463963-PA-NoMA-DNK DNV EC Design Exam. Certificate 10000463966-PA-NoMA-DNK for Type 8809/9009, DNV EC Design Exam. Certificate 10000463968-PA-NoMA-DNK for Type 8862/8863/9062/9063
Annex IX classes: Class Is (rule 1), Class IIa (rule 5, 6 or 10), Class IIb (rule 9), Class III (rule 6).
<u>Class III</u> Transducers <ul style="list-style-type: none">• Type 8809, 9009• Type 8862, 8863, 9062, 9063 <u>Class IIb</u> Ultrasound systems <ul style="list-style-type: none">• Type 1202• Type 1300• Type 2300 Transducers <ul style="list-style-type: none">• Type 8848, 9048 <u>Class IIa</u> Transducers <ul style="list-style-type: none">• Type 2052• Type 8666-RF, 8667, 8670• Type 8808e, 8811, 8815, 8816, 8818, 8819, 8820e, 8823, 8824, 8826, 8830, 8838, 8870• Type 9002, 9008, 9011, 9015, 9016, 9018, 9019, 9022, 9023, 9024, 9026, 9027, 9029, 9032, 9034, 9038, 9040, 9051, 9052, 9066, 9070, 9076, 9077, 9081, 9085, 9086, 9087, 9096 Biopsy & puncture attachments <ul style="list-style-type: none">• UA1256, UA1282, UA1326, UA1327, UA1328, UA1349 Sterile Biopsy & needle guides <ul style="list-style-type: none">• UA1257-S14, UA1257S17E, UA1322-S, UA1322-S14, UA1323-S, UA1329-S, UA1336, UA1337, UA1339, UA1345, UA1346 Dummy channel brackets <ul style="list-style-type: none">• UA1325, UA1325-w <u>Class Is</u> Sterile Biopsy & needle guides <ul style="list-style-type: none">• UA1338, UA1344

EC DECLARATION OF CONFORMITY



"We hereby declare that the above-mentioned products comply with the European Medical Device Directive 93/42/EEC as amended and its relevant transposition into all national laws of the member states into which we place the device(s)"

Herlev, date: 2021.05.26

BK Medical:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Susanne Faarbæk".

Susanne Faarbæk – Director Regulatory Affairs

CER11467 EC Declaration of Conformity

EC CERTIFICATE

Full Quality Assurance System

Certificate No.:

10000463963-PA-NoMA-DNK Rev 0.0

Project No.:

PRJN-253180-2021-PA-DNK

Valid Until

26 May 2024

This is to certify that the quality system of:

BK Medical ApS

Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark

For design, production and final product inspection/testing of:

Diagnostic Ultrasound Devices and Sterile Biopsy and Needle guides

Has been assessed with respect to:

**the conformity assessment procedure described in Annex II of
Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices, as amended**

and found to comply

Further details of the product(s) and conditions for certification are given overleaf.

Place and date:

Høvik, 20 May 2021

For the issuing office:

Notified Body 2460
DNV Product Assurance AS



Eugenie Winger Husebye
Technical Reviewer

Notice: The Certificate is subject to terms and conditions as set out in the Certification Agreement. Failure to comply may render this Certificate invalid.

NOTIFIED BODY 2460: DNV Product Assurance AS, Veritasveien 3, 1363 Høvik, Norway, Tel +47 67 57 88 00, www.dnv.com

ICP-4-5-11-MDD-f3, rev.0

Jurisdiction

Application of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993, adopted as "Forskrift om Medisinsk Utstyr" by the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

Certificate history:

Revision	Description	Issue Date
0.0	Transfer of Presafe Denmark A/S (NB 0543) Certificate No. DGM-006 to DNV Product Assurance AS (NB 2460)	20 May 2021

Products covered by this Certificate:

Product Description	Product Name	Class
Linear Array Transducer	Linear Array Transducer	III*
Craniotomy Transducer	Craniotomy Transducer	
Burr Hole Transducer	Burr Hole Transducer	
X18L5s Transducer	X18L5s Transducer	
N13C5 Transducer	N13C5 Transducer	
N11C5s Transducer	N11C5s Transducer	
Ultrasound imaging systems for diagnosis and for monitoring of active therapeutic devices	FlexFocus System, bkSpecto System, bk3000 System / bk5000 System	IIb
Transrectal transducers, Transvaginal transducers and Transducers for monitoring of active therapeutic devices	Endocavity Biplane Transducer, E14CL4b Transducer	IIb
Transrectal transducers	Anorectal 3D Transducer, Endfire Curved Array Transducer, Prostate Biplane Transducer, Prostate Triplane Transducer, 3DART Transducer, E11C3b Transducer, E14C4t Transducer, E13C2 Transducer, X14L4 Transducer, 20R3 Transducer	IIa
Intraoperative transducers	4-Way Laparoscopic Transducer, Intraoperative Transducer, T-Shaped Intraoperative Transducer, I14C5l Transducer, I14C5T Transducer, I12C5b Transducer, X12C4 Transducer, I12C5 Transducer, I12C4f	IIa

Notice: The Certificate is subject to terms and conditions as set out in the Certification Agreement. Failure to comply may render this Certificate invalid.

NOTIFIED BODY 2460: DNV Product Assurance AS, Veritasveien 3, 1363 Høvik, Norway, Tel +47 67 57 88 00, www.dnv.com

ICP-4-5-i1-MDD-f3, rev.0

	Transducer, I13C3f Transducer, Rob12C4 Transducer, Intraoperative Biplane Transducer, ProART Robotic "Drop-in" Transducer	
Surface transducers	Linear Array Transducer, Curved Array Transducer, Convex Array Transducer, High Frequency Linear Array, Transducer, 9C2 Transducer, 13L4w Transducer, 10L2w Transducer, 6C2s Transducer, 8L2 Transducer, 6C2 Transducer, 14L3 Transducer, 18L5 Transducer, 5P1 Transducer, 18L5s Transducer, 5C1e Transducer, 14L3e Transducer, 5P1e Transducer	Ila
Transvaginal transducers	Endovaginal Transducer, E10C4 Transducer	Ila
Transesophageal transducers	T7P2m Transducer	Ila
Biopsy and puncture attachment	Reusable needle guide, Reusable puncture attachment, Reusable biplane biopsy guide, Reusable endfire biopsy guide, Reusable dual biopsy guide	Ila
Sterile Biopsy and Needle guides	Single-use biopsy guide, Extended, Single-use biopsy guide, Single-use biplane biopsy guide, Single-use 14G biplane biopsy guide, Single-use endfire biopsy guide, Single-use dual biopsy guide, Single-use needle guide	Ila
Dummy channel brackets	Dummy channel brackets	Ila
Sterile Biopsy and Needle guides	Single-use needle guide	Is

* Design assessment is covered by a separate EC-Design Examination Certificate No.: 10000463966-PA-NoMA-DNK Rev 0.0 & 10000463968-PA-NoMA-DNK Rev 0.0

Sites covered by this certificate

Site Name	Address
BK Medical ApS	Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark

Terms and conditions

The certificate is subject to the following terms and conditions:

- Any producer (see 2001/95/EC for a precise definition) is liable for damage caused by a defect in his product(s), in accordance with directive 85/374/EEC, as amended, concerning liability of defective products.
- The certificate is only valid for the products and/or manufacturing premises listed above.
- The Manufacturer shall fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and uphold it so that it remains adequate and efficient.
- The Manufacturer shall inform the Notified Body of any intended updating of the quality system and the Notified Body will assess the changes and decide if the certificate remains valid.
- Periodical audits will be held, in order to verify that the Manufacturer maintains and applies the quality system. The Notified Body reserves the right, on a spot basis or based on suspicion, to pay unannounced visits.

The following may render this Certificate invalid:

- Changes in the quality system affecting production.
- Periodical audits not held within the allowed time window.

Conformity declaration and marking of product

When meeting with the terms and conditions above, the producer may draw up an EC declaration of conformity and legally affix the CE mark followed by the Notified Body identification number.

End of Certificate

Technická špecifikácia snímača 9011

Názov snímača		13L4w
Referenčný typ		9011
Kompatibilita s usg		bkSpecto, bk3000, bk5000, bkActiv
Aplikácie		Muskuloskeletal, Small parts, Pediatrics, Peripheral Vessel
Základné zobrazovacie módy		B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography
Frekvenčný rozsah	MHz	4 - 13
Rozmery kontaktnej plochy	mm	10 x 57
Váha	g	98
Počet elementov		192
Zobrazovacie pole	°	šírka 49,9 mm + expanzný uhol 2 x15°
Hĺbka zobrazovania	mm	5 - 60
Punkčný nadstavec	resterilizovateľný	UA1239



Technická špecifikácia snímača 9018

Názov snímača		E14C4t
Referenčný typ		9018
Kompatibilita s usg		bkSpecto, bk3000, bk5000
Aplikácie		Transrectal, Transvaginal
Základné zobrazovacie módy		B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography, Contrast Imaging
Frekvenčný rozsah	MHz	4 - 14
Zobrazovacie roviny		Transverzálna, Sagitálna a Endfire
Váha	g	245
Počet elementov		128+192
Zobrazovacie pole	°	Sektor: 180°
Punkčný nadstavec	jednorázový	UA1322, UA1322-S14
Punkčný nadstavec	resterilizovateľný	UA1326



Technická špecifikácia snímača 9040

Názov snímača		6C2
Referenčný typ		9040
Kompatibilita s usg		bkSpecto, bk3000, bk5000, bkActiv
Aplikácie		Abdominal, Obstetrics, Fetal, Musculoskeletal
Základné zobrazovacie módy		B, M, CFM, THI, CI
Frekvenčný rozsah	MHz	2 – 6
Celkové rozmery	mm	77 x 104 x 27
Váha	g	180
Počet elementov		192
Zobrazovacie pole	°	62°, rozšírený sektor 71°
Hĺbka zobrazovania	mm	12 - 220
Punkčný nastavtec	resterilizovateľný	UA1250
	jednorázový	UA1341



Technická špecifikácia snímača 9048

Názov snímača		E14CL4b
Referenčný typ		9048
Kompatibilita s usg		bkSpecto, bk3000, bk5000
Aplikácie		Transrectal, Transvaginal
Základné zobrazovacie módy		B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography, Contrast Imaging
Frekvenčný rozsah	MHz	4 - 14
Zobrazovacie roviny		Transverzálna a Sagitálna
Váha	g	250
Počet elementov		128+192
Punkčný nadstavec	resterilizovateľný	UA1232

