

Obsah ponuky

- 01_Titulny list
- 02_Identifikačné údaje uchádzača
- 03_Vyhlasenie uchádzača vo verejnom obstarávaní
- 04_Vyhlasenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok
- 05_Špecifikácia predmetu zákazky
- 06_Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
- 07A_Osobné postavenie uchádzača_Slovenska republika_Vypis zo Zoznamu hospodarských subjektov
- 07B_Osobné postavenie uchádzača_Ceska republika_Vypis zo zoznamu kvalifikovaných dodávateľov
- 08A_Ekonomická spôsobilosť uchádzača - banka
- 08B_Ekonomická spôsobilosť uchádzača_Cestné vyhlásenie k účtom
- 09_Projektový materiál
- 10_ES vyhlásenie o zhode
- 11_Pribalovy letak_metodický list biochemické metódy
- 11_Pribalovy letak_metodický list imuno metódy
- 12_Karta bezpečnostných údajov
- 13_Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagentov, kalibratorov, prevádzkových roztokov, kontrolov a spotrebného materiálu
- 14_Potvrdenie o autorizovanom servise
- 15_Zoznam servisných stredísk
- 16_Kontaktné údaje na klientske pracovisko
- 17_Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- 18_Splnomocnenie_Kamila Rothbauerová

Názov predmetu zákazky:

Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **Abbott Laboratories s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 25095145
DIČ: CZ25095145

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: **Ing. Natália Karabcová**
Telefónne číslo: +421905887980
E-mail: natalia.karabcova@abbott.com

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **Marcela Budzaková**
Telefónne číslo: +420725894310
E-mail: marcela.budzakova@abbott.com

V: Praze
Dňa: 18.01.2019

.....
Podpis podľa bodu 12.8 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:
☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:

Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

UYHLÁSEKIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **Abbott Laboratories s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6,
IČO: 25095145
DIČ: CZ25095145

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Praze
Dňa: 18.01.2019

.....
Podpis podľa bodu 12.8 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných
podkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:

Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE
S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Obchodný názov uchádzača: **Abbott Laboratories s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 25095145
DIČ: CZ25095145

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Závazné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

V: Praze
Dňa: 18.01.2019

.....
Podpis podľa bodu 12.8 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

Špecifikácia predmetu zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
				spĺňa/nesplňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagenty pre základné biochemické vyšetrenia					
1.	Enzýmy				
	Stanovovaný parameter	Skratka stanovovaného parametra	Predpokladaný počet testov na 4 roky		xxx
1.1	ALP IFCC L	ALP	40 800	spĺňa	
1.2	ALT/L	ALT	96 000	spĺňa	
1.3	AMYL	AMYL	14 400	spĺňa	
1.4	AST L	AST	91 200	spĺňa	
1.5	CK L	CK	67 200	spĺňa	
1.6	CKMB L	CK-MB	43 200	spĺňa	
1.7	GGT	GMT	57 600	spĺňa	
1.8	LDH L	LD	19 200	spĺňa	
2.	Substraty				
	Stanovovaný parameter	Skratka stanovovaného parametra	Predpokladaný počet testov na 4 roky		xxx
2.1	ALB BCP	ALB	43 200	spĺňa	
2.2	Bil-D	BIL-D	14 400	spĺňa	
2.3	Bil-T	BIL-T	110 400	spĺňa	
2.4	Ca	Ca	7 680	spĺňa	
2.5	CREA	CREA-E	206 400	spĺňa	
2.6	IRON	FE	9 600	spĺňa	
2.7	GLUC HK	GLU	254 400	spĺňa	
2.8	HDL-C	HDL-C	52 800	spĺňa	
2.9	LACT	LACT	7 200	spĺňa	
2.10	CHOL - T	CHOL	57 600	spĺňa	
2.11	LDL-C	LDL-C	21 600	spĺňa	
2.12	ALB-T	mALB	1 920	spĺňa	
2.13	MG	Mg	11 040	spĺňa	
2.14	PHOS	PHOS	8 160	spĺňa	
2.15	TP	TP	40 800	spĺňa	
2.16	TRIGL	TRIGL	52 800	spĺňa	
2.17	TPUC	U/CSF Proteiny	2 880	spĺňa	
2.18	UA	UA	60 000	spĺňa	
2.19	UREA L	UREA/BUN	201 600	spĺňa	
3.	Špecifické proteiny				
	Stanovovaný parameter	Skratka stanovovaného parametra	Predpokladaný počet testov na 4 roky		xxx

3.1	ASLO	ASL/ASO	6 720	spĺňa	imunoch. metóda, (verejný obstarávateľ akceptoval dany parameter ako imunochemický dna 21.12.2018)
3.2	CRP	CRP	120 000	spĺňa	
3.3	hsCRP	hsCRP	20 160	spĺňa	
3.4	FERR	FERR	7 200	spĺňa	
3.5	HAPT	HGLOB	4 800	spĺňa	
4.	Elektrolyty				
	Stanovovaný parameter	Skratka stanovovaneho parametera	Predpokladaný počet testov na 4 roky		xxx
4.1	ISE Cartridge Na	Na	52 800	spĺňa	
4.2	ISE Cartridge K	K	52 800	spĺňa	
4.3	ISE Cartridge Cl	Cl	52 800	spĺňa	
5.	Požaduje sa, aby dodávané reagensie v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.			spĺňa	
6.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagensií na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
7.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
8.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
9.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
10.	Požaduje sa, aby dodávané reagensie uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 3 mesiace.			spĺňa	
11.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
Položka č. 2 - Biochemický analyzátor					
1.	Požaduje sa nový, nepoužívaný biochemický analyzátor v počte 1 ks.			spĺňa	
2.	Princíp merania: spektrofotometria, turbidimetria, ionselektívna potenciometria (vlnová dĺžka: 340 – 800 nm).			spĺňa	
3.	„Uzavretý“, analytický systém + ISE modul.			spĺňa	
4.	Široké menu – celá paleta rutinných testov (>30 test + ISE: Na,K,Cl, príp. Ca,Li).			spĺňa	
5.	Výkon minimálne 620 testov / hod. (s ISE).			spĺňa	
6.	Počet pozícií pre reagensie bez ISE: min. 60.			spĺňa	
7.	Počet metód on-board bez ISE: min. 55.			spĺňa	
8.	Čítačka čiarového kódu.			spĺňa	
9.	Typy vzoriek: sérum, plazma, moč, likvor, hemolyzát (prípadne plná krv).			spĺňa	
10.	Možnosť STAT vstupu a urgentnej analýzy (možnosť počas analýzy vkladať urgentné vzorky).			spĺňa	
11.	Objem vzorky: cca 1,5-60 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem ≤ 50 µl.			spĺňa	
12.	Chladiaci reagenčný box.			spĺňa	
13.	Kvapalné reagensie a možnosť dokladať reagensii počas chodu analyzátoru.			spĺňa	
14.	Možnosť automatického rerun.			spĺňa	
15.	Automatická detekcia hladiny a zrazeniny.			spĺňa	
16.	Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod.			spĺňa	
17.	Režim analyzátoru: rýchly prechod z „pohotovostného režimu“ 2-3 min.			spĺňa	
18.	Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + Možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality.			spĺňa	
19.	V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku.			spĺňa	
20.	Možnosť archivácie a tlače výsledkov.			spĺňa	
21.	Softvér pre internú kontrolu kvality.			spĺňa	
22.	Záložný zdroj elektrickej energie.			spĺňa	
23.	Váha prístroja: max. 5 kN / m2			spĺňa, 5kN/m2	

Položka č. 3 - Diagnostické reagentie pre imunochemické vyšetrenia					
1.	Stanovovaný parameter	Skratka stanovovaneho parametera	Predpokladaný počet testov na 4 roky	xxx	
1.1	fFT3	fFT3	7 200	spĺňa	
1.2	fFT4	fFT4	11 040	spĺňa	
1.3	TSH	TSH	33 600	spĺňa	
1.4	CA 125	CA125	480	spĺňa	
1.5	PSA total	PSA	480	spĺňa	
1.6	NT-proBNP	NT-proBNP	33 600	spĺňa	
1.7	Troponín T / Troponín I	hs TnT, hs TnI	72 000	spĺňa	hsTn I
	Akceptuje sa vyšetrenie tohto parametru aj na prídavnom zariadení.				
1.8	Digoxín	DIGOX	14 400	spĺňa	biochem. metóda (verejný obstarávateľ akceptoval dany parameter ako biochemicky dňa 18.12.2018)
1.9	HBsAg	HBsAg	24 000	spĺňa	
1.10	Procalcitonín	PCT	43 200	spĺňa	
2.	Požaduje sa, aby dodávané reagentie v čase dodania nemali uplynúť viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.			spĺňa	
3.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagentov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
4.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
5.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
6.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontrol na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
7.	Požaduje sa, aby dodávané reagentie uchádzač dodal s expiračnou dobou minimálne 3 mesiace.			spĺňa	
8.	Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.			spĺňa	
Položka č. 4 - Imunochemický analyzátor					
1.	Požaduje sa nový, nepoužívaný imunochemický analyzátor v počte 1 ks.			spĺňa	
2.	Princíp merania: ECLIA (elektrochemiluminiscencia), resp. fluorescenčná spektrometria, príp. priama chemiluminiscencia.			spĺňa	
3.	Vysokocitlivý troponin			spĺňa	
4.	Čítačka čiarového kódu.			spĺňa	
5.	Objem vzorky: do 100 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvý objem ≤ 50 µl / < 100 µl v rámci linky (spojenie biochemického a imunochemického analyzátoru).			spĺňa	
6.	Materiál: sérum, plazma, moč.			spĺňa	
7.	Výkon: min. 170 testov / hod.			spĺňa	
8.	Počet vzoriek on-board: minimálne 80.			spĺňa	
9.	Počet metód on-board: minimálne 15			spĺňa	
10.	Kvapalné reagentie, chladiaci reagenčný box / temperovanie reagenčného boxu max. do 20 °C.			spĺňa	
11.	Detekcia zrazeniny.			spĺňa	
12.	Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod. D125.			spĺňa	
13.	Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality.			spĺňa	
14.	V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku.			spĺňa	
15.	Možnosť archivácie a tlače výsledkov.			spĺňa	
16.	Softvér pre internú kontrolu kvality.			spĺňa	
17.	Záložný zdroj elektrickej energie.			spĺňa	
18.	Váha prístroja: max. 5 kN / m2			spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: **Abbott Laboratories s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 25095145
DIČ: CZ25095145

V: Praze
Dňa: 18.01.2019

.....
Podpis podľa bodu 12.8 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:
 - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Tabuľka A) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Poradové číslo	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Diagnostické reagentie pre základné biochemické vyšetrenia	testy	1 911 360	408 177,16	448 994,88
2.	Biochemický analyzátor	kus	1	95 000,00	114 000,00
3.	Diagnostické reagentie pre imunochemické vyšetrenia	testy	240 000	760 222,34	836 244,58
4.	Imunochemický analyzátor	kus	1	95 000,00	114 000,00
SPOLU:				1 358 399,50	1 513 239,45

Tabuľka A1) Rozpis položiek č. 1, 2, 3 a 4

Položka číslo	Názov položky predmetu zákazky	Merit. jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód MZ SR	Kód ŠUKL	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH	Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Položka č. 1	Diagnostické reagentie pre základné biochemické vyšetrenia	test	1 911 360	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	408 177,16 €	448 994,88 €
Parameter č. 1.1	ALP IFCC L	test	40 800	Alkaline Phosphatase, Alinity c (4000T)	Abbott Laboratories	08P20-20			0,06 €	10%	0,01 €	0,06 €	2 321,46 €	2 553,61 €
Parameter č. 1.2	ALT/L	test	96 000	ALT, Alinity c, (3600T)	Abbott Laboratories	07P98-20			0,03 €	10%	0,00 €	0,04 €	3 293,80 €	3 623,18 €
Parameter č. 1.3	AMYL	test	14 400	Amylase, Alinity c, (500T)	Abbott Laboratories	07P58-20			0,17 €	10%	0,02 €	0,19 €	2 445,69 €	2 690,26 €
Parameter č. 1.4	AST L	test	91 200	AST, Alinity c, (3600T)	Abbott Laboratories	08P17-20			0,03 €	10%	0,00 €	0,04 €	3 130,19 €	3 443,21 €
Parameter č. 1.5	CK L	test	67 200	Creatine Kinase, Alinity c, (1200T)	Abbott Laboratories	08P42-20			0,34 €	10%	0,03 €	0,37 €	22 637,90 €	24 901,69 €
Parameter č. 1.6	CKMB L	test	43 200	CK-MB, Alinity c, (200T)	Abbott Laboratories	09P95-22			1,84 €	10%	0,18 €	2,02 €	79 296,03 €	87 225,63 €
Parameter č. 1.7	GGT	test	57 600	Gamma-Glutamyl Transferase, Alinity c, (1200T)	Abbott Laboratories	07P73-20			0,37 €	10%	0,04 €	0,41 €	21 492,46 €	23 641,70 €
Parameter č. 1.8	LDH L	test	19 200	Lactate Dehydrogenase, Alinity c, (1200T)	Abbott Laboratories	07P74-20			0,08 €	10%	0,01 €	0,09 €	1 526,15 €	1 678,76 €
Parameter č. 2.1	ALB BCP	test	43 200	Albumin BCP, Alinity c, (2600T)	Abbott Laboratories	08P03-23			0,06 €	10%	0,01 €	0,07 €	2 619,92 €	2 881,91 €
Parameter č. 2.2	BiI-D	test	14 400	Direct Bilirubin, Alinity c, (1440T)	Abbott Laboratories	07P97-20			0,28 €	10%	0,03 €	0,31 €	4 095,08 €	4 504,58 €
Parameter č. 2.3	BiI-T	test	110 400	Total Bilirubin, Alinity c, (1080T)	Abbott Laboratories	07P96-23			0,15 €	10%	0,02 €	0,17 €	16 713,21 €	18 384,53 €
Parameter č. 2.4	Ca	test	7 680	Calcium, Alinity c, (4000T)	Abbott Laboratories	07P57-20			0,04 €	10%	0,00 €	0,04 €	292,38 €	321,61 €
Parameter č. 2.5	CREA	test	206 400	Creatinine (Enzymatic), Alinity c, (1080T)	Abbott Laboratories	08P01-23			0,25 €	10%	0,02 €	0,27 €	50 611,42 €	55 672,56 €
Parameter č. 2.6	IRON	test	9 600	Iron, Alinity c, (2300T)	Abbott Laboratories	08P39-20			0,21 €	10%	0,02 €	0,23 €	1 971,92 €	2 169,11 €
Parameter č. 2.7	GLUC HK	test	254 400	Glucose, Alinity c, (4000T)	Abbott Laboratories	07P55-20			0,06 €	10%	0,01 €	0,07 €	15 428,39 €	16 971,23 €
Parameter č. 2.8	HDL-C	test	52 800	Ultra HDL, Alinity c, (1400T)	Abbott Laboratories	07P75-20			0,27 €	10%	0,03 €	0,30 €	14 273,41 €	15 700,75 €
Parameter č. 2.9	LACT	test	7 200	Lactic Acid, Alinity c, (1000T)	Abbott Laboratories	08P21-20			0,51 €	10%	0,05 €	0,56 €	3 689,35 €	4 058,28 €
Parameter č. 2.10	CHOL - T	test	57 600	Cholesterol, Alinity c, (3050T)	Abbott Laboratories	07P76-23			0,04 €	10%	0,00 €	0,04 €	2 192,14 €	2 411,36 €
Parameter č. 2.11	LDL-C	test	21 600	Direct LDL, Alinity c, (440T)	Abbott Laboratories	07P71-23			0,99 €	10%	0,10 €	1,09 €	21 452,06 €	23 597,27 €
Parameter č. 2.12	ALB-T	test	1 920	Microalbumin, Alinity c, (640T)	Abbott Laboratories	08P04-20			1,27 €	10%	0,13 €	1,40 €	2 440,75 €	2 684,83 €
Parameter č. 2.13	MAG	test	11 040	Magnesium, Alinity c, (540T)	Abbott Laboratories	08P19-23			0,90 €	10%	0,09 €	0,99 €	9 896,35 €	10 885,98 €

Parameter č. 2.14	PHOS	test	8 160	Phosphorus, Alinity c, (4000T)	Abbott Laboratories	08P40-20				0,04 €	10%	0,00 €	0,04 €	310,55 €	341,61 €
Parameter č. 2.15	TP	test	40 800	Total Protein, Alinity c, (4000T)	Abbott Laboratories	07P52-20				0,04 €	10%	0,00 €	0,04 €	1 552,77 €	1 708,04 €
Parameter č. 2.16	TRIGL	test	52 800	Triglyceride, Alinity c, (3050T)	Abbott Laboratories	07P77-23				0,09 €	10%	0,01 €	0,10 €	4 952,41 €	5 447,66 €
Parameter č. 2.17	TPUC	test	2 880	Urine/CSF Protein, Alinity c, (400T)	Abbott Laboratories	07P59-20				0,45 €	10%	0,05 €	0,50 €	1 307,20 €	1 437,92 €
Parameter č. 2.18	UA	test	60 000	Uric Acid, Alinity c, (1200T)	Abbott Laboratories	08P56-20				0,11 €	10%	0,01 €	0,12 €	6 349,35 €	6 984,29 €
Parameter č. 2.19	UREA L	test	201 600	Urea Nitrogen, Alinity c, (4000T)	Abbott Laboratories	08P16-20				0,06 €	10%	0,01 €	0,07 €	12 062,28 €	13 268,51 €
Parameter č. 3.1	ASLO	test	6 720	ASO, Alinity c, (300T)	Abbott Laboratories	01R06-20				0,81 €	10%	0,08 €	0,89 €	5 446,77 €	5 991,45 €
Parameter č. 3.2	CRP	test	120 000	CRP Vario, Alinity c, (3000T)	Abbott Laboratories	07P56-20				0,48 €	10%	0,05 €	0,53 €	57 281,55 €	63 009,71 €
Parameter č. 3.3	hsCRP	test	20 160	CRP Vario, Alinity c, (3000T)	Abbott Laboratories	07P56-20				0,48 €	10%	0,05 €	0,53 €	9 623,30 €	10 585,63 €
Parameter č. 3.4	FERR	test	7 200	Ferritin, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	07P65-30	****			0,42 €	10%	0,04 €	0,46 €	3 011,09 €	3 312,20 €
Parameter č. 3.5	HAPT	test	4 800	Haptoglobin, Alinity c, (180T)	Abbott Laboratories	09P59-20				1,31 €	10%	0,13 €	1,44 €	6 297,29 €	6 927,02 €
Parameter č. 4.1	ISE Cartridge Na	test	52 800	Sodium, Alinity c, (20000T) ICT mod	Abbott Laboratories	09D28-04				0,11 €	10%	0,01 €	0,13 €	6 054,18 €	6 659,59 €
Parameter č. 4.2	ISE Cartridge K	test	52 800	Potassium, Alinity c, (20000T) ICT mod	Abbott Laboratories	09D28-04				0,11 €	10%	0,01 €	0,13 €	6 054,18 €	6 659,59 €
Parameter č. 4.3	ISE Cartridge Cl	test	52 800	Chloride, Alinity c, (20000T) ICT mod	Abbott Laboratories	09D28-04				0,11 €	10%	0,01 €	0,13 €	6 054,18 €	6 659,59 €
Položka č. 2	Biochemický analyzátor	ks	1	Alinity c, biochemický plneautomatický analyzátor	Abbott Laboratories	03R65-01				95 000,00 €	20%	19 000,00 €	114 000,00 €	95 000,00 €	114 000,00 €
Položka č. 3	Diagnostické reagenty pre imunochemické vyšetrenia	test	240 000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	760 222,34 €	836 244,58 €
Parameter č. 1.1	IFT3	test	7 200	Free T3, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	07P69-30				0,49 €	10%	0,05 €	0,54 €	3 505,50 €	3 856,05 €
Parameter č. 1.2	IFT4	test	11 040	Free T4, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	07P70-30				0,40 €	10%	0,04 €	0,44 €	4 423,11 €	4 865,42 €
Parameter č. 1.3	TSH	test	33 600	TSH, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	07P48-30				0,38 €	10%	0,04 €	0,41 €	12 633,94 €	13 897,33 €
Parameter č. 1.4	CA 125	test	480	CA 125 II, Alinity i, (200T)	Abbott Laboratories	08P49-20				3,20 €	10%	0,32 €	3,52 €	1 533,89 €	1 687,28 €
Parameter č. 1.5	PSA total	test	480	Total PSA, Alinity i, (200T)	Abbott Laboratories	07P92-20				1,78 €	10%	0,18 €	1,96 €	856,25 €	941,87 €
Parameter č. 1.6	NT-proBNP	test	33 600	Alere NT-proBNP, Alinity i, (200T)	Abbott Laboratories	04S79-20				5,94 €	10%	0,59 €	6,53 €	199 576,55 €	219 534,21 €
Parameter č. 1.7	Troponin T / Troponin I	test	72 000	STAT High Sensitivity Troponin-I, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	08P13-32				0,85 €	10%	0,09 €	0,94 €	61 440,86 €	67 584,95 €
Parameter č. 1.8	Digoxin	test	14 400	Digoxin, Alinity c, (800T)	Abbott Laboratories	08P37-20	****			1,45 €	10%	0,15 €	1,60 €	20 901,85 €	22 992,03 €
Parameter č. 1.9	HBsAg	test	24 000	HBsAg Qualitative, Alinity i, (1200T)	Abbott Laboratories	08P10-32				0,42 €	10%	0,04 €	0,46 €	9 989,26 €	10 988,19 €
Parameter č. 1.10	Procalcitonin	test	43 200	B-R-A-H-M-S PCT, Alinity i, (1000T)	Abbott Laboratories	01R18-30				10,31 €	10%	1,03 €	11,34 €	445 361,14 €	489 897,25 €
Položka č. 4	Imunochemický analyzátor	ks	1	Alinity i, imunochemický plneautomatický analyzátor	Abbott Laboratories	3R67-01				95 000,00 €	20%	19 000,00 €	114 000,00 €	95 000,00 €	114 000,00 €
*** stanovenie Ferritin ponuka ako imunochemická metóda na analyzátoe Alinity i (viď. Pozn. Príloha č.4), stanovenie Digoxin v ponuke ako biochemická metóda na analyzátoe Alinity c (viď. Pozn. Príloha č.4)														1 358 399,50 €	1 513 239,45 €

Dopĺňujúce informácie pre položku č. 2

1.	Termín dodania prístroja	42	kalendárnych dní
2.	Záručná doba	24	mesiacov
3.	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	45,00 EUR	bez DPH na hodinu

Dopĺňujúce informácie pre položku č. 4

1.	Termín dodania prístroja	42	kalendárnych dní
2.	Záručná doba	24	mesiacov
3.	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	45,00 EUR	bez DPH na hodinu

Obchodný názov uchádzača: **Abbott Laboratories s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 25095145
DIČ: CZ25095145

V: Praze
Dňa: 18.01.2019

.....
Podpis podľa bodu 12.8 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena zadávaná do systému JOSEPHINE
- návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
- za správnosť vyplnených údajov zodpovedá dodávateľ