

Z Á P I S N I C A časť 2.

**o vyhodnotení ponúk v nadlimitnej reverznej jednoobáľkovej verejnej súťaži
zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 165/2016 pod číslom: 12462–MST zo
dňa: 25.8.2016. „CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
verejného sektora“.**

Predmet obstarávania: **CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti verejného sektora**
Forma obstarávania: **NADLIMITNÁ REVERZNÁ JEDNOOBÁĽKOVÁ
VEREJNÁ SÚŤAŽ**
Označenie súťaže (heslo): **„CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti verejného sektora“**

a) Komisia stanovená nariadením riaditeľa verejného obstarávania MZSR, zo dňa 10.10.2016:

- predseda komisie: Martin Smatana MSc.
- členovia komisie: MUDr. Ivan Vulev, Ph.D., MPH
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc
Ing. Martin Kunderát
MUDr. Katarína Kafková
MUDr. Štefan Zelník, PhD.

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku a zistené nedostatky

ČASŤ 1.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	624 613,00
2	S&T Slovakia s.r.o.	1 201 248,07
3	Siemens Healthcare	936 631,07
4	INTES Poprad, s.r.o.	907 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 1 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 480 613,00 s DPH (400 511,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 480 613,20. Uchádzač ale

v hodnotiacom formulári zaslanom ako scan **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 400 511,00 teda celková cena je nižšia ako cenu položky!

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 400 511,00 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 480 613,00 s DPH (400 511,00 bez DPH).

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 1 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 624 613,00 s DPH (520 511,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 624 613,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 624 613,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 624 613,00 s DPH (520 511,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 624 613,20 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 1 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 768 613,00 s DPH (640 511,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 768 613,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 768 613,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 768 613,00 s DPH (640 511,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 768 613,20 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk.**

V súčasnej ponuke sa ponuka uchádzača k ponukám ostatných uchádzačov javí ako mimoriadne nízka ponuka nakoľko jej výška je o viac ako 15% nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk (§53 ods. 3 písm. a)).

Uchádzač vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody a rámcovú dohodu nepodpísal.

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách či spĺňa požadované parametre konkrétne ide o položky:

1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 29,8“ - 30“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou 21“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou min 29,8“

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 1 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 053 813,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 053 813,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk** uvádza uchádzač cenu 1 201 248,07 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 201 248,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 218 420,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 218 420,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk** uvádza uchádzač cenu 936 631,07 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 936 631,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač miesto % DPH výšky jednotlivých hodnôt DPH. Komisia požiada administrátora systému JOSEPHINE o úpravu ponuky uchádzača a teda v stĺpci % DPH uvádzať hodnotu 20.

ČASŤ 2.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	672 895,00
2	S&T Slovakia s.r.o.	1 339 889,27
3	Siemens Healthcare	1 160 549,73
4	INTES Poprad, s.r.o.	1 159 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 2 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 528 895,00 s DPH (440 476,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 528 571,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 528 895,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 528 895,00 s DPH (440 476,00 bez DPH). Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 528 571,20. Jedná sa buď o chybu v cene bez DPH alebo v cene s DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 2 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 672 895,00 s DPH (560 746,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 672 895,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 672 895,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 672 895,00 s DPH (560 746,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 672 895,20 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 2 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 816 895,20 s DPH (680 746,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 768 613,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 816 895,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 816 895,00 s DPH (680 746,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 816 895,20 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V systéme JOSEPHINE prišlo taktiež k zámene riadkov v ponuke uchádzača jedná sa o riadky 042. **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky (8 rokov)** 043. **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk** a taktiež je teda chyba v riadku **SPOLU**. Komisia požiada administrátora systému JOSEPHINE o úpravu ponuky uchádzača v daných riadkoch.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk**.

V súčasnej ponuke sa ponuka uchádzača k ponukám ostatných uchádzačov javí ako mimoriadne nízka ponuka nakoľko jej výška je o viac ako 15% nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk (§53 ods. 3 písm. a)).

Uchádzač vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody a rámcovú dohodu nepodpísal.

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách či spĺňa požadované parametre konkrétne ide o položky:

3. Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozgu s minimálnymi možnosťami
- kvantitatívne hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody
1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19"
1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 21"
1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 29,8" - 30"
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou min 29,8"

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 2 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 106 703,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 106 703,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 345 421,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 345 421,00 s DPH (1 121 184,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 345 420,80 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 2 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 398 483,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 398 483,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 646 579,40 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 604 161,20 s DPH (1 336 801,00 bez DPH).

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk** uvádza uchádzač cenu 1 339 889,27 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 325 749,80.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk**.

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 11 582 698,80 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 158 269,80 s DPH. Zrejme ide o chybu v písaní.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 149 471 260,00 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu

1 494 713,00 s DPH (1 245 594,00 bez DPH). Zrejme ide o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 494 712,80.

V hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač miesto % DPH výšky jednotlivých hodnôt DPH. Komisia požiada administrátora systému JOSEPHINE o úpravu ponuky uchádzača a teda v stĺpci % DPH uvádzať hodnotu 20.

ČASŤ 3.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	1 424 134,00
2	S&T Slovakia s.r.o.	1 959 799,87
3	Siemens Healthcare	1 233 995,73
4	INTES Poprad, s.r.o.	1 639 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 128 934,00 s DPH (940 778,00). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 128 933,60.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 1 128 934,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 128 934,00 s DPH (940 778,00) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 128 933,60 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 424 134,00 s DPH (1 186 778,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 424 133,60.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 424 134,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 424 134,00 s DPH (1 186 778,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 424 133,60 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 719 333,00 s DPH (1 432 778,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 719 333,60.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 719 333,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 719 333,00 s DPH (1 432 778,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 719 333,60 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk**.

Uchádzač vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody a rámcovú dohodu nepodpísal.

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách či spĺňa požadované parametre konkrétne ide o položky:

1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19“
1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 29,8“ - 30“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou 21“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou min 29,8“

Uchádzač v opise predmetu zákazky v položke:

Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF	lp/cm	väčšie alebo rovné 9	
------------------------------------	-------	----------------------	--

Uviedol hodnotu **8,1** a teda nesplnil podmienku **väčšie alebo rovné 9**.

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 686 806,40 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 686 806,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 965 734,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 965 734,00 s DPH (1 638 111,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 965 733,20 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 010 830,40 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 010 830,00

s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou 21"** uvádza uchádzač cenu 2724,00 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 229 136,40 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 229 136,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk.**

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 234 709,80 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 231 709,80 s DPH (1 026 424,83 bez DPH). Zrejme ide o chybu v písaní.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 568 164,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 568 165,00 s DPH (1 306 804,00 bez DPH). Zrejme ide o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 568 164,80.

V hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač miesto % DPH výšky jednotlivých hodnôt DPH. Komisia požiada administrátora systému JOSEPHINE o úpravu ponuky uchádzača a teda v stĺpci % DPH uvádzať hodnotu 20.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk.**

V súčasnej ponuke sa ponuka uchádzača k ponukám ostatných uchádzačov javí ako mimoriadne nízka ponuka nakoľko jej výška je o viac ako 15% nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk (§53 ods. 3 písm. a)).

Ponuka uchádzača INTES Poprad, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 3 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 1 212 000,00 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 121 000,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise.

ČASŤ 4.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	1 933 734,00
2	S&T Slovakia s.r.o.	2 393 567,60
3	INTES Poprad, s.r.o.	2 047 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 638 364,00 s DPH (1 365 303,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 638 363,60.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 1 638 364,00 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 0,00 s DPH (400 511,00 bez DPH).

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 933 564,00 s DPH (1 611 303,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 933 563,60.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 1 933 564,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 933 564,00 s DPH (1 611 303,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 933 563,60 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu v cene naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 228 763,60 s DPH (1 857 303,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 768 613,20.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 228 734,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 228 734,00 s DPH (1 857 303,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna

cena má byť 2 228 763,60 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk.**

Uchádzač vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody a rámcovú dohodu nepodpísal.

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách či spĺňa požadované parametre konkrétne ide o položky:

1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19“
1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 29,8“ - 30“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou 21“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou min 29,8“

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 1 649 217,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 649 217,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 2 028 476,40 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 026 476,00 s DPH (1 688 730,00 bez DPH) zrejme ide o chybu v písaní.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 011 233,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 011 233,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 4 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 354 241,60 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 354 241,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 752 256,40 naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 752 256,00 s DPH. Zrejme ide len o chybu v prepise, nakoľko cena v hodnotiacom formulári scan je správna aj po prepočte ceny bez DPH.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk.**

ČASŤ 5.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača	Počet listov ponuky časť
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	2 194 204,00	2
2	MEDITRADE spol. s r.o.	2 472 786,00	2
3	INTES Poprad, s.r.o.	2 383 700,00	2

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 5 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 899 005,00 s DPH (1 582 504,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 1 899 004,80.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 2 roky** uvádza uchádzač cenu 1 899 005,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 1 899 005,00 s DPH (1 582 504,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 1 899 004,80 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 5 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 194 204,00 s DPH (1 828 504,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 2 194 204,80.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 5 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 194 204,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 194 204,00 s DPH (1 828 504,00 bez DPH) uchádzač nesprávne zaokrúhlil cenu, správna cena má byť 2 194 204,80 pre správne nastavenie aukcie je potrebné udávať správne zaokrúhlené hodnoty.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **CT prístroj 5 kategórie s akvizičnou konzolou CT prístroja** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu v *cene* naopak v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 2 489 405 s DPH (2 074 504,00 bez DPH). Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 2 489 404,80.

V hodnotiacom formulári zaslanom ako scan v riadku **Celková cena jednotlivých položiek v EUR s DPH pri danom type záruky** v stĺpci **Záručná doba 8 rokov** uvádza uchádzač cenu 2 489 405,00 v hodnotiacom formulári systému JOSEPHINE uvádza uchádzač cenu 24 894 050,00 s DPH (2 074 504,00 bez DPH). Zrejme ide o chybu v písaní. Ak však k cene bez DPH je pripočítaná 20 percentná sadzba DPH cena uchádzača by mala byť vo výške 2 489 404,80.

V zmysle zistených nedostatkov je potrebné zadefinovať správnu hodnotu **Priemerná cena súčtov jednotlivých položiek v EUR s DPH zo všetkých typov záruk**

Uchádzač vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody a rámcovú dohodu nepodpísal.

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách či spĺňa požadované parametre konkrétne ide o položky:

1 ks diagnostických LCD monitorov s uhlopriečkou 19“
1 ks diagnostických, certifikovaných monitorov s uhlopriečkou 29,8“ - 30“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou 21“
1 ks diagnostických náhľadový monitor s uhlopriečkou min 29,8“

Ponuka uchádzača MEDITRADE spol. s r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač v opise predmetu zákazky neuviedol pri všetkých položkách správne údaje, z dostupných informácií o známych prístrojoch na trhu sa komisia domnieva že pri položkách sú mylné údaje :

Priestorové rozlíšenie pre 10% MTF	lp/cm	väčšie alebo rovné 13
Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF**	lp/cm	väčšie alebo rovné 8

Uchádzač udáva hodnoty: 12,2 lp/cm a 7,3 lp/cm

Komisia vyzve uchádzačov z mysle §53 ods. 1 a §53 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní na vysvetlenie ponúk. Komisia sa uzniesla na ďalšom zasadnutí komisie dňa 14.11.2016 o 10:00.

V Bratislave dňa: 7. novembra 2016

Predseda komisie : Martin Smatana MSc.

Člen komisie : MUDr. Ivan Vulev, Ph.D., MPH

Člen komisie : doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc

Člen komisie : Ing. Martin Kunderát

Člen komisie : MUDr. Katarína Kafková

Člen komisie : MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Zapísal: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Dňa:

Vzal na vedomie:
Dňa:

JUDr. Miroslav Boháč
riaditeľ Odboru verejného obstarávania