

Návrh na plnenie

Predmet zákazky: Magnetická rezonancia vrátane poskytnutia záručného servisu

Identifikácia zaradeného záujemcu:

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

Cenové kritérium	Ponúknutá hodnota
Celková cena za predmet zákazky EUR bez DPH

Technické špecifikácie MRI prístroja			
Podkritérium Číslo	Atribút	Jednotka	Ponúknutá hodnota
	Gradients		
1.2.1	maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi	mT/m	
1.2.2	maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi	T/m/s	
	RF systém		
1.2.3	Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky, alebo hlavovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky)	počet	
1.2.4	Počet cievkových elementov chrbticovej cievky (samotný počet cievkových elementov) - pričom sa umožňuje použiť koncept dynamickej cievky (riešenie konceptom dynamickej cievky nebude kvalitatívne hodnotené žiadnym dodatočným bodom)	počet	

1.2.5	Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení zápästia (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou)	počet	
1.2.6	Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení kolena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou)	počet	
1.2.7	Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení ramena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou)	počet	
1.2.8	Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení členka/chodidla (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou)	počet	
	Stabilita/homogenita systému		
1.2.9	Zaručená homogenita ppm 40cm	ppm	
1.2.10	Zaručená homogenita ppm 30cm	ppm	
	Iné funkčné vlastnosti		
1.2.11	optický prenos signálu od rf-systému (áno/nie)	áno/nie	

	Počítač		
1.2.12	počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256, plné FOV	počet/sekundu	

Vypracoval:

V dňa

.....

Podpis zaradeného záujemcu