

SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina JIS |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4428) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-06-10 15:02:56 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:22:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie |
| Počet položiek celkom: | 3 |
| Počet aktívnych položiek: | 3 |
| Počet položiek započítavaných do celkovej sumy: | 3 |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 18:03:56 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 18:03:56 |

| Uchádzač | Položiek obsadených/celkom | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka | Dosiahnuté body | Poradie uchádzača |
|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ing. Miloš Ladický ELMED | 3/3 | 33 495.25 | 31 848.45 | 97.0 | 1 |
| UNOTECH, spol. s r.o. | 3/3 | 39 018.00 | 32 639.00 | 94.0 | 2 |
| MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 3/3 | 41 042.25 | 41 042.25 | 71.9 | 3 |
| B. Braun Medical s.r.o. | 3/3 | 53 500.00 | 47 880.00 | 71.4 | 4 |

Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu sú protokoly o účasti jednotlivých uchádzačov.

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina JIS |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4428) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-06-10 15:02:56 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:22:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, PSČ 94901, Slovensko, Telefón: +421 905905061 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 18:03:56 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 18:03:56 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 07.06.2019 16:30:00 | 05:20:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 13.06.2019 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:02 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 20.00 | 20 010.00 | 706.66 | 1 000.50 | 1 000.50 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 21.00 | 20 097.00 | 757.00 | 957.00 | 957.00 |
| 003. | | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 1.00 | 935.25 | 935.25 | 935.25 | 935.25 |
| Súčet | | | | | | 31 848.45 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 62.9 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 9.0 |
| Súčet | | 100.0 | 97.0 | 71.9 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | nie |
| Lineárne pumpy - TOM (Take over mode) | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Nábeh a pokles | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | nie |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 9 |

UNOTECH, spol. s r.o.

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina JIS |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4428) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-06-10 15:02:56 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:22:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, Trenčín, PSČ 91101, Slovensko, Telefón: +421 902383883 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 18:03:56 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 18:03:56 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 07.06.2019 16:30:00 | 05:20:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 13.06.2019 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:02 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 20.00 | 14 200.00 | 706.66 | 846.00 | 710.00 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 21.00 | 17 430.00 | 757.00 | 998.00 | 830.00 |
| 003. | | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 1.00 | 1 009.00 | 935.25 | 1 140.00 | 1 009.00 |
| Súčet | | | | | | 31 848.45 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 79.0 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 15.0 |
| Súčet | | 100.0 | 97.0 | 94.0 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Lineárne pumpy - TOM (Take over mode) | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Nábeh a pokles | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | áno |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 15 |

B. Braun Medical s.r.o.

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina JIS |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4428) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-06-10 15:02:56 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:22:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava, PSČ 831 03, Slovensko, Telefón: +420 271091651 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 18:03:56 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 18:03:56 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 07.06.2019 16:30:00 | 05:20:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 13.06.2019 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:02 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 20.00 | 21 800.00 | 706.66 | 1 200.00 | 1 090.00 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 21.00 | 24 990.00 | 757.00 | 1 350.00 | 1 190.00 |
| 003. | | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 1.00 | 1 090.00 | 935.25 | 1 150.00 | 1 090.00 |
| Súčet | | | | | | 31 848.45 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 53.9 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 17.5 |
| Súčet | | 100.0 | 97.0 | 71.4 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Lineárne pumpy - TOM (Take over mode) | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Nábeh a pokles | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | nie |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 17,5 |

Ing. Miloš Ladický ELMED

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina JIS |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4428) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-06-10 15:02:56 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-06-13 13:22:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | Ing. Miloš Ladický ELMED, Jánošíkova 73, Piešťany, PSČ 92101, Slovensko, Telefón: +421905355430 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 18:03:56 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 18:03:56 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 07.06.2019 16:30:00 | 05:20:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 13.06.2019 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:02 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 20.00 | 14 133.20 | 706.66 | 747.00 | 706.66 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 21.00 | 15 897.00 | 757.00 | 797.00 | 757.00 |
| 003. | | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 1.00 | 1 818.25 | 935.25 | 1 818.25 | 1 818.25 |
| Súčet | | | | | | 31 848.45 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 81.0 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 16.0 |
| Súčet | | 100.0 | 97.0 | 97.0 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Lineárne pumpy - TOM (Take over mode) | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárne pumpy - Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Nábeh a pokles | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | áno |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 16 |