

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_04Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 01.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 4 predmetu zákazky USG rádiologické.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 13:

V rámci verejného obstarávania s názvom Rádiologické zariadenia, Časť č. 4: USG rádiologické, v špecifikácii predmetu zákazky v riadkoch č. 46-53 (Bod č. 14.2 a Bod č. 14.3) požadujete dodanie 2ks lineárnych sond. Technologický vývoj niektorých výrobcov, ale toto riešenie už prekonal a preto ponúkajú tzv. riešenie "2 v 1", ktoré spočíva v jedinečnej výkonnej monokryštalickej sonde, ktorá spĺňa všetky Vami požadované parametre pre obe uvádzané sondy, je vhodná pre všetky typy uvádzaných vyšetrení a navyše poskytuje bezkonkurenčnú kvalitu zobrazenia v porovnaní s inými sondami, a to bez potreby výmeny sondy. Radi by sme Verejnému obstarávateľovi ponúkli do predmetnej súťaže našu najvýkonnejšiu a najlepšiu lineárnu sondu a inovatívne riešenia v oblasti ultrazvukovej diagnostiky od jedného z lídrov v tomto obore. Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie s dodaním 1 sondy, ktorá plne pokryje technické aj medicínske požiadavky na obe požadované sondy?

Odpoveď č. 13:

V prípade ak uchádzačom ponúkané riešenie v plnom rozsahu spĺňa obstarávateľom deklarovaný účel použitia t.j., že frekvenčný rozsah lineárnej sondy je od 3,5 do 15 Mhz, formou nižšieho počtu sond(1 ks), verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie.“

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie