

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_15Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 18.07.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 13**

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

*V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 7 predmetu zákazky **Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom**.*

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 32:

DICOM funkcie (minimálne send, print, Query, Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou DICOM SR

Žiadame vás o upustenie požiadavky na funkciu DICOM Print.

Táto funkcia mala opodstatnenie pred 20 rokmi a dnes je absolútne zbytočná. V dnešnej dobe ju už vieme poskytnúť len za príplatok a zbytočne u niektorých dodávateľov bude zvyšovať nákupnú cenu. Jedna zo základných a potrebných funkcií tam evidentne chýba a navrhujem ich minimálne zameniť. Funkcia WORKLIST s MPPS

Odpoveď č. 32:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej žiadosti o zmenu technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, úpúšťa požiadavku na funkciu Print a upravuje parameter 18.3. : „DICOM funkcie(minimálne send, Worklist MPPS,Query, Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou DICOM SR“ (viď. upravená technická špecifikácia).

Otázka č. 33:

Veľkosť pixela max. 200 µm

Pri takomto kvalitnom stroji je vhodné uviesť i požadovanú hodnotu rozlíšenia. Odporúčame vám zmeniť max. veľkosť pixelu na 100 µm a požadovať rozlíšenie min. 3,5 lp/mm

Odpoveď č. 33:

V rámci dôkladného posúdenia dopytovaných techn. požiadaviek na základe doručených otázok od záujemcov a zohľadňujúc požiadavky súvisiacich právnych predpisov, upravuje technickú špecifikáciu predmetu zákazky k časti č. 7 Mobilný RTG prístroj s C – ramenom s flat panelom položku: 17.2. nasledovne: „Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 3,5 Lp/mm“ a zároveň upravuje položku 16.1 „Motorická irisová clona alebo pravouhlá štvorcová clona“

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie