

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_RV\_RZ\_01Vybavuje / linka  
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 22.05.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 1**

**Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**, so sídlom Špitálska 1, 048 01 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou 2019/S 087-208655 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 7 predmetu zákazky Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom

**Otázka č. 1:**

V špecifikácii predmetu zákazky pre časť 7 v riadku č. 10 verejný obstarávateľ požaduje:

„Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 34 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024,“

Naše riešenie predpokladá dodávku prístroja s 1 monitorom s uhlopriečkou 32 palcov. Jeho rozlíšenie je 3840 x 2160, čiže sa jedná o prevedenie monitora UHD.

Naviac náš 32 palcový monitor je v prevedení touch screen – dotykový displej, čo je nad rámec Vašich požiadaviek. Rozlíšenie a prevedenie touch screen vysoko prekračuje Vaše požiadavky.

Parameter uhlopriečky stanovený na 34 palcov je nastavený diskriminačne voči prevedeniu, ktoré ponúkame a nemá žiadne klinické opodstatnenie.

Otázka:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať „Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 32 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024“.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a pripúšťa splnenie danej požiadavky aj prostredníctvom 1 TFT monitora min. 32 palcov. Verejný obstarávateľ upraví v tomto kontexte tech. špecifikáciu nasledovne:

„Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi, alebo s 1 ks TFT monitorom min. 32 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba“

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 8 predmetu zákazky Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom

**Otázka č. 2:**

V špecifikácii predmetu zákazky pre časť 8 uvádzate:

v riadku č. 6 - Rozlíšenie - veľkosť bodu max. 200 µm a zároveň

v riadku č. 19 - Rozlišovacia schopnosť zobrazenia min. 2,6 lp/mm

Tieto dve požiadavky nemôžu byť splnené zároveň, pretože pre maximálne rozlíšenie 200 µm podľa prepočtu zodpovedá hodnota 2,5 lp/m

Matematicky: priestorové rozlíšenie =  $1/(2 \cdot \text{pixel size v mm})$ , čiže  $R=1/(2 \cdot 0,2) = 2,5$

Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra v riadku č. 19 nasledovne:

Rozlišovacia schopnosť zobrazenia min. 2,5 lp/mm

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia, vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu upravuje špecifikáciu nasledovne:

Položka číslo č.6 : „Rozlíšenie – veľkosť bodu max 200 µm“ – Vypúšťa sa

Položka číslo č.19: „ Rozlišovacia schopnosť zobrazenia min. 2,6 lp/mm“ – upravuje parameter: „Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm“

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie