

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_08Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 17.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 6**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 2 predmetu zákazky **USG prenosné**.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 22:

V Technickej špecifikácii v bode 13.6 pre USG prenosné sa uvádza:

„Aplikačné SW: min.(abdominálny, prsníkový, cievny v diferenciácii na venózne, arteriálny a karotídy, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny)“

Pri výbere USG prenosné, kde sa požaduje SW pre karotídy, je predpoklad, že sa budú vyšetrovať aj iné atribúty v kardio oblasti.

Otázka: Požaduje verejný obstarávateľ v rámci dodávky aj kardiologický SW sTDI, PI, RI, EP, TAMx, TAMn, S/D pomer a zobrazenie spektra rýchlosti ?

Odpoveď č. 22:

Verejný obstarávateľ prehodnotil na základe otázky od uchádzača svoju technickú špecifikáciu a upresňuje položku 13.6. : „Aplikačné SW: min.(kardiologický - TDI,PI,RI,EP,TAMx,TAMn, S/D pomer, zobrazovanie spektra rýchlosti, cievny v diferenciácii na venózne, arteriálny a karotídy ,abdominálny, prsníkový, nervový, povrchové časti, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny)“

A následne upresňuje položky:

14.1. „1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev, nervov a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid“

14.2. „1 ks Konvexná sonda, určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, muskuloskelet, nervy, chrbtica, multifrekvenčná“

Vid' zmenená špecifikácia.

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 12.07.2019 09:00 hod. a následné neverejné otváranie ponúk o 13:00 hod.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie