

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_09Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 20.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 7**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 8 predmetu zákazky **Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom**.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 23:

Príloha č.1.8 SP, časť 1 PZ, Špecifikácia predmetu zákazky

V riadku 19 sa uvádza:

„Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm“

Nami ponúkané zariadenie disponuje rozlíšením 2,6 lp/mm s veľkosťou pixela 194 µm, čo nijakým spôsobom neznižuje kvalitu diagnostiky a napĺňa požiadavky klinickej praxe.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie zariadenia s rozlišovacou schopnosťou zobrazenia min. 2,6 lp/mm pri veľkosti pixela 194 µm?

Odpoveď č. 23:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a žiadosti o vysvetlenie nevyhovuje, resp. neakceptuje navrhovanú zmenu, z dôvodu, že uvedený parameter v riadku 19. „Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm“ je nastavený podľa aktuálnej platnej legislatívy

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie