

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_11Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 28.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 9**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

*V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 4 predmetu zákazky **USG rádiologické**.*

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 28:

V časti 4 USG rádiologické, v bodoch 13.13 a 13.14 požadujete dve rôzne možnosti merania Elastografia typu shear wave. Bude akceptovať meranie Elastografie typu shear wave jedným spôsobom?

Odpoveď č. 28:

Verejný obstarávateľ nesúhlasí so zmenou parametrov vzhľadom na potreby pracoviska pri výraznom náraste požiadaviek od klinických lekárov na elastografické vyšetrenia. Kombinácia 2D shear Wave a point shear wave elastografie umožní zvýšiť kvalitu vyšetrení hlavne pri vyšetreniach pečene.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie