

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_12Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 28.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 10**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) **Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky CT prístroj.**

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 29:

Verejný obstarávateľ pre predmet časti č. 1 zákazky - CT prístroj 128 slice požaduje príslušenstvo 58. UPS záložný zdroj pre stanicu operátora a 59. UPS záložný zdroj pre stanicu lekára. Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, v akej vzdialenosti budú umiestnené stanica operátora a stanica lekára od záložných zdrojov? Požaduje verejný obstarávateľ samostatný záložný zdroj pre stanicu operátora a samostatný pre stanicu lekára?

Odpoveď č. 29:

Tak ako je uvedené v technickej špecifikácii CT prístroja, verejný obstarávateľ požaduje samostatný UPS záložný zdroj pre stanicu operátora a samostatný UPS záložný zdroj pre stanicu lekára. Presnú vzdialenosť UPS záložných zdrojov od staníc verejný obstarávateľ nebude určovať, keďže takáto požiadavka by nemala žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia. Verejný obstarávateľ verí, že dodávateľ plniaci zmluvu s odbornou starostlivosťou a uvedomujúci si cieľ nákupu, ktorým je zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocnici, neumiestni UPS záložné zdroje tak, aby bránili poskytovaniu výkonov alebo boli prekážkou v štandardných komunikačných líniiach / cestách.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie