

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_13Vybavuje / linka
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 03.07.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 11**

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 6 predmetu zákazky Digitálny skiagrafický RTG prístroj.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 30:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 1.6 SP - Špecifikácia predmetu zákazky v časti č. 8 PZ nasledovné:

Parameter p. č. 8: Stropný záves RTG žiariča

Našou spoločnosťou ponúkané riešenie s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované úžitkové, funkčné a prevádzkové vlastnosti RTG zariadenia ako pri stropnom závесе.

Otázka:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia riešeného s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Navrhujeme parameter p. č. 8 rozšíriť nasledovne:

RTG žiarič umiestnený na stropnom závесе alebo posuvnom statíve.

Odpoveď č. 30:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky a to vo všetkých s tým súvisiacich bodov.

Súčasne verejný obstarávateľ overil požiadavky na RTG prístroj aj vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo Vyhláške č.101/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia, najmä požiadavky uvedené v Prílohe č. 6 Vyhlášky „ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA, NAJVVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY KONTROLOVANÝCH PARAMETROV A ZÁSAHOVÉ ÚROVNE“). Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upravuje technickú špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky tak, aby po zakúpení prístroja bolo možné naplniť vyhláškou požadované parametre.

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 14.08.2019 09:00 hod. a následné neverejné otváranie ponúk o 11:00 hod.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie