

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_RZ_16Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 01.08.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 14**

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208655** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11352 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia**“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) **Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 6 predmetu zákazky Skiagrafický RTG prístroj.**

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 34:

p. č. 10.1. „Rozmer aktívnej plochy detektora min.(34x40) cm“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia s dodaním detektora s aktívnou plochou rozdielnou o 1 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Odpoveď č. 34:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví opis predmetu zákazky pre danú časť nasledovne: 10.1. „Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm“.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie