



V Považskej Bystrici dňa 15.3.2023

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“ – Diagnostické a terapeutické prístroje – **časť 1. Defibrilátor**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 30/2023 pod značkou 6249-MST dňa 09.02.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 028-082764 dňa 08.02.2023. Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Doručenie žiadosti: 6.3.2023

**Znenie žiadosti :**

Otázka č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky, a to konkrétne v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia pre Časť č.1: Defibrilátor, v riadku č.3, zadané požiadavky pre technické parametre defibrilátora v nasledovnom rozsahu, cit.: „MANUÁLNY mód - áno, min. 25 krokov“. Vzhľadom na vyššie uvedenú podmienku, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na defibrilátor, ktorý je vybavený manuálnym módom, avšak s počtom krokov 23. Požiadavka na min.25 krokov nemá žiadne medicínske opodstatnenie, nakoľko počet 23 krokov je absolútne postačujúci pre každodennú rutinnú prevádzku a nijakým spôsobom neobmedzuje funkčnosť a využitie prístroja.

**Odpoveď: Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametra a bude akceptovať „MANUÁLNY mód - áno, min. 23 krokov“**

Otázka č. 2: Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky, a to konkrétne v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia pre Časť č.1: Defibrilátor, v riadku č.13, zadané požiadavky pre technické parametre defibrilátora v nasledovnom rozsahu, cit.: „Batéria - min. 1x a min. 7500 mAh" Vzhľadom na vyššie uvedenú podmienku, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na defibrilátor, ktorý je vybavený zabudovanou batériou, avšak s kapacitou 4500 mAh. Požiadavka na kapacitu batérie min. 7500 mAh nemá žiadne medicínske opodstatnenie, nakoľko o riadok nižšie, v riadku č. 14 verejný obstarávateľ detailne definuje požadované minimálne požiadavky na prevádzkový čas prístroja. Pokiaľ nami ponúkaný prístroj spĺňa, alebo prekračuje, všetky uvedené požiadavky na prevádzkový čas, kapacita batérie podľa nášho názoru nijakým spôsobom neobmedzuje jeho funkčnosť a využitie. Uvedená požiadavka má preto obmedzujúci charakter, čo môže výrazným spôsobom ovplyvniť priebeh verejného obstarávania z hľadiska dodržania princípu transparentnosti, hospodárnosti a nediskriminácie. Vzhľadom k tomu, že uvedená požiadavka má potenciál byť diskriminačnou, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na vysokokvalitný prístroj, ktorý však nedisponuje batériou s uvádzanými parametrami.

**Odpoveď: Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametra a bude akceptovať „Batéria - min. 1x a min. 4500 mAh"**



Otázka č. 3: Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky, a to konkrétne v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia pre Časť č.1: Defibrilátor, v riadku č.25, zadané požiadavky pre technické parametre defibrilátora v nasledovnom rozsahu, cit.: „Profily pacientov - min. 900 pacientov“. Vzhľadom na vyššie uvedenú podmienku, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na defibrilátor, ktorý umožňuje ukladať dáta max. 100 pacientov. Požiadavka na min. 900 patientskych profilov nemá žiadne medicínske opodstatnenie, a v praxi sa takýto počet profilov nevyužíva. 100 patientskych profilov plne postačuje pre rutinnú prevádzku prístroja a podľa nášho názoru nijakým spôsobom neobmedzuje jeho funkčnosť a využitie. Uvedená požiadavka má preto obmedzujúci charakter, čo môže výrazným spôsobom ovplyvniť priebeh verejného obstarávania z hľadiska dodržania princípu transparentnosti, hospodárnosti a nediskriminácie.

Vzhľadom k tomu, že uvedená požiadavka ma potenciál byť diskriminačnou, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na vysokokvalitný prístroj, ktorý však umožňuje ukladať dáta max. 100 pacientov.

**Odpoveď: Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametra a bude akceptovať „Profily pacientov - min. 100 pacientov“**

Otázka č. 4: Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky, a to konkrétne v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia pre Časť č.1: Defibrilátor, v riadku č.27, zadané požiadavky pre technické parametre defibrilátora v nasledovnom rozsahu, cit.: „Ukladanie priebehu - min. 48 hodín“. Vzhľadom na vyššie uvedenú podmienku, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na defibrilátor, ktorý umožňuje ukladanie priebehu v trvaní max. 24 hodín. Požiadavka na min. 48 hodín nemá žiadne medicínske opodstatnenie, a v praxi sa nevyužíva. 24 hodín plne postačuje pre rutinnú prevádzku prístroja a podľa nášho názoru nijakým spôsobom neobmedzuje jeho funkčnosť a využitie. Uvedená požiadavka má preto obmedzujúci charakter, čo môže výrazným spôsobom ovplyvniť priebeh verejného obstarávania z hľadiska dodržania princípu transparentnosti, hospodárnosti a nediskriminácie. Vzhľadom k tomu, že uvedená požiadavka ma potenciál byť diskriminačnou, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na vysokokvalitný prístroj, ktorý však umožňuje ukladanie priebehu max. 24 hodín.

**Odpoveď: Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametra a bude akceptovať „Ukladanie priebehu - min. 24 hodín“**

Otázka č. 5: Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky, a to konkrétne v Prílohe č.1 - Technická špecifikácia pre Časť č.1:Defibrilátor, v riadku č.28, zadané požiadavky pre technické parametre defibrilátora v nasledovnom rozsahu, cit.: „Tabuľkové trendy - min. 150 hodín“. Vzhľadom na vyššie uvedenú podmienku, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na defibrilátor, ktorý umožňuje ukladanie tabuľkových trendov všetkých meraných parametrov, avšak v trvaní max. 72 hodín. Požiadavka na min. 150 hodín, podobne ako predchádzajúca požiadavka, nemá žiadne medicínske opodstatnenie, a v praxi sa nevyužíva. 72 hodín plne postačuje pre rutinnú prevádzku prístroja a podľa nášho názoru nijakým spôsobom neobmedzuje jeho funkčnosť a využitie. Uvedená požiadavka má preto obmedzujúci charakter, čo môže výrazným spôsobom ovplyvniť priebeh verejného obstarávania z hľadiska dodržania princípu transparentnosti, hospodárnosti a nediskriminácie. Vzhľadom k tomu, že uvedená požiadavka ma potenciál byť diskriminačnou, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať ponuku uchádzača na vysokokvalitný prístroj, ktorý umožňuje ukladanie tabuľkových trendov všetkých meraných parametrov, avšak v trvaní max. 72 hodín



**Odpoveď: Verejný obstarávateľ pripúšťa zmenu parametra a bude akceptovať „Tabuľkové trendy – min. 72 hodín“.**

**Súčasne verejný obstarávateľ na základe vybavenej žiadosti upravil súťažné podklady v Prílohe č.1 Technická špecifikácia – Defibrilátor.**

**Upravené časti sú zvýraznené červeným textovým poľom.**