

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
1.	TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín	289 920,00	II.
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	288 000,00	I.

Ponuka uchádzača NRSYS s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

Zoznam subdodávateľov:

- Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 - podiel plnenia zo zmluvy: preberací protokol radiačného ožiarovania, 0,3%
- Hosping, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava
 - podiel plnenia zo zmluvy: projekt, 0,5%

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid' zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 15.06.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

V procese vyhodnocovania ponúk komisia posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, náležitosti ponúk a kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v ďalších dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk. Na základe zistených skutočností komisia požiada uchádzačov v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie predložených ponúk v rozsahu:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín zistila nasledovné:

I. Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. *Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov minimálne technicko-medicínske parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.10 časti A. *Pokyny na vypracovanie ponuky* súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. *Opis predmetu zákazky* – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov, pričom bolo možné použiť Prílohu č. 4 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ ďalej v časti E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* súťažných podkladov požadoval predložiť kúpnu zmluvu spolu s prílohami.

Uchádzač vo svojej ponuke o. i. predložil kúpnu zmluvu s prílohami a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, v ktorých však nezaktualizoval údaje v bode 4.1, 5.2 a 8.2 v zmysle listu – Vysvetlenie súťažných podkladov – 3, ktorý bol zverejnený prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE a zároveň bol zverejnený v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie k uvedenej zákazke dňa 06.06.2023.

Uchádzač súčasne vo svojej ponuke o.i. predložil vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky s uvedením podrobných technicko-medicínskych parametrov jeho ponúkaného prístroja, typ DRGEM GXR-68SD, pričom pravosť uvedených parametrov deklaruje priložením špecifikácie produktu „7. Príloha c.7 Produktový list DRGEM GXR-68SD uradny preklad“. V predmetných dokumentoch uchádzač uviedol nasledovné:

- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri v bode 3.3 „Rozmer dosky“ s podmienkou „min. 2100 x 800 mm“ uviedol „áno / 2600 x 810 mm“, pričom v predloženom produktovom liste „7. Príloha c.7 Produktový list DRGEM GXR-68SD uradny preklad“ je v časti 1. bod 2. Elevačný stôl o. i. uvedené „Stolová doska – Rozmer – 2,200 (D) x 810 (H) x 45 (V) mm“,
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametroch „Veľkosť pixelu“ s podmienkou „max.110 µm“ uviedol „áno/100 µm“, pričom v predloženom produktovom liste „7. Príloha c.7 Produktový list DRGEM GXR-68SD uradny preklad“ je v časti 1.3 bod 1. Digitálny detektor s plochým panelom (Varex) o. i. uvedené „Veľkosť pixelu 139 µm“,
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametroch „Rozlíšenie detektora“ s podmienkou „min. 4,3 lp/mm“ uviedol „áno/4,3 lp/mm“, pričom v predloženom produktovom liste „7. Príloha c.7 Produktový list DRGEM GXR-68SD uradny preklad“ je v časti 1.3 bod 1. Digitálny detektor s plochým panelom (Varex) o. i. uvedené „Limity rozlíšenia 3,6 lp/mm“,
- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri „Externý monitor“ s podmienkou „min. 24“ 4K“ uviedol „áno 24“ 4K“, pričom v predloženom produktovom liste „7. Príloha c.7

Produktový list DRGEM GXR-68SD uradný preklad“ je v časti 1.3 bod 2. Zobrazovacia pracovná stanica o. i. uvedené „Monitor 23“ farebný LCD s rozlíšením: 1920 x 1080 pixelov (16:9)“.

Z dôvodu identifikovania vyššie uvedených nezrovnalostí a nejasností v predloženej ponuke bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača vysvetlenie predloženej ponuky, t.j. vysvetlenie:

- prečo do prílohy kúpnej zmluvy a vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky nezpracoval aktualizované údaje na základe Vysvetlenia súťažných podkladov - 3 zo dňa 06.06.2023 v bode 4.1, 5.2 a 8.2,
- aký je reálny rozmer dosky uchádzačom ponúkaného vyšetrovacieho stola,
- aká je veľkosť pixelu detektorov uchádzačom ponúkaného prístroja,
- aké je rozlíšenie detektorov uchádzačom ponúkaného prístroja,
- aká je veľkosť externého monitora.

II. Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku na digitálny skiagrafický rentgenový systém – závesný certifikovaný ako komplet, nie certifikovaný na časti systému. Predmetné požiadavky verejný obstarávateľ zadefinoval v rámci minimálnych technicko-medicínskych parametrov v bodoch „9.10 Platný ŠUKL kód prístroja na ponúkaný digitálny rentgenový systém“ a „9.11 CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný digitálny rentgenový systém komplet, nie certifikáty na časti systému“, pričom požiadavka „digitálneho rentgenového systému“ znamená, že digitalizácia je súčasťou systému od výrobcu a nejedná sa o rentgenový systém doplnený digitalizáciou.

Uchádzač vo svojej ponuke predložil Vyhlásenie o zhode výrobcu DRGEM Corporation zo dňa 28.3.2018 na digitálny diagnostický röntgenový systém GXR-68SD ako komplet, čo znamená, že digitalizácia je súčasťou systému od výrobcu, tak ako požadoval verejný obstarávateľ v časti C. súťažných podkladov. Typové označenie prístroja výrobcom uvedené v predmetom vyhlásení o zhode uchádzač doplnil aj do kúpnej zmluvy v rozsahu „*Digitálny skiagrafický RTG prístroj – závesný DRGEM GXR-68SD*“.

Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. súťažných podkladov, že ním zostavená hodnotiacia komisia môže v priebehu posudzovania a hodnotenia ponúk vzniknúť požiadavku na prezentáciu a odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie, pričom dodávateľ musí zaistiť splnenie tejto požiadavky v lehote do 14 dní od výzvy verejného obstarávateľa.

Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemôže jednoznačne posúdiť splnenie predmetu zákazky zadefinovaného v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v plnom rozsahu, bude v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača:

- doplnenie platných dokladov (ŠUKL a EC Certifikát) preukazujúcich splnenie parametrov v rozsahu požadovaných v bodoch 9.10 a 9.11 predmetu zákazky časti C. súťažných podkladov zohľadňujúcich skutkový stav v čase predkladania jeho ponuky a
- prezentáciu a odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie zadefinovanej v časti C. súťažných podkladov a to v lehote do 14 dní odo dňa obdržania predmetnej žiadosti o vysvetlenie ponuky.

Vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladov v zmysle bodov I. - II. bude potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Termín a miesto prezentácie a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky „*Digitálny skiagrafický RTG prístroj – závesný DRGEM GXR-68SD*“ v konfigurácii požadovanej verejným obstarávateľom bude potrebné oznámiť písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v časti C. súťažných podkladov, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a predložená ponuka bude vylúčená z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra zistila nasledovné:

I. Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov minimálne technicko-medicínske parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov, pričom bolo možné použiť Prílohu č. 4 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ ďalej v časti E. *Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* súťažných podkladov požadoval predložiť kúpnu zmluvu spolu s prílohami.

Uchádzač vo svojej ponuke ste o. i. predložil kúpnu zmluvu s prílohami a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky s uvedením podrobných technicko-medicínskych parametrov jeho ponúkaného prístroja, typ CONTROL-X MEDICAL Perform-X DR Systems, C400, pričom pravosť uvedených parametrov deklaruje o.i. priložením dokumentov „A Ponuka NRSYS pre UN MT C400“ a „M Control x C400 UH MT SVK“. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní predmetu zákazky posudzoval splnenie technicko-medicínskych parametrov z dokladov predložených v ponuke a zároveň z verejne dostupných zdrojov. Z prílohy č. 1 kúpnej zmluvy, predloženého vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky a z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov je zrejmé nasledovné:

- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametroch v bode 4.5, 5.10 a 8.6 „Rozlíšenie detektora“ s podmienkou „min. 4,3 lp/mm“ uchádzač uviedol „Áno, 5,0 lp/mm“, rovnako je to uvedené aj v predloženom dokumente „M Control x C400 UH MT SVK“, pričom na webovej stránke (t. j. oficiálnej stránke výrobcu) je uvedené rozlíšenie detektora len 4,3 lp/mm;
- v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky pri parametri v bode 9.8 „RTG transparentný vozík mechanický, nosnosť min. 200kg, kolieska na prevoz aj v exteriéri, kolieska s brzdou, bezpečnostné pásy pri transporte pacienta 2ks“ s podmienkou „áno“ uchádzač svojvoľne doplnil (voliteľné) a uviedol „Áno, RTG transparentný vozík mechanický, nosnosť min. 200kg, kolieska na prevoz aj v exteriéry, kolieska s brzdou“, pričom k požadovaným 2ks bezpečnostných pásov pri transporte pacienta sa nevyjadril. Podľa popisu a priloženého obrázku v predloženom dokumente „A Ponuka NRSYS pre UN MT C400“ uchádzačom ponúkaný transportný vozík na prepravu pacientov bezpečnostné pásy neobsahuje.

Uchádzač zároveň v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky uviedol, okrem hore uvedeného bodu 9.8, odlišné znenie požadovaných minimálnych technicko-medicínskych parametrov zadefinovaných verejným obstarávateľom aj pri parametroch v bode 5.11 a v bode 7.16. Jedná sa o nasledovné:

- pri parametri v bode 5.11 „Antirozptylová statická mriežka min. 70 lp/cm alebo min. 40 lp/cm pri motorickej mriežke s fokusáciou 100-180 cm“ uviedol „Antirozptylová statická mriežka min. 70 lp/cm s fokusáciou 100-180 cm“;
- pri podmienke parametra v bode 7.16 „min. 24“ 4K“ uviedol „min. 24“ 4K klinickú stanicu dodávať s jedným klinickým monitormi 2MP s kalibrovaným jasom 350 cd/cm², maximálnym jasom min. 600 cd/cm², uhlopriečka obrazovky je >60 cm (24“) pre zobrazovanie snímok z PACS a pre RIS zároveň“.

Z dôvodu identifikovania vyššie uvedených nezrovnalostí a nejasností v predloženej ponuke bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača vysvetlenie predloženej ponuky a predloženie dôkazov t.j. vysvetlenie:

- aké je reálne rozlíšenie uchádzačom ponúkaného detektora;
- či sú súčasťou uchádzačom ponúkaného transportného vozíka aj bezpečnostné pásy pri transporte pacienta 2ks a o preukázanie danej skutočnosti predložením dôkazu k uvedenému;
- prečo uchádzač pri parametri v bode 5.11, v bode 9.8 a podmienke parametra v bode 7.16 zmenil znenie textu uvedených parametrov predmetu zákazky zadefinovaných verejným obstarávateľom v časti C. súťažných podkladov.

II. Verejný obstarávateľ požadoval predložiť ponuku na digitálny skiagrafický rentgenový systém – závesný certifikovaný ako komplet, nie certifikovaný na časti systému. Predmetné požiadavky

verejný obstarávateľ zadefinoval v rámci minimálnych technicko-medicínskych parametrov v bodoch „9.10 Platný ŠUKL kód prístroja na ponúkaný digitálny rentgenový systém“ a „9.11 CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný digitálny rentgenový systém komplet, nie certifikáty na časti systému“, pričom požiadavka „digitálneho rentgenového systému“ znamená, že digitalizácia je súčasťou systému od výrobcu a nejedná sa o rentgenový systém doplnený digitalizáciou.

V uchádzačom predložennom Vyhlásení o zhode výrobcu Control-X Medical Ltd zo dňa 3.3.2021 s platnosťou do 12.3.2023 na ním ponúkaný prístroj – „Digitálny skiagrafický RTG prístroj – závesný CONTROL-X MEDICAL Perform-X DR System, C400“ (podľa kúpnej zmluvy a vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky) sa uvádza, že diagnostické röntgenové zariadenie Perform-X C400 sa skladá z nasledovných komponentov :

- rádiografický stôl,
- držiak röntgenovej trubice,
- nástenný držiak,
- generátory,

v predložennom EC Certifikáte zo dňa 17.3.2020 s platnosťou do 26.5.2024 sa uvádza, že diagnostické röntgenové zariadenie Perform-X zahŕňa produkty :

- röntgenové generátory,
- rádiografické stoly,
- nástenný držiak,
- držiaky röntgenovej trubice,
- modul rozhrania zberu a generátora APEX,

príčom v predložených dokumentoch nie je žiadna zmienka o akvizičnej stanici APEX.

Komisia si zároveň dovoľí poukázať na skutočnosť, že na oficiálnej stránke výrobcu uchádzačom ponúkaného prístroja je zverejnený EC Certifikát zo dňa 28.1.2021 s platnosťou do 26.5.2024 na diagnostické röntgenové zariadenia vrátane produktu Perform-X C400, ktorý pozostáva z nasledovných komponentov:

- generátory,
- rádiografické stoly,
- nástenný držiak,
- držiaky röntgenovej trubice.

Na základe predmetných dokumentov je možné konštatovať, že v prípade uchádzačom ponúkaného prístroja sa jedná o spojenie rentgenového systému s nezávislou digitalizáciou, nakoľko samotná digitalizácia nie je súčasťou komponentov tvoriacich jeho ponúkané diagnostické röntgenové zariadenie.

Verejný obstarávateľ si v časti C. súťažných podkladov vyhradil právo v prípade, že zistí nezrovnalosti medzi technicko-medicínskymi parametrami deklarovanými uchádzačom v ponuke a technicko-medicínskymi parametrami získanými z verejne dostupných zdrojov, resp. bude mať pochybnosť o pravosti týchto parametrov, požiadava uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich pravosť parametrov uvedených vo Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nepreukáže pravosť všetkých parametrov deklarovaných v predloženej ponuke doložením požadovaných dokladov, verejný obstarávateľ nezaradí takéhoto uchádzača do ďalšieho vyhodnocovania ponúk a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky. Dokladmi preukazujúcimi pravosť parametrov uvedených v bodoch 9.10 a 9.11 sú platný ŠUKL kód prístroja na ponúkaný digitálny rentgenový systém a platný CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný digitálny rentgenový systém komplet, nie certifikáty na časti systému, s tým že doklady musia zohľadňovať skutkový stav v čase predkladania ponuky uchádzačom.

Zároveň verejným obstarávateľom zostavená hodnotiacia komisia môže v zmysle časti C. súťažných podkladov v priebehu posudzovania a hodnotenia ponúk vzniesť požiadavku na prezentáciu a odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie, pričom dodávateľ musí zaistiť splnenie tejto požiadavky v lehote do 14 dní od výzvy verejného obstarávateľa.

Z dôvodu, že v nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ nemôže jednoznačne posúdiť splnenie predmetu zákazky zadefinovaného v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

v plnom rozsahu, bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača:

- vysvetlenie, prečo ponúkol rentgenový systém s nezávislou digitalizáciou, keď verejný obstarávateľ v príslušnej časti súťažných podkladov zadefinoval požiadavku na digitálny rentgenový systém, ktorý má byť certifikovaný ako komplet, nie certifikovaný na časti systému,
- doplnenie platných dokladov (ŠUKL a EC Certifikát) preukazujúcich splnenie parametrov v rozsahu požadovaných v bodoch 9.10 a 9.11 predmetu zákazky časti C. súťažných podkladov zohľadňujúcich skutkový stav v čase predkladania jeho ponuky a
- prezentáciu a odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie zadefinovanej v časti C. súťažných podkladov a to v lehote do 14 dní odo dňa obdržania predmetnej žiadosti o vysvetlenie ponuky.

Vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladov v zmysle bodov I. - II. bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Termín a miesto prezentácie a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky „Digitálneho skiagrafického RTG prístroja – závesného CONTROL-X MEDICAL Perform-X DR System, C400“ v konfigurácii požadovanej verejným obstarávateľom bude potrebné oznámiť písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v časti C. súťažných podkladov, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a predložená ponuka bude vylúčená z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od uchádzačov, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 10.07.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Maťková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ludmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 10.07.2023

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín a uchádzača NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra.

Uchádzač NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi vysvetlenie ponuky a doložil produktové listy ponúkaného prístroja, ŠUKL kód a EC certifikát s úradným prekladom.

Uchádzač v predloženom vysvetlení k bodu 9.8 nepredložil dôkaz, ktorým by preukázal skutočnosť, že súčasťou jeho ponúkaného transportného vozíka sú aj 2 ks bezpečnostných pásov. Z uvedeného dôvodu bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetľovania ponuky požadovať od uchádzača doplnenie požadovaného dôkazu.

Doplnenie požadovaného dôkazu v rámci vysvetľovania ponúk bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zároveň v predložennom vysvetlení ponuky k požiadavke, týkajúcej sa určenia termínu a miesta prezentácie a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky „Digitálneho skiagrafického RTG prístroja – závesného CONTROL-X MEDICAL Perform-X DR System, C400“ za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie zadefinovanej v časti C. súťažných podkladov, navrhol možnosť predvedenia a odskúšania ním ponúkanej prístrojovej techniky vo výrobných priestoroch výrobcu prístroja v Budapešti v termíne 19. až 21. júl 2023.

Uchádzačom navrhovaný termín predvedenia a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky nevyhovoval verejnému obstarávateľovi, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti resp. čerpania dovolení členov komisie menovanej štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. O uvedenej skutočnosti bol uchádzač informovaný.

Uchádzač TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi vysvetlenie ponuky a doložil kúpnu zmluvu, návrh na plnenie kritérií, produktový list a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky.

Uchádzač v predložennom vysvetlení doplnil k dotazovaným rozmerom dosky stola vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky a v produktovom liste opäť iný rozmer dosky stola.

Z dôvodu, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene, bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetľovania ponuky požadovať od uchádzača vysvetlenie, či rozmer dosky uchádzačom ponúkaného vyšetrovacieho stola je 2600 x 810 mm (rozmer uvedený v prílohe č.1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie kritérií) alebo 2 200 (D) x 810 (H) mm (rozmer uvedený v Produktovom liste DRGEM GXR-68SD).

Uchádzač v predložennom vysvetlení ponuky deklaroval, že ním ponúkaný prístroj je digitálny rentgenový systém komplet, ktorý má presné označenie GXR-68SD, kde posledné písmeno „D“ vyjadruje skratku „digital system“, pričom požadovaný EC certifikát preukazujúci danú skutočnosť nedoložil. Uchádzač v rámci vysvetlenia ponuky uviedol, že predmetný doklad nebol predložený z dôvodu prekážky vzniknutej na strane notifikovanej osoby v rámci EÚ, ktorá udelila výnimku týkajúcu sa aktualizácie EC certifikátov s tým, že certifikáty budú aktualizovať priebežne do r. 2028. Vzhľadom na skutočnosť, že napriek poskytnutému vysvetleniu verejný obstarávateľ nedisponuje dostatočným množstvom informácií a podkladov, nemôže jednoznačne posúdiť splnenie predmetu zákazky zadefinovaného v bodoch 9.10 a 9.11 časti C. súťažných podkladov.

V nadväznosti na uvedené bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetlenia ponuky požadovať od uchádzača predloženie potvrdenia resp. dokladu preukazujúceho skutočnosť, že došlo k udeleniu výnimky a certifikáty budú aktualizované do r. 2028 a predloženie EC certifikátu na uchádzačom ponúkaný digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka, ktorý bol podkladom pre vydanie stávajúceho ŠUKL kódu v rámci certifikácie a registrácie jeho ponúkaného zdravotníckeho prístroja vrátane identifikácie tohto ŠUKL kódu.

Vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladov bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zároveň v predložennom vysvetlení ponuky k požiadavke, týkajúcej sa určenia termínu a miesta prezentácie a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky „Digitálneho skiagrafického RTG prístroja – závesného DRGEM GXR-68SD“ za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie zadefinovanej v časti C. súťažných podkladov, navrhol možnosť predvedenia a odskúšania jeho ponúkanej prístrojovej techniky kedykoľvek v pracovných dňoch a v pracovnej dobe medzi 7:00 a 14:00 hod v NsP Považská Bystrica a možnosť overenia kvality detektorov so 100 mikrometrovou technológiou dňa 24.7.2023 o 11:00 hod. v SENIUM Martin a dňa 25.7.2023 o 13:00 hod. v NsP Považská Bystrica.

Uchádzačom navrhovaný termín predvedenia a odskúšania ponúkanej prístrojovej techniky nevyhovoval verejnému obstarávateľovi, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti resp. čerpania dovolení členov komisie menovanej štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. O uvedenej skutočnosti bol uchádzač informovaný.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení opätovného vysvetlenia od uchádzačov, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.

Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát

Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Maťková

Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická

Odbor verejného obstarávania

Ludmila Balková

Odbor verejného obstarávania


Ing. Simona Volnová

Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová

Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 24.07.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 3

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiografický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 10.07.2023

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín a uchádzača NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra.

Uchádzač NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra v nadväznosti na žiadosť o opätovné vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi:

- vysvetlenie ponuky – NRSYS s.r.o. v2,
- vysvetlenie ponuky VAMEL.

Z dôvodu, že uchádzač riadne vysvetlil ponuku a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín v nadväznosti na žiadosť o opätovné vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi:

- vysvetlenie žiadosti o opätovné vysvetlenie k bodom 1. a 2. žiadosti ,
- aktualizovaný ŠUKL kód pre všetky röntgenové systémy výrobcu DRGEM Corporation.

I. Verejný obstarávateľ požadoval v bode I. žiadosti o opätovné vysvetlenie ponuky vysvetliť, či rozmer dosky uchádzačom ponúkaného vyšetrovacieho stola, ktorý uviedol v ponuke, a ktorým spĺňa požadovaný minimálny rozmer dosky stola je 2600 x 810 mm (rozmer uvedený v prílohe č.1 kúpnej zmluvy a vo vlastnom návrhu na plnenie kritérií) alebo 2 200 (D) x 810 (H) mm (rozmer uvedený v Produktovom liste DRGEM GXR-68SD).

Uchádzač v predložennom opätovnom vysvetlení ponuky neupresnil v akom rozmere (z pôvodne uvedených rozmerov v jeho predloženej ponuke) reálne dodá dosku vyšetrovacieho stola, ale v jeho predložennom vysvetlení ponuky k bodu I. k dotazovaným rozmerom dosky stola uvedeným v jeho predloženej ponuke doplnil ďalšie dva rozmery pracovnej dosky stola a to 2660x878 mm karbon a 2400x878 mm karbon.

Z dôvodu, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene, vysvetlením ponuky nemôže uchádzač zmeniť pôvodné rozmery dosky stola uvedené v ponuke napriek tomu, že všetky uchádzačom uvádzané rozmery spĺňajú minimálny rozmer dosky stola požadovaný verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

V nadväznosti na vyššie uvedené a z dôvodu, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene, bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetľovania ponuky požadovať od uchádzača uvedenie, v akom rozmere, v prípade úspešnosti jeho predloženej ponuky, dodá dosku vyšetrovacieho stola.

Verejný obstarávateľ požadoval v bode II. žiadosti o opätovné vysvetlenie ponuky predložiť o.i. EC certifikát na uchádzačom ponúkaný digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka, ktorý bol podkladom pre vydanie stávajúceho ŠUKL kódu v rámci certifikácie a registrácie jeho ponúkaného zdravotníckeho prístroja vrátane identifikácie tohto ŠUKL kódu zohľadňujúceho skutkový stav v čase predkladania jeho ponuky.

Uchádzač v predložennom opätovnom vysvetlení predložil aktualizovaný ŠUKL kód P97230 pre všetky röntgenové systémy DRGEM Corporation s platnosťou kódu do roku 2028, pričom nedoplnil požadovaný EC certifikát s úradným prekladom do slovenského jazyka, ktorý bol podkladom pre vydanie pôvodného ŠUKL kódu v rámci certifikácie a registrácie jeho ponúkaného zdravotníckeho prístroja v čase predkladania jeho ponuky.

V nadväznosti na vyššie uvedené bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetľovania ponuky požadovať od uchádzača predloženie EC certifikátu na jeho ponúkaný digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka, ktorý bol podkladom pre vydanie pôvodného ŠUKL kódu.

Vysvetlenie predloženej ponuky a doplnenie dokladu v zmysle bodov I.-II. bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení opätovného vysvetlenia od uchádzača, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.

Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát


Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková

Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická

Odbor verejného obstarávania




Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 02.08.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 4

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 10.07.2023

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín.

Uchádzač TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín v nadväznosti na žiadosť o opätovné vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi:

- vysvetlenie žiadosti o opätovné vysvetlenie k bodom 1. a 2. žiadosti,
- EC certifikát pre všetky röntgenové systémy výrobcu DRGEM Corporation v anglickom jazyku.

Uchádzač uviedol v bode I. vo vysvetlení žiadosti o opätovné vysvetlenie ponuky, že pri spracovaní ponuky došlo k administratívnej chybe, nakoľko mu výrobca omylom uviedol v cenovej ponuke dosku s nesprávnym rozmerom 2600 x 810 mm. V skutočnosti je uchádzač schopný dodať dosku v rozmere 2200 x 810 mm, ako je uvedené v prospekte od výrobcu.

Verejný obstarávateľ požadoval v bode II. žiadosti o opätovné vysvetlenie ponuky - 2 predložiť EC certifikát na uchádzačom ponúkaný digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný spolu s úradným

prekladom do slovenského jazyka, ktorý bol podkladom pre vydanie stávajúceho ŠUKL kódu v rámci certifikácie a registrácie uchádzačom ponúkaného zdravotníckeho prístroja.

Uchádzač v predloženom opätovnom vysvetlení predložil EC certifikát pre všetky röntgenové systémy výrobcu DRGEM Corporation v anglickom jazyku.

Vzhľadom na skutočnosť, že k predloženému EC certifikátu nedoložil jeho úradný preklad do štátneho jazyka, pričom v zmysle bodu 14 časti A. súťažných podkladov je potrebné doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predložiť spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, verejný obstarávateľ nemôže jednoznačne vyhodnotiť uchádzačom predloženú ponuku v plnom rozsahu.

V nadväznosti na vyššie uvedené bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v rámci opätovného vysvetlenia ponuky požadovať od uchádzača doplnenie úradného prekladu EC certifikátu na jeho ponúkaný digitálny skiagrafičný RTG prístroj - závesný.

Doplnenie dokladu v zmysle vyššie uvedeného bude potrebné doručiť verejnemu obstarávateľovi do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude jeho ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, že pre doplnenie predmetného dokladu bude uchádzač potrebovať dlhší čas, bude informovaný o tom, aby požiadal o predĺženie stanoveného termínu prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení opätovného vysvetlenia od uchádzača, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Maťková
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 11.08.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 5

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ludmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 181 – vylúčený z dôvodu, že v lehote určenej verejným obstarávateľom, nebolo doručené Univerzitnej nemocnici Martin požadované vysvetlenie predloženej ponuky. Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 53 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a predloženú ponuku vylúčil z predmetného obstarávania.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	288 000,00	I.

Ponuka uchádzača NRSYS s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

Zoznam subdodávateľov:

- Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 - podiel plnenia zo zmluvy: preberací protokol radiačného ožiarenia, 0,3%
- Hosping, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava
 - podiel plnenia zo zmluvy: projekt, 0,5%

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid' zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 15.06.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote neobdržal odpoveď na žiadosť o opätovné vysvetlenie ponuky od spoločnosti TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín.

Uchádzač TYREX - Xray, s.r.o., J. Zemana 99, 911 01 Trenčín bol listom zo dňa 11.08.2023 požiadaný o opätovné vysvetlenie predloženej ponuky v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej žiadosti.

Komisia menovaná štatutárnym zástupcom Univerzitetnej nemocnice Martin skonštatovala, že z dôvodu, že v lehote určenej verejným obstarávateľom nebolo doručené do Univerzitetnej nemocnice Martin požadované vysvetlenie predloženej ponuky, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 53 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a predloženú ponuku vylúči z predmetného verejného obstarávania. Zároveň verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámi, že bude možné podať námietku v zmysle § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v lehote do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača.

Komisia bude pokračovať v úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk po uplynutí lehoty na podanie námietky.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 16.08.2023



Zápisnica z úplného úvodného vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ludmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk 5 zo dňa 16.08.2023

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača pred elektronickou aukciou:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	288 000,00	I.

Ponuka uchádzača NRSYS s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkol cenu za celý predmet zákazky, ktorá neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Zoznam subdodávateľov:

- Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 - podiel plnenia zo zmluvy: preberací protokol radiačného ožiarovania, 0,3%
- Hosping, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava
 - podiel plnenia zo zmluvy: projekt, 0,5%

Konečné poradie ponúk bude zostavené v elektronickej aukcii.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti viď zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 15.06.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

V procese vyhodnocovania ponuky komisia posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Komisia konštatovala, že uchádzač NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra splnil podmienky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 02.05.2023 pod číslom 2023/S 085-260629 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2023 pod evid. č. 16372-MST zo dňa 03.05.2023 a v súťažných podkladoch a v ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Komisia odporučila vyzvať uchádzača na účasť v elektronickej aukcii.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 30.08.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk 5 zo dňa 16.08.2023

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila 05.09.2023 od 09:00 hod, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Na základe vyhodnotenia ponúk elektronickej aukciou, v ktorej bola vyhodnocovaná ponuka jedného uchádzača, je poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača nasledovné:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	288 000,00	I.

Ponuka uchádzača NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke ponúkol cenu za celý predmet zákazky, ktorá neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky, pričom jeho ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Zoznam subdodávateľov:

1. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
- podiel plnenia zo zmluvy: preberací protokol radiačného ožiarovania, 0,3%,

2. Hosping, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava
- podiel plnenia zo zmluvy: projekt, 0,5%

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Ponuka uchádzača NRSYS s.r.o., ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí, bola vyhodnotená automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila 05.09.2023, pričom ponuka bola vyhodnocovaná podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk - „Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH“.

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Míriam Maťková
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania

Ing. Míriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 05.09.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – final

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný“

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD., Rádiologická klinika

Členovia komisie:

Milan Charvát, Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Matčková, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Simona Volnová, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	TYREX - Xray, s.r.o.	J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
2.	NRSYS s.r.o.	Akademická 12, 949 01 Nitra

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

viď zápisnica z vyhodnotenia ponúk 5 zo dňa 16.08.2023

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, v ktorej bola vyhodnocovaná ponuka jedného uchádzača a po vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, je poradie uchádzačov nasledovné:

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

P. č.	Uchádzač	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	Poradie úspešnosti
2.	NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra	288 000,00	I.

1. NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra - uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a v elektronickej aukcii ponúkol cenu za celý predmet zákazky 288 000,00 € s DPH; ponúknutá cena za celý predmet zákazky € s DPH neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky; verejný obstarávateľ vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú.

Zoznam subdodávateľov:

1. Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
- podiel plnenia zo zmluvy: preberací protokol radiačného ožiarovania, 0,3%

2. Hosping, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava
- podiel plnenia zo zmluvy: projekt, 0,5%

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid' zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 15.06.2023 a 05.09.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Vzhľadom na skutočnosť, že predložená ponuka uchádzača NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra, splnila všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a bola vyhodnotená ako prvá v poradí, komisia vyhodnotila daného uchádzača ako úspešného.

Verejný obstarávateľ požadoval v zmysle bodu 30.2.1 súťažných podkladov a vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 19.05.2023 predložiť spolu s kúpnu zmluvou platný doklad, ktorým úspešný uchádzač bude deklarováť, že má v zmysle platnej legislatívy SR súhlas na dovoz, distribúciu a predaj ponúkaného prístroja ako zdroja ionizujúceho žiarenia a povolenie na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv ponúkaného prístroja ako zdroja ionizujúceho žiarenia. Úspešný uchádzač požadovaný doklad predložil v rámci ponuky, čím danú požiadavku verejného obstarávateľa splnil.

Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v prípade, že uchádzač poskytne riadnu súčinnosť na uzatvorenie zmluvy a bude udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR s uzatvorením kúpnej zmluvy.

Identifikácia konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní:

V procese verejného obstarávania komisia neidentifikovala žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na možnú existenciu konfliktu záujmov.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Martin Števík, PhD.
Rádiologická klinika

Členovia komisie:


Milan Charvát
Rádiologická klinika

Mgr. Miriam Mat'ková
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Simona Volnová
Odbor verejného obstarávania



Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 05.09.2023