

KÚPNA ZMLUVA č. 774/2023

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
V zastúpení: MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA – riaditeľ UNM
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
IČ DPH: SK2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
(ďalej len kupujúci)

Predávajúci:

Obchodné meno: ULTRAMED, s.r.o.
Sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
V zastúpení: Martin Továrek, Ing. Ronald Necpál
(každý konateľ koná samostatne)
IČO: 366 384 04
DIČ: 2022011651
IČ DPH: SK2022011651
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10498/S
Predávajúci je platcom DPH
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Laparoskopická zostava“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Laparoskopická zostava“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie:

Laparoskopická zostava OLYMPUS VISERA ELITE II v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „zariadenie“).

2.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy.

Čl. III

Termín a miesto dodania

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantáčnej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle Čl. IX tejto zmluvy, v mieste dodania.

3.3 Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci protokolárne v súlade s Čl. IX tejto zmluvy.

3.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

3.6 Lehota plnenia začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, t.j. odo dňa účinnosti zmluvy.

Čl. IV

Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Laparoskopická zostava“.

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	218 500,00
Sadzba DPH v %	20 %
Výška DPH v €	43 700,00
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	262 200,00

(slovom dvestošesťdesiatdvatisícdivesto €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

Čl. V

Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy v súlade s Čl. II a dodací list bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- prílohou faktúry bude dodací list.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru v sume podľa Čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy do pätnástich dní odo dňa jeho riadneho dodania, po dopravení predmetu zmluvy do miesta dodania v súlade s Čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, inštalácii a uskutočnení ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s Čl. II tejto zmluvy, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný, pričom faktúra bude splatná do 60 dní od jej vystavenia. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Čl. VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem.

Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastností dohodnuté v tejto zmluve, vlastností stanovené príslušnými technickými normami a vlastností deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastností pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy v súlade s Čl. IX tejto zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov.

Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy.

Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: alebo na e-mail: servis@ultramed.sk Zodpovedný pracovník predávajúceho je Branislav Čapoš .

Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom servisným technikom Branislavom Čapošom odborne vyškoleným na predmet zákazky.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín v rámci pracovných dní od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky.

Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude zariadenie v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny zariadenia za každý deň počnúc 31-vým dňom zariadenia mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dodávku náhradných dielov pre predmet zmluvy po dobu 8 rokov po uplynutí záručnej doby.

Čl. VII

Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v Čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v Čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

a) Vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v Čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý deň omeškania a to od prvého dňa omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa Čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim.

Za prvý deň sa považuje, deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

b) V prípade realizačnej neschopnosti predávajúceho vo výške 5% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v Čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy.

Splnením záväzku predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti predávajúceho, ktorých plnenie je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia o zmluvnej pokute zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,

8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,

8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy, pričom za realizačnú neschopnosť sa považuje najmä nie však výlučne neschopnosť predávajúceho realizovať dodanie predmetu zmluvy,

8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.6.1 v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 1 a 2 zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

8.6.2 ak predávajúci, jeho subdodávateľa a subdodávateľa podľa osobitného predpisu (ďalej len „subdodávateľa“) neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora;

8.6.3 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa Čl. X ods. 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy;

8.6.4 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa odseku 8.9 tejto zmluvy;

8.6.5 ak po uzavretí zmluvy sa stala konečným užívateľom výhod predávajúceho, jeho subdodávateľa a subdodávateľa podľa osobitného predpisu zapísaného v registri osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá.

Ustanovenia ods. 8.6.2 – 8.6.4 je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

8.8 Ak si subdodávatelia predávajúceho podľa Čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 8.6.4 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.13 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z takejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky so súhlasom kupujúceho ako dlžníka.

8.14 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci neprijme vyhlásenie podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vylučuje uzavretie dohody podľa predchádzajúcej vety.

Čl. IX

Odobzдание a prevzatie predmetu zmluvy

9.1 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou na základe preberacieho protokolu za podmienok uvedených v tomto článku.

9.2 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu zariadenia podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodávke predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu, záručný list k predmetu zmluvy a certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode.

9.3 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivého zariadenia, záručné listy ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

Čl. X

Subdodávateľa a osobitné povinnosti predávajúceho

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v Čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa odseku 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle odseku 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávateľa sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávatelia nie sú zapísaní v registri alebo ak po uzavretí zmluvy sa stala konečným užívateľom podľa osobitného predpisu zapísaného v registri osoba podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľov, ktorí spĺňajú podmienku zápisu v registri bez osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

Príloha č. 2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov

V Martine, dňa:

V Žiari nad Hronom, dňa: 13.09.2023

Za UNM:

Za predávajúceho:

Meno: MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA

Meno: Martin Továrek

Funkcia: riaditeľ UNM

Funkcia: konateľ

Podpis:

Podpis:

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny

1. Uchádzač doplní špecifikácia parametrov predmetu zmluvy v zmysle C. Opis predmetu zákazky a Prílohy č. 4 súťažných podkladov.

Názov predmetu zákazky:

Laparoskopická zostava - OLYMPUS VISERA ELITE II

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

P.č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis	Hodnota technického parametra	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
1.	HD procesor s integrovaným LED svetelným zdrojom		
1.1	Laparoskopická HDTV kamera s integrovaným LED svetelným zdrojom	1 ks	1 ks
1.2	Medicínsky atest	áno	áno
1.3	Prepínanie medzi 2D / 3D zobrazením	áno	áno
1.4	Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB	áno	áno
1.5	Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia	áno	áno
1.6	Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom	áno	áno
1.7	Možnosť pripojenia klávesnice na ovládanie funkcií kamerovej jednotky	áno	áno
1.8	Zobrazovací systém - vysoké rozlíšenie obrazu HDTV	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
1.9	Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, osvetľuje objekt cez filtre úzkymi výrezmi červenej, zelenej a modrej (R/G/B) časti spektra. Tak je získaný reálny obraz s dobre odlišenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položennej cievnej sieti. Týmto je možno výrazne lepšie odhaliť zápalové choroby sliznice, novotvarované lézie a podobne	áno	áno
1.10	Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenia v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu po doplnení svetelného zdroja	áno	áno
1.11	Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, ručne pomocou čelného panelu, nastavením z tlačítka videoendoskopu / kamerovej snímacej hlavice	áno	áno
1.12	Digitálny zoom až 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch	áno	áno
1.13	Výstupy 2x DVI-D, 1x HD-SDI, 1x Y/C, 1x 3G/HD-SDI, 1x DVI	áno	áno
1.14	Zmrazenie obrazu - z klávesnice, endoskopu alebo z programovateľného tlačidla čelného panelu	áno	áno
1.15	Možnosť rotácie obrazu	180°	180°
1.16	Vertikálne a horizontálne zrkadlenie obrazu	áno	áno
1.17	Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb	20 predvolieb	20 predvolieb

1.18	Predvoľba pre nastavenie údajov patientskych dát	50 údajov	50 údajov
1.19	Možnosť ovládania nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope	áno	áno
1.20	Integrovaný LED zdroj studeného svetla	áno	áno
1.21	Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu 300 W xenónového svetelného zdroja	áno	áno
1.22	Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetelných podmienok operačného poľa	áno	áno
1.23	Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia	áno	áno
1.24	Možnosť pripojenia 1-čipovej snímačej kamerovej hlavice	áno	áno
1.25	Možnosť pripojenia 3-čipovej snímačej kamerovej hlavice	áno	áno
1.26	Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímačieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou minimálne 100° v 4 smeroch a pracovným priemerom menším ako 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia	áno	áno
1.27	Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímačieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia	áno	áno
1.28	Možnosť pripojenia 2D / 3D kompaktného snímačieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacími čipmi umiestnenými v distálnej časti zariadenia	áno	áno
2.	Videoteleskop, 2D / 3D kompaktné integrované snímačie zariadenie 1 ks		
2.1	Pevná/ neohybná distálna časť	áno	áno
2.2	Uhol zobrazenia zorného poľa	30°	30°
2.3	Priemer tubusu pracovnej časti	min. 9 mm - max. 11 mm	10 mm
2.4	Pracovná dĺžka	min. 320 mm	335 mm
2.5	Ovládacie tlačidlá funkcií kamery	min. 3 tlačidlá	3 tlačidlá
2.6	Spôsob snímania - 2 snímače čipy umiestnené v distálnej časti zariadenia	áno	áno
2.7	Rotácia tubusu videoteleskopu vľavo / vpravo	min. 165°	165°
2.8	Automatické zaostrovanie snímaného obrazu – autofokus	áno	áno
2.9	Sterilizačný kontajner	áno	áno
2.10	Integrovaný svetlovodný kábel	áno	áno
2.11	Úprava distálnej časti proti zahmlievaniu	áno	áno
3.	HD kamerová snímačia hlavica 1 ks		
3.1	3CCD CMOS kamerová snímačia hlavica	áno	áno
3.2	Redukcia moiré efektu	áno	áno
3.3	Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno
3.4	Autoklavovateľnosť kamerovej hlavice	áno	áno
3.5	Ovládacie tlačidlá funkcií kamery	min. 3 tlačidlá	7 tlačidiel
3.6	Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery	áno	áno, 3 tlačidlá
4.	Monitor s UHD rozlíšením 2 ks		
4.1	2D a 3D zobrazenie	áno	áno
4.2	Zobrazovacia norma	BT.2020	BT.2020
4.3	Rozlíšenie	min. 1920 x 1080 pixel max. 4096 x 2162 pixel	4096 x 2162 pixel
4.4	Uhlopriečka monitora	min. 31"	31"

5.	Insuflátor 1 ks		
5.1	Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt	áno	áno
5.2	Maximálny prietok CO ₂	45 litrov/minútu	45 litrov/minútu
5.3	Ukazovateľ celkového objemu použitého CO ₂ počas výkonu	áno	áno
5.4	Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysokoenergetickým prístrojom	áno	áno
5.5	Systém automatického odsávania dymu	áno	áno
5.6	Možnosť pripojenia do centrálného rozvodu medicínskych plynov	áno	áno
5.7	Tlaková hadica	áno	áno
6.	Irigačné zariadenie 1 ks		
6.1	Rolerový systém	áno	áno
6.2	Rozsah prietoku irigácie	0,1 - 2 litre/minútu	0,1 - 2 litre/minútu
6.3	Rozsah tlaku irigácie	5 - 150 mmHG	5 - 150 mmHG
6.4	Kapacita odsávania	max. 2 litre/minútu	max. 2 litre/minútu
6.5	Irigačné hadice	min. 2 ks	2 ks
7.	Stojan pre laparoskopickú zostavu 1 ks		
7.1	Zabudované, pohyblivé, výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor	áno	áno
7.2	Integrovaná elektroinštalácia s oddel'ovacím transformátorom	áno	áno
7.3	Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane	áno	áno
7.4	Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery	áno	áno
7.5	Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach	áno	áno
8.	Inštrumentárium		
8.1	Optika	1 ks, priemer min. 10 mm a uhlom zobrazenia 30°	1 ks, priemer 10 mm, uhol zobrazenia 30°
8.2	Svetlovodný kábel	1 ks, dĺžka min. 3 m	1 ks, dĺžka 3 m
8.3	Sukčný/ irigačný tubus	1 ks, áno	1 ks, áno
9.	Elektrochirurgická jednotka		
9.1	Maximálny výkon	min. 320 W	320 W
9.2	Počet režimov pre monopolárny rez	min. 4 režimy	4 režimy
9.3	Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu	min. 4 režimy	4 režimy
9.4	Počet režimov pre bipolárny rez	min. 2 režimy	2 režimy
9.5	Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu	min. 6 režimov	6 režimov
9.6	Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	áno	áno
9.7	Ovládanie nastavení dotykovým displejom	áno	áno
9.8	Konektor pre automatické rozoznávajúce inštrumentov	áno	áno
9.9	Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky	áno	áno
9.10	Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky	áno	áno
10.	Generátor, ultrazvukový skalpel		

10.1	S duálnou technológiou – ultrazvuk – pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta	áno	áno
10.2	Ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja	áno	áno
10.3	Automatické rozpoznanie inštrumentov	áno	áno
10.4	Koagulácia ciev min. do 7 mm	áno	áno
10.5	Ovládanie ručné a nožné	áno	áno
10.6	Automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov	áno	áno
10.7	Prevodník	áno	áno
10.7.1	- kompletne izolované a vodotesné – umožňujú ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie	áno	áno
10.7.2	- životnosť minimálne 100 cyklov	áno	áno
10.8	Inštrumenty		
10.8.1	- nožnice v 5 mm prevedení a dĺžkach od min. 9 – 45 cm, s InLine alebo pistol rukovät'	áno	áno
11.	Záznamové zariadenie		
11.1	Jedno alebo dvojkanálový digitálny rekordér	áno	áno
11.2	Full HD digitalizačné zariadenie na digitalizáciu videa	áno	áno
11.3	Zaznamenávanie videosekvencií a obrázkov na internej jednotke, externom médiu USB alebo nahranie obrázkov do špecializovaného systému správy zdravotníckych informácií	áno	áno
11.4	Pre dvojkanálový rekordér – možnosť nahrávať signály z oboch kanálov súčasne	áno	áno
11.5	Zariadenie prevádzkované cez dotykový monitor, ktorý je súčasťou súpravy alebo spravované vzdialene z ľubovoľného počítača spustenom v nemocničnej sieti	áno	áno
11.6	Spustenie nahrávania pomocou tlačidla v menu, nožným tlačidlom (ktoré sú súčasťou celku) alebo pomocou tlačidiel na hlave pripojenej kamery	áno	áno
11.7	Integrácia s PACS (DICOM Worklist/ export)	áno	áno
11.8	Schopnosť prevádzkovať DICOM MPPS	áno	áno
11.9	Schopnosť definovať nahrávacie knižnice, ktoré vám umožnia spravovať prístupové práva k zhromažďovaniu údajov	áno	áno
11.10	Kategórie knižnice:		
11.11	- súkromné, obsahujúce nahrávky a obrázky vytvorené užívateľom sú k dispozícii len pre nich, s možnosťou sprístupniť ostatným užívateľom	áno	áno
11.12	- pobočka, obsahujúce nahrávky a obrázky vytvorené užívateľmi patriacich do skupiny (pobočka) a sú k dispozícii pre túto skupinu	áno	áno
11.13	- verejné, obsahujúce nahrávky a obrázky k dispozícii všetkým užívateľom oprávneným na prístup k systému	áno	áno
11.14	Schopnosť definovať zoznam chirurgických zákrokov	áno	áno
11.15	Dostupné metódy a postupy registrácie pacienta: - manuálne zavedenie údajov o pacientoch - zhromažďovanie údajov o pacientoch a postupy prostredníctvom pracovného zoznamu DICOM modality - rýchla registrácia s automatickým vstupom vopred definovaných dát pre núdzové postupy, s možnosťou neskoršej editácie	áno	áno

11.16	Možnosť pridávať anotácie (poznámky) k obrázkom a nahrávkam a uložiť ich do systému	áno	áno
11.17	Porovnávací režim, ktorý porovnáva dva postupy na rovnakej obrazovke (napr. porovnanie bežiaceho pásu a archív postup)	áno	áno
11.18	Možnosť pridávať fotografie a nahrávky priamo z pripojených mobilných zariadení (smartphone, tablet) pracujúcich na nemocničnej sieti. Systém generuje QR kód, ktorý obsahuje prepojenie na konkrétny postup, ktorý je možné čítať pomocou mobilného zariadenia. Ako náhle je odkaz aktivovaný, fotografie alebo videá môžu byť pridané do postupu priamo z pripojeného mobilného zariadenia.	áno	áno
11.19	1TB interný pevný disk	áno	áno
11.20	Formát nahrávania obrázkov: JPG alebo BMP	áno	áno
11.21	Formát nahrávania videa: MPEG-4	áno	áno
11.22	Video vstup: 2x EasyLink (BNC-F) alebo SDI (BNC-F)	áno	áno
11.23	Video výstupy: DVI-D, DisplayPort, VGA	áno	áno
11.24	Zvukový vstup: 2x 3,5 mm Mini Jack	áno	áno
11.25	Zvukové výstupy: 3,5 mm Mini Jack	áno	áno
11.26	RS-232 komunikačný port: 2x konektor DB9	áno	áno
11.27	Porty USB: - predný panel 2x USB 2,0 - na zadnom paneli 2x USB 2,0; 4x USB 3,0	áno	áno
11.28	1GB/s RJ45 Ethernet rozhranie	áno	áno
11.29	Napájanie 100-240V 50/60Hz	áno	áno
11.30	IEC 60601-1, zariadenie spĺňajúce požiadavky IEC 60601-2	áno	áno
11.31	Vstavaný núdzový Napájací modul pre bezpečné vypnutie systému v prípade výpadkov prúdu	áno	áno

2. Uchádzač doplní kalkuláciu zmluvnej ceny v zmysle D. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov v rozsahu :

Jednotková cena v € bez DPH	218 500,00
Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	218 500,00
Sadzba DPH v %	20 %
Výška DPH v €	43 700,00
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	262 200,00

V Žiari nad Hornom, dňa 13.09.2023

Martin Továrek, konateľ
III.TRAMED s.r.o.

Príloha č. 2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:

Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko:

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:

IČO, resp. dátum narodenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

- meno a priezvisko:

- adresa pobytu:

- dátum narodenia:

- funkcia:

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

.....

.....

.....

Subdodávateľ – iná osoba v zmysle § 34 ods. 3 (osoba využitá pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti):

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko:

Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:

IČO, resp. dátum narodenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

- meno a priezvisko:

- adresa pobytu:

- dátum narodenia:

- funkcia:

Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):

.....

.....

.....

V Žiari nad Hronom, dňa 13.09.2023

Za predávajúceho:

Meno: Martin Továrek

Funkcia: konateľ

Podpis:

Príloha č. 1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Laparoskopická zostava

Kritérium č.	Názov kritéria	Návrh
	Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH	218 837,-
	Sadzba DPH	43 367,40
1.	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	262 604,40

Obchodné meno uchádzača: ULTRAMED s.r.o

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Martin Továrek, konateľ

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:

V Žiari nad Hronom, dňa: 28.6.2023

Identifikačné údaje uchádzača

ULTRAMED s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10498/S

Konateľ: Martin Továrek, Ing. Ronald Necpál (každý konateľ koná samostatne)

Adresa: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 366 384 04

IČ DPH: SK2022011651

DIČ: 2022011651

Banka:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Web:

e-mail:

Kontaktná osoba pre vysvetlenie, aukciu:

Základným predmetom činnosti spoločnosti je zastupiteľstvo zahraničných výrobcov lekárskej techniky.

Spoločnosť patrí medzi malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

V Žiari nad Hronom, dňa 28.06.2023

Martin Továrek, konateľ

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

ULTRAMED, s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ULTRAMED, s.r.o., čestne vyhlasujeme, že:

- a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami nadlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom;
- b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
- c) vo vyhlásenej nadlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku;
- d) nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto nadlimitnej zákazke predkladá ponuku;
- e) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V Žiari nad Hronom, dňa 28.06.2023

.....
Martin Továrek, konateľ

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

ULTRAMED, s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Laparoskopická zostava

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My ULTRAMED, s.r.o., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- b) sme neposkytli a neposkytnem akékoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
- e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html>.

V Žiari nad Hronom, dňa 28.06.2023

.....
Martin Továrek, konateľ

Príloha č.4 súťažných podkladov: **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**

Verejný obstarávateľ: **Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin**

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Laparoskopická zostava - OLYMPUS VISERA ELITE II

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

P.č.	Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis	Hodnota technického parametra	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
1.	HD procesor s integrovaným LED svetelným zdrojom		
1.1	Laparoskopická HDTV kamera s integrovaným LED svetelným zdrojom	1 ks	1 ks
1.2	Medicínsky atest	áno	áno
1.3	Prepínanie medzi 2D / 3D zobrazením	áno	áno
1.4	Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB	áno	áno
1.5	Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia	áno	áno
1.6	Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom	áno	áno
1.7	Možnosť pripojenia klávesnice na ovládanie funkcií kamerovej jednotky	áno	áno
1.8	Zobrazovací systém - vysoké rozlíšenie obrazu HDTV	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
1.9	Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, osvetľuje objekt cez filtre úzkymi výrezmi červenej, zelenej a modrej (R/G/B) časti spektra. Tak je získaný reálny obraz s dobre odlišenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti. Týmto je možno výrazne lepšie odhaliť zápalové choroby sliznice, novotvarované lézie a podobne	áno	áno
1.10	Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenia v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu po doplnení svetelného zdroja	áno	áno
1.11	Nastavenie vyváženía bielej farby automaticky, ručne pomocou čelného panelu, nastavením z tlačítka videoendoskopu / kamerovej snímacej hlavice	áno	áno
1.12	Digitálny zoom až 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch	áno	áno
1.13	Výstupy 2x DVI-D, 1x HD-SDI, 1x Y/C, 1x 3G/HD-SDI, 1x DVI	áno	áno
1.14	Zmrazenie obrazu - z klávesnice, endoskopu alebo z programovateľného tlačidla čelného panelu	áno	áno
1.15	Možnosť rotácie obrazu	180°	180°
1.16	Vertikálne a horizontálne zrkadlenie obrazu	áno	áno
1.17	Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb	20 predvolieb	20 predvolieb

1.18	Predvoľba pre nastavenie údajov patientskych dát	50 údajov	50 údajov
1.19	Možnosť ovládania nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope	áno	áno
1.20	Integrovaný LED zdroj studeného svetla	áno	áno
1.21	Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu 300 W xenónového svetelného zdroja	áno	áno
1.22	Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetelných podmienok operačného poľa	áno	áno
1.23	Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia	áno	áno
1.24	Možnosť pripojenia 1-čipovej snímačkej kamerovej hlavice	áno	áno
1.25	Možnosť pripojenia 3-čipovej snímačkej kamerovej hlavice	áno	áno
1.26	Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou minimálne 100° v 4 smeroch a pracovným priemerom menším ako 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia	áno	áno
1.27	Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia	áno	áno
1.28	Možnosť pripojenia 2D / 3D kompaktného snímacieho zariadenia s pevnou distálnou časťou a pracovným priemerom väčším ako 9 mm, so snímacími čipmi umiestnenými v distálnej časti zariadenia	áno	áno
2.	Videoteleskop, 2D / 3D kompaktné integrované snímacie zariadenie 1 ks		
2.1	Pevná/ neohybná distálna časť	áno	áno
2.2	Uhol zobrazenia zorného poľa	30°	30°
2.3	Priemer tubusu pracovnej časti	min. 9 mm - max. 11 mm	10 mm
2.4	Pracovná dĺžka	min. 320 mm	335 mm
2.5	Ovládacie tlačidlá funkcií kamery	min. 3 tlačidlá	3 tlačidlá
2.6	Spôsob snímania - 2 snímacie čipy umiestnené v distálnej časti zariadenia	áno	áno
2.7	Rotácia tubusu videoteleskopu vľavo / vpravo	min. 165°	165°
2.8	Automatické zaostrovanie snímaného obrazu – autofokus	áno	áno
2.9	Sterilizačný kontajner	áno	áno
2.10	Integrovaný svetlovodný kábel	áno	áno
2.11	Úprava distálnej časti proti zahmlievaniu	áno	áno
3.	HD kamerová snímacia hlavica 1 ks		
3.1	3CCD CMOS kamerová snímacia hlavica	áno	áno
3.2	Redukcia moiré efektu	áno	áno
3.3	Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno
3.4	Autoklávovateľnosť kamerovej hlavice	áno	áno
3.5	Ovládacie tlačidlá funkcií kamery	min. 3 tlačidlá	7 tlačidiel
3.6	Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery	áno	áno, 3 tlačidlá
4.	Monitor s UHD rozlíšením 2 ks		
4.1	2D a 3D zobrazenie	áno	áno
4.2	Zobrazovacia norma	BT.2020	BT.2020
4.3	Rozlíšenie	min. 1920 x 1080 pixel max. 4096 x 2162 pixel	4096 x 2162 pixel
4.4	Uhlopriečka monitora	min. 31"	31"

5.	Insuflátör 1 ks		
5.1	Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt	áno	áno
5.2	Maximálny prietok CO ₂	45 litrov/minútu	45 litrov/minútu
5.3	Ukazovateľ celkového objemu použitého CO ₂ počas výkonu	áno	áno
5.4	Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysokoenergetickým prístrojom	áno	áno
5.5	Systém automatického odsávania dymu	áno	áno
5.6	Možnosť pripojenia do centrálného rozvodu medicínskych plynov	áno	áno
5.7	Tlaková hadica	áno	áno
6.	Irigačné zariadenie 1 ks		
6.1	Rolerový systém	áno	áno
6.2	Rozsah prietoku irigácie	0,1 - 2 litre/minútu	0,1 - 2 litre/minútu
6.3	Rozsah tlaku irigácie	5 - 150 mmHG	5 - 150 mmHG
6.4	Kapacita odsávania	max. 2 litre/minútu	max. 2 litre/minútu
6.5	Irigačné hadice	min. 2 ks	2 ks
7.	Stojan pre laparoskopickú zostavu 1 ks		
7.1	Zabudované, pohyblivé, výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor	áno	áno
7.2	Integrovaná elektroinštalácia s oddel'ovacím transformátorom	áno	áno
7.3	Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane	áno	áno
7.4	Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery	áno	áno
7.5	Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach	áno	áno
8.	Inštrumentárium		
8.1	Optika	1 ks, priemer min. 10 mm a uhlom zobrazenia 30°	1 ks, priemer 10 mm, uhol zobrazenia 30°
8.2	Svetlovodný kábel	1 ks, dĺžka min. 3 m	1 ks, dĺžka 3 m
8.3	Sukčný/ irigačný tubus	1 ks, áno	1 ks, áno
9.	Elektrochirurgická jednotka		
9.1	Maximálny výkon	min. 320 W	320 W
9.2	Počet režimov pre monopolárny rez	min. 4 režimy	4 režimy
9.3	Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu	min. 4 režimy	4 režimy
9.4	Počet režimov pre bipolárny rez	min. 2 režimy	2 režimy
9.5	Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu	min. 6 režimov	6 režimov
9.6	Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	áno	áno
9.7	Ovládanie nastavení dotykovým displejom	áno	áno
9.8	Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov	áno	áno
9.9	Možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky	áno	áno
9.10	Systém automatického odsávania dymu insuflátörom pri použití elektrochirurgickej jednotky	áno	áno
10.	Generátor, ultrazvukový skalpel		

10.1	S duálnou technológiou – ultrazvuk – pokročilý bipolár určený pre koaguláciu a rez mäkkých tkanív bez nutnosti dodatočného izolovania pacienta	áno	áno
10.2	Ovládanie nastavení pomocou dotykového displeja	áno	áno
10.3	Automatické rozpoznanie inštrumentov	áno	áno
10.4	Koagulácia ciev min. do 7 mm	áno	áno
10.5	Ovládanie ručné a nožné	áno	áno
10.6	Automatická diagnostika zariadenia ako i používaných inštrumentov	áno	áno
10.7	Prevodník	áno	áno
10.7.1	- kompletne izolované a vodotesné – umožňujú ich čistenie a sterilizáciu pre viacnásobné používanie	áno	áno
10.7.2	- životnosť minimálne 100 cyklov	áno	áno
10.8	Inštrumenty		
10.8.1	- nožnice v 5 mm prevedení a dĺžkach od min. 9 – 45 cm, s InLine alebo pistol rukoväť	áno	áno
11.	Záznamové zariadenie		
11.1	Jedno alebo dvojkanálový digitálny rekordér	áno	áno
11.2	Full HD digitalizačné zariadenie na digitalizáciu videa	áno	áno
11.3	Zaznamenávanie videosekvencií a obrázkov na internej jednotke, externom médiu USB alebo nahratie obrázkov do špecializovaného systému správy zdravotníckych informácií	áno	áno
11.4	Pre dvojkanálový rekordér – možnosť nahrávať signály z oboch kanálov súčasne	áno	áno
11.5	Zariadenie prevádzkované cez dotykový monitor, ktorý je súčasťou súpravy alebo spravované vzdialene z ľubovoľného počítača spustenom v nemocničnej sieti	áno	áno
11.6	Spustenie nahrávania pomocou tlačidla v menu, nožným tlačidlom (ktoré sú súčasťou celku) alebo pomocou tlačidiel na hlave pripojenej kamery	áno	áno
11.7	Integrácia s PACS (DICOM Worklist/ export)	áno	áno
11.8	Schopnosť prevádzkovať DICOM MPPS	áno	áno
11.9	Schopnosť definovať nahrávacie knižnice, ktoré vám umožnia spravovať prístupové práva k zhromažďovaniu údajov	áno	áno
11.10	Kategórie knižnice:		
11.11	- súkromné, obsahujúce nahrávky a obrázky vytvorené užívateľom sú k dispozícii len pre nich, s možnosťou sprístupniť ostatným užívateľom	áno	áno
11.12	- pobočka, obsahujúce nahrávky a obrázky vytvorené užívateľmi patriacich do skupiny (pobočka) a sú k dispozícii pre túto skupinu	áno	áno
11.13	- verejné, obsahujúce nahrávky a obrázky k dispozícii všetkým užívateľom oprávneným na prístup k systému	áno	áno
11.14	Schopnosť definovať zoznam chirurgických zákrokov	áno	áno
11.15	Dostupné metódy a postupy registrácie pacienta: - manuálne zavedenie údajov o pacientoch - zhromažďovanie údajov o pacientoch a postupy prostredníctvom pracovného zoznamu DICOM modality - rýchla registrácia s automatickým vstupom vopred definovaných dát pre núdzové postupy, s možnosťou neskoršej editácie	áno	áno

11.16	Možnosť pridávať anotácie (poznámky) k obrázkom a nahrávkam a uložiť ich do systému	áno	áno
11.17	Porovnávací režim, ktorý porovnáva dva postupy na rovnakej obrazovke (napr. porovnanie bežiacieho pásu a archív postup)	áno	áno
11.18	Možnosť pridávať fotografie a nahrávky priamo z pripojených mobilných zariadení (smartphone, tablet) pracujúcich na nemocničnej sieti. Systém generuje QR kód, ktorý obsahuje prepojenie na konkrétny postup, ktorý je možné čítať pomocou mobilného zariadenia. Ako náhle je odkaz aktivovaný, fotografie alebo videá môžu byť pridané do postupu priamo z pripojeného mobilného zariadenia.	áno	áno
11.19	1TB interný pevný disk	áno	áno
11.20	Formát nahrávania obrázkov: JPG alebo BMP	áno	áno
11.21	Formát nahrávania videa: MPEG-4	áno	áno
11.22	Video vstup: 2x EasyLink (BNC-F) alebo SDI (BNC-F)	áno	áno
11.23	Video výstupy: DVI-D, DisplayPort, VGA	áno	áno
11.24	Zvukový vstup: 2x 3,5 mm Mini Jack	áno	áno
11.25	Zvukové výstupy: 3,5 mm Mini Jack	áno	áno
11.26	RS-232 komunikačný port: 2x konektor DB9	áno	áno
11.27	Porty USB: - predný panel 2x USB 2,0 - na zadnom paneli 2x USB 2,0; 4x USB 3,0	áno	áno
11.28	1GB/s RJ45 Ethernet rozhranie	áno	áno
11.29	Napájanie 100-240V 50/60Hz	áno	áno
11.30	IEC 60601-1, zariadenie spĺňajúce požiadavky IEC 60601-2	áno	áno
11.31	Vstavaný núdzový Napájací modul pre bezpečné vypnutie systému v prípade výpadkov prúdu	áno	áno

V Žiari nad Hronom, dňa 28.06.2023

Martin Továrek, konateľ
ULTRAMED, s.r.o.

Detail pohybu

IBAN:

Názov účtu: **ULTRAMED, Š.R.O.**



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba
Účet:	
SWIFT kód banky:	SPSRSKBA
Prijemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	26.06.2023
Dátum zúčtovania:	26.06.2023
Suma:	2300,00 EUR
Referencia platiteľa:	/VS442022/SS/KS0558
Informácia pre prijemcu:	ULTRAMED s.r.o.-zabezneka-Laparoskopicka zostava
Popis transakcie:	
Referencia banky platiteľa:	
Pôvodná suma:	2300,00 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii.

IB - 26.06.2023 10:43:42, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČO: 00686930, DIČ: 2020408522

Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.