



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID: 36478**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004331-002

Vybavuje/linka
Mgr. Mihaldová /+421250944542

Bratislava
08.06.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Zariadenie pre expertízu činnosť“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“.

Otázka č. 1:

Vpichový merač vlhkosti pôdneho krytu (7. časť zákazky)

Kalibrácia 1x ročne bude prebiehať u týchto zariadení (53 ks) na mieste dodania, u dodávateľa alebo bude kalibrácia prebiehať na rôznych miestach Slovenska? Otázka je zameraná na logistiku kalibrácie 53 ks zariadení.

Koľko kalibrácií má byť v cene prístroja? (napr. v cene jedna kalibrácia po dobu 1. roka alebo dve kalibrácie po dobu 2. rokov,).

Majú byť prístroje dodané už vrátane kalibrácie s kalibračným certifikátom?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje kalibráciu raz ročne v mieste dodania po dobu trvania záručnej doby.

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje dodať predmet zákazky vrátane kalibrácie – doloženú certifikátom alebo kalibračným listom.

Otázka č. 2:

Zariadenie na stanovenie vlhkosti materiálov na gravimetrickom princípe (6. časť zákazky)

Kalibrácia 1x ročne bude prebiehať u týchto zariadení (53 ks) na mieste dodania, u dodávateľa alebo bude kalibrácia prebiehať na rôznych miestach Slovenska? Otázka je zameraná na logistiku kalibrácie 53 ks zariadení.

Koľko kalibrácií má byť v cene prístroja? (napr. v cene jedna kalibrácia po dobu 1. roka alebo dve kalibrácie po dobu 2. rokov,).

Majú byť prístroje dodané už vrátane kalibrácie s kalibračným certifikátom?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje kalibráciu raz ročne v mieste dodania po dobu trvania záručnej doby.

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje dodať predmet zákazky vrátane kalibrácie – doloženú certifikátom alebo kalibračným listom.

Verejný obstarávateľ **dopĺňa** v prílohách č. 1.1 – 1.9 *Opis predmetu zákazky/Vzor vlastného návrhu plnenia* bod 3. nasledovne:

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- *dodanie tovaru do miesta dodania*

- vyloženie tovaru v mieste dodania
- inštalácia prístroja vrátane jeho súčastí, nastavenie prístroja a všetkých funkcií
- školenie obsluhy pre 3 zamestnancov na mieste dodania
- poskytovanie servisnej služby počas záručnej doby – 1x ročne technická prehliadka spojená s údržbou a opravou
- bezplatné telefonické konzultácie a „vzdialená diagnostika“ pri problémoch so správnym fungovaním prístroja
- pravidelná kalibrácia **v mieste dodania počas trvania záručnej doby** (1x ročne) - doložená certifikátom alebo kalibračným listom.

Verejný obstarávateľ zároveň **dopĺňa** v prílohách č. 1.1 – 1.9 Opis predmetu zákazky/Vzor vlastného návrhu plnenia **nový bod 8.:**

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar kalibrovaný (kalibráciu požaduje preukázať certifikátom alebo kalibračným listom).

Uvedené zmeny budú zverejnené novou verziou súťažných podkladov v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému na elektronickej tabuli <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42081/summary> .

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR