



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID: 36478**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004331-003

Vybavuje/linka
Mgr. Mihaldová /+421250944542

Bratislava
21.06.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 2

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Zariadenie pre expertízu činnosť**“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“.

Otázka č. 1:

4. časť zákazky "Zariadenie na kryogénnu homogenizáciu vzoriek"

V Prílohe 1.4. je požadované dodať tovar kalibrovaný a kalibrácia 1x ročne počas trvania záručnej lehoty, oboje doložené certifikátom alebo kalibračným listom. Obstarávané zariadenie nie je merací prístroj, ale je to zariadenie na prípravu a úpravu vzoriek pred meraním. K takýmto zariadeniam výrobcovia neposkytujú žiadne kalibrácie a ani nie sú pre správne fungovanie zariadenia výrobcami požadované. Preto navrhujeme požiadavku na prvotnú a následné kalibrácie vypustiť zo súťažných podkladov.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ **súhlasí** a v prílohe č. 1.4 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (4. časť zákazky) vypúšťa z bodu 3. „S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby“ požiadavku na pravidelnú kalibráciu v mieste dodania počas trvania záručnej doby (1x ročne) - doloženú certifikátom alebo kalibračným listom a zároveň vypúšťa bod 8.: Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar kalibrovaný (kalibráciu požaduje preukázať certifikátom alebo kalibračným listom). Verejný obstarávateľ zároveň **dopĺňa** do prílohy č. 1.4.: „**OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY: 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky pri položke č. 1: Osvedčenie o EU typovej skúške alebo Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený dokument musí byť predložený v slovenskom jazyku.**“

Otázka č. 2:

8. časť zákazky "Zariadenie na na redukciu veľkorozmerných vzoriek"

- V Prílohe 1.8. je požadované dodať tovar kalibrovaný a kalibrácia 1x ročne počas trvania záručnej lehoty , oboje doložené certifikátom alebo kalibračným listom. Obstarávané zariadenie nie je merací prístroj, ale je to zariadenie na prípravu a úpravu vzoriek pred meraním. K takýmto zariadeniam výrobcovia neposkytujú žiadne kalibrácie a ani nie sú pre správne fungovanie zariadenia výrobcami požadované. Preto navrhujeme požiadavku na prvotnú a následné kalibrácie vypustiť zo súťažných podkladov.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ **súhlasí** a v prílohe č. 1.8 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (8. časť zákazky) vypúšťa z bodu 3. „S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby“ požiadavku na pravidelnú kalibráciu v mieste dodania počas trvania záručnej doby (1x ročne) - doloženú certifikátom alebo kalibračným listom

a zároveň vypúšťa bod 8.: *Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar kalibrovaný (kalibráciu požaduje preukázať certifikátom alebo kalibračným listom). Verejný obstarávateľ zároveň **doplňa** do prílohy č. 1.8.: „OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY: 1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky pri položke č. 1: Osvedčenie o EU typovej skúške alebo Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený dokument musí byť predložený v slovenskom jazyku.“*

Otázka č.3:

1.časť zákazky " Zariadenia I "

Otázka: Predmet obstarávania sa štandardne používa s chladenou pieckou od - 40°C a hermeticky uzatvárateľnými konkávnymi kelímkami. Bude VO požadovať preberanie v tomto štandardnom režime, alebo požaduje špeciálne podmienky prevádzky? Otázka sa vzťahuje na obe položky 1. časti zákazky.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ súhlasí a v prílohe č. 1.1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (1. časť zákazky) dopĺňa **nový bod 9.** nasledovne:

*„Verejný obstarávateľ **pri položke č. 1 a č. 2** požaduje prevádzku tovaru v štandardnom režime s chladením piecky - 40°C a uzatvárateľnými konkávnymi kelímkami. Predmet zákazky sa bude preberať s využitím konkávných hliníkových 40 uL kelímok, ako aj korundových 80 uL a korundových 3 ml kelímok. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky úplný so štartovacím kítom uvedených kelímok, aj s nástrojom na uzatváranie kelímok vrátane sady referenčných kalibračných materiálov.“*

Otázka č.4:

2. časť zákazky " Zariadenia na sledovanie exotermických procesov "

Otázka: Predmet zákazky je konfigurovateľný pre prácu v rôznych meracích režimoch a nastaveniach (izobarický, izoperibolický, izochorický ...) V akom režime a nastavení požaduje VO dodať predmet zákazky?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ **súhlasí** a v prílohe č. 1.2 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (2. časť zákazky) dopĺňa špecifikáciu položky č. 1 „Zariadenia na sledovanie exotermických procesov“ nasledovne:

„Režim fungovania: v izoperibolickom krokovom a dlhodobom režime, v skenovacom móde pre jednu pec, s automatickým vyhodnocovacím SW (nastavené už pri dodaní tovaru).“

Vzhľadom na doručení žiadosť a s tým súvisiace vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky verejný obstarávateľ v súlade § 21 ods. 4 zákona mení stanovené procesné lehoty nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: „26.06.2023 10:00“

Nová lehota na predkladanie ponúk: „29.06.2023 10:00“

Pôvodná lehota otvárania ponúk: „26.06.2023 11:00“

Nová lehota otvárania ponúk: „29.06.2023 11:00“

Uvedené zmeny budú zverejnené novou verziou súťažných podkladov v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému na elektronickej tabuli.

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR