



V Považskej Bystrici dňa 04.08.2023

VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Predmet zákazky: „**Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia**“ **Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 131/2023 pod značkou 22163-MST dňa 06.07.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 126-402192 dňa 04.07.2023. Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Žiadosť doručená dňa 3.8.2023

Znenie žiadosti:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Pri položke Kovová šatňová skriňa (č.pol. 6/Z) je uvedené :

kovová šatňová skriňa delená s lavičkou , štvordverová šatňová skriňa š. dielu 300 mm, uzamykateľná, vnútorné vybavenie: vešiaková tyč s háčikom, držiak na topánky, pred skrinkou lavička; Rozmery: 1x300; 4. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie.

Poprosíme o upresnenie hĺbky a výšky, aj to či je bez nožičiek alebo na nožičkách?

Ak táto hodnota nie je uvedená očakávate vlastný návrh záujemcu?

Odpoveď

Šírka 300mm

Hĺbka 600mm

Výška 1800mm

Podrobná špecifikácia položky je doplnená o schématický obrázok a popis výrobku navrhnutý projektantom vid' príloha k súťažným podkladom „Výkaz zámočníckych výrobkov“

Pri položke Kovová šatňová skriňa (č.pol. 7/Z) je uvedené:

kovová šatňová skriňa delená s lavičkou , štvordverová šatňová skriňa, š. dielu 300mm, uzamykateľná, vnútorné vybavenie: vešiaková tyč s háčikom, držiak na topánky, skrinka na nožičkách; Rozmery: 1200x500/815x2090; Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie.

Je táto položka rovnaká ako položka č. 6/Z?

Odpoveď

Šírka 1200

Hĺbka – 500

Výška celková s lavičkou 2090mm

Výška jedného dielu skrinky 815 – sú dva diely nad sebou + lavička spolu je to 2090mm



Podrobná špecifikácia položky je doplnená o schématický obrázok a popis výrobku navrhnutý projektantom vid' príloha k súťažným podkladom „Výkaz zámočnických výrobkov“

Pri položke kovový atypický regál (č.pol. Z/16) je uvedené:

kovový atypický regál, š. poličky 350mm nastaviteľná po 50mm, povrch umývateľný, antibakteriálny; Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie.

Poprosíme doplniť výšku a hĺbku.

Ak táto hodnota nie je uvedená očakávate vlastný návrh záujemcu?

Odpoveď

Šírka 1140mm

Hĺbka 300mm

Výška 1800mm

Podrobná špecifikácia položky je doplnená o schématický obrázok a popis výrobku navrhnutý projektantom vid' príloha k súťažným podkladom „Výkaz zámočnických výrobkov“

Pri položke skriňa na nástroje a pomôcky (č.pol. 5.31-05, 5.32-05) je uvedené :

Presklená kovová skriňa na nástroje a pomôcky rozmery max. 600/450/1800, uzamykateľná v horných dvoch tretinách presklená s dvoma sklenenými poličkami, spodná časť plná s jednou sklenenou poličkou. Požadujeme pred zadaním do výroby odsúhlasiť a schváliť materiálové a farebné prevedenie.

Bude zadávateľ akceptovať kovovú skriňu , ktorá v tejto šírke tj. 600 mm bude presklená, nie v dvoch tretinách ale po celej výške?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať kovovú skriňu presklená po celej výške.

Všeobecne by sme radi poprosili zadávateľa o doplnenie či sú skrine alebo šatníky bez nožičiek alebo s nožičkami.

Odpoveď

Pokiaľ nie je priamo v technickej špecifikácii uvedené, že má byť skriňa alebo šatník na nožičkách verejný obstarávateľ požaduje skrine a šatníky bez nožičiek.