



Všetkým známym záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov-1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Pumpy a dávkovače

Otázka uchádzača -1

Verejný obstarávateľ v Opise technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre položku č. I. – V. požaduje pre Režim dávky – podávanie na základe koncentrácie lieku Minimálne dostupné jednotky dávky: „ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m_l/h, mg/m_l/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h“

Náš dodávateľ uvádza hodnoty v nasledovných jednotkách: „ng/kg/min, ng/kg/h,ug/kg/min, ug/kg/h,ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvádzanie hodnôt v týchto jednotkách?

Odpoveď verejného obstarávateľa – 1:

Nie. Verejný obstarávateľ trvá na hodnotách technických parametrov stanovených v Prílohe č. 2 SP/Zmluvy - Opis technicko-medicínskych parametrov súťažných podkladov.

Otázka uchádzača -2

Verejný obstarávateľ v Opise technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre položku č. I. – III. požaduje alarm a predalarm pre varovanie o nutnosti preventívnej údržby.

Náš výrobca poskytuje pre svoje zariadenia každé 2 roky rutinnú údržbu. Bude verejný obstarávateľ akceptovať túto možnosť namiesto signalizácie nutnosti preventívnej údržby?

Odpoveď verejného obstarávateľa – 2:

Nie. Verejný obstarávateľ trvá na hodnotách technických parametrov stanovených v Prílohe č. 2 SP/Zmluvy - Opis technicko-medicínskych parametrov súťažných podkladov.

Ing. Michal Plesník
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa