

Vysvetlenie SP č. 1

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 11.10.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje v bode B-Opis predmetu zákazky, v bode 1.1, časť 2 – Hemokultivačný systém, technická špecifikácia prístroja, bod 3 – fluorescenčná metóda detekcie rastu mikroorganizmov.

Otázka č. 1 – Hemokultivačný systém

V bode 3. uvádzate ako požadovanú fluorescenčná metóda detekcie rastu mikroorganizmov vo vzorke. V hemokultivačných systémoch sa okrem Vami uvedenej metódy štandardne používa kolorimetrická metóda detekcie rastu mikroorganizmov vo vzorke. Obe metódy, ako potvrdzujú mnohé štúdie, preukazujú rovnakú spoľahlivosť a citlivosť. Prosíme o informáciu, či budete akceptovať aj túto metódu detekcie v predloženej ponuke.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať obe metódy detekcie rastu mikroorganizmov vo vzorke, t.j. fluorescenčnú metódu, aj kolorimetrickú metódu detekcie rastu mikroorganizmov vo vzorke

V Myjave, 12.10.2023