



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného  
dynamického nákupného systému ID: 18656**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE-VO1-2023/004964

Vybavuje/linka  
Mgr. Mihaldová /+421250944542

Bratislava  
24.11.2023

**Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky**

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Termovízna kamera so softvérom**“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS“.

**Otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ v Prílohe č.1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky / Vzor vlastného návrhu plnenia požaduje termovíznu kameru so SW na analýzu vytvorených snímok v slovenskom alebo českom jazyku. Bude verejný obstarávateľ akceptovať termovíznu kameru so štandardným SW v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná iba o jeden kus termovíznej kamery a žiadny výrobca kvôli takémuto množstvu nebude upravovať svoj základný SW pre potreby koncového zákazníka?

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ **súhlasí** v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia dopĺňa špecifikáciu položky č. 1 - *Termovízna kamera* nasledovne:

*Pôvodný parameter: SW: Na analýzu vytvorených snímok v slovenskom alebo českom jazyku*

*Nový parameter: SW: Na analýzu vytvorených snímok v slovenskom, českom alebo **anglickom** jazyku.*

**Otázka č. 2:**

Dobrý den, máme zájem se zúčastnit tohoto výběrového řízení. Rádi bychom si ujasnili dva parametry, které nejsou pro funkci termokamery stěžejní, nicméně naši účast znemožňují. Jde o parametr "rozlíšení displeje" a "rozlíšení hledáčku". Ve specifikaci požadujete, aby termokamera s rozlišením detektoru 640x480px měla rozlišení hledáčku a displeje 1280x960px (resp. 1024x768px). To znamená, že displej má větší rozlišení, než samotný detektor. Jinými slovy - displej/hledáček dopočítává pixely, které reálně detektor neposkytuje. Proto tento parametr námi nabízené termokamery nemají. Rozlišení displeje a hledáčku námi nabízených kamer odpovídá přesně rozlišení detektoru = obraz na displeji přesně odpovídá odezvě detektoru, není interpolován. Z tohoto důvodu se chceme zeptat, zda by bylo možné změnit tyto dva parametry v rámci specifikace výběrového řízení na hodnotu 640x480px = rozlišení shodné s rozlišením detektoru termokamery?

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ **súhlasí** v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia dopĺňa špecifikáciu položky č. 1 - Termovízna kamera nasledovne:

*Pôvodné parametre: Displej: dotykový LCD, Min. 4" (1280 x 720 px); Hľadáčik: Zabudovaný 1024 x 768 px, digitálny zoom*

*Nové parametre: Displej: dotykový LCD, **min. 640 x 480 px**; Hľadáčik: Zabudovaný **min. 640 x 480 px**, digitálny zoom.*

Uvedené zmeny budú zverejnené novou verziou súťažných podkladov v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému na elektronickej tabuli.

S pozdravom

.....  
**Mgr. Ľubomír Kubička**

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR