



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Ing. Michal Plesník

062/6566 838

michal.plesnik@fntn.sk

Trenčín

06.12.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Jednorovinový angiografický systém
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 22.11.2019, pod č. 2019/S 226-553522 a vo Vestníku VO č. 240/2019 dňa 25.11.2019 pod sp. zn. č. 34109-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie zo dňa 05.12.2019, poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie.

Otázka záujemcu 1

V technickej špecifikácii predmetu zákazky v riadku č. 2.4 požadujete:
Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 74 - 102,5 cm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie s Motorizovaným vertikálnym pohybom dosky stola v rozsahu min. 78 - 102,5 cm?

Odpoveď verejného obstarávateľa 1:

Verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 2 Súťažných Podkladov — Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností — Technická špecifikácia - časť 2. Vyšetrovací stôl, bod 2.4 v rámci Oznámenia verejného obstarávateľa o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu nasledovne: „**Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 78 - 102,0 cm**”

Upravená Príloha č. 2 súťažných podkladov je zverejnená v rámci dokumentov v systéme Josephine.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa