

Kupujúci:
 Typ zákazky:
 Predmet zákazky:
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava

1. Biologické srdcové stentované chlopne pre aortálne ústie (flexibilný stent)

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.	Prasačí xenotransplantát pre supraanulárnu implantáciu, s trikompozitným dizajnom s ochranou cípov proti abrázii veľkostí 19-29 mm s nízkotlakovou fixáciou tkaniva a účinnou antikalciфикаčnou úpravou	áno
1.1	- nízky implantačný profil (pre veľkosť anulu 23 mm implantačná výška chlopne 13 mm)	áno
1.2	- ultrakrátke premývanie	áno

2. Biologické srdcové stentované chlopne pre mitrálne ústie (flexibilný stent)

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
2.	Prasačí xenotransplantát s trikompozitným dizajnom s ochranou cípov proti abrázii veľkostí 25-33 mm s nízkotlakovou fixáciou tkaniva a účinnou antikalciфикаčnou úpravou	áno
2.1	- nízky implantačný profil (pre veľkosť anulu 27 mm implantačná výška chlopne 9 mm), str. 7	áno
2.2	- systém na deflekciiu stentových výbežkov	áno
2.3	- ultrakrátke premývanie	áno

V Bratislave, dňa

.....
 Ing. Silvia Augustinová, konateľ