

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI A Z VYHODNOTENIA PONÚK

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Predmet zákazky:	CT prístroje Časť č. 1: CT prístroj č. 1
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024 VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST
Verejný obstarávateľ:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Postup zadávania zákazky:	☐ Podlimitná zákazka	
	☒ Nadlimitná zákazka:	
	☒ verejná súťaž	☐ súťažný dialóg
	☐ užšia súťaž	☐ inovatívne partnerstvo
	☐ rokovacie konanie so zverejnením	☐ priame rokovacie konanie

Komodita:	☒ Tovary	☐ Služby	☐ Stavebné práce
-----------	--	---------------------------------	---

Lehota na predkladanie ponúk:	07.02.2025 do 10:00 hod.
Termín otvárania ponúk:	07.02.2025 o 11:00 hod.

1. Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:

P. č.	Meno	Funkcia
1.	MUDr. Miroslav Malík, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky, predseda komisie
2.	MUDr. Peter Mikula, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky
3.	Ing. Iveta Cigáňová	členka s právom vyhodnocovať ponuky
4.	Mgr. Alexander Kanóc	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
5.	Mgr. Michal Machánek	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
6.	Mgr. Slavomír Pintér	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
7.	Ing. Martin Greguš	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
8.	Mgr. Lenka Lepotová	členka komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

2. Zoznam všetkých uchádzačov vrátane dátumu doručenia ponuky:

Uchádzač:	Dátum a čas doručenia ponuky prostredníctvom IS JOSEPHINE
MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 85101 Bratislava IČO: 17312001	06.02.2025 15:34:37
Unique Medical s. r. o Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava IČO: 46729429	06.02.2025 22:39:26
InMed Slovakia s.r.o Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava IČO: 36256871	06.02.2025 19:04:26

3. Poradie uchádzačov podľa vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk:

Poradie uchádzačov:	Uchádzač:	Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR (bez DPH)
1.	Unique Medical s. r. o Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava IČO: 46729429	2 219 000,00 EUR bez DPH
2.	InMed Slovakia s.r.o Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava IČO: 36256871	2 225 630,00 EUR bez DPH

4. Informácia o vyhodnotení ponuky:

Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia ponuky uchádzača na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka bola vyhodnocovaná tvorí Prílohu č. 1 a č. 3 tejto zápisnice.

5. Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzača na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka bola vyhodnocovaná tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.

6. Posúdenie mimoriadne nízkej ponuky:

Verejný obstarávateľ neidentifikoval mimoriadne nízku ponuku.

7. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

NEAPLIKOVALO SA.

8. Zoznam vylúčených uchádzačov/ponúk a dôvod ich vylúčenia:

MEDITRADE spol. s r.o. - v súlade s § 53 ods. 4 písm. c) zákona

9. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky:

Uchádzač (Názov a adresa uchádzača)	Dôvod úspešnosti ponuky
Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 IČO: 46 729 429	Uchádzač sa na základe kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia ponúknutá cena umiestnil na prvom mieste v poradí, splnil podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

10. Podiel subdodávok:

N/A

11. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

N/A

12. Závery:

Proces hodnotenia ponuky sa uskutočnil v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a súťažných podkladov, najmä § 66 ods. 7 zákona a § 55 ods. 1 zákona.

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi v súlade s § 55 ods. 2 zákona oznámiť úspešnému uchádzačovi výsledok vyhodnotenia predložených ponúk, t. j. prijatie ponuky a vyzvať úspešného uchádzača na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej na uzavretie zmluvy.

Voči neúspešným uchádzačom komisia odporúča verejnému obstarávateľovi postupovať v súlade s § 55 ods. 2 zákona.

13. Podpisy členov komisie:

P. č.	Meno	Funkcia	Podpis
1.	MUDr. Miroslav Malík, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky, predseda komisie	
2.	MUDr. Peter Mikula, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky	
3.	Ing. Iveta Cigáňová	členka s právom vyhodnocovať ponuky	
4.	Mgr. Alexander Kanóc	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
5.	Mgr. Michal Machánek	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
6.	Mgr. Slavomír Pintér	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
7.	Ing. Martin Greguš	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
8.	Mgr. Lenka Lepotová	členka komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Bratislave, dňa 11.06.2025

Zapísal: Ing. Martin Greguš

člen komisie

HODNOTIACI HÁROK - POŽIADAVKY NA PONUKU - VŠEOBECNÁ ČASŤ

Predmet zákazky:	CT prístroje časť: CT prístroj č. 1
Číslo obstarávania:	ÚVEÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024 VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST
Verejný obstarávateľ:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Uchádzač	Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 IČO: 46 729 429	Uchádzač č. 1
-----------------	--	----------------------

Všeobecná časť		Doklad	Poznámky
1.	Uchádzač predložil ponuku prostredníctvom systému IS JOSEPHINE do 07.02.2025, 10:00;	Splnil	06.02.2025 22:39:26
2.	Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;	Splnil	Výpis z obchodného registra SR Konatelia: Olga Probst Ing. Ronald Necpál Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
3.	Predmet zákazky je rozdelený na časti;	Splnil	

4.	Uchádzač nepredložil variantné riešenia ;	Splnil	
5.	Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka;	Splnil	
6.	Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch sú vyjadrené v mene euro;	Splnil	
7.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „ Všeobecné informácie o uchádzačovi “ uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;	Splnil	
8.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov;	N/A	Uchádzač nevytvoril skupinu dodávateľov.
9.	Ponuka obsahuje plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny dodávateľov a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov v súlade s formulárom, uvedeným v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, ak je uplatniteľné;	N/A	Uchádzač nevytvoril skupinu dodávateľov.
10.	Ponuka obsahuje doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti , uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, v súlade s Prílohou č. 4 , súťažných podkladov a Prílohou č. 13.1-13.3 súťažných podkladov (pozn.: je potrebné predložiť samostatne za uchádzača, navrhovaného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 7 súťažných podkladov, navrhované iné (tretie) osoby prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov) alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, alebo Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní;	Splnil	Predložil JED zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom Predložil zoznam referencií a referenciu Príloha č. 4 - zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom Predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 za uchádzača podpísané Ing. R. Necpál, konateľom, zo dňa 06.02.2025,

11.	Ponuka obsahuje zoznam iných (tretích) osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom Nebudú sa podieľať iné (tretie) osoby.
12.	Ponuka obsahuje zoznam dôverných informácií v zmysle bodu 23.3 a podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom Neobsahuje dôverné informácie.
13.	Ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť);	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom Nebudú sa podieľať subdodávatelia.
14.	Uchádzač predložil doklad o zložení zábezpeky v zmysle podmienok určených v Súťažných podkladoch. (50 000,00 EUR); Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2025 Dňa 23.04.2025 predĺžená lehota viazanosti ponúk do 07.02.2026	Splnil	Banková záruka SLSP č. 528/CC/16 – BG206 vo výške 50 000,- EUR Do 30.4.2025, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2025, ktorým sa predĺžila platnosť záruky do 07.02.2026
15.	Uchádzač predložil vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov, že súhlasí s obchodnými podmienkami vykonania predmetu zákazky, uvedenými vo Zväzku 2 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom
16.	Ponuka obsahuje informáciu, či uchádzač vypracoval ponuku sám , ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil; údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené podľa Prílohy č. 9 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom - Uchádzač ponuku vypracoval sám.

17.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie v zmysle Prílohy č. 11.1-11.3 súťažných podkladov (pozn.: je potrebné predložiť samostatne za uchádzača, navrhovaného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 7 súťažných podkladov, navrhované iné (tretie) osoby prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov);	Splnil	Príloha č. 11.1 - zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom
18.	Ponuka obsahuje súhlas so spracúvaním osobných údajov , podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom
19.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o neexistencii aplikovateľných sankcií podľa Prílohy č. 12 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom
20.	Ponuka obsahuje vyplnenú špecifikáciu ponúkaného zariadenia a návrh na plnenie kritérií podľa Zväzku 3 súťažných podkladov s uvedením identifikácie ponúkaného zariadenia (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov);;	Splnil	Zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. R. Necpál, konateľom
21.	Ponuka obsahuje Produktové listy / Manuály , resp. iné informačné materiály k ponúkaným zariadeniam preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených vo Zväzku 3 súťažných podkladov;	Splnil	ŽOV zo dňa 07.05.2025 (T: 5 PD) o vysvetlenie, nakoľko nie všetky parametre je možné explicitne vyhodnotiť z predloženej ponuky, odpoveďou zo dňa 15.05.2025 doplnené doklady preukazujúce splnenie požadovaných parametrov
22.	Ponuka obsahuje Dôkaz o vhodnosti ekvivalentných zariadení , ak je potrebný (alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať právo predložiť ekvivalentné zariadenie a požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných zariadení, vrátane podrobných špecifikácií.	N/A	

HODNOTIACI HÁROK Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

Predmet zákazky:	CT prístroje časť: CT prístroj č. 1
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024 VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST
Verejný obstarávateľ:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Uchádzač Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 IČO: 46 729 429		Uchádzač č. 1	
Osobné postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Výpisy z registra trestov (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, spoločnosť) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
3.	Potvrdenie sociálnej poisťovne max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
4.	Potvrdenie miestne príslušného Daňového úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
5.	Potvrdenie miestne príslušného Colného úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
6.	Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu	N/A	Zápis v ZHS
8.	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – čestné vyhlásenie	N/A	Zápis v ZHS

9.	Potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov (nahrádza bod 1 - 8)	Splnil	Registračné č.: 2023/2-PO-D2631 Platnosť zápisu do: 18.02.2026 https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/127698?ext=0&ico=46729429&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=17376fe11a3491a6defd1a019656d2f0
10.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO	Splnil	Čestné vyhlásenie zo dňa 06.02.2025 podpísané Ing. Ronaldom Necpálom, konateľom: Iné osoby: Ing. Ronald Necpál Ing. Olga Probst Pavel Hanuš Karel Beyer Vladimíra Horváthová ŽOV zo dňa 28.05.2025 (T: 2 PD) o vysvetlenie, nakoľko v zmysle ORSR je ako jediný spoločník: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., odpoveďou zo dňa 29.05.2025 doručené čestné vyhlásenie podpísané Ing. Ronaldom Necpálom dňa 06.02.2025, iné osoby: Ing. Ronald Necpál Ing. Olga Probst Pavel Hanuš Karel Beyer Vladimíra Horváthová PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s
11.	JED (nahrádza bod 1 – 7). Verejný obstarávateľ <u>umožňuje</u> vyplniť iba globálny údaj.	Splnil	Predložil JED, podpísaný konateľom

12.	Oprávnení podpisovať (štatutári/konatelia)	Splnil	https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=240563&SID=2&P=0 Konatelia: Olga Probst Ing. Ronald Necpál Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
13.	Zápis v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ¹	Splnil	https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10180 Dátum zápisu: 01.02.2017 Dátum výmazu: Nie je Dátum overenia: 27.05.2025
Finančné a ekonomické postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Nevyžaduje sa.	-	

Technická alebo odborná spôsobilosť		Doklad	Poznámky
1.	podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 4 súťažných podkladov, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti: dodanie CT prístroja, vrátane inštalácie a zaškolenia personálu. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.		Referenčné obdobie: 02.10.2021 - 02.10.2024 Dodávateľ: Unique Medical s.r.o. Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Plnenie: Multidetektorový počítačový tomograf CT s 5 ročnou záručnou dobou SOMATOM X. cite, výrobca Siemens.

¹ Verejný obstarávateľ Vás v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu, vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, lehotu plnenia, cenu dodaných tovarov v mene Euro bez DPH ku dňu predkladania ponuky a registračné číslo tejto referencie. V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvou, ktorá svojim trvaním presahuje rozhodné obdobie troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v zozname dodaných tovarov uviedol osobitne plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo dodané v rozhodnom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval uchádzač ako člen skupiny dodávateľov alebo ako subdodávateľ, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač zozname dodaných tovarov osobitne uviedol plnenia ako aj ich hodnotu, ktoré boli realizované priamo uchádzačom. V prípade, ak dodané tovary realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslil a započítal iba finančný objem, realizovaný ním samotným.	Splnil	Súčasťou bolo aj: školenie a inštalácia. Lehota plnenia: 27.09.2022 – 23.12.2022 Referencia zo dňa 06.03.2023. Hodnotenie plnenia: Uspokojivé
Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti, Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. <u>Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj pre všetky podmienky účasti.</u> Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle a za podmienok uvedených v ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v Eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v Eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2024 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.		
Celkové vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (splnil/nespnil)		Splnil

ZVÄZOK č. 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE NÁVRHU NA PLNENIE - časť č. 1: CT prístroj č. 1				
1				
celok	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého	vyhodnotenie (splnil/ nesplnil)
	Počet fyzických detektorov v osi z	min. 64	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 11
	Počet nesmiraných rezov na jednu rotáciu	min. 128	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 11
	Schopnosť nastaviť skenovací protokol s minimálne 128 obrazmi s maximálnou hrúbkou rezu 0,625 mm, a to v režimoch helikálneho a axiálneho skenovania, bez obmedzenia zorného poľa	min. 128 x max. 0,625	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	str. 11
	Celková aktívna kolikácia v smere osi z v izocentre	min. 38 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	str. 11
	Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku, nevhádzač rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parálne akvizíčné časy	max. 0,35 sek	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 14
	Najtenšia namínaná hrúbka rezu súčane vo všetkých vrstvách	max. 0,625 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	str. 11
	Rozsah fyzického alebo digitálneho náklonu gantry	min. ±30 °	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 7
	CT fluoroskopia – ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Obrazovka min. 19" monitor na stropnom zavesie. Nôžný spínač pre spustenie CT fluoroskopie.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 37 (produkčný list Somatom X.ceed)
	Priemer otvoru gantry	min. 700 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 3 a 7
	Absolútny výkon generátora	min. 100 kW	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 4
	Rýchlosť chladenia anódy	min. 1,38 MJ/min	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Rozsah voľby napätia RTG žiariča: lowest	max. 80 kV	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Rozsah voľby napätia RTG žiariča: highest	min. 135 kV	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu	min. 700 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najvyššom možnom kV	min. 500 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najnižšom možnom kV	min. 700 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8
	Maximálna nosnosť stola pri zachovaní prenosní pozície	min. 295 kg		splnil, str. 11
	Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z	min. 200 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 4 a 11
	Rýchlosť čposunu stola	min. 175 mm/s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 11
	Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní	min. 175 mm/s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 11
	Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF	min. 13 lp/cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 41
	Modulácia mAv priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase (3D modulácia mAv)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 26
	Nadstavba 3D modulácie: Orgánová modulácia mAv v reálnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiaciu, alebo kontrolovanie radiačnej berlivými clonami v miestach, ktoré sú citlivé na radiačnú.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 26
	Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene (nie sekvenčným skenovaním) spodným jedného bolusu kontrastnej látky	min. 16 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 35 - pozn. vyžaduje viacúčelový stôl
	Rozsah vyšetrenia dynamikkej 4D CT angiografie	min. 30 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 35 - pozn. vyžaduje viacúčelový stôl
	Rozsah vyšetrenia perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky	min. 10 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 34
	Modely pre kardio skenovanie na základe EKG gateingu vrátane EKG modulu pre pripojenie EKG zvodov, pre skenovanie srdca v ušľach físe	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 28
	3D kamera pre automatické umiestnenie pacienta do izocentru gantry	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 24
	Akvizíčná stanica			
		áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.12 (produkčný list Somatom X.ceed)
	počítačová jednotka s minimálne 4 jadrými procesorom s kmi takto minimálne 2,5 GHz		uchádzač súčasne uvedie počet jadier procesora a hodnotu kmi takto	
	operačná pamäť minimálne 8 GB RAM	min. 8 GB	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 12
	kapacitná veľkosť pevného disku HDD	min. 250 GB	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 12
	grafické rozhranie prispôbené počtu minotroz	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.12 (produkčný list Somatom X.ceed)
	sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.4 (produkčný list Somatom X.ceed)
	USB konektor pre pripojenie externých zariadení	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.4 (produkčný list Somatom X.ceed)
	DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávanía obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.4 (produkčný list Somatom X.ceed)
	diagnostický LCD monitor s uhlí opriešou min. 24 palcov	2 kls	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra uhlí opriešky	splnil, str. 4
	DICOM funkcionality nasledujúcom rozsahu	min. STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str.15 (produkčný list Somatom X.ceed)
	Konzola CT prístroja musí spĺňať: 1) schopnosť vykonávať kombináciu akvizíčných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností, - užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie skánených obrazov; - schopnosť vykonávať kombináciu akvizíčných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností, - typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálnych, helikálnych s nasledovnými možnosťami: a) možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetřovacích protokolov; c) programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimálizáciu mAv v reálnom čase skenovania; d) automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovaniu pacientovi (a) na základe odporúčenia scoutu CT; možnosť ovládania pohybov vyšetřovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dolu, a dopredu a von 3) funkciu "Bolus Tracking" a funkciu automatického štartu špirálneho skenu. 4) Oznamenie a upozornenie o prekrývaní nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetřovanú oblasť 5) Umožniť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárných, zakřivených a dvojito zakřivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu. 6) Skenovanie pomocou simultánneho využitia dvoch rôznych energií v tom istom okamihu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 (produkčný list Somatom X.ceed)
	možnosť zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakřesľovanie rovinných a zakřivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogamy hodnôt jednotlivých denzit píxelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzit píxelov pozdĺž akýchkoľvek línií, funkcie ROI a kalkulácie objemu a vzdialeností	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 21 (produkčný list Somatom X.ceed)
	zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadačom okne	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 6 9nogy.wia
	Automatická úprava FOV podľa potreby konkrétného pacienta	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5 + 15
	Základné MPR, MIP, minIP, 2D, 3D rekonštrukcie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5
	Iteratívna rekonštrukcia na báze raw dát	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 25
	Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5/6 + 28
	možnosť ovládania a pohybov vyšetřovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dolu, a do vnútra a von	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 4 (produkčný list Somatom X.ceed)
	Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matri 512x512	min. 60 obr./s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 13
	Vyšetřenie dynamikkej 4D CT angiografie cieľ	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 44 + 35
	Softvér pre automatické sledovanie syštenia kontrastnou látkou a automatické spustenie CT akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 26
	Softvér na 2D plánovanie a zavádzanie ihly s vyčítaním jedného, alebo viacerých axiálnych CT rezov pri perkutánných CT riadených intervenciách.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 36
	Softvér pre 3D plánovanie a navigácie ihly, pri všetkých druhoch perkutánných intervenčných zákrokov s uhlom vstupu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vstupu pre viacero ihli, meranie vzdialenosti a uhlov od bodu vstupu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle a režim skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režim pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D modulácou mA a orgánovou moduláciou	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 36, 37
	Laserový systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Zobrazenie vstupného bodu ihly a uhla vstupu pomocou laserom zobrazeného križa. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navigácie ihly.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 21, 38
	Softvér pre automatické vyhľadanie pľných nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5
	Softvér pre automatické odstránenie kostného tkaniva pri vyšetření neurovaskulárných cieľ pomocou DSA	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 34
	Softvér ovi vybavenie pre vyšetřenie pomocou virtuálnej endoskopie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 22
	Softvér ovi vybavenie pre vyšetřenie CRT denzitometrie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 35
	Softvér ovi vybavenie pre automatické vyhľadanie pľných nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5
	Softvér ovi vybavenie pre vyšetřenie neuro perfúzie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 6, 45
	Softvér pre izolovanie srdca od okoli ho tkaniva v 3D VRT a MIP rekonštrukcii	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 5
	Softvér na automatickú detekciu a označovanie stavov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 20
	Softvér pre cievnú analýzu s vyhodnotením cievných lézií s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: funkcie CPR rekonštrukcia, meraním CPR vzdialenosti a priemeru	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 22

DE spektrálne aplikácie: - zobrazenie monoenergetického skenu rôznych energií keV - zobrazenie jódových máp - zobrazenie VUE (virtual unenhanced) - zobrazenie fúzie VUE/jódové mapy - zobrazenie nekонтрастného obrazu VNC (Virtual non-contrast) - matri (ilová dekompozícia pre odčistenie kostnej drene a väpínka) - zobrazenie elektrónovej hustoty a efektívnej Z mapy - zobrazenie perfúzie FBV a jódovej mapy v pľúcach - zobrazenie rôznych módo (fúzia)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 32	
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie neuro perfúzie s vyhodnotením ASPECT skóre	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 34	
Softvér ového vybavenia pre trauma vyšetrenie - preddefinovaný layout pre automatickú detekciu a PACS rozšírenie podporára na inštalačnú licenciu, automatické zakázanie MP snímkový povrch ľavý a možnosť podporu detekcie fraktúr a tenkého povrchového hematému	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 33	
Výstupné DICOM RDSR reporty	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 26	
Vyhodnocovací systém				
Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Zadávateľ umožňuje vykonať upgrade existujúcich diagnostických aplikácií na serverov umiestnených v zadávateľovi a vybrať tak už zakúpenú licenciu a prístup všetkých grafických módo. Základným a neprekonateľným minimom je naplnenie celového stavu všetkých SW licencií. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri	min. 45 000	Uchádzač uvedie konkrétne hodnotu parametra	splní, str. 23 (prospekt syngo)	
vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všetkým funkcionálnym vyhodnocovacím systémom	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 25 (prospekt syngo)	
Základné licencie dostupné pre každú klientickú post-procesingovú stanicu:				
Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojitelnosťou vo formáte DICOM 3.0: •DICOM Send/Receive •DICOM Query/Retrieve •DICOM Ar chiving •DICOM Print •DICOM Worklist	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 15, 29 (produktový list syngo.via)	
Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 3 (produktový list syngo.via)	
HL7 Patient Information Reconciliation (PIR) pre konzistentnosť údajov napr. S RIS, NIS	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 38	
Softvérové základy poskytnutú všeobecnú možnosť 2D/3D/4D pre rutinné čítanie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 3, 4 (prospekt syngo)	
Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty jediným kliknutím	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 7 (prospekt syngo)	
Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami		Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“		
Prezentácia obrázkov: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MP, MP tenký, MiniP, VRT, VRT tenký	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 4 (prospekt syngo)	
Rozhranie eFHRcast na objemnú výmenu nálezo v riešení na podávanie správ od iných výrobcov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 3, 8 (prospekt syngo)	
Príprava štandardných výsledných správ a možností editácie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 6, 8 (prospekt syngo)	
Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozčítanie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu na zníženie času potrebného na načítanie pacienta	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 3 (prospekt syngo)	
Jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych módov a časovo vedľa seba	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 3 (prospekt syngo)	
Volumetrická analýza vrátane rôznych módo vizualizácie MPR, MIP, VRT rovnakej dátovej sady, možnosť medzi týmito módm ľubovoľne prepnáť a možnosť aktuálne zobrazovaný segment prepnúť do módu zobrazenia na celú obrazovku. Možnosť všetkých módo registrovať a prepínať tak, že manipuláciu s obrazom, vrátane interaktívneho prehliadania rezov a otáčania zobrazenia, je možné pozorovať synchronne.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 4 (prospekt syngo)	
Automatická 3D fúzia inými zobrazovacími modalitami z iného prístroja	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 4 (prospekt syngo)	
Protokoly pre 3D Volume Rendering rekonštrukciu a 3D fúziu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 7 (prospekt syngo)	
Plávajúce licencie inštalované na serveri umožňujú prácu na všetkých staniciach:				
Softvér pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie s endoskopickým zobrazením + automatické označovanie/hodnotenie polypov podľa CRADS	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 16 (prospekt syngo)	
Softvér pre bronchoskopiu s endoskopickým zobrazením	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 16 (prospekt syngo)	
Softvér pre hodnotenie pľúcneho tkaniva, emfyzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 17 (prospekt syngo)	
Softvér pre cievnú analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneurýzom s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: - automatické vylúčenie a kalifikácia a stenóz (ak softvér níe je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizínej konzoly s automatikou tvorbu originálneho objemu z raw dát) - automatické meranie nástroje vrátane prierezu dutinami - dynamická CT angiografie - kvantifikácia "time to peak"	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 10 (prospekt syngo)	
Softvérové pre vyšetrenie perfúzie možnosťou s kvantitatívnym hodnotením rôznych diagnostík ischemickej cievnnej mozgovej príhody	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 12 (prospekt syngo)	
Softvérov pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 17 (prospekt syngo)	
Softvér pre vyšetrenie multiotrážovej telovej perfúzie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 16 (syngo.via)	
Onkologický softvér vrátane možností: - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádorov / metastáz - Softvér pre automatické hodnotenie/vyhľadávanie pľúcnych nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 16 a 17 (syngo.via)	
Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami: - DECT farebné zobrazenie jódových máp vrátane kvantifikácie absorpcie jódu - DECT farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie a infilácie tumoru - DECT Zobrazenie VUE - DECT Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených cieľ - DECT rekonštrukciu monoenergetického skenu rôznych energií keV - DECT zobrazenie kalifikátov v cieľach - DECT angiografia - DECT vyhodnotenie krvácania v mozgu - DECT farebná vizualizácia obličkových kamíkov - DECT farebné zobrazenie s hromadenia kyseliny močovej - DECT detekcia pulmonálnych embólií	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 10 - 17 (syngo.via), produktový list str. 32	
HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne štvorjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,6 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 16 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB, 4) grafická rohranie PC prispôsobené požiadavkám CT prístroja 5) sieťové rohranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou ukladovania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou prídania prehliadača 9) Grafická karta s dvojitomonitorovým výstupom	5 ks	Uchádzač súčasne uvedie konkrétne hodnotu parametra pre bod: 1: počet jadier a kmitočet 2: operačnú pamäť 3: kapacitu pevného disku HDD	splní, str. 2 (produktový list Power ClientGK)	
Diagnostický, certifikovaný monitor s uhlopriečkou min. 21", s rozlíšením min. 2,1 megapixel	10 ks	Uchádzač súčasne uvedie konkrétne hodnotu parametra Uhlopriečka a rozlíšenia	splní, str. 9 (produktový list MQ43W)	
Holografický diagnostický systém				
HW pre holografické zobrazovanie	min. 4 ks	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ Uchádzač súčasne uvedie konkrétne hodnotu parametra	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
online zobrazenie hologramu na viacerých HW zariadeniach paralelne	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
SW pre holografické zobrazenie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
Softvérová 3D vizualizácia pomocou holografických skúlarov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
kompatibilita s CT prístrojom pre online vytvorenie hologramu v reálnom čase pri intervenčných zákrokoch	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
DICOM 3.0 kompatibilita	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
ovidenie H asom a gestami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
minimálne základné funkcie v holograme - rotovanie, rez štruktúr, zoom, označenie markerov, meranie vzdialeností a uhlov, rendering podľa štruktúr	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
CE certifikácia pre použitie pri intervenčných zákrokoch	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
možnosť min. 15 základných hlasových povelov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 2 (produktový list CLH)	
Príslušenstvo				
UPS záložný zdroj pre akvizíčnú stanicu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
injektor na kontrastnú látku	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Kamera snímajúca stav pacienta s vizuálnym výstupom na akvizíčnej stanici alebo separátnom monitore	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Podložky a pomôcky pre polohovanie pacienta	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spotrebného materiálu v CT vyšetrovni	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
nožný spínač na odčítanie vyšetrovacieho stola	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
nožný spínač na spustenie žiarenia počas intervenčných zákrokov vo vyšetrovni	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Návrh priestorového usporiadania dodávky, technologickej prjekt	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Záruka 24 mesiacov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
Záručný servis, počas záruky 1x bezodplatná výmena žiarivka	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana, nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom

	Inštalácia zariadenia pozostávajúci z: -kotvenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetónovanie nových betónových základov v podlahe, úprava kábelového kanála v podlahe; -kotvenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podlahe, z toho vyplývajúca úprava rozvodov a koncových prvkov VZT, úprava osvetlenia, úprava podlaždu, montáž kobráčok-konžtrukcií; -overenie kapacity hlavného privodu elektro pre CT, úprava resp. dodávka a montáž nového CT rozvádzača elektro; -napojenie na dvernú spínač preliekacích boxov, prediernené, zapojenie do CT rozvádzača; -napojenie na signalizačné svetlá nad dverami preliekacích boxov, zapojenie do CT rozvádzača; -v prípade že rúdzové vypínače OFF (AT) nemajú ochranný kryt, výmena za nové s krytom, -vypracovanie reálizačnej projektovej dokumentácie potrebnej k inštalácii a spusteniu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
Ostatné podmienky	oprava zariadenia	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Kompletné zaškolenie obsluhy v rozsahu 10 pracovných dní certifikovaným aplikačným špecialistom s certifikátom o spôsobilosti zaškolenia od výrobu pre dodávaný konkrétny typ CT prístroja	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Povolenie v súlade s platnou legislatívou so zákonom č. 97/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov na činnosti podľa § 28 ods. 2 písm. g) a § 28 ods. 6 písm. a) b)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	ŠUKL kód	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
Záručný servis	Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kúpivca neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živejnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie CT prístroja v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodávať nasledovné služby: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie CT prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúci garantovaný uptime prístroja: minimálne 99%	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Poskytnúte prehľadového reportovacieho a plánovacieho servisného online systému výrobu (prostredníctvom webu ochrany a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Poskytnúte a zabezpečíte riešenie výrobu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhoviejúce internetové pripojenie s verejnou sieťou IP adresou zabezpečené objektivizáciou)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Poskytnúte možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobu pre iOS aj Android a telefóny na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku	áno/nie	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom
	Poskytnúte prístup k elektronickej vzdelávacej platforme výrobu prístroja pre ponášaný CT prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne	áno/nie	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil	nie je uvedená strana, nakoľko požiadavka nie je technickým parametrom

Uchádzač / skupina dodávateľov	uchádzač vyplní názov spoločnosti
Adresa spoločnosti	uchádzač vyplní adresu spoločnosti
IČO	uchádzač vyplní IČO spoločnosti
Je uchádzač platiteľom DPH?	uchádzač uvedenie áno alebo nie

	názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
	cena za 1 ks CT prístroja bez: -1x bezodplatnej výmeny žiarivka počas záruky -predĺženej záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja -Inštalácii zariadenia pričom vyššie uvedené položky je potrebné oceniť samostatne	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
	1x bezodplatná výmena žiarivka počas záruky	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
	predĺženie záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
	Inštalácia zariadenia	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
	cena celkom	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH

V , dňa

.....
 meno a priezvisko, funkcia
 podpis