

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PODMIENOK ÚČASTI A Z VYHODNOTENIA PONÚK

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Predmet zákazky: **CT prístroje**
časť: CT prístroj č. 2

Číslo obstarávania: **ÚV EÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024**
VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST

Verejný obstarávateľ: **UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava**
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Postup zadávania zákazky: ☐ Podlimitná zákazka
☒ Nadlimitná zákazka:

☒ verejná súťaž ☐ súťažný dialóg
☐ užšia súťaž ☐ inovatívne partnerstvo
☐ rokovacie konanie so zverejnením ☐ priame rokovacie konanie

Komodita: ☒ Tovary ☐ Služby ☐ Stavebné práce

Lehota na predkladanie ponúk: **07.02.2025 do 10:00 hod.**

Termín otvárania ponúk: **07.02.2025 o 11:00 hod.**

1. Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:

P. č.	Meno	Funkcia
1.	MUDr. Miroslav Malík, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky, predseda komisie
2.	MUDr. Peter Mikula, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky
3.	Ing. Iveta Cigánová	členka s právom vyhodnocovať ponuky
4.	Mgr. Alexander Kanóc	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
5.	Mgr. Michal Machánek	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
6.	Mgr. Slavomír Pintér	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
7.	Ing. Martin Greguš	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
8.	Mgr. Lenka Lepotová	členka komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

2. Zoznam všetkých uchádzačov vrátane dátumu doručenia ponuky:

Uchádzač:	Dátum a čas doručenia ponuky prostredníctvom IS JOSEPHINE
MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 85101 Bratislava IČO: 17312001	06.02.2025 15:34:37
Unique Medical s. r. o Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava IČO: 46729429	06.02.2025 22:39:26
InMed Slovakia s.r.o Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava IČO: 36256871	06.02.2025 19:04:26

3. Poradie uchádzačov podľa vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk:

Poradie uchádzačov:	Uchádzač:	Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR (bez DPH)
1.	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 85101 Bratislava IČO: 17312001	1 350 000,00 EUR bez DPH
2.	Unique Medical s. r. o Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava IČO: 46729429	1 989 000,00 EUR bez DPH
3.	InMed Slovakia s.r.o Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava IČO: 36256871	2 023 500,00 EUR bez DPH

4. Informácia o vyhodnotení ponuky:

Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia ponuky uchádzača na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka bola vyhodnocovaná tvorí Prílohu č. 1 a 3 tejto zápisnice.

5. Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzača na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka bola vyhodnocovaná tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.

6. Posúdenie mimoriadne nízkej ponuky:

Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka bola vyhodnocovaná o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky dňa 28.05.2025 s termínom na doručenie odpovede do 5 pracovných dní. Uchádzač doručil odpoveď dňa 03.06.2025.

Komisia odpoveď uchádzača akceptuje, nakoľko uchádzač dostatočným spôsobom vysvetlil ponuku, ktorá sa komisii javila ako mimoriadne nízka.

NEAPLIKOVALO SA.

8. Zoznam vylúčených uchádzačov/ponúk a dôvod ich vylúčenia:

NEAPLIKOVALO SA.

9. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodu úspešnosti ponuky:

Uchádzač (Názov a adresa uchádzača)	Dôvod úspešnosti ponuky
MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 85101 Bratislava IČO: 17312001	Uchádzač sa na základe kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia ponúknutá cena umiestnil na prvom mieste v poradí, splnil podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

10. Podiel subdodávok:

GE HealthCare Slovensko, s.r.o. (14%, Inštalácia a záručný servis 24+24 mesiacov)

GE HealthCare Česká republika s.r.o. (0,01%, poradenstvo)

11. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

N/A

12. Závery:

Proces hodnotenia ponuky sa uskutočnil v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a súťažných podkladov, najmä § 66 ods. 7 zákona a § 55 ods. 1 zákona.

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi v súlade s § 55 ods. 2 zákona oznámiť úspešnému uchádzačovi výsledok vyhodnotenia predložených ponúk, t. j. prijatie ponuky a vyzvať úspešného uchádzača na poskytnutie súčinností nevyhnutnej na uzavretie zmluvy.

Voči neúspešným uchádzačom komisia odporúča verejnému obstarávateľovi postupovať v súlade s § 55 ods. 2 zákona.

13. Podpisy členov komisie:

P č.	Meno	Funkcia	Podpis
1.	MUDr. Miroslav Malík, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky, predseda komisie	
2.	MUDr. Peter Mikula, PhD.	člen s právom vyhodnocovať ponuky	
3.	Ing. Iveta Cigáňová	členka s právom vyhodnocovať ponuky	
4.	Mgr. Alexander Kanóc	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
5.	Mgr. Michal Machánek	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	
6.	Mgr. Slavomír Pintér	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	

7.	Ing. Martin Greguš	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
8.	Mgr. Lenka Lepotová	členka komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

V Bratislave, dňa 17.06.2025

Zapísal: Ing. Martin Greguš
člen komisie

HODNOTIACI HÁROK - POŽIADAVKY NA PONUKU - VŠEOBECNÁ ČASŤ

Predmet zákazky:	CT prístroje časť: CT prístroj č. 2
Číslo obstarávania:	<i>ÚV EÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024</i> <i>VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST</i>
Verejný obstarávateľ:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava <i>Pažítková 4, 821 01 Bratislava</i>

Uchádzač	MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 17 312 001	Uchádzač č. 1
-----------------	--	----------------------

Všeobecná časť		Doklad	Poznámky
1.	Uchádzač predložil ponuku prostredníctvom systému IS JOSEPHINE do 07.02.2025, 10:00;	Splnil	06.02.2025 15:34:37

2.	Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;	Splnil	Ing. Pavel Bohdal, konateľ Ing. Katarína Bohdalová, prokuristka Konateľ koná navonok v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis. Prokurista koná navonok v mene spoločnosti samostatne a v plnom rozsahu a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3248&SID=2&P=0
3.	Predmet zákazky je rozdelený na časti;	Splnil	
4.	Uchádzač nepredložil variantné riešenia ;	Splnil	
5.	Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.	Splnil	
6.	Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch sú vyjadrené v mene euro;	Splnil	
7.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti.
8.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov;	N/A	Uchádzač nevytvára skupinu dodávateľov.
9.	Ponuka obsahuje plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny dodávateľov a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov v súlade s formulárom, uvedeným v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, ak je uplatniteľné;	N/A	Uchádzač nevytvára skupinu dodávateľov.

10.	Ponuka obsahuje doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, v súlade s Prílohou č. 4, súťažných podkladov a Prílohou č. 13.1-13.3 súťažných podkladov (pozn.: je potrebné predložiť samostatne za uchádzača, navrhovaného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 7 súťažných podkladov, navrhované iné (tretie) osoby prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov) alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, alebo Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní;	Splnil	Príloha č. 4 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti. Príloha č. 13.1 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti MEDITRADE spol. s.r.o.. Príloha č. 13.2 zo dňa 31.01.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCare Česká republika, s.r.o. Príloha č. 13.3 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Rastislavom Tichým, konateľom spoločnosti GE HealthCare Slovensko, s.r.o. Príloha č. 13.3 zo dňa 05.02.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCare Česká republika, s.r.o.
11.	Ponuka obsahuje zoznam iných (tretích) osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti - Budú sa podieľať tretie osoby: GE HealthCare Česká republika s.r.o.

12.	Ponuka obsahuje zoznam dôverných informácií v zmysle bodu 23.3 a podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti - Neobsahuje dôverné informácie.
13.	Ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť);	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti Budú sa podieľať subdodávatelia: - GE HealthCare Slovensko, s.r.o. (14%, Inštalácia a záručný servis 24+24 mesiacov) - GE HealthCare Česká republika s.r.o. (0,01%, poradenstvo)
14.	Uchádzač predložil doklad o zložení zábezpeky v zmysle podmienok určených v Súťažných podkladoch. (50 000,00 EUR); Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2025, predĺžená lehota viazanosti ponúk dňa 23.04.2025 do 07.02.2026	Splnil	Výpis z účtu zo dňa 25.11.2024. platba vo výške 50.000,00 EUR.
15.	Uchádzač predložil vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov, že súhlasí s obchodnými podmienkami vykonania predmetu zákazky, uvedenými vo Zväzku 2 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti
16.	Ponuka obsahuje informáciu, či uchádzač vypracoval ponuku sám , ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil; údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené podľa Prílohy č. 9 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti - Uchádzač ponuku vypracoval sám.

17.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie v zmysle Prílohy č. 11.1-11.3 súťažných podkladov (pozn.: je potrebné predložiť samostatne za uchádzača, navrhovaného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 7 súťažných podkladov, navrhované iné (tretie) osoby prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov);	Splnil	Príloha č. 11.1 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti MEDITRADE spol. s.r.o. Príloha č. 11.2 zo dňa 31.01.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCere Česká republika, s.r.o. Príloha č. 11.3 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Rastislavom Tichým, konateľom spoločnosti GE HealthCare Slovensko, s.r.o. Príloha č. 11.3 zo dňa 05.02.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCare Česká republika, s.r.o.
18.	Ponuka obsahuje súhlas so spracúvaním osobných údajov , podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti
19.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o neexistencii aplikovateľných sankcií podľa Prílohy č. 12 súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 04.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti.
20.	Ponuka obsahuje vyplnenú špecifikáciu ponúkaného zariadenia a návrh na plnenie kritérií podľa Zväzku 3 súťažných podkladov s uvedením identifikácie ponúkaného zariadenia (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov);;	Splnil	Zo dňa 05.02.2025 podpísané Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti.

21.	Ponuka obsahuje Produktové listy / Manuály , resp. iné informačné materiály k ponúkaným zariadeniam preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených vo Zväzku 3 súťažných podkladov;	Splnil	Technická špecifikácia produktu Revolution ApexElite ŽOV zo dňa 18.03.2025 (T: 3 PD) o vysvetlenie, nakoľko nie všetky parametre je možné explicitne vyhodnotiť z predloženej ponuky, odpoveďou zo dňa 21.03.2025 doplnené doklady preukazujúce splnenie požadovaných parametrov ŽOV zo dňa 05.05.2025 (T: 5 PD) o vysvetlenie, nakoľko nie všetky parametre je možné explicitne vyhodnotiť z predloženej ponuky, odpoveďou zo dňa 12.05.2025 doplnené doklady preukazujúce splnenie požadovaných parametrov
22.	Ponuka obsahuje Dôkaz o vhodnosti ekvivalentných zariadení , ak je potrebný (alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať právo predložiť ekvivalentné zariadenie a požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných zariadení, vrátane podrobných špecifikácií.	N/A	

HODNOTIACI HÁROK Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

Predmet zákazky:	CT prístroje časť: CT prístroj č. 2
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. OJ S 192/2024, 591700-2024 z 02.10.2024 VVO č. 196/2024 z 03.10.2024 ozn. 24198 - MST
Verejný obstarávateľ:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA Bratislava Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Uchádzač MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 17 312 001		Uchádzač č. 1	
Osobné postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Výpisy z registra trestov (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, spoločnosť) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
3.	Potvrdenie sociálnej poisťovne max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
4.	Potvrdenie miestne príslušného Daňového úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
5.	Potvrdenie miestne príslušného Colného úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
6.	Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu	N/A	Zápis v ZHS
8.	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – čestné vyhlásenie	N/A	Zápis v ZHS

9.	Potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov (nahrádza bod 1 -8)	Splnil	Registračné číslo: 2023/1-PO-B1894 Platnosť zápisu do: 24.01.2026 https://www.uvo.gov.sk/udaie-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/100281?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=MEDITRADE&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=abd76b8bb7a5e343d7d9d04a429efc05
10.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO	Splnil	Príloha č. 13.1 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom spoločnosti MEDITRADE spol. s r.o.: Pôsobí iná osoba: - Ing. Pavel Bohdal - Ing. Katarína Bohdalová - MEDITRADE Group, s.r.o.
11.	JED (nahrádza bod 1 – 8). Verejný obstarávateľ <u>umožňuje</u> vyplniť iba globálny údaj.	N/A	Ing. Pavel Bohdal, konateľ Ing. Katarína Bohdalová, prokuristka

12.	Oprávnení podpisovať (štatutári/konatelia)	Splnil	Ing. Pavel Bohdal, konateľ Ing. Katarína Bohdalová, prokuristka Konateľ koná navonok v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis. Prokurista koná navonok v mene spoločnosti samostatne a v plnom rozsahu a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3248&SID=2&P=0
13.	Zápis v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ¹	Splnil	Dátum zápisu: 01.02.2017 Dátum výmazu: Nie je Dátum overenia: 27.01.2025 https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10241

Technická alebo odborná spôsobilosť		Doklad	Poznámky
1.	podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 4 súťažných podkladov, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti: dodanie CT prístroja, vrátane inštalácie a zaškolenia personálu.		Referenčné obdobie: 02.10.2021 - 02.10.2024 Dodávateľ: MEDITRADE spol. s r.o. CT prístroj pre potreby NÚDCH (objednávateľ: Národný ústav detských chorôb) Súčasťou bolo aj: školenie a inštalácia. Lehota plnenia: 27.11.2023 –

¹ Verejný obstarávateľ Vás v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu, vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, lehotu plnenia, cenu dodaných tovarov v mene Euro bez DPH ku dňu predkladania ponuky a registračné číslo tejto referencie. V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvou, ktorá svojim trvaním presahuje rozhodné obdobie troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v zozname dodaných tovarov uviedol osobitne plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo dodané v rozhodnom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval uchádzač ako člen skupiny dodávateľov alebo ako subdodávateľ, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v zozname dodaných tovarov osobitne uviedol plnenia ako aj ich hodnotu, ktoré boli realizované priamo uchádzačom. V prípade, ak dodané tovary realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslil a započítal iba finančný objem, realizovaný ním samotným.	Splnil	28.12.2023 Referencia č. 1298272 zo dňa 03.07.2024. Hodnotenie plnenia: Uspokojivé Dodávateľ: GE HealthCare Česká republika s.r.o. Osvedčenie o rozsahu a dobe plnenia zákazky: Dodanie prístroja CT Revolution Ascend, výrobca Genral Electric, vrátane inštalácie, zaškolenia a príslušných skúšok podľa platných zákonov. (objednávateľ: Stargen EU s.r.o.) Dátum plnenia predmetu zákazky: 07.10.2022.
Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti, Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. <u>Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj pre všetkv podmienkv účasti.</u> Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle a za podmienok uvedených v ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v Eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v Eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2024 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.		
Celkové vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (splnil/nesplnil)	Splnil	

SUBDODÁVATEĽ:**GE HealthCare Slovensko s.r.o.**

Osobné postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Výpisy z registra trestov (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, spoločnosť) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
3.	Potvrdenie sociálnej poisťovne max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
4.	Potvrdenie miestne príslušného Daňového úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
5.	Potvrdenie miestne príslušného Colného úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
6.	Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu	N/A	Zápis v ZHS
8.	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – čestné vyhlásenie	N/A	Zápis v ZHS
9.	Potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov (nahrádza bod 1 -8)	Splnil	Referenčné číslo: 2023/7-PO-D4403 Platnosť zápisu do: 31.07.2026 https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/100558?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=GE%20Healthcare&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=ba04cba7cd5dfd8af4e605dcdd72595c
10.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO	Splnil	Príloha č. 13.3 zo dňa 04.02.2025 podpísaná Ing. Rastislavom Tichým, konateľom spoločnosti GE HealthCare Slovensko, s.r.o.: Iná osoba: GE HealthCare International Benelux B.V.

11.	JED (nahrádza bod 1 – 8). Verejný obstarávateľ <u>umožňuje</u> vyplniť iba globálny údaj.	N/A	
12.	Oprávnení podpisovať (štatutári/konatelia)	Splnil	Ing. Rastislav tichý, konateľ V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis. https://www.orsr.sk/vvpis.asp?ID=14770&SID=2&P=0
13.	Zápis v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ²	Splnil	Dátum zápisu: 01.02.2017 Dátum výmazu: Nie je Dátum overenia: 28.02.2025 https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/8048

² Verejný obstarávateľ Vás v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

3.osoba/ subdodávateľ:

GE HealthCare Česká republika s.r.o. (tretia osoba) – na základe zmluvy na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti zo dňa 04.02.2025 podpísaný Ing. Radanom Wawrosom, konateľom GE HealthCare Česká republika s.r.o. a Ing. Pavlom Bohdalom, konateľom MEDITRADE, s.r.o. – v súlade s § 34 ods. 3 ZVO

Osobné postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Výpisy z registra trestov (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, spoločnosť) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
3.	Potvrdenie sociálnej poisťovne max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
4.	Potvrdenie miestne príslušného Daňového úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
5.	Potvrdenie miestne príslušného Colného úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
6.	Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu	N/A	Zápis v ZHS
8.	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – čestné vyhlásenie	N/A	Zápis v ZHS
9.	Potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov (nahrádza bod 1 -8)	Splnil	Referenčné číslo: 2024/6-PO-G7621 Platnosť zápisu do: 10.06.2027 https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/192764?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=GE%20Healthcare&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=3de3ce3861a5a5a541ab74ae42da4dcd

10.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO	Splnil	Príloha č. 13.2 zo dňa 31.01.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCere Česká republika, s.r.o.: - Nepôsobí iná osoba Príloha č. 13.3 zo dňa 05.02.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCare Česká republika, s.r.o. - Nepôsobí iná osoba Žov zo dňa 05.05.2025 (T: 5 PD) o vysvetlenie, nakoľko jediným spoločníkom je GE HEALTHCARE, odpoveďou zo dňa 12.05.2025 doplnené: Príloha č. 13.2 zo dňa 07.05.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCere Česká republika, s.r.o.: - Iná osoba: GE HEALTHCARE Súčasne doplnená informácia, že predmetné ČV sa vzťahuje aj k dátumu predloženia ponuky, t. j. 06.02.2025 Príloha č. 13.3 zo dňa 07.05.2025 podpísaná Ing. Radanom Wawroszom, konateľom spoločnosti GE HealthCare Česká republika, s.r.o.: - Iná osoba: GE HEALTHCARE Súčasne doplnená informácia, že predmetné ČV sa vzťahuje aj k dátumu predloženia ponuky, t. j. 06.02.2025
-----	---	--------	--

11.	JED (nahrádza bod 1 – 8). Verejný obstarávateľ <u>umožňuje</u> vyplniť iba globálny údaj.	N/A	
12.	Oprávnení podpisovať (štatutári/konatelia)	Splnil	RADAN WAWROSZ, konateľ Jednatel zastupuje společnost samostatné. https://or.iustice.cz/ias/ui/reistrik-firma.vysledky?subjektId=689221&typ=PLATNY
13.	Zápis v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ³	Splnil	Dátum zápisu: 27.05.2017 Dátum výmazu: Nie je Dátum overenia: 18.02.2025 https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/12615

³ Verejný obstarávateľ Vás v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

celok					vhodnotenie (splnil/ nespínil)
celok	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra poskytnutého uchádzačom		
	Počet fyzických detektorov v osi z	min. 64	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 6	
	Počet nazimáných rezov na jednu rotáciu	min. 128	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 6	
	Schopnosť nastaviť skenovací protokol s minimálne 128 obrázkami s maximálnou hrúbkou rezu 0,625 mm, a to v režimoch helikálneho a axiálneho skenovania, bez obmedzenia zorného poľa	min. 128 x max. 0,625	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 11/12	
	Celková aktívna dĺžka v smere osi z v zosentre	min. 38 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 6	
	Najkratší skenovací čas pre višebecznú diagnostiku, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizície	max. 0,35 sek	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 5	
	Napätie nasminaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách	max. 0,625 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Rozsah fyzického alebo digitálneho náklonu gantry	min. ±30 °	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	CT fluoroskopia – ovládač pre ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Obrázok minim. 19" monitor na stropnom zavesení. Nočný spínač pre spustenie CT fluoroskopie.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil str. 35 PL	
	Priemer otvoru gantry	min. 700 mm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 5	
	Absolútny výkon generátora	min. 100 kW	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 7	
	Rýchlosť chladenia anódy	min. 1,38 MHz/min	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8	
	Rozsah výžby napätia RTG štandard lowest	max. 80 kV	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8	
	Rozsah výžby napätia RTG štandard highest	min. 135 kV	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 8	
	Hodnota výžby maximálneho anódového prúdu	min. 700 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Hodnota výžby maximálneho anódového prúdu pri najvyššom možnom kV	min. 500 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Hodnota výžby maximálneho anódového prúdu pri najnižšom možnom kV	min. 700 mA	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície	min. 295 kg	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 9	
	Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špiráľnej akvizícii v osi Z	min. 200 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 9	
	Rýchlosť posunu stola	min. 175 mm/s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 9	
	Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní	min. 175 mm/s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF	min. 13 lp/cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 14	
	Modulácia mAs pri priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase (3D modulácia mAs)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 20	
	Nadstavba 3D modulácie: Originová modulácia mAs v reálnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiáciu, alebo kontrolovanie radiačie barytovými domami v miestach, ktoré sú citlivé na radiáciu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 20	
	Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky	min. 16 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 4	
	Rozsah vyšetrenie dynamicky 4D CT angiografie	min. 30 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Rozsah vyšetrenia perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky	min. 10 cm	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, prehľadanie výrobcu	
	Môžnosť pre kardio skenovanie na základe EKG pre anginu vrátane EKG modulu pre pripojenie EKG zariadenia, pre skenovanie srdca v určitej fáze	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu	
	3D kamera pre automatické umiestnenie pacienta do zosentre gantry	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 16	
	Akvizíčná stanica				
		áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 18	
	počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz		Uchádzač súčasne uvedie počet jadier procesora a hodnotu kmitočtu		
	operačná pamäť minimálne 8 GB RAM	min. 8 GB	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 18	
	kapacitná veľkosť pevného disku HDD	min. 250 GB	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 18	
	grafické rozhranie prispôbené počtu monitorov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil str.18 PL	
	sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil str.18 PL	
	USB konektor pre pripojenie externých zariadení	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 18	
	DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávanía obrázov na CD/DVD médiis s možnosťou pridania prehľadáča	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 18	
	diagnostický LCD monitor s uhlopriečkou min. 24 palcov	2 ks	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra uhlopriečky	splnil, prehľadanie výrobcu	
	DICOM funkcionálna v nasledujúcom rozsahu	min. STORE, EXPORT, PRINT, Q/R, WLM	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	Splnil 4_AW Server - Datasheet_SK.pdf str. 6-7	
	kontrola CT prístroja musí spĺňať:				
	1) schopnosť vykonávať kombináciu akvizíčných činností s možnosťou softvérového rozširovania vyhodnocovacích činností;				
	- užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehľadanie získaných obrázov;				
	- schopnosť vykonávať kombináciu akvizíčných činností s možnosťou softvérového rozširovania vyhodnocovacích činností;				
	- typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasledovnými možnosťami:				
	a) možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov;				
c) programové vybavenie pre automatické znížovanie dávky resp. pre optimálnu mAs v reálnom čase skenovania;					
d) automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mAs ku skenovanému pacientovi (ait, na základe odporúčaní scoutu CT, možnosť ovládania a pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dolu, a dovnútra/von					
3) funkciu "Bolus Tracking" a funkcia automatického štartu špirálového skenu,					
4) Oznamenie a upozornenie o prekročení nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetrovanú oblasť					
5) Umožniť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, z akrevných a dvojito zakrivajúcich					
možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miest záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivajúcich čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogamy a hodnot jednotlivých denstí pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denstí pixelov pozdĺž akýchkoľvek línií, funkcie ROI a kalkulácie objemu a vzdialeností					
zobrazenie viacerých obrázov vo viacerých ohľadoch na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazeniami online a v prehľadacom zohraní					
Automatická správa CTV podľa potrieb kontrastného pacienta					
Základné MPR, MIP, minIP, 2D, 3D rekonštrukcie					
Iteratívna rekonštrukcia na báze raw dát					
Softvér pre elimináciu štruktúr kovových objektov					
možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dolu, a do vnútra a von					
Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512	min. 60 obr./s	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	splnil, str. 18		
Výstrenie dynamicky 4D CT angiografie cievy	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvér pre automatické sledovanie spĺňajú kontrastnou látkou s automatické spustenie CT akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 1_Revolution Apex Elite.pdf, str.19		
Softvér na 2D plánovanie a zavádzanie ihly s využitím jedného, alebo viacerých axiálnych CT rezov pri perkutánných CT-riadených intervenciách	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánných intervenčných zákrokoch s užitím vpicu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpicu pre viacero ihliel, meranie vzdialenosti a uhlov od bodu vpicu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režim y skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režim pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mAs a orgánovú moduláciu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Laserový systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Zobrazenie vstupného bodu ihly a uhla vpicu pomocou laserom zobrazeného kríža. Kontrola so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str. 35		
Softvér pre automatické vyhľadávanie pľúcnych nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvér pre automatické odstránenie kostného tkaniva pri vyšetrení neurovaskulárnych ciev pomocou DSA	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej endoskpie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 6_Colon VCAR ECPDS_SK.pdf str.3, 2_Volume Viewer_Data Sheet_SK.pdf str.3		
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie CRT denzimetrie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvérové vybavenie pre automatické vyhľadávanie pľúcnych nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 7_Lung VCAR Data-str. 3-7		
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie neuro perfúzie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, str.24		
Softvér pre izolovanie srdca od okolitého tkaniva v 3D VRT a MIP rekonštrukcii	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 2_Volume Viewer_Data Sheet_SK.pdf - str.4		
Softvér na automatickú detekciu a označovanie stavcov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 2_Volume Viewer_Data Sheet_SK.pdf - str.5		
Softvér pre cievnú analýzu s vyhodnotením cievných lézií s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: cievná CPR rekonštrukcia, meranie CPR vzdialenosti a priemeru	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 5_Vessel QXpress with Autobone Xpress PDS_SK.pdf str.-4-7		
DE spektrálne aplikácie:					
- zobrazenie mononenergetického skenu rôznych energií keV					
- zobrazenie jódových máp					
- zobrazenie VUE (virtual unenhanced)					
- zobrazenie fúzie VUE/jódové mapy					
- zobrazenie rekonštruého obrázov VNC (Virtual non-contrast)					
- materiálová kompozícia pre odlišenie kostnej drene a výprika					
- zobrazenie elektrónovej hustoty a efektívnej Z mapy					
- zobrazenie perfúzie PBV a jódovej mapy v pľúcach					
- zobrazenie rôznych módov (fúzia)					
Softvérové vybavenie pre vyšetrenie neuro perfúzie s vyhodnotením ASPECT skóre	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Softvérového vybavenia pre trauma vyšetrenie - preddefinované layout pre automatickú detekciu a PACS notifikácie podrobné na intrakraniálne krvácanie, automatické zakrytie MIP animácií poruchy lebky a mozgu na podporu detekcie fraktúr a tenkého povrchového hematému	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil, prehľadanie výrobcu		
Výstupné DICOM RDSR reporty	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Splnil 1_Revolution Apex Elite.pdf str. 20		
Vyhodnocovací systém					
Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splnil		

	Zadávať um ťžu vykonať upgrade existujúcich diagnostických aplikácií na server umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístup všetkých grafických mŕdov. Zadávaný a neprekrôčený minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií. V prípade výkonnosť upgradu je potrebné migrovať všetky zakúpené licencie do nového serveru.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	
	počet súčasne spracovávaných obrázkov na serveri	min. 45 000	Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra	Spĺňač 4_AW Server - Datasheet_SK.pdf str. 8	
	vyhodnocovacia stanica alebo server – klient (aplikácie) licencie) s množstvom vzájomného prístupu ku všetkým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, str. 25	
	Základné licencie dostupné pre každú klientskú post-procesingovú stanicu				
	Prezeranie obrázkov z iných zariadení s prepätosťou vo formáte DICOM 3.0: •DICOM Send/Receive •DICOM Query/Retrieve •DICOM Archiving •DICOM Print •DICOM Worklist	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Automatizované ťhanie s integrovanými nástrojmi a technológiami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	1.4.1 Patient Information Reconciliation (PIR) pre komparáciu údajov napr.: S RIS, NIS, Sefhový základ postúpi výsledky obrazu 2D/3D/4D pre rutinné ťhanie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Automatizované a štandardizované relácie obrúčky a segmentácie srdca, pľúc, aorty jedným kliknutím	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Automatizované ťhanie s integrovanými nástrojmi a technológiami	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Prezentácia obrázkov: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP Tenký, MiniIP, VRT, VRT Tenký	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Rozhranie PIR/Recat na objemernú výmenu nálezkov s riešeniami na podávanie správ od iných výrobcu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Príprava štandardných výsledných správ a množosť ich edícií				
	Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozdelenie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne ťhanie a orientáciu na zobrazenie času potrebného na načítanie pacienta	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov zábera	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Volumetrická analýza vrátane rôznych módov vizualizácie MPR, MIP, VRT rovnakej dátovej sady, možnosť medzi týmito módmi ľubovoľne prepínať a množosť aktuálne zobrazovaný segment preprú do mielu zobrazenia na celú obrazovku. Možnosť všetky módy registrovať a prepínať tak, že m anipuláciou s obrazom, vrátane interaktívneho prehľadania rezov a oťáčania zobrazenia, je možné pozorovať synchronne.	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Automatická 3D fúzia inými zobrazovacími modalitami z iného prístroja	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Protokoly pre 3D Volume Rendering prekonštrukciu a 3D fúziu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Plávajúce licencie inštalované na serveri umožňujúce prácu na všetkých staniaciach				
	Softvér pre vytváranie ponocou virtuálnej kolonoskopie s endoskopičným zobrazením + automatické označovanie hodnotenie polov podľa C-READ	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvér pre bronchoscopia s endoskopičným zobrazením	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvér pre hodnotenie pľúcneho tkaniva, emfýzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvér pre cievnú analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuriziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi množosťami: - automatické vyčistenie kardiálacie a stenózy (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne skutočnej konzoly s automatickou úpravou originálneho objemu z raw dáta) - automatické erácie nástroje vrátane prístroja dutinami - dynamické CT angiografie - kvantifikácia "time to peak"	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvérové pre vyšetrenie perfúzie množosť s kvantitatívneho hodnotenie rôznych diagnostik ischemickej cievnou odpoveď prístroja	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvérov pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Softvér pre zobrazenie a ultrazvukovej telovej perfúzie	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Oncologický softvér vrátane množosť: - vyhodnocovanie sledovania veľkosť nádoru / metastáz - Softvér pre automatické hodnotenie/vyhľadanie pľúcnych nodulov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Spĺňač 10_OncoQuant_Datasheet_SK.pdf - str 34	
	Softvér pre vyhodnotenie obrazov s rím aných mŕdov dual energy s minimálnymi množosťami: - DECT farebné zobrazenie jódových mŕdov vrátane kvantitatívnej absorpcie jódu - DECT Farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru - DECT Zobrazenie VUE - DECT Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených ciev - DECT rekonštrukciu monomerných skenu rôznych energií keV - DECT zobrazenie kalcifikácií v cievach - DECT angiografia - DECT vyhodnotenie krvácania v mozgu - DECT farebná vizualizácia obličkových kaménov - DECT farebné zobrazenie hromadenia kyseliny močovej - DECT detekcia pulmónálnych embólií	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, 1_Revolution Apex Elite.pdf - str 33 8_Thoracic VCAR & GSI PP_Data Sheet_SK.pdf str. 3+ žetné vyhlásenie výrobcu	
	HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne štvorjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,6 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 16 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB, 4) grafické rozhranie PCI pripojenie počítačového CT prístroja 5) sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávaní obrazov na CD/DVD mŕdiach, s možnosťou priameho prehľadania 9) Grafická karta s dvojitým otvoreným výstupom	5 ks	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ Uchádzač súčasne uvedie konkrétnu hodnotu parametra napr. bod: 1: počet jadier a kmitočt 2: operačná pamäť 3: kapacitu pevného disku HDD	splní, pracovná stanica. Pdf - strana 3, + žetné vyhlásenie výrobcu	
	Diagnostický, certifikovaný monitor s uhlopriečkou min 21", s rozlíšením min. 2,1 megapixel	10 ks	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ Uchádzač súčasne uvedie konkrétnu hodnotu parametra uhlopriečky a rozlíšenia	splní, prehľadanie výrobcu	
	Príslušenstvo				
	UPS alebo zdroj pre skutočnú stanicu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Injektor na kontrastnú látku	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Kamera snímajúca stav pacienta s virtuálnym výstupom na skutočnej stanici alebo separátnom monitore	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Podložky a pomôcky pre polohovanie pacienta	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	Vozík pre uloženie diagnostických pomôcok a diagnostického materiálu v CT vyšetrovni	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	rožný spínač na ovládanie vyšetrovacieho stola	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní, prehľadanie výrobcu	
	rožný spínač na spustenie ťhanie počas intervenčných zákrokov vo vyšetrovni	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	Spĺňač 1_Revolution Apex Elite.pdf str 35	
	Návrh prístrojového usporiadania dodávky, technológický projekt	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Záruka 24 mesiacov	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Záručný servis počas záruky 1x bezodplatná výmena šarža	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Inštalácia a zariadenia pozostávajúci z: - kŕtovenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetňovanie nových betónových základov v podlahe, úprava káblového kábla v podlahe; - kŕtovenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podlahe, z toho vyplývajúca úprava rozvodu a koncových prívkov VZT, úprava osvetlenia, úprava podlahy; - montáž kŕtovacích konštrukcií; - overenie kapacity hlavného prívodu elektro pre CT, úprava resp. dodávka a montáž nového CT rozvádzača elektro; - napojenie na dvorné spínače pretekacích boxov, predsaene, zapojenie do CT rozvádzača; - napojenie na signalizačné svetlá nad dverami pretekacích boxov, zapojenie do CT rozvádzača; - v prípade že núdzové vypínače CFF (AT) nemajú odhramný kryt, výmena za nové s krytom, - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potrebnej k inštalácii a spusteniu	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Ostatné požiadavky				
	Doprava zariadenia	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Komplexné zaškolenie obsluhy v rozsahu 10 pracovných dní certifikovaným aplikačným špecialistom s certifikátom o spôsobilosti zaškolenia od výrobcu pre dodávaný konkrétny typ CT prístroja	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Povolenie v súlade s platnou legislatívou so zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. g) a § 28 ods. 6 písm. a) b)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	ŠUK, kód	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Záručný servis				
	Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kúpu alebo neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku čírejnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie CT prístroja, v rámci ktorého sa Predávajci zaväzuje dodržiavať nasledujúce lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie CT prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajcom garantovaný uptime prístroja: minimálne 95%	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Poskytnutie prehľadového reportovacieho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS a Android)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Poskytnutie zabezpečeného nedeľného výrobcu pre vzdialenú správu prístroja s spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúci internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečené obmedzovaním)	áno	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS a Android a telefonicky na bezplatnú tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku	áno/nie	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom
	Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný CT prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne	áno/nie	Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“	splní	níe je uvedená strana. nakoľko požiadavka níe je technickým parametrom

Uchádzač / skupina dodávateľov	uchádzač v plnej názov spoločnosti
Adresa spoločnosti	uchádzač v plnej adrese spoločnosti
ICO	uchádzač vyplní ICO spoločnosti
Je uchádzač platiteľom DPH?	uchádzač uvedenie áno alebo nie

Názov spoločnosti	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
--------------------------	---------------------------	------------	-------------------------

cena za 1 ks CT prístroja bez +1x bezodplatnej výmeny žiarlča počas záruky +predĺženej záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja +inštaláciu zariadenia príčom vyššie uvedená ponuka je potrebné skontrolovať samostatne			
1x bezodplatná výmena žiarlča počas záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
inštalácia zariadenia	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
zariadenie	uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH	uchádzač vyplní výšku DPH	uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH

V..... dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis