

# VYHODNOTENIE

## prípravnej trhovej konzultácie

### (ďalej aj "PTK")

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 10/2024 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Videobronchoskopická ultrazvuková zostava " za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 3 potencionálni dodávatelia. Ponuku predložili 2 hospodárske subjekty.

#### 1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

##### 1.1 Názov predmetu zákazky: VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ULTRAZVUKOVÁ ZOSTAVA

##### Zoznam položiek:

Por. číslo	Položka	MJ	Počet MJ
Položka č.1	Videobronchoskopická ultrazvuková zostava	celok	1

##### 1.2 CPV:

33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje

33168100-6 - Endoskopy

51410000-8 - Inštalácia lekárskeho zariadení

80561000-4 - Zdravotnícke školenia

50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

##### 1.3 Druh:

tovar

##### 1.4 Výzva

Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"

Kód výzvy: 11102-21-V11

Komponent: 11\_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov investície: 2\_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

##### 1.5 Financovanie

Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

#### 2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Videobronchoskopická ultrazvuková zostava je nevyhnutná pri diagnostike a stageringu závažných onkologických ochorení pľúc a mediastína

#### 3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. S ohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelne, nevhodné, pretože sa jedná o funkčné a logicky závislé celky, ktoré sú vzájomne prepojené a z hľadiska technického a funkčného musia byť dodávané spolu v rámci jedného celku. Nerozdelením zákazky na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.

#### 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
---	-------------	-------------	--

1.	ULTRAZVUKOVÝ VIDEOBRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM - 1 ks		Položka č. 1	Položka č. 1	ULTRAZVUKOVÝ VIDEOBRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM - 1 ks	
1.1	veľkosť zorného poľa	min. 80°	spĺňa	spĺňa	veľkosť zorného poľa	min. 80°
1.2	hĺbka zorného poľa	min. 2 - 50 mm	spĺňa	spĺňa	hĺbka zorného poľa	min. 2 - 50 mm
1.3	smer zorného poľa	min. 20°	spĺňa	spĺňa	smer zorného poľa	min. 20°
1.4	vonkajší priemer distálneho zakončenia	max. 7,3 mm	spĺňa	spĺňa	vonkajší priemer distálneho zakončenia	max. 7,3 mm
1.5	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti	max. 6,3 mm	spĺňa	spĺňa	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti	max. 6,3 mm
1.6	maximálna ohybnosť nahor	min. 120°	spĺňa	spĺňa	maximálna ohybnosť nahor	min. 120°
1.7	maximálna ohybnosť nadol	min. 70°	spĺňa	spĺňa	maximálna ohybnosť nadol	min. 70°
1.8	priemer inštrumentačného kanála	min. 2,2 mm	spĺňa	spĺňa	priemer inštrumentačného kanála	min. 2,2 mm
1.9	možnosť použitia 21G apiračnej ihly	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť použitia 21G apiračnej ihly	áno
1.10	metóda snímania	lineárna	spĺňa	spĺňa	metóda snímania	lineárna
1.11	snímaný rozsah	min. 65°	spĺňa	spĺňa	snímaný rozsah	min. 65°
1.12	frekvencie skenovania	5/6/7,5/10/12 MHz	spĺňa	spĺňa	frekvencie skenovania	5/6/7,5/10/12 MHz
1.13	funkcia Color Doppler	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia Color Doppler	áno
1.14	funkcia Power Doppler	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia Power Doppler	áno
1.15	aspiračné ihly	5 ks	spĺňa	spĺňa	aspiračné ihly	5 ks
2.	ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 ks		Položka č. 2	Položka č. 2	ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 ks	
2.1	mechanické snímanie	áno	spĺňa	spĺňa	mechanické snímanie	áno
2.2	režimy mechanického snímania	B-mód	spĺňa	spĺňa	režimy mechanického snímania	B-mód
2.3	použiteľné frekvencie mechanického snímania	12/20 MHz	spĺňa	spĺňa	použiteľné frekvencie mechanického snímania	12/20 MHz
2.4	hĺbka mechanického snímania	2, 3, 4, 6, 9, 12 cm	spĺňa	spĺňa	hĺbka mechanického snímania	2, 3, 4, 6, 9, 12 cm
2.5	elektronické snímanie	áno	spĺňa	spĺňa	elektronické snímanie	áno
2.6	režimy elektronického snímania	B-mód, COLOR-FLOW, POWER-FLOW, H-FLOW, PW, THE	spĺňa	spĺňa	režimy elektronického snímania	B-mód, COLOR-FLOW, POWER-FLOW, H-FLOW, PW, THE
2.7	možnosť rozšírenia na režimy	CHE, ELST, SWQ	spĺňa	spĺňa	možnosť rozšírenia na režimy	CHE, ELST, SWQ
2.8	použiteľné frekvencie elektronického snímania	5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz	spĺňa	spĺňa	použiteľné frekvencie elektronického snímania	5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz
2.9	hĺbka elektronického snímania	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm	spĺňa	spĺňa	hĺbka elektronického snímania	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm
2.10	filmovacia pamäť	min. 1 500 obrázkov	spĺňa	spĺňa	filmovacia pamäť	min. 1 500 obrázkov
2.11	meranie vzdialenosti medzi bodmi	áno	spĺňa	spĺňa	meranie vzdialenosti medzi bodmi	áno

2.12	výstup	min. DVI	spĺňa	spĺňa	výstup	min. DVI
2.13	uloženie obrazu	interná pamäť, externé uloženie cez USB	spĺňa	spĺňa	uloženie obrazu	interná pamäť, externé uloženie cez US
2.14	klávesnica k ultrazvukovému videoprocesoru	áno	spĺňa	spĺňa	klávesnica k ultrazvukovému videoprocesoru	áno
<b>3.</b>	<b>LCD MEDICÍNSKY MONITOR - 1 ks</b>		<b>Položka č. 3</b>	<b>Položka č. 3</b>	<b>LCD MEDICÍNSKY MONITOR - 1 ks</b>	
3.1	veľkosť uhlopriečky	min. 31"	spĺňa	spĺňa	veľkosť uhlopriečky	min. 31"
3.2	rozlíšenie monitora	min. 3840 x 2160 obrazových prvkov	spĺňa	spĺňa	rozlíšenie monitora	min. 3840 x 2160 obrazových prvkov
3.3	aspekt pomer	16:9	spĺňa	spĺňa	aspekt pomer	16:09
3.4	pomer kontrastu	min. 1000:1	spĺňa	spĺňa	pomer kontrastu	min. 1000:1
3.5	jas	min. 450 cd/m2	spĺňa	spĺňa	jas	min. 450 cd/m2
3.6	pozorovací uhol	min. 178° / 178°	spĺňa	spĺňa	pozorovací uhol	min. 178° / 178°
3.7	funkcia prepínania teploty farieb	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia prepínania teploty farieb	áno
3.8	funkcia prepínania úrovne gama	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia prepínania úrovne gama	áno
3.9	funkcia prepínania užívateľských nastavení	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia prepínania užívateľských nastavení	áno
3.10	funkcia rotácie obrazu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia rotácie obrazu	áno
3.11	funkcia obraz v obraze	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia obraz v obraze	áno
3.12	vstupy UHDTV	2 x 12G-SDI, 1 x DISPLAY PORT, 1 x HDMI	spĺňa	spĺňa	vstupy UHDTV	2 x 12G-SDI, 1 x DISPLAY PORT, 1 x HDMI
3.13	vstupy HDTV	1 x 3G-SDI, 1 x DVI-D	spĺňa	spĺňa	vstupy HDTV	1 x 3G-SDI, 1 x DVI-D
3.14	výstupy UHDTV	2 x 12G-SDI	spĺňa	spĺňa	výstupy UHDTV	2 x 12G-SDI
3.15	výstupy HDTV	1 x 3G-SDI	spĺňa	spĺňa	výstupy HDTV	1 x 3G-SDI
<b>4.</b>	<b>VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ - 1 ks</b>		<b>Položka č. 4</b>	<b>Položka č. 4</b>	<b>VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ - 1 ks</b>	
4.1	videoprocesor s integrovaným LED svetelným zdrojom v jednom zariadení	áno	spĺňa	spĺňa	videoprocesor s integrovaným LED svetelným zdrojom v jednom zariadení	áno
4.2	rozlíšenie obrazu	min. 4K UHD, HD, SD	spĺňa	spĺňa	rozlíšenie obrazu	min. 4K UHD, HD, SD
4.3	pomer strán obrazu	min. 16:9, 4:3	spĺňa	spĺňa	pomer strán obrazu	min. 16:9, 4:3
4.4	ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom	áno	spĺňa	spĺňa	ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom	áno
4.5	ovládanie funkcií nožným spínačom	áno	spĺňa	spĺňa	ovládanie funkcií nožným spínačom	áno

4.6	digitálne výstupy	min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI	spĺňa	spĺňa	digitálne výstupy	min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI
4.7	identifikácia endoskopov podľa typu a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	áno	spĺňa	spĺňa	identifikácia endoskopov podľa typu a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	áno
4.8	automatické nastavenie jasu	áno	spĺňa	spĺňa	automatické nastavenie jasu	áno
4.9	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb	áno
4.10	funkcia nastavenia jasu so zachovaním kontrastu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia nastavenia jasu so zachovaním kontrastu	áno
4.11	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu	áno
4.12	funkcia nastavenie bielej farby	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia nastavenie bielej farby	áno
4.13	funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	áno
4.14	funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	áno
4.15	funkcia zmrazenie obrazu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia zmrazenie obrazu	áno
4.16	ukladanie snímok obrazu na prenosné, odnímateľné pamäťové médium, aj do internej pamäti kamery	áno	spĺňa	spĺňa	ukladanie snímok obrazu na prenosné, odnímateľné pamäťové médium, aj do internej pamäti kamery	áno
4.17	funkcia digitálnej chromoendoskopie	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia digitálnej chromoendoskopie	áno
4.18	funkcia opticko-digitálnej dichromoendoskopie pre zobrazenie hlbokých krvných ciev	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia opticko-digitálnej dichromoendoskopie pre zobrazenie hlbokých krvných ciev	áno
4.19	funkcia elektronický zoom	min. 2x	spĺňa	spĺňa	funkcia elektronický zoom	min. 2x
4.20	funkcia obraz v obraze, vrátane vstupu externého zdroja obrazu	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia obraz v obraze, vrátane vstupu externého zdroja obrazu	áno
4.21	počet používateľských prednastavení	min. 20	spĺňa	spĺňa	počet používateľských prednastavení	min. 20
4.22	počet prednastavení patientských údajov	min. 50	spĺňa	spĺňa	počet prednastavení patientských údajov	min. 50
4.23	funkcia irisovej clony	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia irisovej clony	áno
4.24	filtrácia detailov	áno	spĺňa	spĺňa	filtrácia detailov	áno
4.25	vzduchová insuflácia	v min. 4 stupňoch výkonu	spĺňa	spĺňa	vzduchová insuflácia	v min. 4 stupňoch výkonu
4.26	integrovateľný LED svetelný zdroj pozostávajúci z min. 5 samostatných LED lúčových zdrojov rôznych farieb	áno	spĺňa	spĺňa	integrovateľný LED svetelný zdroj pozostávajúci z min. 5 samostatných LED lúčových zdrojov rôznych farieb	áno
4.27	DICOM interface	áno	spĺňa	spĺňa	DICOM interface	áno
<b>5.</b>	<b>ODSÁVACIE ZARIADENIE - 1 ks</b>		<b>Položka č. 5</b>	<b>Položka č. 5</b>	<b>ODSÁVACIE ZARIADENIE - 1 ks</b>	
5.1	objem sekretnéj nádoby	min. 2 l	spĺňa	spĺňa	objem sekretnéj nádoby	min. 2 l
5.2	počet sekretných nádob	min. 1	spĺňa	spĺňa	počet sekretných nádob	min. 1

5.3	nominálne vákuum	min. 85 kPa	spĺňa	spĺňa	nominálne vákuum	min. 85 kPa
5.4	použitie pre opakovateľne použiteľný systém	áno	spĺňa	spĺňa	použitie pre opakovateľne použiteľný systém	áno
5.5	použitie pre jednorazový systém	áno	spĺňa	spĺňa	použitie pre jednorazový systém	áno
5.6	jednorazové zberné vrecká	30 ks	spĺňa	spĺňa	jednorazové zberné vrecká	30 ks
5.7	pacientske hadice	15 ks	spĺňa	spĺňa	pacientske hadice	15 ks
<b>6.</b>	<b>PRACOVNÁ STANICA - 1 ks</b>		<b>Položka č. 6</b>	<b>Položka č. 6</b>	<b>PRACOVNÁ STANICA - 1 ks</b>	
6.1	centrálny vypínač	áno	spĺňa	spĺňa	centrálny vypínač	áno
6.2	rameno pre dva endoskopy	áno	spĺňa	spĺňa	rameno pre dva endoskopy	áno
6.3	rameno pre monitor	áno	spĺňa	spĺňa	rameno pre monitor	áno
6.4	držiak pre klávesnicu	áno	spĺňa	spĺňa	držiak pre klávesnicu	áno
6.5	s oddeľovacím transformátorom	áno	spĺňa	spĺňa	s oddeľovacím transformátorom	áno
6.6	počet políc	min. 3	spĺňa	spĺňa	počet políc	min. 3
<b>7.</b>	<b>ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE S OVLÁDACÍM MONITOROM - 1 ks</b>		<b>Položka č. 7</b>	<b>Položka č. 7</b>	<b>ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE S OVLÁDACÍM MONITOROM - 1 ks</b>	
7.1	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV	áno	spĺňa	spĺňa	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV	áno
7.2	ovládanie z endoskopu	áno	spĺňa	spĺňa	ovládanie z endoskopu	áno
7.3	s možnosťou streamovania	áno	spĺňa	spĺňa	s možnosťou streamovania	áno
7.4	integrované FHD AV vstupy	min. 1 FHD AV vstup	spĺňa	spĺňa	integrované FHD AV vstupy	min. 1 FHD AV vstup
7.5	integrovaný HDD	min. 4 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB	spĺňa	spĺňa	integrovaný HDD	min. 4 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB
7.6	funkcia prehrávania multizáznamov, aplikácia umožňuje prehrávanie viackamerových simultánnych záznamov s možnosťou voľby zobrazenia Singleview, Matrix, PiP	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia prehrávania multizáznamov, aplikácia umožňuje prehrávanie viackamerových simultánnych záznamov s možnosťou voľby zobrazenia Singleview, Matrix, PiP	áno
7.7	možnosť prepojenia s NIS, automatické zdieľanie dát z NIS	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť prepojenia s NIS, automatické zdieľanie dát z NIS	áno
7.8	aplikácia umožňujúca spracovanie videa priamo na sále, editácia videí a snímok, orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa	áno	spĺňa	spĺňa	aplikácia umožňujúca spracovanie videa priamo na sále, editácia videí a snímok, orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa	áno

7.9	funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname	áno
7.10	funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier	áno	spĺňa	spĺňa	funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier	áno
7.11	možnosť odosielania fotiek, videí, alebo ich častí do PACS priamo z nahrávacieho zariadenia	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť odosielania fotiek, videí, alebo ich častí do PACS priamo z nahrávacieho zariadenia	áno
7.12	možnosť integrácie do domény	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť integrácie do domény	áno
7.13	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 2 vstupy	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 2 vstupy	áno
7.14	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite	áno
7.15	možnosť rozšírenia o Integrovaný modul videokonferencie, ktorá je súčasťou ovládacej aplikácie a dokáže súčasne využívať všetky zapojené kamery (min. 4) s možnosťou voľby zobrazovanej kamery a layout zobrazenia	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť rozšírenia o Integrovaný modul videokonferencie, ktorá je súčasťou ovládacej aplikácie a dokáže súčasne využívať všetky zapojené kamery (min. 4) s možnosťou voľby zobrazovanej kamery a layout zobrazenia	áno
7.16	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou	min. 15"	spĺňa	spĺňa	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou	min. 15"
7.17	rameno pre uchytenie monitora na pracovnej stanici	áno	spĺňa	spĺňa	rameno pre uchytenie monitora na pracovnej stanici	áno
7.18	všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahŕňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky	áno	spĺňa	spĺňa	všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahŕňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky	áno
<b>8.</b>	<b>ULTRAZVUKOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRE EBUS SYSTÉM - 1 ks</b>		<b>Položka č. 8</b>	<b>Položka č. 8</b>	<b>ULTRAZVUKOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRE EBUS SYSTÉM - 1 ks</b>	
8.1	rozsah pracovných frekvencií kompatibilný s mini ultrazvukovými endoskopickými sondami	min. 7,5 MHz - 30 MHz	nespĺňa	spĺňa	pracovná frekvencia kompatibilná s mini ultrazvukovými endoskopickými sondami	min. 7,5 MHz, max. 30 MHz
8.2	možnosť pripojenia mechanických radiálnych mini ultrazvukových endoskopických sond	áno	spĺňa	spĺňa	možnosť pripojenia mechanických radiálnych mini ultrazvukových endoskopických sond	áno
8.3	vrátane držiaka na pripevnenie k pracovnej stanici EBUS	áno	spĺňa	spĺňa	vrátane držiaka na pripevnenie k pracovnej stanici EBUS	áno
<b>9.</b>	<b>MINI ULTRAZVUKOVÁ ENDOSKOPICKÁ RADIÁLNA SONDA - 1 ks</b>		<b>Položka č. 9</b>	<b>Položka č. 9</b>	<b>MINI ULTRAZVUKOVÁ ENDOSKOPICKÁ RADIÁLNA SONDA - 1 ks</b>	
9.1	frekvencia snímania	min. 20 MHz	spĺňa	spĺňa	frekvencia snímania	min. 20 MHz
9.2	mini ultrazvuková endoskopická mechanická radiálna sonda	áno	spĺňa	spĺňa	mini ultrazvuková endoskopická mechanická radiálna sonda	áno
9.3	pracovná dĺžka	max. 2 200 mm	spĺňa	spĺňa	pracovná dĺžka	max. 2 200 mm
9.4	priemer distálnej časti sondy	max. 1,5 mm	spĺňa	spĺňa	priemer distálnej časti sondy	max. 1,5 mm

9.5	priemer pracovného tubusu sondy	max. 1,8 mm	nesplňa, 1,9 mm	spĺňa	priemer pracovného tubusu sondy	max. 1,9 mm
9.6	priemer pracovného kanála bronchoskopu pre použitie sondy	min. 2 mm	spĺňa	spĺňa	priemer pracovného kanála bronchoskopu pre použitie sondy	min. 2 mm

#### 5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované min. osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Definitívne min. osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia :	xx	xx	Požaduje sa dodanie zariadenia :
2.1.	do deväťdesiatich (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	akceptujem	akceptujem	do deväťdesiatich (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4.	do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu zariadenie riadne prevziať.	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu zariadenie riadne prevziať.
5.	Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať kupujúcemu: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk predávajúceho pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk predávajúceho pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.

7.	Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Predávajúci poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	Predávajúci poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1	oprava väd a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	oprava väd a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,



13.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia	akceptujem	akceptujem	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia
13.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
13.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14.	Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.	akceptujem	akceptujem	Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
14.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie zariadenia, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichtyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie zariadenia, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichtyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.	Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	xx	Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichtôsmich (48) hodín,	neakceptujem, min. 96 hodín po doručení prístroja do servisu	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 5 pracovných dní,
15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.	neakceptujem, dĺžku opravy určuje čas dodania náhradného dielu výrobcom a následný predpísaný postup výrobcom	neakceptujem, 168 hod.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 10 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

16.	Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem, záruka sa nevzťahuje na opotrebenie prístroja	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu <b>alebo opotrebením prístroja</b> . Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18.	Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22.	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.

#### 6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky
6.1	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie

6.2	<b>Prospektový materiál / produktový list/ technický list (resp. iný doklad),</b> prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkané zariadenie spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	akceptujem	akceptujem	<b>Prospektový materiál / produktový list/ technický list (resp. iný doklad),</b> prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkané zariadenie spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
6.3	<b>Potvrdenie ŠÚKL</b> (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	<b>Potvrdenie ŠÚKL</b> (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.